**Ogłoszenie o zamówieniu**
**Dostawy**
**Dostawa autoklawu laboratoryjnego**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000288461

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Chocimska 24

**1.5.2.) Miejscowość:** Warszawa

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 00-791

**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zamowieniapubliczne@pzh.gov.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** http://bip.pzh.gov.pl/public/

**1.6.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

**1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dostawa autoklawu laboratoryjnego

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-856c1f03-2c46-4e2f-910f-476fdd3bfc82

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00474029

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-10-06

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie

**2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:** Nie

**2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

**3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania**
https://platformazakupowa.pl/pn/pzh

**3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:** Nie

**3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:** Tak

**3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:** https://platformazakupowa.pl/pn/pzh

**3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:** Określone w SWZ, w szczególności w Rozdziale 15.

**3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne:** Nie

**3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:** Nie dotyczy

**3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:**

polski

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.**

**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie

**4.1.2.) Numer referencyjny:** O.OZP.260.541.2026

**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Nie

**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie

**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:**

**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

4.1. Przedmiotem umowy jest dostawa, wniesienie, montaż i instalacja w ścianie, podłączenie mediów, pierwsze uruchomienie technologiczne, przeprowadzenie testów sprawności i cykli próbnych, przeprowadzenie pełnej kwalifikacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej (IQ, OQ, PQ), szkolenie personelu, przeprowadzenie procedury rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) i doprowadzenie do uzyskania ostatecznej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację, a także przeniesienie na Zamawiającego własności fabrycznie nowego, kompletnego, produkowanego seryjnie zestawu technologicznego – przelotowego (dwudrzwiowego) autoklawu laboratoryjnego wraz z dedykowanymi urządzeniami peryferyjnymi: przepływowym demineralizatorem wody z konduktometrem oraz przepływowym zmiękczaczem wody (dalej łącznie: „Sprzęt” lub „Urządzenie”), a także świadczenie usług gwarancyjnych zgodnie

**4.2.6.) Główny kod CPV:** 33191110-9 - Autoklawy

**4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje:** Nie

**4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** do 2027-03-31

**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie

**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie

**4.3.) Kryteria oceny ofert**

**4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:** Procentowo

**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Wyłącznie kryterium ceny

**Kryterium 1**

**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena

**4.3.6.) Waga:** 100

**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie

## SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

**5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak

**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

**5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:** Nie

**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak

**5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:**
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub parametry określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące przedmiotowe środki dowodowe:
1)
Karta katalogowa / prospekt / specyfikacja techniczna producenta oferowanego autoklawu (sporządzona w języku polskim lub złożona wraz z tłumaczeniem na język polski) – dokument wystawiony przez producenta dla oferowanego modelu urządzenia, potwierdzający co najmniej podstawowe parametry techniczne i konstrukcyjne, w tym: przelotową (dwudrzwiową) konstrukcję komory, pojemność użytkową, wymiary gabarytowe oraz rodzaj zastosowanych materiałów konstrukcyjnych.
2)
Karty katalogowe / specyfikacje techniczne producenta urządzeń peryferyjnych – dla wskazanego w ofercie demineralizatora oraz zmiękczacza wody, potwierdzające osiągane przez nie parametry uzdatniania wody (przewodność wody zasilającej oraz twardość wody chłodzącej).
3)
Deklaracja zgodności CE (lub certyfikat jednostki notyfikowanej) – wystawiona przez producenta dla oferowanego typu/modelu autoklawu, potwierdzająca zgodność urządzenia ze stosownymi wymaganiami zasadniczymi (w tym z Dyrektywą Ciśnieniową PED)

**5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych:** Tak

**5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:**
Wszystkie przewidziane jako środki dowodowe w SWZ

## SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie

**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie

**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Nie

**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Tak

**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:** Tak

## SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

**7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie

**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak

**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**
Zamawiający, działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach:
1)
zmiany modelu, typu lub parametrów technicznych oferowanych Urządzeń (autoklawu, demineralizatora lub zmiękczacza wody) – w przypadku, gdy po zawarciu umowy producent zaprzestał produkcji zaoferowanego modelu, wycofał go z rynku, zakończył jego dystrybucję lub zastąpił go nowszą linią produktową, a także w sytuacji pojawienia się na rynku rozwiązań nowszej generacji gwarantujących wyższą energooszczędność, mniejsze zużycie wody lub wyższy standard bezpieczeństwa w strefie BSL-3 bądź w razie udokumentowanego, niezależnego od Wykonawcy braku dostępności na rynku określonych podzespołów (przerwanie łańcuchów dostaw); zmiana polegać będzie na dostarczeniu przez Wykonawcę urządzenia zamiennego lub zastosowaniu komponentów alternatywnych o parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakościowych równoważnych bądź korzystniejszych od zaoferowanych w ofercie oraz w pełni spełniających wymagania

OPZ, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia producenta/dystrybutora i dokumentacji technicznej zamiennika, bez możliwości zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy;
2)
zmiany w zakresie podwykonawstwa – polegającej na zmianie podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy lub powierzeniu realizacji części przedmiotu umowy nowemu podwykonawcy, na zasadach i warunkach określonych w § 8 umowy oraz art. 462 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem, że jeżeli zmiana dotyczy podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, nowy podwykonawca musi wykazać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków w stopniu nie mniejszym niż podmiot dotychczasowy;
3) zmiany terminów realizacji Etapu II, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 umowy – w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub podmiotów realizujących roboty budowlane, polegających na opóźnieniu w udostępnieniu frontu robót, przedłużeniu dekontaminacji strefy BSL-3 lub wstrzymaniu prac montażowych z przyczyn organizacyjnych Zamawiającego – o udokumentowany czas trwania przeszkody, z zachowaniem reguły 45 dni na montaż i 30 dni na UDT od daty udostępnienia strefy;
4) wydłużenia terminu uzyskania ostatecznej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację – w przypadku udokumentowanej bezczynności organu UDT lub przedłużających się procedur kontrolnych organu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem terminowego i niewadliwego złożenia wniosku przez Wykonawcę

**7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia:** Nie

## SEKCJA VIII – PROCEDURA

**8.1.) Termin składania ofert:** 2026-10-14 10:00

**8.2.) Miejsce składania ofert:** Platforma prowadzonego postępowania

**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2026-10-14 10:10

**8.4.) Termin związania ofertą:** do 2026-11-12

## SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

4.1.1. Zamówienie realizowane jest w dwóch etapach:
Etap I – dostawa Sprzętu wraz z kompletną fabryczną Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR), instrukcjami obsługi w języku polskim oraz kompletnymi paszportami ciśnieniowymi i dokumentacją techniczną komory i wytwornicy pary dla UDT (dostawa nastąpi do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego położonych w budynku Zamawiającego przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie, położonych na 4 kondygnacji;
Etap II – kompleksowy montaż i instalacja w siedzibie Zamawiającego w otworze ściennym (hermetyzacja przejścia stref czysta/brudna), podłączenie mediów, pierwsze uruchomienie oraz przeprowadzenie testów sprawności i pełnej kwalifikacji (IQ, OQ, PQ) wraz z przekazaniem zaakceptowanych raportów,
b) przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego personelu w języku polskim (6–8 osób) zakończonego wydaniem imiennych certyfikatów,
c) działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa – przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku do UDT (z rozliczeniem opłat zgodnie z § 4 ust. 2 umowy), zapewnienie asysty technicznej podczas badań odbiorczych, usunięcie ewentualnych zaleceń pokontrolnych w terminie do 2 dni roboczych od ich przekazania przez UDT oraz doprowadzenie do wydania przez właściwy organ UDT ostatecznej decyzji zezwalającej na eksploatację Sprzętu,
d) udzielenie gwarancji na dostarczony Sprzęt na zasadach określonych w umowie.

Zamawiający dopuszcza możliwość odbycia wizji lokalnej.
4.8.1
Zamawiający umożliwia Wykonawcom odbycie wizji lokalnej w miejscu planowanego montażu i instalacji urządzenia (strefa BSL-3 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chocimskiej 24 w Warszawie).
4.8.2
Odbycie wizji lokalnej nie ma charakteru obligatoryjnego w rozumieniu art. 131 ust. 2 ustawy Pzp, a Zamawiający nie stosuje rygoru odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp. Zważywszy jednak na stopień skomplikowania zamówienia, Zamawiający wskazuje, iż udział w wizji lokalnej leży w bezpośrednim interesie Wykonawcy jako profesjonalnego uczestnika obrotu gospodarczego, zobowiązanego do działania z podwyższoną starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności (art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego).

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie przedłożyć następujące dokumenty:
1)
pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik;
2)
jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega możliwość żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do

wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia;
3)
projekt zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli zabezpieczenie będzie wnoszone w formie niepieniężnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia wiążących uwag dotyczących zgodności projektu z powszechnie obowiązującymi przepisami i niniejszymi dokumentami zamówienia;
4)
dokument potwierdzający autoryzację serwisu producenta na terytorium RP;
5)
oświadczenie producenta oferowanego autoklawu (lub jego autoryzowanego przedstawiciela) potwierdzające przyjęcie zamówienia do realizacji z wyszczególnieniem przewidywanego terminu produkcji i gotowości urządzenia do wysyłki, gwarantującego dochowanie terminu realizacji Etapu I, tj. najpóźniej do dnia 29 grudnia 2026 r.;