Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa myjni dezynfektorów do basenów do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofa w Białymstoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001406394

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: J. Waszyngtona 17

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-274

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 7450595

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@udsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.udsk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
zp@udsk.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa myjni dezynfektorów do basenów do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10eb615f-c78d-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00159218

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036773/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 MYJNIA DEZYNFEKTOR DO BASENÓW

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. OS priorytetowa IX

Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140529/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PN-15/22/10

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2022 (nie powystawowe).
2. Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie, pojemniki na mocz, miedniczki itp.
3. Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC.
4. Minimum dwa programy mycia i dezynfekcji.
5. Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile
6. Czas procesu płukania, dezynfekcji i wentylacji/chłodzenia dla standardowego programu dla „basenów” – 7-11 min.
7. Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, lub kombinacji stali i polimeru
8. Komora mycia ze stali nierdzewnej lub wysokiej jakości polimerów przystosowanych do wysokiej temperatury, boki obudowy ze stali nierdzewnej, front ze stali nierdzewnej lub polimerowy.
9. Jednolita komora tłoczona bez spawów. Komora niwelująca ryzyko pozostawania osadów oraz namnażania się bakterii.
10. Kompaktowa budowa:
– szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm,
– wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia.
11. Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną.
12. Zużycie wody:
- dla programu ekonomicznego: max. 15 litrów,
- dla programu normalnego: max. 20 litrów
13. Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody.
14. Wbudowana pompa środka zmiękczającego
15. Wbudowana pompa detergentu myjącego
16. Suszenie wsadu po procesie płukania i dezynfekcji strumieniem wymuszonego powietrza zgodnie z definicją suszenia wg. PN EN 15883.
17. Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący oraz środek zmiekczający) zlokalizowana pod komorą.
18. Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc max.3 kW
19. Pojemność minimalna:
– jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka”
– lub 3 „kaczki”
– miska do mycia pacjenta
20. Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji.
21. Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę.
22. Automatyczny przebieg procesu.
23. Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. Układ dysz oraz uchwyt załadunkowy pozwalający na efektywne mycie basenów i kaczek. Brak dysz w podstawie komory dla lepszej efektywności w fazie opróżniania
24. Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia.
25. Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
Wyposażenie (dla każdego urządzenia):
26. Zestaw startowy środków chemicznych:
- kanister 5l detergentu
- kanister 5l środka zmiękczającego
27. Preparat biobójczy z aktywnymi cząstkami srebra o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym do dezynfekcji powierzchni. Produkt nadający się do zamgławiania pomieszczeń. Preparat bezpieczny dla ludzi, roślin i

wyposażenia. Nie podrażniający skóry, nie niszczący warstwy hydrolipidowej, nie niszczący dezynfekowanych powierzchni, nie zmieniający struk¬tury powierzchni, nie powodujący odbarwień. Preparat nie zawierający alkoholu, chlorku i związków chloru, nie zawierający czwartorzędowych soli amoniowych – 1l preparatu

4.5.3.) Główny kod CPV: 39330000-4 - Urządzenia dezynfekujące

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2019), Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku informuje, o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – ponieważ cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu oferta Wykonawcy STERIGAT Sp. z o.o. UL. ZAŚCIANKOWA 50/1, 02-989 WARSZAWA z ceną oferty 391 716,00 zł. została najwyżej sklasyfikowana według kryteriów oceny ofert zgodnie z poniższą oceną
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty Gwarancja Punktacja w kryterium Łączna punktacja
Cena Gwarancja
1 Klaromed Spółka z o.o.
ul. Jana III Sobieskiego 123,
05-070 Sulejówek
317 261,88 zł. 36 miesięcy 60 0 60
2 STERIGAT SP. Z O. O.
UL. ZAŚCIANKOWA 50/1 ,
02-989 WARSZAWA
391 716,00 zł. 60 miesięcy 48,59 40 88,60

Cena oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 296 135,33 zł. i nie może zostać zwiększona do ceny oferty.
W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0