**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Dostawy**
**Dostawa myjni dezynfektorów do basenów do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** UNIWERSYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY im. L. Zamenhofa w Białymstoku

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 001406394

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** J. Waszyngtona 17

**1.5.2.) Miejscowość:** Białystok

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 15-274

**1.5.4.) Województwo:** podlaskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 857450595

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@udsk.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.udsk.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
zp@udsk.pl

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Dostawa myjni dezynfektorów do basenów do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-59a62618-dd91-11ec-9a86-f6f4c648a056

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00208510

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-06-14

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00036773/03/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.13 MYJNIA DEZYNFEKTOR DO BASENÓW

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak

**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. OS priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia: Działanie 9.2. Infrastruktura ponadregionalnych podmiotów leczniczych.

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00181867/01

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** PN-25/22/10

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2022
(nie powystawowe).
Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie, pojemniki na mocz, miedniczki itp.
Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90ºC.
Minimum dwa programy mycia i dezynfekcji.
Program dezynfekcji termicznej dedykowany do eliminacji Clostridium Difficile
Czas procesu płukania, dezynfekcji i wentylacji/chłodzenia dla standardowego programu dla „basenów" – 7-11 min.
Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, lub kombinacji stali i polimeru
Komora mycia z wysokiej jakości polimerów przystosowanych do wysokiej temperatury, sufit pochylony, boki obudowy ze stali nierdzewnej, front polimerowy
Jednolita komora tłoczona bez spawów. Komora niwelująca ryzyko pozostawania osadów oraz namnażania się bakterii.
Kompaktowa budowa:
– szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm,
– wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm – umożliwiająca umieszczenie ponad urządzeniem półki na naczynia.
Urządzenie przystosowane do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną.
Zużycie wody:
- dla programu ekonomicznego: max. 15 litrów,
- dla programu normalnego: max. 20 litrów
Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody.
Wbudowana pompa środka zmiękczającego
Wbudowana pompa detergentu myjącego
Zamykana szafka do umieszczania min. 2 pojemników 5l ze środkami chemicznymi (środek myjący oraz środek zmiekczający) zlokalizowana pod komorą.
Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz.
Pojemność minimalna:
– jednocześnie 1 „basen" i 1 „kaczka"
– lub 3 „kaczki"
– miska do mycia pacjenta
Mikroprocesorowe sterowanie i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji.
Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę.
Automatyczny przebieg procesu.
Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych. Układ dysz oraz uchwyt załadunkowy pozwalający na efektywne mycie basenów i kaczek. Brak dysz w podstawie komory dla lepszej efektywności w fazie opróżniania
Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia.
Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
Wyposażenie (dla każdego urządzenia):
Zestaw startowy środków chemicznych:
- kanister 5l detergentu
- kanister 5l środka zmiękczającego
Preparat biobójczy z aktywnymi cząstkami srebra o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym do dezynfekcji powierzchni. Preparat bezpieczny dla ludzi, roślin i wyposażenia. Nie podrażniający skóry, nie niszczący

warstwy hydrolipidowej, nie niszczący dezynfekowanych powierzchni, nie zmieniający struk¬tury powierzchni, nie powodujący odbarwień. Preparat nie zawierający alkoholu, chlorku i związków chloru, nie zawierający czwartorzędowych soli amoniowych – 1l preparatu

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 39330000-4 - Urządzenia dezynfekujące

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

**5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania:** art. 255 pkt 3 ustawy

**5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:**
Zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu oferta Wykonawcy STERIGAT Sp. z o.o. UL. ZAŚCIANKOWA 50/1, 02-989 WARSZAWA z ceną oferty 359 845,20 zł. została najwyżej sklasyfikowana według kryteriów oceny ofert . Cena oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 296 135,33 zł. i nie może zostać zwiększona do ceny oferty.
W związku z powyższym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.