Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa koncentratorów tlenu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295739

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 78

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-357

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 532 29 01

1.5.8.) Numer faksu: 89 532 29 76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: apancechowska@pulmonologia.olsztyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pulmonologia.olsztyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pulmonologia_olsztyn

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa koncentratorów tlenu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7cde8bc-c7ac-11ec-aa46-6a814e8de928

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00227138

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041849/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Dostawy urządzeń medycznych (aparat ekg, aparat do krioterapii, ciśnieniomierz, głowica usg, ssak elektryczny, wirówka, maski do NIV, koncentratory tlenu itp.)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00141717/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SOZ.383.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego zakup i dostawa 10 koncentratorów tlenu, wyprodukowanych nie wcześniej niż 2021 roku.
2. Oferowane koncentratory tlenu muszą spełniać następujące wymagania techniczne
a) wysokie stężenie tlenu (93% + 3%),
b) możliwość regulacji przepływu tlenu w zakresie od 0,5 do 5l/min.,
c) wylot tlenu zawierający adapter ochrony przeciw pożarowej,
d) monitorowanie poziomu stężenia tlenu,
e) wizualny i dźwiękowy alarm niskiego poziomu stężenia tlenu (wskazujący niski poziom stężenia tlenu, brak zasilania, spadek ciśnienia i konieczność naprawy serwisowej);
f) bezpiecznik automatyczny z funkcją zerowania;
g) licznik godzin pracy urządzenia;
h) wnęka na nawilżacz;
i) wymiary: 62,2 cm x 34,2 cm x 30,4 cm/ + 5 cm,
j) ciężar: 16,3 kg-16,5kg,
k) stężenie tlenu przy 0,5- 5l/min:93% + 3%,
l) poziom głośności: > 40 dB,
m) wymagania elektryczne: 230V, 50Hz,
n) pobór mocy: 290 W przy przepływie tlenu2l/min/312 W przy przepływie tlenu 5L/min.,
o) klasa ochronności: Klasa II, Typ B,
p) oznakowanie znakiem CE.

3. Wraz z koncentratorami tlenu, do każdego z nich, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć (bez dodatkowego wynagrodzenia):
a) kabel zasilający
b) butelkę nawilżacza w ilości 3 sztuk
c) kaniule nosowe o długości 5 m, 1 sztukę
d) filtr wstępny
e) filtr piankowy
f) instrukcję obsługi koncentratora w języku polskim
g) kartę gwarancyjną dla każdego koncentratora
h) paszport techniczny.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33157810-6 - Urządzenia do terapii tlenowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25380,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 35000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25380,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZENEKA Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 385827267

7.3.3) Ulica: Popowicka 95

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 54-238

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25380,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni