Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa mebli laboratoryjnych według części I - VI dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET GDAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Bażyńskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-309

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cpz@ug.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa mebli laboratoryjnych według części I - VI dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd7d5564-c6e9-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00340773

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00140030/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 5750.291.1.26.2022.MK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 223988,02 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa szafek laboratoryjnych dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego: I. Wymagane szafki oraz ich parametry techniczne:
1. Szafka laboratoryjna wisząca otwarta:
1) ilość: 4 sztuki;
2) wymiary: szer. 600 mm x gł. 360 mm x wys. 480 mm;
dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5 mm
2. Szafka laboratoryjna wisząca otwarta:
1) ilość: 4 sztuki;
2) wymiary: szer. 900 mm x gł. 360 mm x wys. 480 mm;
dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5 mm
3. Szafka laboratoryjna wisząca jednodrzwiowa:
1) ilość: 6 sztuk;
2) wymiary: szer. 600 mm x gł. 300 x wys. 720 mm;
dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5 mm
4. Szafka laboratoryjna wisząca jednodrzwiowa:
1) ilość: 7 sztuk;
2) wymiary: szer. 600 mm x gł. 300 x wys. 720 mm;
dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5mm
5. Szafka laboratoryjna wisząca z frontem przeszklonym:
1) ilość: 1 sztuka;
2) wymiary: szer. 800 mm x gł. 250 x wys. 500 mm;
dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 5mm
6. Szafka z basenem jednokomorowym, półką oraz płytą ociekową:
1) ilość: 1 sztuka;
2) wymiary: szer. 800 mm x gł. 600 mm i wys. 850 m
dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 2 cm
II. Wymagane jest dopasowanie wszystkich mebli stanowiących przedmiot zamówienia, w szczególności wiszących szafek laboratoryjnych do wielkości pomieszczeń Zamawiającego - w tym celu wymagane jest dokonanie przez Wykonawcę pomiarów pomieszczeń Zamawiającego po podpisaniu umowy.
Możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej i dokonanie własnej oceny zakresu prac i ich faktycznych kosztów, które są konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 17274,73 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część II – Dostawa mebli laboratoryjnych w systemie modułowym
dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

I. Wymagania ogólne:
1. Meble, wykonane w systemie modułowym z wystandaryzowanych elementów, pozwalającym na dowolne konfigurowanie zestawów.
2. Meble muszą być:
1) niepalne,
1) nienasiąkliwe,
2) odporne na promieniowanie UV,
3) łatwo zmywalne,
4) zabezpieczone przed korozją,
5) wykonane w całości z blachy stalowej, (stelaże stołów dopuszcza się z kształtowników stalowych zabezpieczonych przed korozją jak blacha użyta do produkcji mebli i dygestoriów) ocynkowanej galwanicznie (grubość warstwy cynku minimum 2,5 µm) lub ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9
i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym, nakładanym metodą proszkową (grubość powłoki lakierniczej

40µm - 115µm).
3. Szafki i szafy: wykonane wyłącznie z blach – nie dopuszcza się stosowania zamkniętych kształtowników.
4. Wykonawca musi posiadać:
1) dokument potwierdzający badanie odporności korozyjnej blach ocynkowanych (lub blach ze stali OH18N9 – jeżeli jest użyty ten materiał zamiast blachy ocynkowanej), pokrytych powłoką lakierniczą poliuretanową, z których wykonane są profile stelaży, szafki i nadstawki, z badania odporności korozyjnej blach, w obojętnej i kwaśnej mgle solnej wg normy PN – EN ISO 9227: 2012 lub równoważnej, gdzie wskaźniki RP i RA wyglądu wszystkich badanych próbek, zgodnie z nomą PN – EN ISO 10289:2002 lub równoważną mają wynosić nie mniej niż 10, zaś wskaźniki spękania, złuszczenia, zardzewienia i spęcherzenia, według normy PN-EN ISO 4628:2005 lub równoważnej, mają wynosić nie więcej niż 0. Dokument ten musi dotyczyć wszystkich w/w norm i być wystawiony przez laboratorium akredytowane;
2) protokół z badań zgodnie z normą PN EN 2808: 2008 lub równoważną, wydany przez akredytowane laboratorium, potwierdzający grubość poliuretanowej powłoki lakierniczej nakładanej proszkowo na blachę ocynkowaną;
3) dokument potwierdzający, iż farba użyta do pokrywania mebli posiada ważną klasyfikację w zakresie reakcji na ogień, o stopniu co najmniej: A2-s1, d0, według normy EN 13501-1 lub równoważnej, wystawiony przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną i akredytowaną;
4) certyfikaty zgodności z normami EN 13150 i EN 14727 lub równoważnych, wystawione przez jednostki akredytowane dla dostarczanych mebli;
5. Wykonawca musi posiadać:
1) Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 9001: 2015 (lub równoważny), zaświadczający, że stosuje system zarządzania zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;
2) Certyfikat ISO 45001: 2018 (lub równoważny), stosowanego Systemu Zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;
3) Certyfikat dla Systemu Zarządzania wg EN ISO 14001: 2015 (lub równoważny), zaświadczający, że stosuje system zarządzania środowiskiem zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego;
4) Certyfikat dla Systemu Zarządzania Energią wg EN ISO 50001: 2018 (lub równoważny) zaświadczający, że stosuje system zarządzania energią zgodnie z normą w zakresie projektowania, produkcji i sprzedaży kompleksowego wyposażenia laboratoryjnego.
6. Kolorystyka mebli:
1) meble w całości powinny być w kolorze zbliżonym do białego, z wyjątkiem czarnych cokołów i niebieskich blatów (kolor nr NCS S 2030R70B);
2) Lakier na meblach gładki i matowy (bez faktury, nie baranek, nie młotkowanie, nie połysk);
3) Przystawki, korpusy szafek, fronty szafek, półki szafek i przystawek, oraz armatura, biały, RAL 260 90 05;
4) Cokoły szafek: RAL 00 20 00;
5) Kolor armatury, osłon tylnych pod stelażami: biały, zbliżony do koloru mebli;
6) Blaty z żywicy fenolowej:
a) Kolor powierzchni górnej niebieski (kolor nr NCS S 2030R70B);
b) Krawędzie blatu czarne lub antracytowe;
c) Zlewy z polipropylenu w tym samym kolorze co blaty.
7. Wymagane jest dopasowanie wszystkich mebli stanowiących przedmiot zamówienia do mebli laboratoryjnych obecnie użytkowanych przez Zamawiającego - w tym celu wymagane jest dokonanie przez Wykonawcę pomiarów mebli i pomieszczeń Zamawiającego po podpisaniu umowy – dotyczy części I i II.
8. Dopuszcza się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do przygotowania oferty przeprowadził wizję lokalną i dokonał własnej oceny zakresu prac i wykonania pomiarów oraz oceny dostosowania mebli laboratoryjnych do obecnych mebli i wielkości pomieszczeń Zamawiającego, w celu przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin wizji należy uzgodnić z Zamawiającym.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 84510,75 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część III – Dostawa regałów laboratoryjnych dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

I. Wymagania ogólne dla regałów:
1. regał (moduł podstawowy lub dodatkowy) wykonany ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo;
2. półki regulowane - 5 szt., na zaczepach z możliwością zmiany położenia półki bez konieczności demontażu całego regału. Obciążalność półki min 125 kg.
3. w tylnej części wzmocnienie, po przekątnej regalu, wykonane ze stali, ściągane śrubą rzymską, wymiary modułu podstawowego.

II. Specyfikacja asortymentowa:

1. Regał laboratoryjny o wymiarach: szer. 1060 mm x gł. 635 mm x wys. 2000 mm:
1) Wymiary regału: szer. 1060 mm x gł. 635 mm x wys. 2000 mm;
2) ilość: 2 szt.;
3) zawiera półki regulowane w ilości 5 sztuk, na zaczepach z możliwością zmiany położenia półki bez konieczności demontażu całego regału; nośność 1 półki to min 125 kg;
4) w tylnej części wzmocnienie, po przekątnej regału; wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo farbą epoksydową.
5) montaż regału leży po stronie Wykonawcy.

2. Regał laboratoryjny o wymiarach: szer. 610 x gł. 635 mm x wys. 2000 mm:
1) Wymiary regału: szer. 610 x gł. 635 mm x wys. 2000 mm;
2) ilość: 3 szt.;
3) zawiera półki regulowane w ilości 5 sztuk na zaczepach z możliwością zmiany położenia półki bez konieczności demontażu całego regału; nośność 1 półki to min 125 kg;
4) w tylnej części wzmocnienie, po przekątnej regału; wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo farbą epoksydową.
5) montaż regału leży po stronie Wykonawcy.

3. Regał laboratoryjny o wymiarach: szer. 1060 mm x gł. 435 mm x wys. 2000 mm:
1) Wymiary regału: szer. 1060 mm x gł. 435 mm x wys. 2000 mm;
2) ilość: 2 szt.;
3) zawiera półki regulowane w ilości 5 sztuk na zaczepach z możliwością zmiany położenia półki bez konieczności demontażu całego regału; nośność 1 półki to min 125 kg;
4) w tylnej części wzmocnienie, po przekątnej regału; wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo farbą epoksydową.
5) montaż regału leży po stronie Wykonawcy.

4. Regał laboratoryjny o wymiarach: szer. 1010 mm x gł. 435 mm x wys. 2000 mm:
1) Wymiary regału: szer. 101 mm x gł. 435 mm x wys. 2000 mm;
2) ilość: 2 szt.;
3) zawiera półki regulowane w ilości 5 sztuk na zaczepach z możliwością zmiany położenia półki bez konieczności demontażu całego regału; nośność 1 półki to min 125 kg;
4) w tylnej części wzmocnienie, po przekątnej regału; wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo farbą epoksydową.
5) montaż regału leży po stronie wykonawcy.

5. Regał laboratoryjny o wymiarach: szer. 660 mm x gł. 435 mm x wys. 2000 mm:
1) Wymiary regału: szer. 660 mm x gł. 435 mm x wys. 2000 mm;
2) ilość: 1 szt.;
3) zawiera półki regulowane w ilości 5 sztuk na zaczepach z możliwością zmiany położenia półki bez konieczności demontażu całego regału; nośność 1 półki to min 125 kg;
4) w tylnej części wzmocnienie, po przekątnej regału; wykonane ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo farbą epoksydową.
5) montaż regału leży po stronie Wykonawcy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 22132,68 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część IV – Dostawa krzeseł laboratoryjnych dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

1. Krzesło laboratoryjne wysokie na stopkach z oparciem:
1. ilość: 24 sztuki;
2. oparcie i siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej (tworzywo PU) w kolorze czarnym;
3. podstawa pięcioramienna na stopkach typu GB do miękkich powierzchni;
4. regulacja wysokości przy pomocy podwyższonego podnośnika pneumatycznego;
5. krzesło wyposażone w podnóżek.

Rycina 1. Krzesło laboratoryjne wysokie na stopkach z opar – rysunek poglądowy.

2. Krzesło laboratoryjne niskie na kółkach z oparciem:
1) ilość: 4 sztuki;
2) oparcie i siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej (tworzywo PU) w kolorze czarnym;

3) podstawa pięcioramienna na kółkach;
4) regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

3. Taboret laboratoryjny niski na kółkach:
1) ilość: 4 sztuki;
2) siedzisko wykonane z pianki poliuretanowej (tworzywo PU) w kolorze czarnym;
3) podstawa pięcioramienna na kółkach;
4) regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego.

4. Taboret „noga słonia”
1) ilość: 5 sztuk;
2) taboret wykonany tworzywa sztucznego, z dwoma stopniami, wyposażony w sprężynowe rolki,
które chowają się pod ciężarem użytkownika;
3) nośność minimum 150 kg.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 30803,55 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część V – Dostawa ogniotrwałych szaf bezpieczeństwa na butle gazowe z wyposażeniem
dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Ogniotrwałe szafy bezpieczeństwa na butle gazowe z wyposażeniem:
1. Ogniotrwałe szafy bezpieczeństwa na butle gazowe z wyposażeniem.
2. Ilość: 4 sztuki
3. Szafy fabrycznie nowe.
4. Niepalne, o wytrzymałości ogniowej 30 minut (klasa G 30, testy zgodnie z normą EN 14470-2 lub równoważną).
5. Automatycznie zamykane drzwi oraz kanały powietrzne nawiewne i wywiewne.
6. W przypadku pożaru szafa musi zostać hermetycznie odizolowana od ognia. Uszczelki przeciwpożarowe
na obwodzie drzwi.
7. Szafy wykonane wyłącznie z blach – nie dopuszcza się stosowania zamkniętych kształtowników, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne zabezpieczone przed korozją wykonane w całości z blachy stalowej, (wnętrze szaf na butle dopuszcza się z płyty laminowanej) ocynkowanej galwanicznie (grubość warstwy cynku minimum 2,5 µm)
i dwustronnie pokrytej proszkowo lakierem poliuretanowym, nakładanym metodą proszkową (grubość powłoki lakierniczej 40µm - 120µm).
8. Uchwyty do otwierania drzwi z zamkiem na klucz, obracane o 90 stopni w celu otwarcia szafy, blokowane kluczem – zamek bezpieczeństwa ze wskaźnikiem wizualnym.
9. Regulowane nóżki.
10. Przyłącze do układu wyciągowego: 2 szt., średnica 75 mm (do nawiewu i wyciągu) z termomechanicznym systemem automatycznego zamykania.
11. Wyposażenie wewnętrzne:
Wewnątrz szafy szyny do montażu paneli z armaturą, metalowe separatory, pasy spinające, uchwyty
do przytrzymywania butli wraz z bocznym uchwytem do butli — na dwie butle o pojemności 10 l oraz rozkładana rampa najazdowa. Możliwość przechowywania 2 butli z gazem o pojemności. maksymalnej 50 l.
12. Waga maksymalnie do 400 kg.
13. Wymiary zewnętrzne:
• wysokość: 2050 mm
• szerokość: 600 mm (+/- 25 mm)
• głębokość: 618 mm (+/- 25 mm).
14. Wymiary wewnętrzne:
• wysokość: 1876 mm (+/- 20 mm)
• szerokość: 510 mm (+/- 20 mm)
• głębokość: 481 mm (+/- 20 mm).

4.5.3.) Główny kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 41446,67 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część VI – Dostawa chłodziarki laboratoryjnej dla Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i instalacja chłodziarki laboratoryjnej do jednostek Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
II. Opis: Chłodziarka laboratoryjna - 1 sztuka
Szafa z chłodzeniem - witryna ze szklanymi drzwiami; Zakres temperaturowy w witrynie od 0°C do 16° C.
Wykonawca ponosi koszty dostawy, montażu, instalacji oraz szkolenia personelu

III. Wymagania dla szafy z chłodzeniem - witryna ze szklanymi drzwiami
1. ilość: 1 sztuka;
2. szafa z chłodzeniem; witryna z przeszklonymi drzwiami;
3. pojemność całkowita brutto: 1397 litrów +/- 3 l;
4. wymiary zewnętrzne w mm (Szer. / Gł. / Wys.): 1430 / 830 / 2160, +/- 10 mm;
5. wymiary wewnętrzne w mm (Szer. / Gł. / Wys.): 1236 / 650 / 1500, +/- 10 mm;
6. grubość izolacji w mm: 83 – 60
7. zużycie energii w ciągu 365 dni: 820 kWh (t. otoczenia +25˚C, t. zadana +5˚C);
8. temperatura otoczenia: +10 °C do +40 °C;
9. czynnik chłodniczy: R 290;
10. poziom szumu: 56-58 dB (A);
11. napięcie / moc znamionowa: 220 – 240V~ / 3.0 A;
12. układ chłodzenia: dynamiczny; elementy układu chłodzenia wbudowane w górną część urządzenia, dzięki czemu są łatwo dostępne;
13. metoda odszraniania: odszranianie automatyczne;
14. zakres temperatury: 0 °C do +16 °C;
15. gradient / max. Fluktuacja: 3,8 °C / 3,9 °C;
16. materiał obudowy / kolor: stal / biały;
17. materiał drzwi: szkło izolacyjne;
18. materiał wnętrza: stal chromoniklowa;
19. rodzaj sterowania: sterowanie elektroniczne za pomocą panelu dotykowego, panel wyposażony w układ blokady przycisków zabezpieczający układ elektroniczny przed niezamierzonymi zmianami nastawień;
20. wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy;
21. alarmy: braku zasilania: bezpośrednio po awarii zasilania do 72 godz., alarm otwartych drzwi, alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury;
22. rodzaj alarmu: optyczny i dźwiękowy;
23. złącze / styk dodatkowy: RS 485 / tak umożliwia połączenia urządzenia z zewnętrznymi systemami monitoringu;
24. oświetlenie wewnętrzne: wewnętrzne oświetlenie LED, które można włączać i wyłączać osobnym przyciskiem. Równomierne oświetlenie wnętrze urządzenia, ułatwia lokalizację oraz wyjmowanie odpowiednich produktów;
25. regulowane półki: 8 sztuk;
26. powierzchnia użytkowa półek w mm (Szer. x Gł.): 1236 / 640 +/- 5 mm;
27. materiał półek: ruszty z powłoką z tworzywa sztucznego;
28. maksymalne obciążenie półek: 60 kg;
29. rolki: samonastawne z hamulcem z przodu;
30. uchwyt: w postaci listwy;
31. zamek: w wyposażeniu;
32. drzwi samoczynnie zamykane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39180000-7 - Meble laboratoryjne

4.5.5.) Wartość części: 27819,65 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 12608,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 22937,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 12608,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DANLAB Danuta Katyńska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6852047455

7.3.4) Miejscowość: Białystok

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12608,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 96893,03 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 96893,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 96893,03 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Koettermann Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252202823

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 96893,03 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 25621,39 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 25621,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 25621,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Koettermann Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5252202823

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-07-26

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 25621,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. W niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty dla części IV, jednakże wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. W niniejszym postępowaniu dla części V złożono 4 oferty, jednakże cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 32062,41 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 34292,4 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 33173,1 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A-BioTech - M. Zemanek- Zboch Sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8942939460

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 33173,1 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Unieważnienie części IV nastąpiło 08.07.2022 r.
Unieważnienie części V nastąpiło 06.09.2022 r.