Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa 8 szt. cytoskopów giętkich na realizację programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna w ramach zadania: "Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890047446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokołowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-309

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.slomiana@zdrowie.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdrowie.walbrzych.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa 8 szt. cytoskopów giętkich na realizację programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna w ramach zadania: "Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f82bb84-536e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00507062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064382/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.27 Dostawa 8 szt. cytoskopów giętkich

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00405654/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Zp/71/TP/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 szt. cytoskopów giętkich na realizację programu wieloletniego Narodowa Strategia Onkologiczna w ramach zadania: "Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego".
Cytoskopy giętkie muszą być kompatybilne z urządzeniami i akcesoriami posiadanymi przez Oddział Urologii Zamawiającego firmy STORZ.
Cystoskop giętki – 8 szt. – Parametry graniczne Parametry wymagane
1 Sprzęt fabrycznie nowy TAK
2 Fiberoskop przeznaczony do wykorzystania w endoskopii diagnostycznej i chirurgicznej TAK
3 Wyposażony w kanał roboczy w rozmiarze nie mniejszym niż 7 Fr. TAK
4 Wejście kanału roboczego wyposażone w dwa zintegrowane na stałe z fiberoskopem przyłącza LUER-lock z rozbieralnymi, metalowymi kranikami TAK
5 Adapter LUER-Lock do kanału roboczego (1 szt.) z wymienną uszczelką dwustopniową (10 szt.) – 1 zestaw TAK
6 Fiberoskop wyposażony w złącze do podłączenia światłowodu TAK
7 Okular fiberoskopu wyposażony w pokrętło do regulacji ostrości i dostosowany do połączenia z głowicą kamery endoskopowej różnych producentów TAK
8 Kąt pola widzenia: 110° - 120° TAK
9 Rękojeść fiberoskopu wyposażona w dźwignię sterującą wygięciem końcówki dystalnej w górę i w dół TAK
10 Wygięcie końcówki dystalnej min.: 210° do góry, 140° do dołu TAK
11 Rozmiar zewnętrzny płaszcza roboczego nie większy niż 15,5 Fr. TAK
12 Długość robocza fiberoskopu: 37 cm – 38 cm TAK
13 Fiberoskop nadający się do sterylizacji w tlenku etylenu (EO), STERIS V-Pro i STERRAD 100NX TAK
14 Kleszcze biopsyjne, giętkie, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Fr., długość 730 - 750 mm, wielorazowego użytku – 1 szt. TAK
15 Kleszcze chwytające, giętkie, jedna bransza ruchoma, rozmiar 5 Fr., długość 730 - 750 mm, wielorazowego użytku – 1 szt. TAK
16 W zestawie:
- tester szczelności – 1 szt.
- nasadka kompensacji ciśnienia – 1 szt.
- walizka do przechowywania i transportu fiberoskopu – 1 szt. TAK
17 Kontener plastikowy do sterylizacji i przechowywania giętkiego endoskopu, pokrywa perforowana, dno kontenera perforowane, wyprofilowane zgodnie z kształtem endoskopu, wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 550 x 260 x 92 mm – 1 szt. TAK
UWAGA: Parametry określone jako „TAK” (poz. 1-17) są parametrami granicznymi wymaganymi przez Zamawiającego, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33168100-6 - Endoskopy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 318909,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 318909,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 318909,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KARL STORZ Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 243706097

7.3.3) Ulica: Ul. Hołubcowa 123

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-854

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 318909,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-05