Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO WRAZ Z AKCESORIAMI DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Medyczne Dolmed SA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020126777

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Legnicka 40

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 53-674

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 717711775

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargigz@dolmed.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dolmed.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://dolmed.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO
WRAZ Z AKCESORIAMI DLA DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b8f71554-8046-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00088062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DIG.290.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 331130,08 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń, zainstalowaniem i uruchomieniem specjalistycznego sprzętu stomatologicznego wraz z akcesoriami.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
SZCZEGÓLOWY OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (SPECYFIKACJA TECHNICZNA):
WYMAGANY ROK PRODUKCJI 2022
1. UNIT STOMATOLOGICZNY NR 1 - 1 SZT.
Minimalne parametry techniczne:
Konsoleta lekarza:
Mocowanie konsolety umożliwiające ustawienie konsoli z prawej lub lewej strony fotela, 6-cio pozycyjna konsoleta lekarza,
Moduł z metalową dmuchawką,
Moduł mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem, z funkcją ENDO,
Moduł skalera piezoelektrycznego ze światłem z 7-ma tipami,
Moduł z rękawem turbiny ze światłem,
Tacka pod konsoletą lekarza z możliwością indywidualnego ustawienia,
Dotykowy panel sterowania przy konsolecie,
Bezprzyciskowy hamulec blokady konsolety lekarza,
Instrumenty:
Kątnica ze światłem 1:1
Kątnica ze światłem 1:5
Turbina ze światłem z szybkozłączką
Piaskarka profilaktyczna zapinana na szybkozłączkę z dyszą obrotową, waga do 0,15 kg
Fotel pacjenta:
Hydrauliczne siłowniki do podnoszenia i opuszczania siedziska i oparcia,
Obrotowy fotel umożliwiający obrót fotela w zakresie 30° w prawą lub lewą stronę,
Minimalny udźwig czynny fotela nie mniej niż 220 kg,
Minimalny zakres pracy fotela: od 350 mm do 800 mm,
Tapicerka „miękka”, kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę próbnika
Blok spluwaczki:
Obrotowa misa spluwaczki,
Możliwość łatwego przestawienia bloku spluwaczki na prawą lub lewą stronę fotela,
Wyposażony w wewnętrzny obieg wody destylowanej z min. 2 litrową, bezgwintową butelką.
Panel asysty:
Wyposażony w rękaw ssaka i ślinociągu,
Wyposażony w metalową dmuchawkę,
Możliwość indywidualnego ustawienia pozycji pracy instrumentów.
Lampa zabiegowa:
Wyposażona w minimum 8 punktów światła LED,
Wyposażona w minimum 4 punkty światła żółtego LED,
Możliwość 4-ro stopniowej zmiany natężenia światła,
Możliwość obrotu głowicy w 3 osiach.
Ramię do zainstalowania monitora:
fabrycznie zintegrowane z unitem stomatologicznym,
Monitor LCD o przekątnej ekranu minimum 22’ z osłoną ekranu i gniazdem AV
2. UNIT STOMATOLOGICZNY NR 2 - 1 SZT.
Minimalne parametry techniczne:
Konsoleta lekarza:
Mocowanie konsolety umożliwiające ustawienie konsoli z prawej lub lewej strony fotela, 6-cio pozycyjna konsoleta lekarza,
Moduł z metalową dmuchawką,
Moduł skalera piezoelektrycznego ze światłem z 7-ma tipami,
Moduł z rękawem turbiny ze światłem,
Tacka pod konsoletą lekarza z możliwością indywidualnego ustawienia,
Dotykowy panel sterowania przy konsolecie,
Bezprzyciskowy hamulec blokady konsolety lekarza,
Instrumenty:
Kątnica ze światłem 1:1

Kątnica ze światłem 1:5
Turbina ze światłem z szybkozłączką
Fotel pacjenta:
Hydrauliczne siłowniki do podnoszenia i opuszczania siedziska i oparcia,
Obrotowy fotel umożliwiający obrót fotela w zakresie minimum 30° w prawą lub lewą stronę,
Minimalny udźwig czynny fotela nie mniej niż 220 kg,
Minimalny zakres pracy fotela: od 350 mm do 800 mm,
Tapicerka „miękka”
Blok spluwaczki:
Obrotowa misa spluwaczki,
Możliwość łatwego przestawienia bloku spluwaczki na prawą lub lewą stronę fotela,
Wyposażony w wewnętrzny obieg wody destylowanej z min. 2 litrową, bezgwintową butelką.
Panel asysty:
Wyposażony w rękaw ssaka i ślinociągu,
Wyposażony w metalową dmuchawkę,
Możliwość indywidualnego ustawienia pozycji pracy instrumentów.
Lampa zabiegowa:
Wyposażona w minimum 8 punktów światła LED,
Wyposażona w minimum 4 punkty światła żółtego LED,
Możliwość minimum 4 - ro stopniowej zmiany natężenia światła,
Możliwość obrotu głowicy w 3 osiach.
3. LAMPA POLIMERYZACYJNA - 2 SZT.
Minimalne parametry:
- lampa wolnostojąca, bezprzewodowa
- minimum 3 tryby pracy
- minimum 8-krotna regulacja czasu pracy w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 40s
4. KRZESŁA DLA LEKARZY I ASYSTY - 2 ZESTAWY
Minimalne parametry techniczne:
Krzesełko lekarza 1 szt.
- siedzisko dynamiczne
- regulacja wysokości w zakresie nie gorszym od 490 do 620 mm
- regulacja nachylenia siedziska
- regulacja wysokości oparcia
- podstawa malowana proszkowo
- wyposażone w kółka zapobiegające rysowaniu powierzchni
- tapicerka „miękka”
Krzesełko lekarza 1 szt.
- siedzisko dynamiczne
- regulacja wysokości w zakresie nie gorszym od 490 do 620 mm
- regulacja nachylenia siedziska
- regulacja wysokości oparcia
- podstawa malowana proszkowo
- wyposażone w kółka zapobiegające rysowaniu powierzchni.
- obrotowe podłokietniki z regulacją wysokości
- tapicerka „miękka”
Krzesełko asysty – 2 szt.
- siedzisko dynamiczne
- regulacja wysokości w nie gorszym zakresie od 600 do 750 mm
- pierścień pod stopy z regulacją wysokości
- regulowane oparcie typu „banan” z miękką górną powierzchnią z regulacją wysokości
- podstawa malowana proszkowo
- wyposażone w kółka zapobiegające rysowaniu powierzchni
- tapicerka :”miękka”
5. KOMPRESOR Z OSUSZACZEM - 1 SZT.
Minimalne parametry techniczne:
- wydajność minimalna dla jednocześnie pracujących trzech unitów stomatologicznych / dwóch dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia i dodatkowego 1 unitu klasy nie gorszej niż dostarczone/
- osuszacz powietrza
- zasilanie sieciowe 230V
6. POMPA SSĄCA - 1 SZT.
Minimalne parametry:
- wielkość przepływu przy swobodnym przepływie, w zakresie nie mniejszym niż 1000 (l/min) i nie większym niż 1500 (l/min)
- separator cieczy
- głośność nie większa niż 62 dB
7. MIKROSKOP STOMATOLOGICZNY - 1 SZT.
Parametry urządzenia

- podstawa jezdna
- oświetlenie LED natężenia źródła światła nie gorszą niż 100 000 lux z regulacją
- temperatura barwowa – 5700K
- optyka apochromatyczna
- binokular uchylny w zakresie nie gorszym niż od 0 do 220 stopni
- powiększenie nie mniejsze niż 3 stopniowe
- minimum 2 filtry koloru
- źródło światła umieszczone w głowicy urządzenia
- możliwość zainstalowania aparatu fotograficznego
- możliwość zmiany ogniskowej w zakresie nie gorszym niż od 190 do 350mm

DODATKOWE WYMAGANIA
1 Szkolenia Szkolenie z zakresu obsługi i konserwacji oraz sposobu wykorzystania urządzeń do realizacji badań:
- do 10 osób
- czas trwania min 2h

2 Gwarancja Cały przedmiot zamówienia - minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru (bez wad).
Pełna gwarancja na serwis i części 12 miesięcy.
Od 13 do 60 miesiąca serwis, czyli koszty dojazdu i pracy odpłatne. W okresie od 13 do 60 miesiąca części zamienne określane jako niezużywające się będą nieodpłatne.
3 Serwis 1. Dostępność serwisu: poniedziałek-piątek 8 godzin dziennie
2. Reakcja serwisu: na telefon, mail, 1 godzina
3. Czas przystąpienia serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy nie dłuższy niż 24 godziny.
4. Czas naprawy nie dłuższy niż 3 dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy) od dnia dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego. W wyjątkowych sytuacjach czas usunięcia awarii będzie mógł ulec wydłużeniu po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym dodatkowego terminu na naprawę sprzętu, z opcją udostępnienia na wniosek Zamawiającego na czas naprawy sprzętu zastępczego lub podzespołu zastępczego o porównywalnych parametrach techniczno-użytkowych.
5. Przeglądy serwisowe: wg zaleceń producenta, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Koszty przeglądów w trakcie trwania gwarancji wliczone w wartość zamówienia.
6. Okres dostępności części zamiennych lub usługi naprawy dla wszystkich składowych przedmiotu zamówienia od daty sprzedaży przez co najmniej 10 lat.
7. Niezbędne aktualizacje oprogramowania systemowego i użytkowego unitu, w szczególności wynikające ze zmiany obowiązujących przepisów prawnych.
4 Termin dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy
5 Napięcie sieciowe 230V
6 Dodatkowe 1. Instrukcja w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
2. Paszport techniczny urządzeń
3. Deklaracja zgodności CE
4. Wszystkie produkty medyczne ujęte w opisie przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu na terenie UE.
5. Wszystkie wyroby medyczne ujęte w opisie zamówienia muszą być zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r.
6. Urządzenia nieużywane tj. fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, nie będące przedmiotem praw osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany we współpracy z Zamawiającym do podłączenia urządzenia do wody, kanalizacji, energii.
Treść oferty Wykonawcy musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo-cenowy (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia), który stanowi treść oferty i nie podlega uzupełnianiu (załącznik nr 2 do SWZ).
Zamówienie powinno być realizowane z należytą starannością, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w SWZ i ewentualnymi informacjami dla Wykonawców.
Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być kompletny ze wszystkimi składnikami sprzętowymi, oprogramowaniem, w tym podzespołami, elementami, materiałami i innymi składnikami sprzętowymi i programowymi niezbędnymi do jego uruchomienia i eksploatacji.
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy oraz wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanego pomieszczenia, jego zainstalowania, i uruchomienia oraz wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia.
Gwarancja i rękojmia:
1) Szczegóły dotyczące gwarancji i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy (wzór umowy).
2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił na cały przedmiot zamówienia minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi.
3) Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy (bez wad).

4.5.3.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33192000-2 - Meble medyczne

50421000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do dnia 17-01-2023r. została złożona oferta MARRODENT Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 31, 43-300 Bielsko-Biała, która podlega odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 353650,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 353650,00 PLN