Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KONCENTRATORA TLENU O NOWY KONCENTRATOR O WYDAJNOŚCI MINIMUM 190 L/MIN. ORAZ SYSTEM NAPEŁNIANIA BUTLI

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050580458

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Choroszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-070

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@sppchoroszc.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sppchoroszcz.med.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-383c6e23-bb56-11ee-b7da-22bd761ba7f3

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU KONCENTRATORA TLENU O NOWY KONCENTRATOR O WYDAJNOŚCI MINIMUM 190 L/MIN. ORAZ SYSTEM NAPEŁNIANIA BUTLI

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-383c6e23-bb56-11ee-b7da-22bd761ba7f3

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00234934

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-03-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00044691/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Modernizacja tlenowni

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00067401

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZP 3820 - 4/24

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 503891,16 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego systemu koncentratora tlenu o nowy koncentrator o wydajności minimum 190 l/min. oraz system napełniania butli.
2. Zakres prac do wykonania obejmuje rozbudowę istniejącej tlenowni zlokalizowanej w piwnicy budynku nr 19b (budynek oddziału neurologii Szpitala) o:
- rozbudowę istniejącego systemu koncentratora tlenu o 190 l/min,
- instalację systemu napełniania butli tlenem o wyd. 50l/min, ciś. maks. 150 bar,
- instalację 30 butli o poj. 50l, 30 butli o poj. 10l i 30 butli o poj. 5l,
- adaptację systemu wentylacji,
3. Opis ogólny istniejącej tlenowni
Zasilanie istniejących punktów poboru tlenu odbywa się obecnie z istniejącego systemu centralnej instalacji sprężonych gazów medycznych zgodny z EN-ISO 7396-1 „Systemy rurociągowe dla gazów medycznych – część 1: rurociągi dla sprężonych gazów medycznych i próżni”, wykonany w 2011 roku przez HYDRO – GAZ – MED. Zbigniew Szymczak i Marcin Susdorf Producent wyrobów medycznych, 05-205 Dobczyn, ul. Willowa 40.
System oparty jest na następujących urządzeniach:
1) Sprężarki śrubowe,
2) Koncentrator tlenu,
3) Systemy filtracyjne,
4) Panele sterujące,
5) Zbiornik zewnętrzny tlenu o pojemności 1000l.
Urządzenia zlokalizowane są w wydzielonym pomieszczeniu piwnicy budynku nr 19b, zbiornik tlenu znajduje się na zewnątrz budynku, w sąsiedztwie istniejącej rozprężalni.
Źródło rezerwowe gazów medycznych stanowi istniejąca rozprężalnia wyposażona w tablice redukcyjne o wydajności 25m3 i gaz dostarczany w butlach o pojemności 40l.
Całość funkcjonujących rozwiązań zawarta jest w załączonym Katalogu „Dok. archiwalna istniejącej tlenowni”.
4. Uwaga! Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej wg zasad określonych w ROZDZIALE XXVI niniejszej SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33157800-3 - Urządzenia do podawania tlenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
W postępowaniu złożona została jedna oferta podlegająca odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, gdyż jest ona niezgodna z warunkami zamówienia.
Na podstawie art. 255 pkt. 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 567577,22 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 567577,22 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie