Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywny zakup odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NIEPOŁOMICKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120891316

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Janusza Korczaka 1

1.5.2.) Miejscowość: Niepołomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-005

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 12 350 26 18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: katarzyna.scibiorek@ncmspzoo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ncmspzoo.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/578e978d-1e0b-40ea-a362-055fbf8cc576

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywny zakup odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora immunologicznego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-284b02cf-cc0a-47f4-97e6-2a44549f68b9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00004083

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00579965

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.NCM.271.1.2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 257980,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakup odczynników immunologicznych: TOXO IgM (liczba testów - 60), TOXO IgG (liczba testów -60), Hbs AG ULTRA, (liczba testów- 600) LYME IgM (liczba testów - 60), LYME IgG (liczba testów - 60), FT3 (liczba testów - 2820), TPSA ((liczba testów - 2940), FPSA (liczba testów - 660), TSH3 ((liczba testów - 9600), FT4 (liczba testów - 3600) WITAMINA D (liczba testów - 1320), ANTY Hbs TOTAL (liczba testów - 840), KORTYZOL (liczba testów - 60), WITAMINA B12 TOTAL (liczba testów - 60), D-DIMERY (liczba testów - 60) - oraz materiałów zużywalnych, eksploatacyjnych i kontrolnych do analiztora.

Dzierżawa analizatora immunologicznego na okres 12 miesięcy oraz usługa serwisowa (przeglądy konserwacyjne i naprawy).

Wymagane parametry i funkcje analizatora
1.Analizator z minimum 2022 roku produkcji
2.Wieloparametrowy analizator do badan immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną
3.Minimum 30 miejsc pomiarowych w jednym lub maksymalnie 3 zintegrowanych modułach analitycznych.
4.Aparat bezigłowy - wykluczenie możliwości kontaminacji próbki (przeniesienia oznaczanego składnika pomiędzy próbkami) i zakażenia personelu (jednorazowe zestawy testowe dla jednego pacjenta)
5.Oprogramowanie graficzne w systemie Windows umożliwiające archiwizacje danych pacjentów i wyników
6.Analizator posiadający możliwość dwustronnej komunikacji z systemem laboratoryjnym.
7.Możliwość zdalnej obsługi serwisowej analizatora z w wykorzystaniem łącza internetowego.
8.Podłączenie aparatu do LIS
9. Brak płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej obsługi aparatów.

Wymagania dotyczące odczynników
1.Wszystkie odczynniki od jednego producenta
2.Kompletne zestawy odczynników (zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu)
3.Odczynniki w formie monotestów
4.Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatu, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co 14 dni
5.Liniowość DDmierów do 10 000 ng/ml bez konieczności rozcieńczania próbki
6.Zwalidowana w ulotce technicznej właściwego testu, możliwość wykonywania oznaczeń D-Dimerów i stosowania algorytmu decyzyjnego dla klinicystów do wykluczania zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej - dla parametru D-Dimer

Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji

Miejsce wykonywania zamówienia: Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Niepołomickiego Centrum Medycznego Sp. z o o. ul. Korczaka1 32-005 Niepołomice

4.5.3.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 278213,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 278213,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 278213,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biomerieux Polska Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6832032485

7.3.3) Ulica: Generała Józefa Zajączka 9

7.3.4) Miejscowość: Wraszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-518

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Serwis i przegląd aparatu: ARMED P.U.H.; SEMED; STATIL Sp. z o.o.; COMPRIM; Oxylabor; Fix-NET; GRACZYK TECHNOLOGIES lub FU Michał Rutkowski

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2025-12-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 278213,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2026-01-01 do 2026-12-31