

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup i dostawa systemu stabilizacji głowy dla zabiegów
neurochirurgicznych na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530512391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wincentego Witosa 26

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-401

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.salajczyk@usk.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://usk-opole.logintrade.net/zapytania_email,226838,049b675dc4376445e87c5df145a395dd.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa systemu stabilizacji głowy dla zabiegów neurochirurgicznych na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f3112ca-70e5-414b-9829-f751878a7c7d

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00198604

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-04-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00021818/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.44 System stabilizacji głowy dla zabiegów neurochirurgicznych Blok Operacyjny

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00161117

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DZP/2-23/233/52/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 39500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa systemu stabilizacji głowy dla zabiegów neurochirurgicznych na potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33169000-2 - Przyrządy chirurgiczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Odrzucenie oferty Wykonawcy Imc Impomed Centrum S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

W toku weryfikacji oferty stwierdzono, że Wykonawca nie spełnił określonych przez Zamawiającego warunków bezwzględnych:

- dla pkt 14 przedmiotu zamówienia, tj. parametru dotyczącego wymagań technicznych. Wskazany przez Wykonawcę parametr wynosi 85 – 215 mm, podczas gdy w Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający jednoznacznie określił wymaganie: „Rozstaw między pinami ostrymi: 70mm – 230mm.” Oznacza to, że Zamawiający dopuścił wartości mieszczące się wyłącznie w przedziale 70mm – 230mm.

- dla pkt 19 przedmiotu zamówienia, tj. parametru dotyczącego wymagań technicznych. Wskazany przez Wykonawcę parametr wynosi 90 – 360 N (20 - 80 lbs), podczas gdy w Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający jednoznacznie określił wymaganie: „Zakres nastawianej siły docisku 80 – 400 N (18 - 90 lbs).” Oznacza to, że Zamawiający dopuścił wartości mieszczące się wyłącznie w przedziale 80 – 400 N (18 - 90 lbs).

Przedmiotowa oferta nie spełnia ww. wymagań, gdyż deklarowane wartości znajdują się poza opisanymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wymaganiami, a tym samym pozostaje niezgodna z opisem przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym, oferta podlega odrzuceniu.