

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Dostawy**

**Dotyczy pakietów 1-5: Jednorazowa sprzedaż i dostawa akcesoriów laboratoryjnych**  
**Dotyczy pakietów 6-13: sukcesywna sprzedaż i dostawa pojemników z formaliną i pojemników laboratoryjnych**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 272165010

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Jana Pawła II 2

**1.5.2.) Miejscowość:** Siemianowice Śląskie

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 41-100

**1.5.4.) Województwo:** śląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL22A - Katowicki

**1.5.7.) Numer telefonu:** 32 73 57 63 1

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@clo.com.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.clo.com.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://clo.ezamawiajacy.pl/pn/CLO/demand/257221/notice/public/details>

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Zdrowie

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dotyczy pakietów 1-5: Jednorazowa sprzedaż i dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Dotyczy pakietów 6-13: sukcesywna sprzedaż i dostawa pojemników z formaliną i pojemników laboratoryjnych

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-7dad29c6-847f-445f-8624-478bb2945a1c

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00225165

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-04-30

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2025/BZP 00035440/26/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.2.28 Odczynniki i akcesoria laboratoryjne (IV kwartał)

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00629567

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CLO/ZP/41/2025

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 153715,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

#### Część 1

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1: Akcesoria laboratoryjne - Papierki wskaźnikowe pH

1. Papierki wskaźnikowe pH dla zakresu min. 5,0-8,0 z podziałką co 0,5. W opakowaniu: 100 sztuk. Ilość: 4 opakowania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33124131-2 - Paski odczynnikowe

4.5.5.) Wartość części: 300,00 PLN

#### Część 2

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Akcesoria laboratoryjne - Membrana poliwęglanowa

1. Filtracyjna membrana poliwęglanowa do kontroli jakości posiadanego przez Zamawiającego zestawu do przygotowania produktu radiofarmaceutycznego Pulmocis firmy Curium. Średnica zewnętrzna membrany: minimum 10 mm, maksimum 25 mm. Wielkość porów membrany: 3 um. Grubość membrany: 10 um. Niesterylna. Opakowanie: 100 sztuk. Ilość: 1 opakowanie.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33124131-2 - Paski odczynnikowe

4.5.5.) Wartość części: 300,00 PLN

#### Część 3

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Akcesoria laboratoryjne - Szklana pipeta wielomiarowa do chromatografii

1. Szklana pipeta wielomiarowa przeznaczona do odmierzania i przenoszenia rozpuszczalnika do chromatografii radio-TLC (Cienkowiarsztwa Chromatografia Radiofarmaceutyków). Wykonana ze szkła borokrzemianowego lub innego materiału gwarantującego bezpieczne użytkowanie z rozpuszczalnikami wykorzystywanymi do chromatografii radio-TLC. Pojemność 10 ml. Podziałka 0,1 ml. Każda wyposażona w gruszkę do pipet szklanych, dedykowana do pojemności pipety. Ilość: 5 sztuk.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.5.5.) Wartość części: 200,00 PLN

#### Część 4

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4: Akcesoria laboratoryjne - Lejek laboratoryjny

1. Lejek laboratoryjny. Materiał: szkło. Średnica zewnętrzna: 75-80 mm. Średnica szyjki: 9 mm. Ilość: 2 sztuki.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

4.5.5.) Wartość części: 40,00 PLN

#### Część 5

##### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 5: Akcesoria laboratoryjne - Fiolka na rozpuszczalnik do chromatografii

1. Fiolka na rozpuszczalnik do chromatografii. Wykonana ze szkła borokrzemianowego lub innego materiału gwarantującego bezpieczne użytkowanie z rozpuszczalnikami wykorzystywanymi do chromatografii radio-TLC (Cienkowiarsztwa

Chromatografia Radiofarmaceutyków). Kształt cylindryczny z poszerzonym dnem. Posiadająca zamknięcie od góry w formie pokrywki szklanej dopasowanej do kształtu fiolki. Wymiary wewnętrzne fiolki (średnica wejściowa x wysokość): 15-30 mm x 80-90 mm. Ilość: 4 sztuki.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33793000-5 - Laboratoryjne wyroby szklane

**4.5.5.) Wartość części:** 1256,00 PLN

## Część 6

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 6: Akcesoria laboratoryjne do hodowli keratynocytów i fibroblastów ludzkich

1. Zestaw pojemników wykonanych z polipropylenu, w skład zestawu wchodzi pojemniki o objętości 50 ml i 100 ml, pojemniki umieszczone jeden w drugim. Z nakrętką polipropylenową o wysokiej wytrzymałości z zabezpieczeniem uniemożliwiającym swobodne otwarcie. Każdy zestaw sterylny w indywidualnym opakowaniu ochronnym, z możliwością wykorzystania w transplantologii. Temperatura przechowywania do -80 stopni C. Wyrób medyczny. Ilość: 50 zestawów.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

**4.5.5.) Wartość części:** 4225,00 PLN

## Część 7

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7: Pojemniki chirurgiczne do badań histologicznych

1. Pojemnik z tworzywa sztucznego 60 ml (+/- 5 ml), zakręcany lub dociskany, sterylny, pojedynczo pakowany. Wyrób medyczny. Ilość: 400 sztuk.
2. Pojemnik chirurgiczny z tworzywa sztucznego 1000 ml (+/- 100 ml), zakręcany lub dociskany zapewniając szczelność. Wyrób medyczny. Ilość: 360 sztuk.
3. Pojemnik chirurgiczny z tworzywa sztucznego 500 ml (+/- 100 ml), zakręcany lub dociskany zapewniając szczelność. Wyrób medyczny. Ilość: 200 sztuk.
4. Pojemnik chirurgiczny z tworzywa sztucznego 2000 ml (+/- 300 ml), zakręcany lub dociskany zapewniając szczelność. Wyrób medyczny. Ilość: 370 sztuk.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33169400-6 - Pojemniki chirurgiczne

**4.5.5.) Wartość części:** 10600,00 PLN

## Część 8

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 8: Pojemniki chirurgiczne do badań histologicznych

1. Pojemnik z tworzywa sztucznego na próbki do badań histopatologicznych wypełniony 10 % roztworem formaliny, szczelnie zamykany zakręcaną nakrętką. Pojemnik oznaczony znakami sygnalizującymi zawartość substancji niebezpiecznej dla zdrowia. Minimalna wielkość pojemnika: 30 ml. Maksymalna wielkość pojemnika: 40 ml. Minimalna ilość formaliny 15 ml. Wyrób medyczny. Ilość: 2000 sztuk.
2. Pojemnik z tworzywa sztucznego na próbki do badań histopatologicznych wypełniony 10 % roztworem formaliny, szczelnie zamykany zakręcaną nakrętką. Pojemnik oznaczony znakami sygnalizującymi zawartość substancji niebezpiecznej dla zdrowia. Minimalna wielkość pojemnika 50 ml. Maksymalna wielkość pojemnika: 80 ml. Minimalna ilość formaliny 30 ml. Wyrób medyczny. Ilość: 500 sztuk.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33169400-6 - Pojemniki chirurgiczne

**4.5.5.) Wartość części:** 6500,00 PLN

## Część 9

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 9: Pakiet odczynników i akcesoriów laboratoryjnych do epidemiologicznych badań przesiewowych

1. Zestaw testów kompatybilnych z urządzeniem GeneXpert IV-4 będącym w posiadaniu Zamawiającego. Testy w formie kartridży. Każdy kartridż powinien składać się z:

- komory przetwarzania przechowującej próbki, odczynniki, przetworzone próbki oraz odpady (jedna z komór ma być komorą powietrzną zaprojektowaną w celu wyrównywania ciśnienia wewnątrz kartridża),
- układu zaworów pozwalającym na przenoszenie płynów do różnych komór kartridża,
- próbówki reakcyjnej – amplifikacja i detekcja powstałego produktu.

Kartridże do testów przechowywane w temperaturze od 2°C do 28°C. Każdy kartridż powinien zawierać dwie kontrole wewnętrzne (kontrolę jakości wykonania PCR, kontrola jakości próbki). Każdy kartridż powinien być znakowany kodem QR, umożliwiającym automatyczne odczytywanie przez analizator: rodzaju testów, numeru lot testów oraz daty przydatności, pozwalający na molekularne wykrywanie Mycobacterium tuberculosis oraz mutacji oporności na rifampicinę w czasie

mniejszym niż dwie godziny. Wyrób medyczny. Zestaw ma zawierać:

- 10 sztuk kartridży,
- 10 sztuk pipet transferowych,
- 10 sztuk odczynnika do próbek.

Ilość: 2 zestawy.

2. Zestaw testów kompatybilnych z urządzeniem GeneXpert IV-4 będącym w posiadaniu Zamawiającego. Testy w formie kartridży. Każdy kartridż powinien składać się z:

- komory przetwarzania przechowującej próbkę, odczynnik, przetworzone próbki oraz odpady (jedna z komór ma być komorą powietrzną zaprojektowaną w celu wyrównywania ciśnienia wewnątrz kartridża),
- układu zaworów pozwalającym na przenoszenie płynów do różnych komór kartridża,
- próbki reakcyjnej – amplifikacja i detekcja powstałego produktu.

Kartridże do testów przechowywane w temperaturze od 2°C do 28°C. Każdy kartridż powinien zawierać dwie kontrole wewnętrzne (kontrolę jakości wykonania PCR, kontrola jakości próbki). Każdy kartridż powinien być znakowany kodem QR, umożliwiającym automatyczne odczytywanie przez analizator: rodzaju testów, numeru lot testów oraz daty przydatności. W skład zestawu wchodzi testy pozwalające na molekularne wykrywanie i różnicowanie różnych klas karbapenemaz (KPC, NDM, VIM, IMP-1 i OXA-48) w czasie poniżej 50 minut. Wyrób medyczny.

Zestaw ma zawierać:

- 10 sztuk kartridży,
- 10 sztuk pipet transferowych,
- 10 sztuk odczynnika do próbek.

Ilość: 45 zestawów.

3. Zestaw testów kompatybilnych z urządzeniem GeneXpert IV-4 będącym w posiadaniu Zamawiającego. Testy w formie kartridży. Każdy kartridż powinien składać się z:

- komory przetwarzania przechowującej próbkę, odczynnik, przetworzone próbki oraz odpady (jedna z komór ma być komorą powietrzną zaprojektowaną w celu wyrównywania ciśnienia wewnątrz kartridża),
- układu zaworów pozwalającym na przenoszenie płynów do różnych komór kartridża,
- próbki reakcyjnej – amplifikacja i detekcja powstałego produktu.

Kartridże do testów przechowywane w temperaturze od 2°C do 28°C. Każdy kartridż powinien zawierać dwie kontrole wewnętrzne (kontrolę jakości wykonania PCR, kontrola jakości próbki). Każdy kartridż powinien być znakowany kodem QR, umożliwiającym automatyczne odczytywanie przez analizator: rodzaju testów, numeru lot testów oraz daty przydatności, pozwalający na molekularne wykrywanie infekcji *Clostridium difficile* z niezależnym oznaczeniem toksyny binarnej i różnicowanie patogennego szczepu 027 w czasie poniżej 90 minut. Wyrób medyczny. Zestaw ma zawierać:

- 10 sztuk kartridży,
- 10 sztuk odczynnika do próbek.

Ilość: 10 zestawów.

4. Zestaw wymazówek kompatybilnych z urządzeniem GeneXpert IV-4 będącym w posiadaniu Zamawiającego. Zestaw ma zawierać 50 sztuk wymazówek. Wymazówki do pobierania materiału badanego. Wyrób medyczny. Ilość: 12 zestawów.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

**4.5.5.) Wartość części:** 108294,00 PLN

## Część 10

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 10: Odczynniki do badań cytotoksyczności

1. Test MTT do badania proliferacji komórek, test kolorymetryczny do nieradioaktywnej oceny ilościowej proliferacji komórek, żywotności i cytotoksyczności. Test do oceny adherentnych komórek lub zawiesiny komórek na płytkach 96-dołkowych. Test do oceny ilościowej. Powinien reagować z komórkami różnych gatunków (ssaków). Test przeznaczony do użycia w hodowlach komórkowych. Inkubacja podczas analizy nie dłuższa niż 4 h. Analiza za pomocą czytnika mikroplatek i pomiary absorbancji przy OD 570 - 590 nm. Po rozmrożeniu odczynników MTT możliwość ich przechowywania w temperaturze 2 do 8°C przez okres minimum 4 tygodni. Jeden zestaw powinien pozwolić na minimum 100 testów. Ilość: 2 zestawy.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

**4.5.5.) Wartość części:** 4000,00 PLN

## Część 11

### 4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 11: Odczynniki służące do oznaczania pirogenności

1. Monocyty - komercyjnie dostępna linia komórkowa ludzkich monocytów, dostarczona w fiolce w stanie głębokiego mrożenia, zawierająca minimum 1 milion żywych komórek. Odpowiednia dla wykonania testu aktywacji monocytów MAT. Ilość: 1 sztuka

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

**4.5.5.) Wartość części:** 5000,00 PLN

**Część 12****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Pakiet 12: Odczynniki służące do oznaczania pirogenności

1. Zestaw do wykrywania pirogenów metodą aktywacji monocytów (MAT), zgodny z obowiązującymi normami farmakopealnymi. Wykonawca gwarantuje okres przydatności do użytku nie krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy do siedziby Zamawiającego. Wykorzystanie ludzkich monocytów lub linii komórkowej pochodzenia monocytarnego do identyfikacji pirogenów poprzez pomiar wydzielanych cytokin prozapalnych, takich jak interleukina-6 (IL-6). Zdolność wykrywania pirogenów na poziomie co najmniej 0,05 EU/ml. Zgodność z wytycznymi Europejskiej Farmakopei dotyczącymi testu MAT. Ilość: 2 zestawy.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

**4.5.5.) Wartość części:** 10000,00 PLN

**Część 13****4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Pakiet 13: Odczynniki służące do badań cytotoksyczności

1. Linia komórkowa ludzkich limfocytów T cytotoksycznych, nienowotworowych, wykazujących ekspresję receptorów TCR/CD3 i TCR/CD8. Ostarzone komórki powinny być wolne od zanieczyszczeń bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych oraz mykoplazm, z dokumentem potwierdzającym autentyczność i pochodzenie linii. Komórki powinny być dostarczone w formie krioprezerwowanej (zamrożonej) w ciekłym azocie lub suchym lodzie, gotowej do rozmrożenia i rozpoczęcia hodowli laboratoryjnej. Ilość: 1 sztuka.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

**4.5.5.) Wartość części:** 3000,00 PLN

**SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA****Część 7****SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)**

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

**SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)**

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 1

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 4328,64 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 4328,64 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 4328,64 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

**SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)**

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**Wykonawca**

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** GRASO ZS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** NIP: 5922307790

**7.3.3) Ulica:** Krag 4A

**7.3.4) Miejscowość:** Krag

**7.3.5) Kod pocztowy:** 83-200

**7.3.6.) Województwo:** pomorskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

#### **SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)**

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2026-04-09

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 4328,64 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 12 miesiące