

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa stanowiska do badań wodoszczelności**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 387374918**1.5) Adres zamawiającego****1.5.1.) Ulica:** Aleja Lotników 32/46**1.5.2.) Miejscowość:** Warszawa**1.5.3.) Kod pocztowy:** 02-668**1.5.4.) Województwo:** mazowieckie**1.5.5.) Kraj:** Polska**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL911 - Miasto Warszawa**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** agata.zygler@imif.lukasiewicz.gov.pl**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://imif.lukasiewicz.gov.pl/>**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**

<https://platformazakupowa.pl/pn/imif>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Dostawa stanowiska do badań wodoszczelności

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d4137a8-7b0e-4c0a-b8fc-e0f16977238c**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00265336**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01**2.7.) Data ogłoszenia:** 2026-05-28**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Nie**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Tak**2.12.) Nazwa projektu lub programu:**

Inwestycja: A2.4.1 Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00206503**SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ**

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F2/121/2026/ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 751040,88 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie stanowiska do badań wodoszczelności wraz ze szkoleniem i dokumentacją.

4.5.3.) Główny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Do dnia 28.04.2026 r. do godz. 9:00 wpłynęła 1 oferta złożona przez firmę:

Klimatest Trzynadlowski i Wspólnicy Sp. j. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5C

52-204 Wrocław

Oferta podlegała odrzuceniu - oferta jest niezgodna z określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ wymaganiami Zamawiającego w punktach:

o 6 – Wymagane wyposażenie dla stopni IPX1 oraz IPX2: – taca opadowa

o wymiarach 201 x 552 x 512mm.

Wykonawca nie potwierdził tylko podał: „Tak, taca opadowa o wymiarach 500x500 mm.” co jest niezgodne z wymaganiami Zamawiającego.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0