

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Sukcesywne usługi analiz laboratoryjnych próbek wody morskiej w zakresie oznaczania krzemionki**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Morski w Gdyni

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000145112

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Morska 81-87

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-225

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.7.) Numer telefonu: 55-86-421

1.5.8.) Numer faksu: 7412250

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@umg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umg.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<http://e-propublico.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne usługi analiz laboratoryjnych próbek wody morskiej w zakresie oznaczania krzemionki

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d82079a4-1bb1-45fc-a020-90961fdad79a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00269931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00001722/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 usługi specjalistyczne (inne niż wymienione w niniejszym załączniku)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00201079

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie faktyczne i prawne na końcu ogłoszenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: CRZP/46/2026/AZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 210000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badań laboratoryjnych polegających na oznaczaniu zawartości krzemionki w wodzie morskiej, wyrażonej w postaci SiO₂, metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES), zgodnie z normą ČSN EN ISO 11885:2009 oraz procedurą badawczą SOP OV 201.01. Wymagana dolna granica oznaczalności metody: LOQ: 0,05 mg·dm⁻³.

Badania muszą być wykonywane w laboratorium posiadającym akredytację zgodną z normą EN ISO/IEC 17025.

Jednocześnie metoda badawcza objęta niniejszym zamówieniem musi znajdować się w zakresie akredytacji laboratorium realizującego badania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 73110000-6 - Usługi badawcze

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 1

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 205344,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 205344,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 205344 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 000000000

7.3.3) Ulica: Partyzánské náměstí

7.3.4) Miejscowość: Moravská Ostrava

7.3.5) Kod pocztowy: 70200

7.3.7.) Kraj: Republika Czeska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-05-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 205344 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu:

Art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1

Art. 214. [Przesłanki udzielenia zamówienia z wolnej ręki]

1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn:

a) technicznych o obiektywnym charakterze,

b) związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów

- jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia;

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badań laboratoryjnych polegających na oznaczaniu zawartości krzemionki w wodzie morskiej, wyrażonej w postaci SiO₂, metodą spektrometrii emisyjnej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-OES), zgodnie z normą ČSN EN ISO 11885:2009 oraz procedurą badawczą SOP OV 201.01. Wymagana dolna granica oznaczalności metody: LOQ: 0,05 mg·dm⁻³.

Badania muszą być wykonywane w laboratorium posiadającym akredytację zgodną z normą EN ISO/IEC 17025.

Jednocześnie metoda badawcza objęta niniejszym zamówieniem musi znajdować się w zakresie akredytacji laboratorium realizującego badania.

Wymaganiem wykonania usług jest zastosowanie czeskiej normy i procedury badawczej laboratorium czeskiego, jedyną placówką badawczą, która jest w stanie wykonywać analizy próbek jest ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava , Czechy