Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
DOSTAWA AUTOREFRAKTOKERATOMETRU Z PACHYMETREM WRAZ Z MONTAŻEM I SZKOLENIEM

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 241512940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pyskowicka 47-51

1.5.2.) Miejscowość: Tarnowskie Góry

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-612

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 32/285-40-58 wewn. 447

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jsobczyk@wspsa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspsa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wspsa.ezamawiajacy.pl/pn/wspsa/demand/287352/notice/public/details

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
DOSTAWA AUTOREFRAKTOKERATOMETRU Z PACHYMETREM WRAZ Z MONTAŻEM I SZKOLENIEM

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-638b0fd9-e663-4972-9c0a-df353f317f36

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00277324

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-06-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00230866

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WSP-DZP-2100-22/2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

DOSTAWA AUTOREFRAKTOKERATOMETRU Z PACHYMETREM WRAZ Z MONTAŻEM I SZKOLENIEM
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Autorefraktokeratometru z pachymetrem wraz z montażem i szkoleniem, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SWZ.
Autorefraktokeratometru wraz z pachymetrem, tonometrem, topografem, analiza suchego oka
Zakres pomiaru refrakcji (min.): Strefa (S): od -20 dpt. do +20 dpt. PrzyVD =12 Astygmatyzm : 0-180 stp.
Zakres pomiaru refrakcji (min.): Cylinder (C): 0 dpt do min. 10 dpt.
Zakres pomiaru refrakcji: Oś Cylindra: 0° do 180°
Minimalna wielkość źrenicy: 2mm
Pomiar PD zakres: 85 mm (PD do bliży)
Pomiar średnicy źrenicy zakres: 2,0 mm do 8,5 mm
Pomiar krzywizny rogówki: 5,0 mm do 13,00 mm
Moc rogówki 25,96 D do 67,50 D
Oś: od 0˚ do 180˚
Astygmatyzm rogówki: 0 D do 12 D
Zakres pomiaru: 1 – 60 mm Hg
Ustawienia zakresów pomiarowych: 1–40 mmHg, 1-60 mmHg
Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC)
Zakres pomiarowy: 300 – 800 µm
Ustawienia zakresów pomiarowych: 1–40 mmHg, 1-60 mmHg
Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC)

Ekran LCD min. 5,7”
Drukarka wbudowana termiczna
Zakres ruchu podstawy min.:
- przód/tył: 22 mm
- lewo/prawo: 43 mm
- góra/dół: 17 mm
Analiza mrugania,
Automatyczny pomiar średnicy źrenicy i rogówki
Funkcja retroiluminacji
Pomiar akomodacji
Stolik elektryczny pod urządzenie
W zestawie:
- oko modelowe,
- materiały eksploatacyjne: papier do drukarki, papierki na podbródek, kołki do mocowania papierków na podbródek,
- zapasowe bezpieczniki,
- pokrowiec na aparat
Dokumentacja:
- Paszport techniczny z wpisem aktualnego przeglądu – dostarczony wraz z urządzeniem.
- Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona wraz z urządzeniem (2 egzemplarze).
- Certyfikat CE – dostarczony wraz z urządzeniem.
- Karta gwarancyjna
Autonaprowadzanie głowicy pomiarowej w osiach X-Y-Z oraz funkcja autostartu (możliwość pracy w trybie manualnym za pomocą dżojstika)

4.5.3.) Główny kod CPV: 33115000-9 - Urządzenia do tomografii

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33115000-9 - Urządzenia do tomografii

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 65706,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 74790,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 65706,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLAND OPTICAL Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5481481167

7.3.3) Ulica: ul. Katowicka 100

7.3.4) Miejscowość: Cieszyn

7.3.5) Kod pocztowy: 43-400

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2026-06-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 65706,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni