

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa wraz z montażem magnetronu MG6370E do akceleratora Elekta 3 Versa.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531420768

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 66A

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-061

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adudzinska@onkologia.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://nowa.onkologia.opole.pl/>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wraz z montażem magnetronu MG6370E do akceleratora Elekta 3 Versa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0595fa3-08b7-45a9-bac0-2bd87162e42b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00356112

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-07-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00038212/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Dostawa i montaż megatronu MG6370E do akceleratora Elekta 3 Versa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00302649

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Na podstawie art. 305 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, zapraszamy Państwa do negocjacji warunków umowy w postępowaniu prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: NZP.2800.26.2026-ZWR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa wraz z montażem magnetronu MG6370E do akceleratora Elekta 3 Versa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31711421-0 - Magnetrony

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 22.05.2026r. nastąpiła awaria akceleratora Elekta 3 Versa. Po wezwaniu serwisu stwierdzono zakłócenie impulsu prądowego, co wskazywało na awarię magnetronu i potrzebę wymiany elementu do usprawnienia pracy akceleratora. Zespół oceniający uzyskał zgodę kierownika SP ZOZ OCO na zakup nowego magnetronu MG6370E do akceleratora Elekta 3 Versa. W trakcie procedowania zamówienia z wolnej ręki, po ponownym kontakcie z serwisem firmy Elekta i dokonaniu testów diagnostycznych, polegających na włączeniu energii 18MV diagnostyka nie wykazała błędów wywołanych uszkodzeniem magnetronu. Akcelerator okazał się być sprawny i dopuszczony do użytku klinicznego, a pierwsza diagnoza okazała się błędna. W związku z powyższym wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania i zakup nowego magnetronu jest zbędne i nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.