

Ogłoszenie o zamówieniu**Dostawy**

Dostawa materiałów szewnych oraz siatek chirurgicznych i ginekologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**1.1.) Rola zamawiającego**

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000304349

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowska 31

1.5.2.) Miejscowość: Bochnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-700

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zaopatrzenie@szpital-bochnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <http://szpital-bochnia.pl/>

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa materiałów szewnych oraz siatek chirurgicznych i ginekologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cf32a175-f416-4fcc-a29a-52c007308fa9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00442658

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-09-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2026/BZP 00045862/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.14 Dostawa nici chirurgicznych oraz siatek

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cf32a175-f416-4fcc-a29a-52c007308fa9>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje zostały zawarte w VI. SWZ 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/pl/> oraz poczty elektronicznej. 2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na e-Zamówienia <https://ezamowienia.gov.pl/p>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:

<https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: 1) Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za wyjątkiem opisanym w II.7.4) oraz II.8.1. ppkt 3) SWZ, tj. Zamawiający odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, w zakresie przedstawienia próbki, której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2) Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt. II.8.1. ppkt 3), można przekazać, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem pośłańca.

3) Próbkę, o której mowa w pkt. II.8.1. ppkt 3) SWZ, wraz z wypełnionym wykazem próbek oferowanych produktów (według załącznika nr 2D) należy złożyć w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie lub opakowaniu, w sposób uniemożliwiający ujawnienie jej treści przed upływem terminu otwarcia ofert.

4) Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić następującą treść:

NAZWA WYKONAWCY.....

ADRES WYKONAWCY.....

NUMER TELEFONU.....

Próbka w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa materiałów szewnych oraz siatek chirurgicznych i ginekologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

DZ-271-1-62/TP/2026

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM r., DO GODZ.(*)

(*) należy wpisać obowiązujący (aktualny) termin składania ofert.

5) Próbkę, o której mowa w pkt. II.8.1. ppkt 3) SWZ, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Krakowskiej 31, w Bochni, Dziennik podawczy, bud, ZRM w terminie wskazanym w pkt. XI.3) SWZ i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. VII.4) SWZ.

6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie próbki w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobem opisaną oferty, jak również w przypadku nienależytego jej zabezpieczenia.

7) Zamawiający nie dokona zwrotu zbadanych próbek. Próbkę zostaną wykorzystane przy ocenie zgodności oferowanego przedmiotu Zamówienia z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SWZ oraz przy ocenie ofert w kryterium Parametry techniczne – jakość

8) Próbkę, o której mowa w pkt. II.7.3) SWZ, można przekazać, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem pośłańca w terminie wskazanym i na adres wskazany w piśmie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wszystkie informacje dotyczące RODO zawarte zostały w załączniku do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wszystkie informacje dotyczące RODO zawarte zostały w załączniku do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.**4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:** Nie**4.1.2.) Numer referencyjny:** DZ-271-1-62/TP/2026**4.1.3.) Rodzaj zamówienia:** Dostawy**4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie**4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:** Tak**4.1.9.) Liczba części:** 6**4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części****4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy:** Nie**4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia:** Nie**4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:****Część 1****4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa materiałów szewnych oraz siatek chirurgicznych i ginekologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Pakiet nr 1 - Nici wchłanialne

Część I

Lp. Grubość Długość nitki Długość igły Cechy charakterystyczne

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2/0 6 x 45cm - Podwiązka (**)

2. 3/0 6 x 45cm - Podwiązka

3. 0 6 x 45cm - Podwiązka

4. 1 140-150cm - Podwiązka(**)

5. 5/0 70-75cm 17-19 mm 1/2 koła okrągła

6. 4/0 70-75cm 20-22mm 1/2 koła okrągła(**)

7. 3/0 70-75cm 20-22mm 1/2 koła okrągła(**)

8. 3/0 70-75cm 24-25mm 3/8 koła odwrotnie tnąca dwuwkłęsła kosmetyczna

9. 3/0 75-90cm 26-27mm 1/2 koła okrągła, rozwarstwiająca (**)

10. 3/0 75-90 30-31mm 1/2 koła okrągła, rozwarstwiająca

11. 2/0 70-75cm 24-25mm 3/8 koła odwrotnie tnąca dwuwkłęsła kosmetyczna (**)

12. 2/0 70-75cm 35-37 mm 5/8 koła okrągła (**)

13. 2/0 75-90 cm 26-27mm 1/2 koła okrągła, rozwarstwiająca (**)

14. 2/0 75-90cm 30-31mm 1/2 koła okrągła, rozwarstwiająca

15. 2/0 70-75 cm 30-31mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem (**)

16. 2/0 90cm 38-40mm 1/2 koła okrągła (**)

17. 2/0 75-90cm 48-50mm 1/2 koła okrągła

18. 2/0 90 cm 48 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona

19. 2/0 70-75cm 60-65mm 1/2 koła okrągła (**)

20. 2/0 70-75cm 30-32mm igła typu J (laparoskopowa) 30-32 okrągła (**)

21. 0 70-75cm 30-31mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem

22. 0 70-75cm 26-27mm 1/2 koła okrągła (**)

23. 0 90 cm 30 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona (**)

24. 1 70-75cm 30-32mm igła typu J (laparoskopowa) 30-32 z krótkim tnącym końcem, wzmocniona, (**)

25. 1 75-90cm 60-65mm 1/2 koła okrągła

26. 1 90 cm 65 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona (**)

27. 1 90cm 40-41mm 1/2 koła okrągła, wzmocniona, (**)

28. 1 - pętla 150cm 48-50mm 1/2 koła okrągła(**)

29. 2 150-200cm 60-65mm 1/2 koła okrągła

30. 1 90cm 48-50mm 1/2 koła okrągła, wzmocniona (**)

31. 1 75-90 cm 37-38mm 1/2 koła okrągła, wzmocniona, (**)

32. 2 70-75cm 60-65mm 1/2 koła okrągła(**)

33. 2 90cm 37-38mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem, wzmocniona (**)

34. 2 75-90cm 45-48mm 1/2 koła okrągła z krótkim tnącym końcem

35. 2-pętla 240cm 50-60 mm 1/2 koła okrągła wzmocniona

Część II

"Szew wchłaniany, syntetyczny pleciony wykonany z kopolimeru 90% glikolid i 10% L-laktyd. Dla płynnego przechodzenia przez tkankę i łatwego wiązania węzłów, szew pokryty mieszkanką złożoną z kopolimeru Poliglaktyny 370 (30% glikolidu i 70% laktydu) oraz stearynianu wapnia. Wchłanianie 28-42 dni, podtrzymywanie tkankowe: 7 dni – 53%, 14 dni 14%, po 21-dniach cała pierwotna wytrzymałość zanika. Igła odporna na zginanie, wykonana ze stali serii 300 (AISI).

Nici muszą spełniać wymagania Farmakopei Europejskiej (EP) dotyczące sterylnych, syntetycznych, wchłanianych, plecionych nici oraz Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP) dotyczące wchłanianych nici chirurgicznych."

Lp. Grubość Długość nitki Długość igły Cechy charakterystyczne

1. 2. 3. 4. 5.

1. 1 90cm, bezbarwna 40mm 1/2 koła okrągła, wzmocniona (**)

2. 1 90cm, bezbarwna 37mm 1/2 koła okrągła, wzmocniona

3. 1 90cm, bezbarwna 45-48mm 1/2 koła okrągła (**)

4. 2/0 70-75 cm, bezbarwna 30mm 1/2 koła okrągła (**)

5. 2/0 70-75 cm, bezbarwna 26mm 1/2 koła okrągła

6. 2/0 70-75 cm, bezbarwna 22mm 1/2 koła okrągła

7. 3/0 70-75 cm, bezbarwna 22mm 1/2 koła okrągła

8. 3/0 70-75 cm, bezbarwna 26mm 1/2 koła okrągła

9. 4/0 70-75 cm, bezbarwna 22mm 1/2 koła okrągła(**)

Część III

"Szew syntetyczny, wchłaniany, monofilamentowy wykonany z polimerów glikolidu i kaprolaktonu, okres podtrzymywania tkankowego 7 dni - 68-79%, 14 dni 39-41%. Wchłanianie w przedziale 90-120 dni. Igła odporna na zginanie, wykonana ze stali serii 300 (AISI) .

Nici muszą spełniać wymagania Farmakopei Europejskiej (EP) dotyczące sterylnych, syntetycznych, wchłanianych, plecionych nici oraz Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP) dotyczące wchłanianych nici chirurgicznych "

Lp. Grubość Długość nitki Długość igły Cechy charakterystyczne

1. 2. 3. 4. 5.

1. 1 90cm 45-48mm 1/2 koła okrągła (**)

2. 2/0 75cm 24-26mm 3/8 koła odwrotnie tnąca dwuwkłęśła kosmetyczna(**)

3. 2/0 75-90 26-27 1/2 koła okrągła, podwójna (**)

Część IV

"Szew wchłaniany, syntetyczny, monofilamentowy wykonany z polimeru poli (p-dioksanonu), podtrzymywanie tkankowe 42 dni - 50-60%, wchłanianie w przedziale 180-220 dni. Igła odporna na zginanie, wykonana ze stali serii 300 (AISI)

Nici muszą spełniać wymagania Farmakopei Europejskiej (EP) dotyczące sterylnych, syntetycznych, wchłanianych, plecionych nici oraz Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP) dotyczące wchłanianych nici chirurgicznych. Poz 8-9 szew wchłaniany, syntetyczny, monofilamentowy do bezwęzłowego zamykania ran wykonany z kolczastego barwionego polidioksanonu o podtrzymywaniu tkankowym 14 dni - 75%, 42 dni 55% i wchłanianie w przedziale 180-220 dni."

Lp. Grubość Długość nitki Długość igły Cechy charakterystyczne

1. 2. 3. 4. 5.

1. 4/0 75-90 cm 13-17mm 1/ 2 koła okrągła

2. 2/0 70-75 cm 26-27mm 1/2 koła okrągła, (**)

3. 0 90cm 38-40mm 1/2 koła odwrotnie tnąca

4. 0 90cm 35-37mm 1/2 koła okrągła

5. 3/0 70-75 cm 26-27mm 1/ 2 koła okrągła (**)

6. 1 pętla 150cm 40mm 1/2 koła okrągła,wzmocniona(**)

7. 1 pętla 150cm 48-50mm 1/2 koła okrągła, wzmocniona (**)

8. 0 30cm 26 mm 1/2 koła okrągła

9. 2/0 30cm 26mm 1/2 koła okrągła (**)

10. 1 pętla 240mm 65 1/2 koła okrągła(**)

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 18 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Kryterium Waga [%] Maksymalna liczba punktów

Cena ofertowa brutto K1 60% 60

Parametry techniczne - jakość K2 40% 40

RAZEM 100% 100

2) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$C = K1 + K2$

gdzie:

C – całkowita liczba punktów,

K1 – punkty uzyskane w kryterium Cena ofertowa brutto,

K2 - punkty uzyskane w kryterium Parametry techniczne

3) Ocena punktowa w kryterium - Cena ofertowa brutto - dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

Cena najtańszej oferty

$K1 = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60\text{pkt}$

Cena badanej oferty

4) Ocena punktowa w kryterium - Parametry techniczne – jakość - dokonana zostanie na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę - próbek i założeń niżej warunków i przeliczona według wzoru:

Wartość liczbową w badanej ofercie

$K2 = \frac{\text{Wartość liczbową w badanej ofercie}}{\text{Najwyższa wartość liczbową ocenianego kryterium spośród badanych ofert}} \times 40\text{ pkt}$

Najwyższa wartość liczbową ocenianego kryterium spośród badanych ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne - jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa materiałów szewnych oraz siatek chirurgicznych i ginekologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej. Pakiet nr 2 - Nici niewchłaniające

Część I

"Nić syntetyczna, niewchłaniająca z polipropylenu /monofilament. Igła odporna na zginanie, wykonana ze stali serii 300 (AISI) Nici muszą spełniać wymagania określone w Farmakopei Europejskiej (EP) dla sterylnych, niewchłaniających nici oraz w Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP) dla niewchłaniających nici chirurgicznych"

Lp. Grubość Długość nitki Długość igły Cechy charakterystyczne

1. 2. 3. 4. 5.

1. 2/0 75cm 26-27mm 1/ 2 koła okrągła (**)

2. 0 75-90cm 26-27mm 1/2 koła okrągła (**)

3. 3/0 75-90cm 20-22mm 1/ 2 koła okrągła

4. 4/0 75-90cm 20-22mm 1/ 2 koła okrągła

5. 5/0 75-90 cm 13-15mm 1/ 2 koła okrągła podwójna (**)

6. 5/0 45-75 cm 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwklęsła (**)

7. 6/0 45-75 cm 11-13mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła
8. 3/0 75-90cm 26-30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła (**)
9. 3/0 75-90cm 24mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła(**)
10. 3/0 75-90cm 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła(**)
11. 2/0 75-90cm 24mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła(**)
12. 2/0 45cm 24-26mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła
13. 2/0 75-90cm 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca (**)
14. 4/0 45-75cm 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła
15. 4/0 75 cm 20 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca, pętla (**)
16. 7/0 75 cm 9 mm 3/8 koła okrągła podwójna naczyniowa precyzyjna
17. 8/0 75 cm 8 mm 3/8 koła okrągła podwójna naczyniowa precyzyjna (**)

Część II

"Nić syntetyczna, niewchłaniałna, monofilament z poliamidu 6 i 6/6. Igła odporna na zginanie, wykonana ze stali serii 300 (AISI)

Nici muszą spełniać wymagania określone w Farmakopei Europejskiej (EP) dla sterylnych, niewchłaniałnych nici oraz w Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP) dla niewchłaniałnych nici chirurgicznych "

Lp. Grubość Długość nitki Długość igły Cechy charakterystyczne

1. 2. 3. 4. 5.
1. 4/0 45cm 11-12mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła (**)
2. 4/0 45-75cm 16-17mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła(**)
3. 4/0 45cm 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca(**)
4. 4/0 75 cm 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła
5. 4/0 75cm 24mm 3/8 koła odwrotnie tnąca
6. 3/0 75cm 24mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła
7. 3/0 75cm 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła
8. 3/0 45 cm 24mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła (**)
9. 3/0 75cm 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca
10. 3/0 45 cm 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła
11. 2/0 75cm 24mm 3/8 koła odwrotnie tnąca(**)
12. 2/0 75cm 30mm 3/8 koła odwrotnie tnąca
13. 2/0 75cm 37-39mm 3/8 koła odwrotnie tnąca(**)
14. 0 75cm 37-39mm 3/8 koła odwrotnie tnąca (**)
15. 0 75-100cm 40-60mm 3/8 koła odwrotnie tnąca
16. 2 75-100cm 90mm 3/8 koła odwrotnie tnąca (**)
17. 0 "45-75 cm
- " 38-39mm 3/8 koła odwrotnie tnąca (**)
18. 5/0 75 cm 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła(**)
19. 5/0 75 cm 16-17mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła(**)
20. 5/0 45 cm 19mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła
21. 5/0 75 cm 16 mm 1/2 koła odwrotnie tnąca, precyzyjna, podwójna (**)
22. 6/0 45-75 cm 11-12 mm 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna dwuwkłęśła (**)
23. 2/0 90cm 65mm prosta, okrągła, podwójna(**)

Część III "Nić syntetyczna, niewchłaniałna z poliestru powleczone silikonem. Igła odporna na zginanie, wykonana ze stali serii 300 (AISI)

Nici muszą spełniać wymagania określone w Farmakopei Europejskiej (EP) dla sterylnych, niewchłaniałnych nici oraz w Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP) dla niewchłaniałnych nici chirurgicznych"

Lp. Grubość Długość nitki Długość igły Cechy charakterystyczne

1. 2. 3. 4. 5.
1. 2/0 75 cm 26-27 mm 1/ 2 koła okrągła (**)
2. 0 75 cm 30-32 mm 1/2 koła okrągła
3. 1 75 cm 37-38 mm 1/2 koła okrągła (**)
4. 5 45-75 45-48mm 1/2 koła okrągła (**)
5. 1 180-200cm - podwiązka (**)
6. 0 75-90cm 26-27mm 1/ 2 koła okrągła
7. 2 75-90cm 39-40mm 1/ 2 koła okrągła (**)
8. szer. 5 mm 50cm 50mm 1/2 koła podwójna tępa(**)

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 18 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak**4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:**

rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące**4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:** Nie**4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane:** Nie**4.3.) Kryteria oceny ofert:**

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

Kryterium Waga [%] Maksymalna liczba punktów

Cena ofertowa brutto K1 60% 60

Parametry techniczne - jakość K2 40% 40

RAZEM 100% 100

2) Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$C = K1 + K2$

gdzie:

C – całkowita liczba punktów,

K1 – punkty uzyskane w kryterium Cena ofertowa brutto,

K2 - punkty uzyskane w kryterium Parametry techniczne

3) Ocena punktowa w kryterium - Cena ofertowa brutto - dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez

Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:

Cena najtańszej oferty

$K1 = \frac{\text{Cena najtańszej oferty}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 60\text{pkt}$

Cena badanej oferty

4) Ocena punktowa w kryterium - Parametry techniczne – jakość - dokonana zostanie na podstawie dostarczonych przez

Wykonawcę - próbek i założeń niżej warunków i przeliczona według wzoru:

Wartość liczbowa w badanej ofercie

$K2 = \frac{\text{Wartość liczbowa w badanej ofercie}}{\text{Najwyższa wartość liczbowa ocenianego kryterium spośród badanych ofert}} \times 40 \text{ pkt}$

Najwyższa wartość liczbowa ocenianego kryterium spośród badanych ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno**4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:** Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe**Kryterium 1****4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.6.) Waga:** 60**Kryterium 2**

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne - jakość**4.3.6.) Waga:** 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3**4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa materiałów szewnych oraz siatek chirurgicznych i ginekologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Pakiet nr 3 - Pętla do zakładania metodą laparoskopową

Lp. Przedmiot zamówienia Grubość Długość nitki

1. 2. 3. 4.

1. Pętla do zakładania metodą laparoskopową. 2/0 50cm

2. Pętla do zakładania metodą laparoskopową 0 50 cm

3. Pętla do zakładania metodą laparoskopową 2/0 50 cm

4. Pętla do zakładania metodą laparoskopową 0 50 cm

5. Nici wchłaniające 3/0 20 cm

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 18 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa materiałów szewnych oraz siatek chirurgicznych i ginekologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Pakiet nr 4 - Siatki przepuklinowe

Lp. Przedmiot zamówienia J.m. Ilość j.m.

1. 2. 3. 4.

1. Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową w rozmiarze 7.9 cm x 13.4 cm, lewa, M szt. 1
2. Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową w rozmiarze 10.3 cm x 15.7 cm lewa, L szt. 27
3. Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową w rozmiarze 12.2 cm x 17 cm, lewa, XL szt. 4
4. Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową w rozmiarze 7.9 cm x 13.4 cm, prawa, M szt. 1
5. Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową w rozmiarze 10.3 cm x 15.7 cm, prawa, L szt. 18
6. Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. W rozmiarze 12.2 cm x 17 cm prawa, XL szt. 3
7. Makroporowa monofilamentowa niewchłaniająca siatka polipropylenowa w rozmiarze 30.5x30.5cm szt. 3
8. Makroporowa monofilamentowa niewchłaniająca siatka polipropylenowa w rozmiarze 15x15cm szt. 5
9. Makroporowa monofilamentowa niewchłaniająca siatka polipropylenowa w rozmiarze 10x15cm szt. 5
10. Makroporowa monofilamentowa niewchłaniająca siatka polipropylenowa w rozmiarze 7.5x15cm szt. 99
11. Makroporowa monofilamentowa niewchłaniająca siatka polipropylenowa w rozmiarze 6x13.7cm szt. 1
12. Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych w rozmiarze 6.4cm szt. 19
13. Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych w rozmiarze 8 cm szt. 18
14. Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych w rozmiarze 4,3 cm szt. 23
15. Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłaniająca, sterylna proteza z biowchłaniającą powłoką w rozmiarze 13.8x17.8 cm szt. 4
16. Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłaniająca, sterylna proteza z biowchłaniającą powłoką w rozmiarze 19.6 x 24.6 szt. 1
17. Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłaniająca, sterylna proteza z biowchłaniającą powłoką w rozmiarze 15.5 x 25.7cm szt. 1
18. Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłaniająca, sterylna proteza z biowchłaniającą powłoką w rozmiarze

22,1 x 27,1cm szt. 1

19. Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłanialna, sterylna proteza z biowchłanialną powłoką w rozmiarze 27,4X34,9 cm szt. 1

20. Siatki do zabiegów laparoskopowych: siatki do położenia na jelitach w rozmiarze 20.3 x 25.4cm szt. 1

21. Siatki do zabiegów laparoskopowych: siatki do położenia na jelitach w rozmiarze 15.2 x 25.4cm szt. 1

22. Siatki do zabiegów laparoskopowych: siatki do położenia na jelitach w rozmiarze 17.8 x 22.9cm szt. 2

23. Siatki do zabiegów laparoskopowych: siatki do położenia na jelitach w rozmiarze 15.2 x 20.3cm szt. 1

24. Narzędzie dedykowane do mocowania siatek, zawierające 15 zszywek lub 30 zszywek do wyboru przez zamawiającego. op. 1

25. Środek hemostatyczny w postaci proszku o masie 1 g op. 1

26. Środek hemostatyczny w postaci proszku o masie 3 g op. 32

27. Środek hemostatyczny w postaci proszku o masie 5 g op. 1

28. Aplikator laparoskopowy, elastyczny o dł. 38 cm op. 1

29. Aplikator elastyczny o dł. 14 cm op. 1

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 18 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa materiałów szewnych oraz siatek chirurgicznych i ginekologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Pakiet nr 5 - Taśmy do leczenia Wysiłkowego Nietrzymania Moczu u kobiet

Lp. Przedmiot zamówienia Jednostka miary Ilość jednostek miary

1. 2. 3. 4.

1. Taśma do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet opak. 45

2. Siatka do sakrokolpopexsji/ pektopexsji zestaw a 2 szt 9

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 18 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa materiałów szewnych oraz siatek chirurgicznych i ginekologicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej.

Pakiet nr 6 - Wosk kostny

Lp. Nazwa Cechy charakterystyczne

1. 2. 3.

1. wosk kostny 2,5 g

Szczegółowy zakres parametrów i wymagań dla przedmiotu Zamówienia opisany został w Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - załącznik 1A do SWZ - wymagania określone na podstawie art. 18 ust. 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141121-4 - Szwy chirurgiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33141120-7 - Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji przez Zamawiającego opisana została w załączniku nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny, z uwagi na fakt, iż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1**4.3.5.) Nazwa kryterium:** Cena**4.3.7.) Kolejność kryterium:** 1**4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:** Nie**SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW****5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:** Tak**5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:**

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie**5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:** Tak**5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:** W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ZAMAWIAJĄCY, WEZWIE WYKONAWCĘ KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA DO ZŁOŻENIA W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 5 DNI, TERMINIE, AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH TJ.:

1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2B do SWZ.

2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane dostawy są zgodne z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenia, że oferowane wyroby są wyrobami dopuszczonymi do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR)

2) dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w formularzu asortymentowym – szczegółowa oferta cenowa – załącznik nr 1A do SWZ tj. Katalog oferowanego wyrobu medycznego - oryginalna specyfikacja techniczna, karta katalogowa, folder ze zdjęciem/rysunkiem lub inne dokumenty w języku polskim - każda strona musi zostać opisana, którego pakietu i pozycji dotyczy.

3) próbki umożliwiające dokonanie oceny oferty w kryterium Parametry techniczne - jakość tj.: próbkę zaopatrzoną w oryginalne etykiety producenta lub potwierdzone kopie. Każda próbka musi zostać podpisana którego pakietu i pozycji dotyczy. W ramach danego pakietu należy dostarczyć próbki (po 1 szt.) dla następujących pozycji:

☐ Pakiet 1 część I poz. 1, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33; część II poz. 1, 3, 4, 9; część III poz. 1, 2, 3 część IV poz. 2, 5, 6, 7, 9, 10

☐ Pakiet 2 część I poz. 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; część II poz. 1, 2, 3, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23; część III poz. 1, 3, 4, 5, 7, 8

wraz z wypełnionym wykazem próbek oferowanych produktów (według załącznika nr 2D). Uwaga przedmiotowe środki dowodowe (próbki) nie podlegają uzupełnieniu w zakresie potwierdzenia zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert – zgodnie z pkt.II.8.6) SWZ

Sposób dostarczenia dokumentów potwierdzających, że oferowane parametry oferowanego przedmiotu Zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego dla pakietu nr 1, 2 tj. próbek został opisany w pkt. VII. SWZ. Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak**5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:**

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. II.8.1) ppkt 1), 2) SWZ lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:

1) formularz – asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa – sporządzony odpowiednio wg załącznika nr 1A do SWZ. – podpisany ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym podpisem osobistym lub podpisem zaufanym, Formularz nie podlega uzupełnieniu, zawierający wszystkie ewentualne zmiany wprowadzone w czasie trwania postępowania. Formularz nie podlega uzupełnieniu. (Zamawiający dodatkowo zaleca, ale nie wymaga dołączenie formularza w wersji edytowalnej).

- 2) oświadczenie wymienione w pkt. V.1) SWZ podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
- 3) przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. II.8) SWZ; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
- 4) przedmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. II.8.1) ppkt 3) SWZ - sposób dostarczenia próbek dla pakietu nr 1, 2 został opisany w pkt. VII SWZ.
- 5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
- 6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; - podpisane ważnym i aktualnym podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowe informacje zostały zawarte w V.9) SWZ - WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Reguluje wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 PPU do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2026-09-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e–Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2026-09-25 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2026-10-24