



Fundusze Europejskie  
dla Mazowsza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Mazowsze.**  
serce Polski

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.*

RG.272.87.2026

## **SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

**na dostawę stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego (Aparatu USG)  
wraz z niezbędnym wyposażeniem do Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

**ZATWIERDZAM:**

Jacek Rzyński  
- Wicestarosta  
Płoński

Elektronicznie  
podpisany przez Jacek  
Rzyński -  
Wicestarosta Płoński  
Data: 2026.10.20  
14:24:24 +02'00'

**WICESTAROSTA**  
  
**Jacek Rzyński**

**STAROSTA**  
  
**Artur Adamski**

Artur Adamski  
Starosta  
Płoński

Elektronicznie podpisany  
przez Artur Adamski  
Starosta Płoński  
Data: 2026.10.20 14:22:01  
+02'00'

Płońsk, dn. 20.10.2026 r.



*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

## **Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Powiat Płoński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

Tel.: (23) 662 77 64÷66

strona internetowa: [www.powiat-plonski.pl](http://www.powiat-plonski.pl)

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://ezamowienia.gov.pl>

e-mail: [urząd@powiat-plonski.pl](mailto:urząd@powiat-plonski.pl) - nie służy do komunikowania się z Zamawiającym.

## **Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia:**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie przepisów art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SWZ „ustawą Pzp”, a także wydanych na podstawie niniejszej ustawy aktów wykonawczych, tj. oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji.
2. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza progów unijnych o których mowa w art. 3 ustawy Pzp.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do ustawy.

## **Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego (Aparatu USG) wraz z niezbędnym wyposażeniem do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia precyzuje załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 4 do SWZ – wzór umowy.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  - 1) Kod główny: 33100000-1 – Urządzenia medyczne;
  - 2) Kody dodatkowe: 33124100-6 – Urządzenia diagnostyczne, 33124120-2 – Diagnostyczne urządzenia ultradźwiękowe.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiotowa dostawa ze względu na zakres oraz specyfikę musi być wykonana w całości jako kompletna. Zamawiający podejmując decyzję nie podzielenia przedmiotowego zamówienia na części, uwzględniając swoje potrzeby, zachował zasady uczciwej konkurencji. Staranie się przez Wykonawców o pozyskanie przedmiotowego zamówienia, w żaden sposób nie zostało ograniczone. Przedmiot postępowania stanowi spójną całość. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę urządzenia wraz z wyposażeniem i elementami niezbędnymi do jego prawidłowego funkcjonowania, a także jego instalację, konfigurację, uruchomienie, oraz przeszkolenie personelu. Podział zamówienia na części mógłby spowodować trudności w koordynacji realizacji poszczególnych elementów dostawy, problemy z ich kompatybilnością oraz utrudnienia w ustaleniu odpowiedzialności za prawidłowe działanie całego systemu. Udzielenie zamówienia jednemu wykonawcy pozwoli na zapewnienie spójności technicznej dostarczonego urządzenia, właściwą

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.*

integrację jego elementów oraz sprawną realizację obowiązków gwarancyjnych i serwisowych. W związku z powyższym Zamawiający uznaje, że realizacja zamówienia w całości jest uzasadniona względami technicznymi, organizacyjnymi i odpowiedzialnością za prawidłowe funkcjonowanie dostarczonego systemu.

5. W przypadku gdy z dokumentów zamówienia wynika, iż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia ze wskazaniem konkretnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje urządzenia dostarczane przez konkretnego wykonawcę, to należy je traktować jako przykładowe i Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, o właściwościach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych takich samych lub lepszych, niż te, które wynikają z opisu przedmiotu zamówienia. Produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą uzyskać parametry nie gorsze od założonych w dokumentach zamówienia.
6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego poprzez złożenie opisu zaoferowanych produktów wraz z wykazaniem cech równoważności w stosunku do wymagań opisanych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia.
7. W celu wykazania cech równoważności Zamawiający dopuszcza załączenie do opisu etykiet, zdjęć, kart katalogowych, specyfikacji produktów równoważnych itp., z zastrzeżeniem, że z tych dokumentów muszą wynikać parametry, co najmniej określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia i dane identyfikujące produkt.
8. Ewentualne występujące w dokumentacji nazwy (w tym nazwy własne, normy, znaki towarowe i sformułowania „np.”), typy i pochodzenie produktów, nie są dla wykonawcy wiążące i nie mają na celu naruszenia przepisów ustawy Pzp, a jedynie doprecyzowanie oczekiwań jakościowych, funkcjonalnych i technologicznych Zamawiającego. Wszystkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych, a w przypadku materiałów nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.
9. W przypadku gdy z dokumentów zamówienia wynika, iż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym i przyjmuje się, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W przypadku gdy oferowane przez wykonawcę materiały nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, wykonawca musi udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
10. W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający nie może odrzucić oferty zgodnej z Polską Normą przenoszącą normę europejską, normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącymi normy europejskie, z europejską oceną

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

techniczną, ze wspólną specyfikacją techniczną, z normą międzynarodową lub z systemem referencji technicznych ustanowionym przez europejski organ normalizacyjny, jeżeli te normy, oceny techniczne, specyfikacje i systemy referencji technicznych dotyczą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności określonych przez Zamawiającego, pod warunkiem że wykonawca udowodni w ofercie, że dostarczone materiały spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego.

11. W przypadku nieudowodnienia równoważności oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
12. Przedmiot zamówienia musi być w pełni zgodny z zasadą „nieczynienia znaczącej szkody” środowisku (zasadą DNSH – Do No Significant Harm), o której mowa w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.
13. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
  - 1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
  - 2) Wykonawca wskaże w załączniku nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy, którą część zamówienia (rodzaj czynności) powierzy podwykonawcom oraz poda firmy (nazwy) tych podwykonawców.
  - 3) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
  - 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
  - 2) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

#### **Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia:**

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 40 dni od daty podpisania umowy.
2. Planowany termin zawarcia umowy: listopad 2026 r.

#### **Rozdział V. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:**

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
2. Zmiana istotnych postanowień umowy jest możliwa tylko w zakresie wynikającym z ustawy Pzp oraz w przypadkach wskazanych w załączniku nr 4 do SWZ – wzór umowy.



*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

## **Rozdział VI. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:**

1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
  - 1) pieniądzu,
  - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
  - 3) gwarancjach bankowych,
  - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń gwaranta/poręczyciela w treści dokumentu w stosunku do Zamawiającego do wysokości sumy gwarancyjnej.
5. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
6. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy odpowiednio:
  - 1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane;
  - 2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresów rękojmi za wady i gwarancji.
7. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego

## **Rozdział VII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:**

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Każdy dokument sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Komunikacja w postępowaniu, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl> lub drogą elektroniczną przy użyciu poczty elektronicznej [sjaniszewska@powiat-plonski.pl](mailto:sjaniszewska@powiat-plonski.pl) (nie dotyczy składania ofert).
3. We wszelkiej korespondencji związanej z postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem ogłoszenia (BZP) lub numerem sprawy określonym w SWZ.



*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.*

4. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
6. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
  - 1) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
  - 2) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
10. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań



*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.*

dotyczących treści SWZ oraz załączników do zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
13. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
14. W przypadku awarii platformy E-zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamieszczania wszelkich informacji i komunikatów na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **Rozdział VIII. Termin związania ofertą:**

1. **Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27.11.2026 r. (nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert).**
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

#### **Rozdział IX. Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia, w tym w SWZ.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe lub alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
5. **Razem z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć:**
  - 1) **Pełnomocnictwo** – oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji wykonawcy, podwykonawcy, lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, upoważniające do podpisania oferty, poświadczające za zgodność z oryginałem dokumentów przedkładanych w postępowaniu, składania ewentualnych oświadczeń i wyjaśnień jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w oryginale w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy



*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz, które to poświadczenie stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez uprawnionego;

- 2) **Formularz ofertowy** (załącznik nr 1 do SWZ);
- 3) **Opis przedmiotu zamówienia** (załącznik nr 2 do SWZ);
- 4) **Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp** (załącznik nr 3 do SWZ). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców składa odrębne oświadczenie;
- 5) **Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru** w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania lub w przypadku gdy Zamawiający może ww. dokumenty pozyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych wskazanie w Formularzu ofertowym danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
6. Dokumenty określone w ust. 5 pkt 2) i 3) stanowią treść oferty.
7. Zaleca się wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać informacje wymagane w SWZ. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane przez Zamawiającego informacje oraz istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w SWZ oraz warunkom określonym w ustawie Pzp, a także aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

## **Rozdział X. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert:**

1. Oferta winna być złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej.
2. Ofertę należy złożyć w następujący sposób:
  - 1) Zamawiający nie udostępnił Wykonawcom interaktywnego „Formularza ofertowego” platformy e-Zamówienia. Zamawiający przygotował własny Formularz ofertowy. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z wykorzystaniem Formularza ofertowego przygotowanego przez Zamawiającego – załącznik nr 1 do SWZ. W takim przypadku pojawiają się kolejno następujące po sobie komunikaty: „Czy chcesz kontynuować? Postępowanie nie posiada opublikowanego formularza do tego etapu postępowania. Plik formularz ofertowy docx.xml nie jest poprawnym formularzem interaktywnym wygenerowanym na Platformie”. Wykonawca potwierdza chęć złożenia oferty poprzez wybranie przycisku „Tak .Chcę kontynuować” Oferta zostanie złożona z wykorzystaniem formularza przygotowanego przez Zamawiającego.
  - 2) Wykonawca winien opisać załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.



*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

- 3) Dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać załączone w osobnym pliku. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.
3. **Termin składania i otwarcia ofert:**
  - 1) Ofertę należy złożyć do dnia **29.10.2026 roku do godz. 12:00.**
  - 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.10.2026 roku o godz. 12:30.**
4. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.
5. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

## **Rozdział XI. Podstawy wykluczenia.**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu:
  - 1) na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;
  - 2) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. Wykluczenie następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza wykonawcę.
5. Wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania podlega wykluczeniu z tego postępowania wyłącznie w przypadku, gdy spowodowane tym zaangażowaniem zakłócenie konkurencji nie może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy. Przed wykluczeniem wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego zaangażowanie w przygotowanie postępowania nie zakłóci konkurencji.
6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia.
7. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania.

## **Rozdział XII. Informacje o warunkach udziału w postępowaniu:**

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

### **Rozdział XIII. Informacje o wymaganych dokumentach:**

1. Skutki braku złożenia dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw:
  - 1) Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX ust. 5 pkt 2) i 3) SWZ nie podlegają uzupełnieniu, gdyż stanowią treść oferty – nie złożenie ich wraz z ofertą spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ustawy Pzp;
  - 2) Jeżeli wykonawca nie złożył pełnomocnictwa, innych dokumentów lub oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, lub uzupełnienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia lub uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;
  - 3) Zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
2. Dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

### **Rozdział XIV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp:**

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia.

### **Rozdział XV. Sposób obliczenia ceny:**

1. Cenę oferty należy przedstawić w załączniku nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy
2. Cena oferty w Formularzu ofertowym powinna być podana cyfrowo.
3. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia w związku z jego prawidłową i terminową realizacją, w tym w szczególności podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z obsługą Zamawiającego i inne niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cenę oferty należy określić z należytą starannością na podstawie opisu przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy. Cena powinna być wyliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w polskich złotych (PLN).



Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.

## Rozdział XVI. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

| L.p.  | Kryterium           | Waga kryterium | Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w kryterium |
|-------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 1.    | Cena (C)            | 60 %           | 60 pkt.                                                    |
| 2.    | Okres gwarancji (G) | 40 %           | 40 pkt.                                                    |
| Razem |                     |                | 100 pkt.                                                   |

**1% = 1 punkt**

2. Kryterium „Cena” (cena, czyli wartość brutto z załącznika nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy):

- 1) Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone w następujący sposób:

$$\frac{C_n}{C_{of.b.}} \times 60 = C$$

gdzie:

$C_n$  - najniższa cena spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

$C_{of.b.}$  - cena oferty badanej nieodrzuconej

$C$  - całkowita liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”

60 - wskaźnik stały

- 2) W kryterium „Cena” oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt. (%). Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

3. Kryterium „Okres gwarancji”:

- 1) Punkty w kryterium „okres gwarancji” zostaną przyznane zgodnie z zaoferowanym przez Wykonawcę okresem gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia w załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy. Okres gwarancji liczony jest od daty dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

- 2) Punktacja zostanie przyznana w następujący sposób:

- 12 miesięcy gwarancji – 0 pkt.
- 24 miesiące gwarancji – 20 pkt.
- 36 miesięcy gwarancji – 40 pkt.

- 3) Minimalny okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego to okres 12 miesięcy, zaś okres maksymalny to 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca w Formularzu ofertowym nie określi żadnego okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 12 miesięcy.

4. Całkowita punktacja przyznana badanej ofercie zostanie obliczona według poniższego wzoru:

$$P_c = C + G$$

gdzie:

$P_c$  - całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę;



*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

**C** - całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Cena”;

**G** - całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Okres gwarancji”.

5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach łącznie, obliczoną zgodnie z ust. 4.
6. Obliczenia według powyższych wzorów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, tj. Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.
8. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
9. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w SWZ i nie będzie podlegać odrzuceniu oraz zdobędzie największą liczbę punktów we wszystkich kryteriach łącznie.

## **Rozdział XVII. Wymagania dotyczące wadium w tym jego kwotę:**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

## **Rozdział XVIII. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp:**

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty po odbyciu przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

## **Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:**

1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.
2. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
3. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 2, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
  - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone – podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1), na Platformie prowadzonego postępowania.
6. Zamawiający, po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed zawarciem umowy, może żądać od Wykonawcy działającego w formie spółki cywilnej lub w ramach konsorcjum przedłożenia kopii umowy spółki cywilnej lub umowy konsorcjum, w celu ustalenia składu osobowego spółki/konsorcjum oraz sposobu reprezentacji.
7. Umowa zostanie wykonawcy przekazana zgodnie z formą komunikacji przewidzianą w Rozdziale VII ust. 2 SWZ, a w przypadku gdy wymagać będą tego wymogi wewnętrzne Zamawiającego również w postaci pisemnej - zgodnie z wyborem Zamawiającego.
8. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

## **Rozdział XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy:**

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
  - 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
  - 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;



*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.*

- 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
4. Do Środków ochrony prawnej stosuje się przepisy Działu IX ustawy Pzp.

## **Rozdział XXI. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:

1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na zamówienie, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
3. Ponadto:
  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Starosta Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, dane kontaktowe: adres e-mail: [urząd@powiat-plonski.pl](mailto:urząd@powiat-plonski.pl)**;
  - w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych adres **ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk**, e-mail: [iod@powiat-plonski.pl](mailto:iod@powiat-plonski.pl);
  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  - posiada Pani/Pan:
    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;

Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪ nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4. W trakcie oraz po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

\* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

## **Rozdział XXII. Załącznikami do niniejszej SWZ są:**

1. Formularz ofertowy - **Załącznik nr 1;**
2. Opis przedmiotu zamówienia - **Załącznik nr 2;**
3. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu - **Załącznik nr 3;**
4. Wzór umowy - **Załącznik nr 4.**



Fundusze Europejskie  
dla Mazowsza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Mazowsze.**  
serce Polski

Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.

Załącznik nr 1 do SWZ

## FORMULARZ OFERTOWY

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego (Aparatu USG) wraz z niezbędnym wyposażeniem do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

Nazwa (firma) albo imię i nazwisko wykonawcy:

Siedziba albo miejsce zamieszkania wykonawcy:

ul. .... miejscowość: .....

kod pocztowy: ..... poczta: .....

województwo: ..... powiat: .....

NIP: ..... REGON: ..... KRS: .....

tel: ..... adres e-mail: .....

Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż powyżej: .....

Aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji wykonawcy, Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz pod adresem:

☐ <https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx> (CEIDG)

☐ <https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/> (KRS)

☐ inny właściwy rejestr..... - .....

(wpisać nazwę)

(wpisać adres internetowy)

☐ brak możliwości pobrania online

(Wykonawca musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe wykonawcy, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub niezłożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy Zamawiający wezwie o przedłożenie odpowiedniego dokumentu na podstawie art. 128 ustawy Pzp).

**Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:**

Wartość brutto: .....zł

Stawka VAT: .....%

Wartość netto: ..... zł



Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.

#### Oferujemy okres gwarancji wynoszący:

..... miesięcy/-ące \*

\* należy wpisać oferowany okres gwarancji wynoszący: **12 miesięcy lub 24 miesiące lub 36 miesięcy**

Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług:

**TAK / NIE \***

*\*niepotrzebne skreślić*

UWAGA: „TAK” zaznaczają wyłącznie Ci wykonawcy, którzy w związku z rozliczeniem oferowanego świadczenia korzystają z procedury tzw. odwróconego VAT-u, co ma miejsce w sytuacji gdy obowiązek rozliczania podatku VAT przerzucony jest z wykonawcy na Zamawiającego.

W przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK”:

Wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących dostaw lub usług: .....

Wartość dostaw lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to: ..... zł netto.

Stawka podatku od dostaw lub usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: .....%.

#### Zakres rzeczowy objęty niniejszym zamówieniem zobowiązuje się wykonać:

.....  
(odpowiedź: „własnymi siłami” lub „z udziałem podwykonawców”.

W przypadku udzielenia odpowiedzi „z udziałem podwykonawców”:

Zakres objęty niniejszym zamówieniem zostanie wykonany w następujący sposób:

- 1) Własnymi siłami: .....  
(podać zakres rzeczowy)
- 2) Przy udziale podwykonawców: .....  
(podać zakres rzeczowy)

#### Osoby upoważnione do kontaktu z Zamawiającym w przypadku przyznania zamówienia:

1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest:

.....  
e-mail: .....tel.: .....

2. Osobą upoważnioną do podpisania umowy z Zamawiającym jest:

.....  
e-mail: .....tel.: .....



Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.

#### Oświadczenia:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych uwag ani zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty.
2. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SWZ oraz, że wymagania stawiane wykonawcy oraz postanowienia zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia (w tym podatek VAT w obowiązującej na dzień składania ofert wysokości i koszty związane z realizacją zamówienia itp.).
4. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. \*

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

#### Informacja do celów statystycznych:

Wykonawca jest:

- ☐ jest mikroprzedsiębiorstwem,
- ☐ jest małym przedsiębiorstwem,
- ☐ jest średnim przedsiębiorstwem,
- ☐ jest dużym przedsiębiorstwem,
- ☐ prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
- ☐ jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

1. Mikroprzedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  - 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  - 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
2. Mały przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro

- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą;
3. Średni przedsiębiorca - przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:
  - 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  - 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający



Fundusze Europejskie  
dla Mazowsza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Mazowsze.**  
serce Polski

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.*

*równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro  
- i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą;*

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu podmiotu)



Fundusze Europejskie  
dla Mazowsza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Mazowsze.**  
serce Polski

Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.

## Załącznik Nr 2 do SWZ

### Opis przedmiotu zamówienia

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego (Aparatu USG) wraz z niezbędnym wyposażeniem do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego (Aparatu USG) wraz z niezbędnym wyposażeniem do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.**

Niniejszy załącznik stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment musi spełniać minimalne wymagania postawione w niniejszym załączniku oraz zostać dostarczony na warunkach określonych w umowie.

Przedmiot zamówienia musi spełniać niżej wymienione, minimalne wymagania:

Sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany poza czasem niezbędnym do dokonania testów i czynności rozruchowych, nie poddany jakimkolwiek naprawom, pełnowartościowy, kompletny, wolny od wad, w tym wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, a ponadto spełniający wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać oznaczenie CE. Wyroby medyczne dodatkowo muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.

Sprzęt nie może być obciążony prawem obligacyjnym ani rzeczowym na rzecz osób lub podmiotów trzecich, nie toczy się wobec niego postępowanie egzekucyjne, sądowe, ani przed jakimkolwiek organem orzekającym oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia.

W przypadku, gdy Wykonawca w Opisie Przedmiotu Zamówienia nie wypełni kolumny „Potwierdzenie oferowanego parametru” Zamawiający uzna, że urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego.

**UWAGA:** Określone poniżej parametry techniczne należy traktować jako minimalne.

| Lp.       | Opis parametru                                                        | Potwierdzenie oferowanego parametru |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Parametry |                                                                       | TAK/NIE                             |
| 1.        | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2026 r.                         |                                     |
| 2.        | Model wprowadzony do produkcji w 2025 r. lub później.                 |                                     |
| 3.        | Bezgłośna praca - poziom hałasu emitowanego przez ultrasonograf 0 dB. |                                     |
| 4.        | Waga aparatu max 65 kg.                                               |                                     |



Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5.  | Liczba kanałów cyfrowych minimum: 8 200 000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 6.  | Dynamika systemu min. 370 dB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 7.  | Menu systemu dostępne minimum w języku polskim i angielskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 8.  | Aparat wyposażony w minimum 2 równoważne gniazda HDMI o rozdzielczości min. 1920 x 1080.                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 9.  | Aparat wyposażony w min. 4 porty USB (min. 2 w technologii 3.0), min. 2 umiejscowione na pulpicie aparatu w tym jeden USB typu C.                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 10. | Regulowany pulpit aparatu góra/dół w zakresie min. 18 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 11. | Aparat wyposażony w min. 3 jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych z możliwością rozbudowy o czwarte równoważne gniazdo obrazowe bez konieczności aktywacji dodatkową licencją.                                                                                                                                                                  |  |
| 12. | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min 21” i rozdzielczości min. 1920 x 1080 px.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 13. | Panel dotykowy, pojemnościowy o przekątnej min. 14 i rozdzielczości min. 1920 x 1080 px z możliwością personalizacji wyświetlanego menu (min. układ kafelków, układ kart, układ stron, kolor motywu).                                                                                                                                                       |  |
| 14. | Możliwość dostosowania parametrów monitora głównego (min. jasność/kontrast) bez wchodzenia w ustawienia systemowe ultrasonografu – za pomocą fizycznych elementów sterowania umiejscowionych w monitorze.                                                                                                                                                   |  |
| 15. | Cyfrowe, min. 9 TGC oraz min. 9 strefowe LGC. Ustawienie dostępne z poziomu panelu dotykowego z możliwością zapamiętywania min. 5 ustawień.                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 16. | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu wyznaczony przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert min. 1-22 MHz (+/- 20 dB).                                                                                                                                                                                                     |  |
| 17. | Możliwość stworzenia w ramach jednego konkretnego presetu (np. jamy brzusznej) kolejnych półpresetów (ustawień) dla obrazu 2D na konkretne struktury anatomiczne: nerka, trzustka, jelita, penetracja, aktywowane jednym przyciskiem (każdy osobno) z ekranu dotykowego konsoli aparatu.                                                                    |  |
| 18. | Możliwość stworzenia w ramach jednego konkretnego presetu (np. 3 trymestru) kolejnych półpresetów (ustawień) dla trybów Dopplerowskich (Color Doppler, Power Doppler, PW) na konkretne badane naczynie krwionośne: tętnica pępowinowa, tętnica maciczna, tętnice mózgowe, aktywowane jednym przyciskiem (każdy osobno) z ekranu dotykowego konsoli aparatu. |  |
| 19. | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji (np. print/send/save) pod jednym z dwóch wybranych klawiszy funkcyjnych z możliwością wybrania docelowej drukarki oraz docelowego miejsca wysyłki - możliwe do skonfigurowania inne parametry dla każdego z przycisków (np. dwie różne drukarki).                                                                  |  |
| 20. | Możliwość skonfigurowania min. jednego przycisku do automatycznego wysłania w czasie rzeczywistym wykonanego zdjęcia na dysk sieciowy lub komputer.                                                                                                                                                                                                         |  |
| 21. | Technologia obrazowania wieloczęstotliwościowego wykorzystująca sposób obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie.                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 22. | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran dla trybów 2D, CW, PD oraz CD tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80% powierzchni ekranu. Możliwość wykonywania pomiarów przy uruchomionej opcji powiększenia obrazu.                                                                                                                        |  |
| 23. | Tryby obrazowania: 2D, M-Mode, M-Mode Anatomiczny, Kolor M-mode, Doppler pulsacyjny i HPRF, Doppler kolorowy.                                                                                                                                                                                                                                               |  |



Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 24. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. <ul style="list-style-type: none"> <li>• B, B + B, 4 B</li> <li>• B + M</li> <li>• B + D</li> <li>• B + C (Color Doppler)</li> <li>• B + PD (Power Doppler)</li> <li>• 4 B (Color Doppler)</li> <li>• 4 B (Power Doppler)</li> <li>• B + Color + M</li> </ul>                                                                                                                                |  |
| 25. | Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler - przepływy oznaczone dwoma kolorami, z możliwością dostosowania skali do przedmiotu badania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 26. | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,3 - 25,0 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 27. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min +/-80°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 28. | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/-80°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 29. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/-30°.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 30. | Zakres częstotliwości PRF dla Dopplera pulsacyjnego min. 1,05 – 35 KHz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 31. | Prędkość odświeżania dla CD min. 660 klatek/sek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 32. | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min. 4800 Hz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 33. | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 34. | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 35. | Głębokość obrazowania aparatu regulowana w zakresie min. od 2 cm do 52 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 36. | Możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom, możliwość regulacji wzmocnienia obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. 29x.                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 37. | Automatyczne dopasowanie obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. optymalizacja wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku. |  |
| 38. | Obrazowanie typu „Compound”. Ultradźwięki wysyłane pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki).                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 39. | Możliwość regulacji prędkości wyświetlania przepływu w trybie Color Doppler – uśrednianie ramek w czasie rzeczywistym.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 40. | Oprogramowanie wraz z pomiarami do badań min: brzusznych, ginekologicznych, mięśniowo szkieletowych, położniczych, pediatrycznych, małych narządów w tym piersi, transkranialnych, urologicznych, naczyniowych. Wszystkie wymienione typy badań dostępne bez konieczności zakupu dodatkowych licencji.                                                                                                                                            |  |
| 41. | Oprogramowanie do wyliczania procentu unaczynienia w zaznaczonym obszarze obrazu (obszar możliwy do kalkulacji min. 20 cm <sup>2</sup> ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 42. | Lupa pomiarowa powiększająca kursor pomiarowy na osobnym obrazie (wyświetlanym jednocześnie z obrazem emitowanym przez głowicę).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 43. | Pamięć dynamiczna cine min. 85 000 obrazów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |



Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnovazione” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnovazione.

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 44.                 | Instrukcja obsługi z wyszukiwarką fraz dostępna po wciśnięciu przycisku na klawiaturze. Instrukcja w językach min.: polskim i angielskim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| <b>Archiwizacja</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TAK/NIE</b> |
| 45.                 | Videoprinter czarno biały do zdjęć i raportów w formacie A6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 46.                 | Możliwość podłączenia dowolnej drukarki formatu A4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 47.                 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 48.                 | Otwarty moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist.<br>Wsparcie dla kodowania znaków: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO_IR 192</li> <li>• ISO_IR 144</li> <li>• ISO_IR 100</li> <li>• ISO_2022_IR 87</li> <li>• ISO_2022_IR 149</li> <li>• GB18030</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 49.                 | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 50.                 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 51.                 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| 52.                 | Możliwość wysyłania zdjęć, filmów oraz raportów z badań bezpośrednio na dysk sieciowy lub komputer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| <b>Głowice</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TAK/NIE</b> |
| 53.                 | <b>Głowica Liniowa</b> , szerokopasmowa. Zakres częstotliwości pracy min. 3-15 MHz. Liczba elementów min. 192. Pole skanowania max. 39 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| 54.                 | <b>Głowica Convex</b> , szerokopasmowa. Zakres częstotliwości pracy min. 2-7 MHz. Liczba elementów min. 192. Kąt skanowania min. 100 stopni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| <b>Pozostałe</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>TAK/NIE</b> |
| 55.                 | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej)</li> <li>– paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,</li> <li>– kartę gwarancyjną,</li> <li>– deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,</li> <li>– instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,</li> <li>– niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy</li> <li>– wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania.</li> </ul> |                |
| 56.                 | Autoryzacja producenta na sprzedaż oraz serwis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 57.                 | Bezpłatne szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku min. 2 szkolenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |



Fundusze Europejskie  
dla Mazowsza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Mazowsze.**  
serce Polski

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 58. | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku aparat zastępczy na czas naprawy. |  |
| 59. | Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia łącznie z głowicami oraz akcesoriami (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru nie mniej niż 12 miesięcy.                            |  |
| 60. | Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji.                                                                                                                                                                                                                |  |
| 61. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 8 lat.                                                                                                                                                                                           |  |

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania  
oświadczeń woli w imieniu podmiotu)



Fundusze Europejskie  
dla Mazowsza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Mazowsze.**  
serce Polski

Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.

**Załącznik Nr 3 do SWZ**

**Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**  
**dotyczące niepodlegania wykluczeniu**

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego (Aparatu USG) wraz z niezbędnym wyposażeniem do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku**

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. Oświadczam, że podlegam wykluczeniu na podstawie ..... (art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5).  
Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż podlegam wykluczeniu na podstawie ..... (art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5) przedstawiam następujące dowody na to, że podjęte przeze mnie środki są wystarczające do wykazania rzetelności: .....  
(Należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności).

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

1. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
2. Zobowiązuję się do aktualizacji oświadczenia w trakcie realizacji zamówienia, gdy zajdą zmiany w zakresie wynikającym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

.....  
(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń  
woli w imieniu podmiotu)



Fundusze Europejskie  
dla Mazowsza



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**Mazowsze.**  
serce Polski

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.*

## Załącznik Nr 4 do SWZ



Powiat Płoński

### UMOWA Nr...../2026 - wzór

zawarta w dniu ..... pomiędzy **Powiatem Płońskim z siedzibą przy ul. Płockiej 39, 09 - 100 Płońsk** reprezentowanym przez:

**Artura Adamskiego** – **Starostę Płońskiego**

**Jacka Ryzińskiego** – **Wicestarostę**

przy kontrasygnacie

**Anetty Klimkiewicz** – **Skarbnika Powiatu Płońskiego**

zwanym dalej **Zamawiającym**,

a

.....  
reprezentowanym przez:

.....  
zwanym dalej **Wykonawcą**

### § 1

Umowa niniejsza, zwana dalej „Umową” zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2026 poz. 793 z późn. zm.).

### § 2

#### Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego (Aparatu USG) wraz z niezbędnym wyposażeniem do Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
2. Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający w szczególności ilość, parametry i wymagania Zamawiającego co do przedmiotu dostawy zawarty został w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego i opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik 1).

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, niepowystawowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, pełnowartościowy, nienoszący znamion użytkowania, kompletny i gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, bezpieczny dla pacjentów oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.
6. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia do obrotu oferowanego wyposażenia i sprzętu.
7. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1:
  - 1) Jest fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych oraz gotowy do użytkowania w celu wynikającym z Umowy,
  - 2) nie jest ograniczony prawami osób trzecich, nie jest przedmiotem jakiegokolwiek postępowania i zabezpieczenia (wykonawcy przysługuje pełne prawo do dysponowania).
8. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Ponadto przedmiot zamówienia musi posiadać oznaczenie CE, deklaracje zgodności, atesty, certyfikaty oraz świadectwa rejestracji jeśli są wymagane przepisami prawa. Wyroby medyczne dodatkowo muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i użytku w polskich placówkach opieki zdrowotnej. Oferowany przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r.
9. Z chwilą podpisania protokołu odbioru, na Zamawiającego przechodzi własność rzeczy, o której mowa w ust. 1.

### § 3

#### **Warunki realizacji przedmiotu umowy**

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy, montażu, instalacji, konfiguracji i pierwszego uruchomienia, na własny koszt oraz przy pomocy sprzętu i personelu należącego do Wykonawcy. Wszystkie czynności odbywać mają się w godzinach 7:30 – 15:00.
2. Dostarczony asortyment musi być transportowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu oraz zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ponosi Wykonawca.
3. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu sprawnej i terminowej realizacji umowy oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przypadkową utratę lub uszkodzenie przedmiotu umowy do chwili podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
5. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

### § 4

#### **Termin wykonania zamówienia**

1. Termin wykonania zamówienia: **40 dni od dnia podpisania umowy.**

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

2. Zamawiający za datę wykonania przedmiotu umowy uważa datę zakończenia czynności odbioru tj.: zakończenia wszystkich czynności technicznych i prawnych związanych z odbiorem oraz podpisania przez Strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

## § 5

### Warunki dostawy i odbiór przedmiotu umowy

1. Do czynności składających się na przedmiot umowy należą w szczególności:
  - 1) dostarczenie fabrycznie nowych elementów przedmiotu zamówienia własnym transportem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
  - 2) wniesienie, rozładunek oraz rozmieszczenie elementów przedmiotu zamówienia we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu,
  - 3) montaż i instalacja dostarczonego urządzenia,
  - 4) konfiguracja i parametryzacja urządzeń oraz oprogramowania,
  - 5) wykonanie uruchomienia technologicznego przedmiotu zamówienia,
  - 6) sprawdzenie poprawności działania wszystkich elementów systemu,
  - 7) przeszkolenie użytkowników na zasadach określonych w § 6,
  - 8) dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi opracowanej w języku polskim, paszportów technicznych, kart gwarancyjnych i kompletnej dokumentacji serwisowej oraz wszystkich innych dokumentów nie wymienionych powyżej, a wymaganych przepisami prawa, w wymaganej ilości egzemplarzy (jeśli przedmiot umowy posiada ww. dokumenty).
2. Wykonawca po zakończeniu prac objętych przedmiotem umowy, zobowiązany jest na własny koszt uporządkować pomieszczenia, w których dokonywany jest montaż przedmiotu umowy. Wykonawca usunąć na własny koszt wszelkie opakowania np. kartony, folia. Prace montażowe i porządkowe nie mogą utrudniać funkcjonowania oddziałów szpitalnych. Zapis dotyczący usunięcia opakowań nie ma zastosowania, jeśli Wykonawca w okresie gwarancji wymaga zachowania oryginalnego opakowania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego drogą elektroniczną o gotowości do dokonania dostawy przedmiotu zamówienia w terminie nie później niż 3 dni robocze przed planowaną datą dostawy.
4. Po zakończeniu wszystkich czynności składających się na przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, a Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni roboczych od zgłoszenia gotowości odbioru przedmiotu zamówienia.
5. Odbiór przedmiotu umowy poprzedzony zostanie przeszkoleniem użytkowników i podpisaniem przez strony protokołem szkolenia.
6. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru przedmiotu umowy. Odbiór przedmiotu umowy obejmuje sprawdzenie i kontrolę kompletności dostarczonego Aparatu USG wraz z osprzętem towarzyszącym. Zamawiający w momencie odbioru dokona oceny technicznej, jakościowej i funkcjonalnej przedmiotu zamówienia. Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności dostarczonego sprzętu z postanowieniami SWZ i załącznikami do niej, warunkami umowy i złożoną ofertą, jakości wykonania, funkcjonowania, jego poszczególnych elementów oraz osiągnięcia zakładanego efektu.

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnovazione” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnovazione.*

7. Odbiór przedmiotu umowy obejmuje również odbiór funkcjonalny polegający na sprawdzeniu poprawności działania wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, w szczególności:
  - 1) uruchomienia urządzenia,
  - 2) sprawdzenia poprawności działania oprogramowania,
  - 3) wykonania prób funkcjonalnych,
  - 4) potwierdzenia gotowości przedmiotu zamówienia do użytkowania.
8. Odbiór zostanie potwierdzony podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, po stwierdzeniu przez Zamawiającego, że dostarczony przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami niniejszej umowy oraz wymaganiami Opisu Przedmiotu Zamówienia określonymi w Załączniku 1 do niniejszej umowy.
9. W przypadku bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia i podpisania protokołu odbioru, za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma jakiegokolwiek wady, usterki lub braki które uniemożliwiają lub utrudniają korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem i umową, Specyfikacją Warunków Zamówienia lub Ofertą Wykonawcy lub gdy brak jest któregośkolwiek z dokumentów, o których mowa niniejszej umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy odbioru przedmiotu umowy. W sytuacji, o której mowa w zdaniu powyżej Strony sporządzą protokół rozbieżności, w którym:
  - 1) zawarty zostanie wykaz stwierdzonych wad lub niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z ofertą,
  - 2) w przypadku stwierdzenia w toku odbioru że wady i niezgodności nadają się do usunięcia określony zostanie termin i sposób usunięcia stwierdzonych wad i niezgodności.
10. Po usunięciu wad lub niezgodności stwierdzonych podczas odbioru, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o gotowości do odbioru przedmiotu umowy, w trakcie którego:
  - 1) w przypadku stwierdzenia usunięcia wad i rozbieżności podpisany zostanie protokół odbioru przedmiotu umowy,
  - 2) w przypadku ponownego stwierdzenia w toku odbioru wad lub niezgodności przedmiotu umowy z opisem przedmiotu zamówienia lub z ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy.
11. Jeżeli Wykonawca nie podpisze protokołu rozbieżności, o którym mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający sporządzi protokół rozbieżności jednostronnie zawiadamiając Wykonawcę o tym fakcie oraz wzywając go do usunięcia wad lub niezgodności w terminie wskazanym w tym protokole.
12. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia, za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru po usunięciu wad i rozbieżności.
13. Jeżeli po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, braków lub innych uchybień nie zostaną one usunięte Zamawiający może odstąpić od umowy.
14. W przypadku, w którym Zamawiający stwierdzi że zaistniałe wady i usterki nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu zamówienia, protokół odbioru przedmiotu zamówienia zawierać będzie zastrzeżenie, że przedmiot zamówienia odebrany został z uwagami ze strony Zamawiającego.

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

Zamawiający wyznaczy wówczas termin do usunięcia wad lub braków nie dłuższy niż 10 dni z zastrzeżeniem § 10 ust. 1 pkt 2) umowy.

15. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy

## § 6

### Szkolenie użytkowników

1. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi dostarczonych sprzętów i urządzeń dla personelu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
2. Szkolenie zostanie przeprowadzone w miejscu dostawy urządzeń po ich dostarczeniu i przygotowaniu do użytkowania, a przed zgłoszeniem przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Szkolenie obejmować będzie w szczególności:
  - 1) budowę i podstawowe funkcje urządzeń,
  - 2) zasady prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji,
  - 3) uruchamianie i wyłączanie urządzeń,
  - 4) obsługę podstawowych funkcji roboczych,
  - 5) konserwację bieżącą i czynności eksploatacyjne zalecane przez producenta,
  - 6) zasady postępowania w przypadku podstawowych błędów i nieprawidłowości,
  - 7) omówienie zasad bezpieczeństwa i BHP związanych z użytkowaniem urządzeń,
  - 8) omówienie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi.
4. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla grupy wyznaczonej przez Zamawiającego.
5. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone podpisanym przez Strony protokołem szkolenia.
6. Wykonawca przekaze Zamawiającemu materiały szkoleniowe oraz instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej (co najmniej 1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej.
7. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne w zakresie konfiguracji, uruchomienia oraz eksploatacji przedmiotu zamówienia przez okres obowiązywania gwarancji. Wsparcie techniczne obejmuje konsultacje telefoniczne, mailowe lub zdalne związane z prawidłowym użytkowaniem przedmiotu zamówienia.

## § 7

### Przedstawicielstwo stron.

1. Korespondencja między stronami związana z realizacją niniejszej umowy powinna być kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy:
  - 1) dla Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09 – 100 Płońsk, adres e-Doręczeń AE:PL-58225-54359-GRBEJ-10
  - 2) dla Wykonawcy: ....., adres e-Doręczeń .....
  - 3) dla SPZZOZ w Płońsku: ....., adres e-Doręczeń .....
2. Zamawiający wyznacza jako koordynującą wykonanie niniejszej umowy osobę:  
....., e-mail: .....; nr tel.: .....
3. Jako koordynującą wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza następującą osobę:  
....., e-mail: .....; nr tel.: .....
4. Ze strony SPZZOZ w Płońsku do realizacji niniejszej umowy wyznaczona zostaje następująca osoba:



Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.

....., e-mail: .....; nr tel.: .....

## § 8

### Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w niniejszej Umowie, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

**brutto:** ..... zł

**słownie:** .....

**w tym podatek VAT tj:** ..... zł

**netto:**.....zł

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie płatne na podstawie faktury VAT/rachunku.
3. Podstawą do wystawienia faktury VAT/rachunku będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w Umowie.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty związane z należytą realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty dostawy oraz transport do wyznaczonego miejsca przedmiotu umowy, instrukcję obsługi oraz podatek akcyzowy, ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.
5. Ustalone przez Strony wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.
6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania przez Wykonawcę zakresu przedmiotu umowy, nie może być podstawą do żądania przez niego zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku.
8. Rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT/rachunku w terminie 30 dni po dostarczeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku.
9. Od dnia wejścia w życie zapisów ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1598) wprowadzającej termin obligatoryjnego obowiązku wystawiania faktur wyłącznie drogą elektroniczną (faktura ustrukturyzowana) przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (dalej „KSeF”), stosuje się poniższe postanowienia. Faktura ustrukturyzowana w postaci elektronicznej wystawiona przy użyciu KSeF musi zawierać następujące dane Zamawiającego:  
**Nabywca: Powiat Płoński, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, NIP: 567-178-84-08**  
**Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk, NIP: 567-153-45-01**
10. Płatność wynikająca z umowy zostanie dokonana za pośrednictwem metody podzielonej płatności. Dla wskazanego przez Wykonawcę do płatności rachunku bankowego musi być utworzony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.
11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT uprawnionym do wystawienia faktury VAT.  
 Numer NIP Wykonawcy: .....
12. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Płatności będą realizowane w złotych.

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.*

14. Wykonawca pod rygorem nieważności nie może przenieść jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

## § 9

### **Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi za wady**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy na okres: ..... miesięcy.
2. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę.
3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady wykryte podczas eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją użytkowania.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
  - 1) dokonywania bezpłatnych napraw zgłaszanych przez Zamawiającego usterek. Czas reakcji serwisu wynosi do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia - czas naprawy do 5 dni roboczych bez użycia części zamiennych lub do 7 dni roboczych w przypadku użycia części zamiennych. W przypadku wysłania zgłoszenia usterek lub awarii między godz. 8.00 a 16.00 w danym dniu roboczym zostanie ono uznane za doręczone w tym dniu roboczym, natomiast w przypadku wysłania zgłoszenia po godz. 16 lub w dniu nie będącym dniem roboczym, uznane będzie za doręczone w następnym dniu roboczym;
  - 2) wymiany części lub podzespołu urządzenia na fabrycznie nowy w przypadku awarii elementu, który pomimo uprzednich 3 napraw ulega awarii lub wykazuje wady;
  - 3) pokrycia, w ramach gwarancji, kosztów usunięcia awarii, w tym kosztów wymiany elementów, które uległy awarii oraz kosztów dojazdu i roboczogodziny inżyniera serwisu;
  - 4) dokonania na własny koszt minimum jednego w roku (lub więcej jeśli wymaga tego instrukcja serwisowa lub instrukcja obsługi) przeglądu serwisowego przedmiotu umowy w okresie gwarancji, zapewnienie serwisu technicznego, pokrycia kosztów dojazdu inżyniera serwisu, kosztów roboczogodziny oraz wszystkich akcesoriów, które są wymieniane podczas obowiązkowego przeglądu technicznego – (dotyczy urządzeń, które wymagają przeglądów technicznych);
  - 5) w przypadku awarii i naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (bez użycia części zamiennych) lub 7 dni roboczych (z użyciem części zamiennych), Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania tej naprawy. Zamawiający dopuszcza czas naprawy do 9 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski;
  - 6) przeprowadzenia przed zakończeniem okresu gwarancji, przeglądu i konserwacji przedmiotu umowy kończącego okres gwarancji oraz wydania pisemnego orzeczenia o stanie technicznym przedmiotu umowy.
5. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji będzie każdorazowo potwierdzone protokołem naprawy. Protokół musi zawierać co najmniej określenie wykonanych czynności, uszkodzonych elementów, precyzyjne określenie wymienionych elementów.
6. Wykonawca udziela na przedmiot umowy rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, stwierdzone w okresie rękojmi, przy czym Wykonawca w ramach rękojmi ma obowiązek usunąć również te wady, które ujawniono po upływie okresu obowiązywania rękojmi, lecz które powstały w okresie obowiązywania rękojmi.
8. Rękojmia będzie realizowana na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, przy czym Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
10. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem.

## § 10

### Kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia kar umownych:
  - 1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy (odpowiednio dla części umowy której dotyczy kara umowna) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od następnego dnia przypadającego po dniu, w którym zgodnie z umową miała nastąpić realizacja do dnia realizacji (podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia),
  - 2) za zwłokę w usunięciu usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia (usterek nie uniemożliwiających korzystania z przedmiotu zamówienia, tj. usterek o których mowa w § 5 ust. 14) w wysokości 0,25 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy (odpowiednio dla części umowy której dotyczy kara umowna), za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zobowiązanie miało zostać wykonane,
  - 3) za zwłokę w wykonywaniu zobowiązań z tytułu gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,25 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy (odpowiednio dla części umowy której dotyczy kara umowna), za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego przypadającego po dniu, w którym zobowiązanie miało zostać wykonane,
  - 4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §8 ust. 1 Umowy.
2. Kara umowna, o której mowa w ust. 1 pkt 1), należy jest Zamawiającemu także w sytuacji, gdy Zamawiający odmówił przyjęcia przedmiotu zamówienia z przyczyn związanych z posiadaniem przez niego wad, usterek lub braków które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia, niezgodności w stosunku do postanowień niniejszej umowy, Specyfikacją Warunków Zamówienia lub Ofertą Wykonawcy, co potwierdzone będzie podpisaniem protokołu rozbieżności o którym mowa w § 5 ust. 9.
3. W przypadku utraty lub konieczności zwrotu dofinansowania lub jego części przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy będzie on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej kwocie utraconego dofinansowania.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia Wykonawcy kwoty powstałej z tytułu kary, o której mowa w ust. 1 pkt 1) i pkt 2).

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

5. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie, o fakcie pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, w związku z powstaniem obowiązku zapłaty kar umownych.
6. Kary umowne podlegają łączeniu.
7. Strony określają łączną maksymalną wysokość kar umownych, których dochodzić mogą strony nie większą niż 30% wartości umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Zamawiający uprawniony jest do naliczenia zarówno kary umownej z tytułu odstąpienia oraz zastrzeżonych w Umowie kar umownych z innych tytułów, z zastrzeżeniem ust. 7.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

## **§ 11**

### **Umowne prawo odstąpienia od umowy.**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, niniejszą umową oraz w razie:
  - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
  - 2) ogłoszenia upadłości, likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, o czym Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego,
  - 3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
  - 4) w przypadkach określonych w § 5 ust. 13,
  - 5) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych od upływu terminu określonego w § 4 ust.1.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, pod rygorem nieważności - w terminie 30 dni od zaistnienia któregośkolwiek ze zdarzeń określonych w ust. 1 pkt 2-5. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń, wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin. Bezskuteczny upływ powyższego terminu uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

## **§ 12**

### **Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie:  
..... zł (słownie:.....).
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie: .....
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem eko-innowacji.*

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w przypadku jego niewykorzystania, zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
  - 1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
  - 2) 30% wysokości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresów rękojmi za wady i gwarancji.
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
7. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
8. Jeżeli wykonawca w terminie określonym w ust. 7 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.
9. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne, otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ewentualnych kar umownych lub innych roszczeń wynikających z niniejszej umowy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się w terminie z obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji, Zamawiający będzie uprawniony zlecić usunięcie wad osobie trzeciej (wykonanie zastępcze), pokrywając związane z tym koszty ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wartość zabezpieczenia Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy kwoty uzupełniającej. Powyższe nie uchybia możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych lub odszkodowania na zasadach ogólnych.
12. Jeżeli Wykonawca wniesie w formie pieniężnej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, strony postanawiają, że w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub wykona nienależycie swoje zobowiązania wynikające z Umowy, Zamawiający wykorzysta na zastępcze wykonanie tych obowiązków także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego. Powyższe nie uchybia możliwości żądania przez Zamawiającego zapłaty kar umownych lub odszkodowania na zasadach ogólnych.
13. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas trwania zabezpieczenia należytego wykonania tak aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.



*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.*

## § 13

### Zmiana Umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, a także w następujących przypadkach:
  - 1) **zmiany dotyczące terminu realizacji zamówienia:**
    - a) jeśli pojawiły się okoliczności natury obiektywnej, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy uniemożliwiające dotrzymanie terminu realizacji wskazanego w Umowie, za które nie odpowiada Wykonawca. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny do wyjaśnienia okoliczności natury obiektywnej,
    - b) w przypadku wystąpienia stanu nadzwyczajnego uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia (np. stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej). W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego,
    - c) z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub usprawiedliwionych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu niezbędne dowody, potwierdzające fakt, iż nie dotrzymanie terminu realizacji zamówienia nie nastąpiło z jego winy.
    - d) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia niemożliwych do przewidzenia na etapie postępowania czynników zewnętrznych niezależnych od stron, takich jak klęski żywiołowe (np. powódzie, podtopienia, pożary, trąby powietrzne, wichury, itp.), działania wojenne, akty terroryzmu, stany wojenne, okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii, lub wprowadzenia w Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym lub innych okoliczności, powodujących niemożność terminowej realizacji zamówienia, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami.
    - e) W przypadku, gdy zmiany określone w ppkt a) c) i d), inicjuje Wykonawca, jest on zobowiązany udowodnić tzn. udokumentować w formie pisemnej Zamawiającemu uzasadnienie proponowanej zmiany.
  - 2) **pozostałe zmiany:**
    - a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana danych teleadresowych),
    - b) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:
  - 1) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
  - 2) uzasadnienie zmiany,
  - 3) zgoda obu stron, wyrażona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane, jako zmiany umowy wywołane przyczynami zewnętrznymi, które w sposób obiektywny uzasadniają potrzebę tych zmian, niepowodujące zachwiania równowagi ekonomicznej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, które nie prowadzą również do zachwiania pozycji konkurencyjnej Wykonawcy w stosunku do innych Wykonawców biorących udział



*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.*

w postępowaniu, jak też nie prowadzą do zmiany kręgu Wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia lub zainteresowanych udziałem w postępowaniu.

4. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

## § 14

### **Klauzula informacyjna-przetwarzanie danych osobowych w związku z udostępnianiem informacji o zawartych umowach w systemie Centralnego Rejestru Umów JSFP**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Zamawiający informuję, iż:
  - 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Płoński, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39, e-mail: [urząd@powiat-plonski.pl](mailto:urząd@powiat-plonski.pl),
  - 2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: [iod@powiat-plonski.pl](mailto:iod@powiat-plonski.pl), adres: 09 -100 Płońsk, ul. Płocka 39,
  - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku ustawowego spoczywającego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 30 marca 2026 r. w sprawie Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych w zakresie udostępniania umów i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych prowadzonym przez Ministra Finansów,
  - 4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom, z którymi Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartej umowy. Dane będą udostępniane Ministrowi Finansów prowadzącemu CRU JSFP. W związku z jawnością i dostępnością CRU JSFP, dane osobowe udostępniane i aktualizowane w CRU JSFP będą jawne i powszechnie dostępne,
  - 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej lub do momentu wygaśnięcia obowiązków ciążących na Administratorze, a po upływie tego okresu będą archiwizowane zgodnie z okresem przewidzianym w przepisach prawa. Dane osobowe będą przechowywane w systemie CRU JSFP przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym umowa przestała obowiązywać. Po upływie tego okresu dane będą usuwane z ww. systemu,
  - 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadkach przewidzianych przepisami prawa) i ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione),
  - 7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych,
  - 8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi zawarcie i realizację umowy,
  - 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,

*Realizacja projektu „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji” w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027”, Priorytetu IX Mazowsze bliższe obywatelom dzięki Funduszom Europejskim, Działania 9.1 Rewitalizacja miast, typ projektu: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych jakim jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców poprzez rewitalizację infrastruktury społecznej charakteryzującej się wysokim stopniem ekoinnowacji.*

- 10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga.

## § 15

### Postanowienia końcowe

1. Przedmiot zamówienia musi być w pełni zgodny z zasadą „nieczynienia znaczącej szkody” środowisku (zasadą DNSH – Do No Significant Harm), o której mowa w art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, oraz Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku porozumienia właściwym sądem do rozpatrywania sporów wynikłych z realizacji umowy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiający.
5. Dniem roboczym w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy dzień, który nie jest sobotą i ustawowo wolnym dniem od pracy.
6. Jeżeli wynika to z przepisów prawa, dane osobowe zawarte w umowie, w szczególności dane identyfikujące Wykonawcę, jak również przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, mogą zostać zamieszczone w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych.
7. Integralną część umowy stanowią załączniki
  - 1) Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1,
  - 2) Oferta Wykonawcy - Załącznik nr 2,
  - 3) SWZ z załącznikami - Załącznik nr 3.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**