ul. Wincentego Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska
www.szpitalruda.pl

SZPITAL MIEJSKI
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Ruda Śląska, dnia 03.09.2026 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 23/SMRS/26

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych dla Oddziału Neonatologicznego

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2026/BZP 00410518/01

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą", Zamawiający – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 08.09.2026 r. godz. 09:00,00 na dzień 10.09.2026 r. godz. 09:00,00 (otwarcie ofert nastąpi dnia 10.09.2026 r. o godz. 10:15).

Pytanie 1 – dotyczy pakietu nr 4
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania plaster foliowy do mocowania sond / cewników nosowych dla noworodków z delikatną dla skóry pacjenta silikonową warstwą samoprzylepną, zapewniający bezpieczne umieszczenie sondy. Mocowanie sondy następuje pomiędzy dwie warstwy plastra, a nie bezpośrednio do skóry pacjenta. Przeźroczysty materiał ułatwia obserwację skóry: wymiary 50 x 35 mm ?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższy wymiar plastra.

Pytanie 2 – dotyczy pakietu nr 8
Czy z uwagi na bezpieczeństwo Państwa pacjentów Zamawiający będzie wymagał przedstawienia oryginalnej karty oferowanego produktu która potwierdza poziom redukcji hałasu bądź wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych potwierdzających uzyskany poziom redukcji hałasu przy zastosowaniu oferowanych nauszników noworodkowych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie 3 – dotyczy pakietu nr 8
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sprawdzone w wielu szpitalach nauszniki ochronne uszu noworodka które gwarantują ograniczenie głośności do min 7 dB, co zostało potwierdzone i udokumentowane wynikami badań laboratoryjnych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. nauszników.

Pytanie 4 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny? Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376/3 (tzw. Zielona specyfikacja).Rękojeść z podłużnymi, grubymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376/3. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła- dioda LED, zapewniającym mocne światło zapewniająca czas użytkowania przez 2h. Rękojeść stanowiąca ogniwo zasilające dla źródła światła. Podwójne opakowanie foliowe. 5 lat daty ważności. Trzy rozmiary rękojeści – standard, cienka, krótka (średnica 28 mm, 19mm, 33mm).
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. rękojeść, pod warunkiem, iż rękojeść będzie posiadać możliwość skontrolowania działania baterii bez konieczności otwierania opakowania oraz mocne, jasne światło LED min. 3000 lux.

Pytanie 5 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny? Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00 , 0, 1, 2, 3, 4, 5., Miller. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, Kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376/3. Niskiprofil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego.
Wytrzymały metalowy zatrzask kulkowy zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło, światłowód nieosłonięty- doświetlający wyłącznie wnętrze jamy ustnej i gardło, osłonięty od strony użytkownika. Końcówka łączenia łyżki z rękojeścią wykonana z materiału nieprzepuszczającego światła. Konstrukcja łyżki wykonana w sposób uniemożliwiający rażenie światłem / oślepianie użytkownika. Wyraźne oznakowanie rodzaju i rozmiaru łyżki, symbol CE, symbol" nie do powtórnego użycia" (przekreślona cyfra 2), nr LOT, logo producenta na łyżce. Pakowane w podwójne opakowanie folia - folia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. łyżki.

Pytanie 6 – dotyczy pakietu nr 9
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, czy w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego na oddziale neonatologicznym, Zamawiający wymaga, aby oferowane pokrowce posiadały stałą powłokę przeciwustrojową z wykorzystaniem jonów srebra na włóknach materiału, której skuteczność na poziomie co najmniej 99% ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 7 – dotyczy pakietu nr 9
Czy Zamawiający wymaga, aby materiał pokrowca charakteryzował się posiadał wewnętrzną warstwę antypoślizgową, gwarantującą stałe utrzymanie kształtu pokrowca i zapobiegającą jego przypadkowemu zsuwaniu się podczas wykonywania procedur medycznych i badania dziecka?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 8 – dotyczy pakietu nr 9
Czy Zamawiający wymaga możliwości wyboru min. dwóch kolorów materiału zewnętrznego oraz koloru lamówki w 4 kolorach?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia takiego wymogu, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 9 – dotyczy pakietu nr 9
Czy Zamawiający wymaga pokrowiec ochronny przeznaczony do stosowania z inkubatorem noworodkowym, docięty i dopasowany w sposób umożliwiający personelowi medycznemu swobodny i łatwy dostęp do inkubatora z wybranej strony, przy jednoczesnym osłonięciu pozostałych ścian urządzenia. Produkt ogranicza natężenie światła dzięki zastosowaniu ciemnego materiału od strony inkubatora, wspomaga utrzymanie stabilnych warunków termicznych wewnątrz inkubatora oraz przyczynia się do redukcji poziomu hałasu. Pokrowiec wyposażony jest w specjalnie wycięty otwór z klapą, umożliwiający stosowanie lampy do fototerapii bez konieczności zdejmowania pokrowca z inkubatora.
Skład materiałowy:
warstwa wierzchnia - zadrukowana: poliester 100%;
warstwa od strony inkubatora: akryl 80%, wiskoza 20%.
Konserwacja: Możliwość prania w temperaturze do 60°C. Możliwość prasowania w temperaturze do 110°C.
Wymiary (+/- 2-3 cm):
• Górna część pokrowca: 85x50cm, otwierana klapa na fototerapii 50x40cm;
• Boczne części pokrowca: 130x164cm.
• Wymiary całościowe po rozłożeniu: 144x179cm.
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ/OPZ.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza ww. pokrowiec.

Pytanie 10 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękojeści do laryngoskopu bez możliwości skontrolowania działania baterii przed otwarciem opakowania?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania.

Pytanie 11 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękojeści do laryngoskopu w rozmiarach: neonatologiczna, pediatryczna i średnia?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza powyższe rozmiary, z zachowaniem pozostałych parametrów, zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia lub udzielonymi odpowiedziami w niniejszych wyjaśnieniach.

Pytanie 12 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu pakowane w opakowania foliowe?
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnił ww. sposób pakowania w odpowiedzi na pytanie nr 18.
Ponadto, Zamawiający wskazuje, że aktualny opis przedmiotu zamówienia został umieszczony w odpowiedzi na pytanie nr 18 oraz w dołączonym prawidłowym załączniku nr 1 do SWZ/UMOWY.

Pytanie 13 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści łyżki do laryngoskopu w rozmiarach: MAC 00 (dł.68mm), MAC 0 (dł. 76mm), MAC 1 (dł. 95mm), MAC 2 (dł. 105mm), MAC 3 (dł. 135mm), MAC 4 (dł. 155mm), MAC 5 (dł. 175mm), MILLER 00 (dł. 65mm), MILLER 0 (dł. 78mm), MILLER 1 (dł. 102mm), MILLER 2 (dł. 154mm), MILLER 3 (dł. 195mm), MILLER 4 (dł. 205mm)?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza ww. łyżek.

Pytanie 14 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękojeść z diodą LED o intensywności światła 150000 LUX-ów mierzone bezpośrednio przy diodzie?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza ww. rękojeść.

Pytanie 15 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 1
Czy Zamawiający preferuje łyżki metalowe, czy plastikowe?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ:

1) **w załączniku nr 1 do SWZ/UMOWY – Formularz ofertowy, poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 7 poz. 1**
   Było:
   Jednorazowa rękojeść laryngoskopowa światłowodowa do intubacji noworodków i wcześniaków, cienka i lekka, z wbudowaną baterią gotowa do użytku z możliwością skontrolowania działania baterii bez konieczności otwierania opakowania. Mocne, jasne światło LED 3000 lux, Rękojeść współpracująca z łyżkami światłowodowymi w standardzie ISO 7376-3 lub równoważnym, matowa rękojeść z tworzywa sztucznego, z podłużnymi frezami, zapobiegającymi ślizganiu się dłoni. Dostępne rozmiary: średni, pediatryczny, gruby. Czas przydatność do użytku: 3 lata od daty produkcji.
   Zamawiający zmienia na:
   Jednorazowa rękojeść laryngoskopowa światłowodowa do intubacji noworodków i wcześniaków, cienka i lekka, z wbudowaną baterią gotowa do użytku z możliwością skontrolowania działania baterii bez konieczności otwierania opakowania. Mocne, jasne światło LED min. 3000 lux, Rękojeść współpracująca z łyżkami światłowodowymi w standardzie ISO 7376-3 lub równoważnym, matowa rękojeść z tworzywa sztucznego lub metalu, z podłużnymi frezami, zapobiegającymi ślizganiu się dłoni. Dostępne rozmiary: średni, pediatryczny, gruby. Czas przydatność do użytku: 3 lata od daty produkcji.

   W załączeniu prawidłowy załącznik nr 1 do SWZ/UMOWY.

Pytanie 16 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści łyżki MacIntosh:
w rozm. 00 o długości całkowitej 68 mm i szerokości 10 mm /
w rozm. 0 o długości całkowitej 80 mm i szerokości 10,5 mm /
w rozm. 1 o długości całkowitej 95 mm i szerokości 13 mm /
w rozm. 2 o długości całkowitej 105 mm i szerokości 14,5 mm /
w rozm. 3 o długości całkowitej 135 mm i szerokości 15,5 mm /
w rozm. 4 o długości całkowitej 155 mm i szerokości 15,5 mm /
w rozm. 5 o długości całkowitej 175 mm i szerokości 16 mm?
Czy Zamawiający dopuści łyżki Miller:
w rozm. 000 o długości całkowitej 55 mm i szerokości 9,5 mm /
w rozm. 00 o długości całkowitej 65 mm i szerokości 10 mm /
w rozm. 0 o długości całkowitej 78 mm i szerokości 11,5 mm /
w rozm. 1 o długości całkowitej 102 mm i szerokości 12 mm /
w rozm. 2 o długości całkowitej 154 mm i szerokości 15 mm /
w rozm. 3 o długości całkowitej 195 mm i szerokości 15 mm /
w rozm. 4 o długości całkowitej 205 mm i szerokości 19 mm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie powyższych rozmiarów.

Pytanie 17 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści łyżki pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia?
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w odpowiedzi na pytanie nr 18.

Pytanie 18 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 2
Czy Zamawiający oczekuje łyżek ze światłowodem osłoniętym, czy nieosłoniętym?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ:

1) **w załączniku nr 1 do SWZ/UMOWY – Formularz ofertowy, poprzez zmianę opisu przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 7 poz. 2**
   Było:
   Łyżka laryngoskopowa, światłowodowa, jednorazowego użytku, kompatybilna z rękojeścią z poz. 1. Dostępna w rozmiarach: Mill 000 – Mill 4 oraz Mac 00 do Mac 5. Łyżka wykonana z metalu z podstawą z tworzywa sztucznego, posiadająca zaokrągloną końcówkę łyżki i gładkie krawędzie zmniejszające ryzyko uszkodzeń.
   Łyżki pakowane pojedynczo w opakowanie folia-papier, gotowe do użytku, niezawierające lateksu i ftalanów.
   Wymiary łyżek: +/- 1 mm

Rozmiar	Długość całkowita [mm]	Szerokość [mm]
Mac 00	72	9
Mac 0	82	9
Mac 1	94	11,50
Mac 2	116	14
Mac 3	133	14
Mac 4	159	14
Mac 5	172	14
Miller 000	58	11,5
Miller 00	69	11,5
Miller 0	79	11,5
Miller 1	102	11,5
Miller 2	152	13
Miller 3	193	13
Miller 4	209	13

Zamawiający zmienia na:

Łyżka laryngoskopowa, światłowodowa, jednorazowego użytku, z osłoniętym światłowodem, kompatybilna z rękojeścią z poz. 1.

Dostępna w rozmiarach: Mill 000 – Mill 4 oraz Mac 00 do Mac 5. Łyżka wykonana z metalu z podstawą z tworzywa sztucznego, posiadająca zaokrągloną końcówkę łyżki i gładkie krawędzie zmniejszające ryzyko uszkodzeń.

Łyżki pakowane pojedynczo w opakowanie folia-papier lub opakowanie foliowe, gotowe do użytku, niezawierające lateksu i ftalanów. Opakowanie oznaczone kolorystycznie w celu szybkiej weryfikacji rozmiaru z naniesionym kodem DataMatrix.

Wymiary łyżek: +/- 1 mm

Rozmiar	Długość całkowita [mm]	Szerokość [mm]
Mac 00	72	9
Mac 0	82	9
Mac 1	94	11,50
Mac 2	116	14
Mac 3	133	14
Mac 4	159	14
Mac 5	172	14
Miller 000	58	11,5
Miller 00	69	11,5
Miller 0	79	11,5
Miller 1	102	11,5
Miller 2	152	13
Miller 3	193	13
Miller 4	209	13

W załączeniu prawidłowy załącznik nr 1 do SWZ/UMOWY.

Pytanie 19 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie:

Rękojeść jednorazowa marki Callisto, z diodą LED i wbudowanym źródłem zasilania

- Rękojeść do łyżek światłowodowych, jednorazowa
- dostępna w dwóch rozmiarach standardowym i małym,
- wbudowane źródło zasilania i światła – dioda LED, zapewniająca mocne światło pakowana w folię z oznaczeniem numeru katalogowego, symbolami CE oraz „nie do powtórnego użycia" (przekreślona cyfra 2),
- wykonana ze sztywnego i wytrzymałego plastiku, pokrytego powłoką antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt, w całości w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376 (zielony standard) z naniesioną datą ważności i numerem seryjnym
- Fabrycznie zamontowana bateria alkaliczna, łatwa do szybkiego usunięcia do bezpiecznej utylizacji.
- Metalowe uchwyty połączeniowe z łyżkami, zapewniają możliwość intubacji z wielką siłą.
- Mocne, jasne źródło światła LED zapewnia doskonałe oświetlenie ze średnią wydajnością 11 000 luksów w odległości 2 cm.
- bez zawartości lateksu.

KOD PRODUKTU	NAZWA	WYMIARY
DS.3940.460.10	Rękojeść COMPACT	120mm x 29 mm
DS.3940.490.10	Rękojeść MINI	120 mm x 26 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. łyżek.

Pytanie nr 20 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie: łyżek jednorazowych ze światłem LED

Podstawa łyżki w zielonym standardzie ISO 7376 , zapewniająca pełną kompatybilność z rękojeściami wstandardzie ISO 7376. Pakowana folia.

Łyżki Macintosh o rozmiarach 00; 0; 1; 2; 3; 4; Miller o rozmiarach 000,00,0,1,2,3,4.

NAZWA	WYMIARY
Mcintosh Fiber Optic Blade Mega Light # 00	70mm x 47mm

Mcintosh Fiber Optic Blade Mega Light # 0 82mm x 60mm
Mcintosh Fiber Optic Blade Mega Light # 1 95mm x 73mm
Mcintosh Fiber Optic Blade Mega Light # 2 116mm x 94mm
Mcintosh Fiber Optic Blade Mega Light # 3 135mm x 113mm
Mcintosh Fiber Optic Blade Mega Light # 4 155mm x 132mm

NAZWA	WYMIARY
Mcintosh Conventional Blade # 00	65mm x 46mm
Mcintosh Conventional Blade # 0	80mm x 57mm
Mcintosh Conventional Blade # 1	92mm x 71mm
Mcintosh Conventional Blade # 2	110mm x 90mm
Mcintosh Conventional Blade # 3	131mm x 111mm
Mcintosh Conventional Blade # 4	150mm x 130mm

NAZWA	WYMIARY
Miller Fiber Optic Blade # 000	69mm x 46mm
Miller Fiber Optic Blade # 00	70mm x 46mm
Miller Fiber Optic Blade # 0	80mm x 57mm
Miller Fiber Optic Blade # 1	105mm x 82mm
Miller Fiber Optic Blade # 2	155mm x 132mm
Miller Fiber Optic Blade # 3	194mm x 173mm
Miller Fiber Optic Blade # 4	205mm x 183mm

NAZWA	WYMIARY
Miller Conventional Blade # 000	69mm x 46mm
Miller Conventional Blade # 00	70mm x 46mm
Miller Conventional Blade # 0	80mm x 57mm
Miller Conventional Blade # 1	105mm x 82mm
Miller Conventional Blade # 2	155mm x 132mm
Miller Conventional Blade # 3	194mm x 173mm
Miller Conventional Blade # 4	205mm x 183mm

Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie większej ilości ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza ww. łyżek.

Pytanie nr 21 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga łyżek z oznaczeniami kolorystycznymi na opakowaniu celem prostej identyfikacji rozmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w odpowiedzi na pytanie nr 18**.**

Pytanie nr 22 – dotyczy pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający wymaga łyżek z naniesionym kodem DataMatrix na opakowaniu celem cyfrowego odczytu przez skaner?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownej zmiany opisu przedmiotu zamówienia w odpowiedzi na pytanie nr 18.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) **w rozdziale XVI – Sposób oraz termin składania ofert, poprzez zmianę pkt 2**
   Jest:
   Termin składania ofert: **08.09.2026 r., godzina 09:00,00.**
   Zamawiający zmienia na:
   Termin składania ofert: **10.09.2026 r., godzina 09:00,00.**

2) w rozdziale XVII – Termin związania ofertą, poprzez zmianę pkt 1

Jest:

Termin związania ofertą upływa w dniu **07.10.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

Zamawiający zmienia na:

Termin związania ofertą upływa w dniu **09.10.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

3) w rozdziale XVIII – Termin otwarcia ofert czynności związane z otwarciem ofert, poprzez zmianę pkt 1

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 08.09.2026 r., o godz. 10:15.**

Zamawiający zmienia na:

Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 10.09.2026 r., o godz. 10:15.**

dokument zatwierdzony przez:
mgr Beatę Mazur – Prokurenta

Załącznik:

1. Prawidłowy załącznik nr 1 do SWZ/Umowy

Rozdzielnik:

1. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-18a4bed6-7c8c-4e0d-ba7e-9d2ecfc7522d