Piaseczno, 20.11.2026 r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie sprzętu medycznego, laboratoryjnego oraz urządzeń technicznych dla przychodni" dla Miejskiego Centrum Medycznego SPZOZ w Piasecznie

znak sprawy 7/D/2026

Na zasadzie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 tj.), wobec wpłynięcia zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający niniejszym udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie chłodziarki farmaceutycznej o pojemności 390 litrów zamiast wymaganych 340–380 litrów, przy zachowaniu pozostałych parametrów technicznych określonych w OPZ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody.

DYREKTOR
Miejskiego Centrum Medycznego
w Piasecznie SPZOZ
Jolanta Meller