Rzeszów, 12.05.2026 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
MODYFIKACJA SWZ

Dotyczy: postepowania pn: *Dostawa symulatora mammografii oraz systemu ultrasonograficznego (USG) do celów dydaktycznych W ramach zadania nr 14 - Dostawa urządzenia do pracowni USG i Mammograficznej-* **oznaczenie sprawy: MSCKZiU II.261.2.2026**
Identyfikator postępowania: **ocds-148610-2a4040f6-efc1-42c8-b4b9-3e8a3bf91d59**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „ustawą pzp", informuje, że wpłynęły pytania do treści SWZ. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1 – Obrót aparatu USG – skrętne koła na wózku

Dotyczy: Załącznik nr 2B – OPZ System USG, pkt 3, LP 6.

Pytanie:

„Dotyczy: załącznik nr 2 B – OPZ System_USG „- LP 6.

Czy Zamawiający dopuści aparat USG którego obrót jest wykonywany za pomocą skrętnych kół zintegrowanych na wózku jezdnym dedykowanym do oferowanego aparatu? To rozwiązanie pozwoli na wygodne dopasowanie nie tylko monitora w stronę innych użytkowników, ale również całego pulpitu celem wygodnej interakcji z urządzeniem.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 2 – Interfejs i oprogramowanie aparatu USG w języku angielskim

Dotyczy: Załącznik nr 2B – OPZ System USG, pkt 6, LP 9.

Pytanie:

Dotyczy: „załącznik nr 2 B - OPZ_System_USG" - LP 9.

Czy Zamawiający dopuści aparat USG posiadający interfejs i oprogramowanie w języku angielskim? Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie w aparatach USG. Tym bardziej jeśli urządzenie ma być stosowane do celów dydaktycznych, opanowanie obsługi w języku angielskim pozwoli użytkownikom na bardziej wszechstronną wiedzę cenniejszą do wykorzystania w przyszłości na innych aparatach USG. Pragniemy zauważyć, że wraz z dostawą, zostanie dostarczona instrukcja obsługi w języku polskim, planowane szkolenia dla personelu również zostaną wykonane w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza aparatu USG z interfejsem użytkownika wyświetlanym na ekranie w języku wyłącznie angielskim.

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie oraz komunikaty wyświetlane na monitorze aparatu były dostępne w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza natomiast oznaczenia elementów sterujących, przycisków oraz panelu operatorskiego w języku angielskim.

Instrukcja obsługi oraz szkolenie muszą zostać zapewnione w języku polskim.

Odpowiedni zapis OPZ zostanie zaktualizowany.

Pytanie nr 3 – Zdublowane elementy sterowania symulatora mammografii

Dotyczy: Załącznik nr 2A – OPZ Symulator Mammografii, pkt 7, LP 7.

Pytanie:

Dotyczy „załącznik nr 2 A – OPZ Symulator Mammografii" – LP 7. (4. Wymagania funkcjonalne – mechaniczne) „Urządzenie musi posiadać zdublowane elementy sterowania i wyświetlacze po obu stronach umożliwiające obsługę urządzenia z różnych pozycji dydaktycznych"

Prosimy o dopuszczenie lub potwierdzenie równoważności dla urządzenia, które posiada zdublowane elementy sterowania tj. dwa nożne i dwa ręczne po obu stronach urządzenia, zapewniające regulację pracy m.in. osi pionowej (góra/dół) ramienia C, kąt pochylenia Ramienia C do różnych pozycji dydaktycznych (projekcja min. CC, MLO) płytki kompresyjnej/dociskowej (góra/dół). Dodatkowo urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz na podstawie aparatu widoczny z obu stron, do wyświetlania m.in. zastosowanej projekcji (CC,MLO), siły kompresji, grubości piersi, oraz kąt pochylenia ramienia.

Odpowiedź:

Tak, rozwiązanie jest równoważne i spełnia cel dydaktyczny zamówienia.

Pytanie nr 4 – Prezentacja obrazów z bazy przypadków po symulacji

Dotyczy: Załącznik nr 2A – OPZ Symulator Mammografii, pkt 9, LP 9.

Pytanie:

Dotyczy „załącznik nr 2 A – OPZ Symulator Mammografii" – LP 9. (6. Oprogramowanie dydaktyczne) „Oprogramowanie musi umożliwiać prezentację obrazów przypisanych do ustawień symulacyjnych"

Prosimy o dopuszczenie lub potwierdzenie równoważności dla urządzenia, które zapewnia dostęp do bazy/biblioteki przykładowych badań i po wykonanej symulacji badania mammograficznego/pozycjonowania pacjenta (bez emisji promieniowania jonizującego) pozwala na prezentację i omówienie przykładowych badań (zdjęć/obrazów) dostępnych w bazie przypadków dydaktycznych.

Pragniemy zauważyć, że proponowane urządzenie spełnia wymagania funkcjonalne Zamawiającego lub zapewnia rozwiązania równoważne, w pełni odwzorowując realistyczną budowę, ergonomię pracy oraz funkcjonalność urządzeń stosowanych w jednostkach medycznych do wykonywania badań diagnostycznych. Obejmuje to m.in. rejestrację pacjenta, jego pozycjonowanie, regulację mechaniczną umożliwiającą m.in. ustawienie w poszczególnych pozycjach badawczych, a także wyświetlanie i dobór parametrów badania wraz z dostępem do bazy przykładowych badań, umożliwiającej prezentację i omówienie poszczególnych przypadków. Całość pozwala na realizację ćwiczeń odpowiadających pracy z klinicznym mammografem, bez

wykorzystania promieniowania jonizującego jako wersja dydaktyczna przeznaczona wyłącznie do celów szkoleniowych.

Odpowiedź:

Tak, rozwiązanie jest równoważne i zgodne z OPZ. Prezentacja przykładowych badań z bazy przypadków po symulacji pozycjonowania, bez emisji promieniowania, spełnia wszystkie wymagania dotyczące oprogramowania dydaktycznego.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1

Dotyczy: Część 1, Załącznik nr 2A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Symulator mammografii do celów dydaktycznych, pkt 7. tabeli „4. Wymagania funkcjonalne – mechaniczne”:

Urządzenie musi umożliwiać pochylenie ramienia (gantry)

Prosimy o potwierdzenie, że poprzez pochylanie Zamawiający rozumie ruch ramienia (gantry) w kierunku od i do pacjentki ustawionej w pozycji CC, oraz że za ustawienie ramienia (gantry) do pozycji MLO należy rozumieć ruch obrotowy, który jest niezależnym ruchem od ruchu pochylającego ramienia.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu pochylania ramienia w kierunku pacjentki. Wystarczające są standardowe ruchy umożliwiające wykonanie projekcji CC i MLO.

Pytanie nr 2

Dotyczy: Część 1, Załącznik nr 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, par. 2 ust. 4 ppkt 3):

3) integracji Urządzenia z oprogramowaniem/systemem informatycznym Zamawiającego. W ramach integracji oprogramowania/systemu informatycznego Zamawiający wymaga pełnego wdrożenia, instalacji, konfiguracji i integracji z urządzeniem stanowiącym przedmiot umowy, a także dostarczenia odpowiednich licencji, w ramach umownego. o, ile będą potrzebne do prawidłowego przesyłania danych ze wskazanego aparatu- jeśli dotyczy.

Czy symulator mammografii wraz z oprogramowaniem dydaktycznym należy w ramach przedmiotowego zamówienia zintegrować z działającym w placówce Zamawiającego systemem symulującym rejestrację i obieg informacji o pacjencie (RIS) oraz z systemem obiegu i archiwizacji badań (PACS)?

Odpowiedź:

Nie. Integracja symulatora z systemem RIS ani PACS nie jest wymagana. Urządzenie służy wyłącznie do celów dydaktycznych i nie będzie używane do badań diagnostycznych.

Pytanie nr 3

Dotyczy: Część 1, SWZ, 4 Opis przedmiotu zamówienia – dla wszystkich części zamówienia, ust. 4.7 Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie maksymalnie do dnia 15 czerwca 2026 r. – dotyczy obu części postępowania.

Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia maksymalnie do 45 dni od daty podpisania umowy. Zaproponowany przez Zamawiającego termin realizacji jest niemożliwy do spełnienia. Prosimy o zwrócenie

uwagi, że jeśli umowa zostanie zawarta w ostatnim dniu związania ofertą, wówczas Wykonawca na realizację zamówienia ma zaledwie 9 dni kalendarzowych.

Odpowiedź:
W oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy pzp, Zamawiający wydłuża termin realizacji do dnia 25 czerwca 2026 r. Termin jest nieprzekraczalny – wynika z wymogów projektu dofinansowanego ze środków unijnych. SWZ zostanie odpowiednio zaktualizowana.

- w treści SWZ w pkt 4.7, który otrzymuje brzmienie:
4.7. Termin wykonania zamówienia – dla każdej z części zamówienia
1. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie do 25 czerwca 2026 r.
Na dzień wszczęcie postępowania wskazanie daty dziennej jest uzasadnione koniecznością rozliczenia otrzymanego dofinansowania.
- w treści załącznika nr 3 do SWZ (PPU) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca zobowiązany jest zrealizować całość przedmiotu umowy w terminie do 25.06.2026 r. licząc od dnia udzielenia zamówienia tj. od dnia zawarcia umowy, co będzie potwierdzał protokół odbioru końcowego zamówienia."

Pytanie nr 4
Dotyczy: Część 1, Załącznik nr 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, par. 2 ust. 4

Prosimy o potwierdzenie, że zapisy par. 2 ust. 4 odnoszą się do realizacji części 1 przedmiotu postępowania.

Odpowiedź:
Tak. Zapisy § 2 ust. 4 umowy dotyczą wyłącznie części 1 zamówienia, tj. dostawy symulatora mammografii.

Pytanie nr 5
Dotyczy: Część 1, Załącznik nr 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, par. 2 ust. 4 ppkt 5)

Dostarczenie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w języku polskim, która musi obejmować szczegółowy przewodnik "krok po kroku" dotyczący: bezpiecznego rozpakowania, przemieszczenia i podłączenia urządzenia oraz procedury pierwszego uruchomienia.

Prosimy o usunięcie zapisu uwzględniania w instrukcji szczegółowego przewodnika „krok po kroku" dotyczącego: bezpiecznego rozpakowania, przemieszczenia i podłączenia urządzenia oraz procedury pierwszego uruchomienia. Wyjaśniamy, że instrukcje obsługi udostępniane są przez producenta dla Użytkownika oraz szczegółowo opisują czynności, które może wykonywać Użytkownik samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji. Czynności związane z rozpakowaniem, przemieszczeniem i podłączeniem mammografu oraz pierwsze uruchomienie możliwe są do realizacji wyłącznie przez wykwalifikowany serwis posiadający upoważnienie producenta.

Odpowiedź:
Zamawiający przyjmuje wyjaśnienie. Instrukcja obsługi ma obejmować czynności przewidziane dla użytkownika końcowego, wykonywane samodzielnie bez utraty gwarancji. Rozpakowanie, montaż, podłączenie i pierwsze uruchomienie wykonuje Wykonawca lub autoryzowany serwis w ramach dostawy. Zapis umowy otrzyma brzmienie:

„Dostarczenie dokumentacji technicznej i instrukcji obsługi w języku polskim, obejmującej czynności przewidziane dla użytkownika końcowego, wykonywane samodzielnie bez utraty gwarancji. Czynności związane z rozpakowaniem, montażem, podłączeniem i pierwszym uruchomieniem urządzenia realizuje Wykonawca lub autoryzowany serwis w ramach zakresu dostawy."

Pytanie nr 6
Dotyczy: Część 1, Załącznik nr 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, strona 4, przepis dolny oznaczony znacznikiem 4:

W przypadku oferowania produktu medycznego, zastosowanie będzie miała stawka odpowiednia dla wyboru medycznego. W przeciwnym wypadku zastosowanie ma stawka 23% VAT.

W powiązaniu z załącznikiem nr 2A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Symulator mammografii do celów dydaktycznych, pkt 13. tabeli „10. Certyfikaty i klasyfikacja urządzenia":

(…) Wykonawca uprawniony jest do zastosowania stawki VAT właściwej dla wyrobów medycznych. Jeżeli urządzenie nie posiada takiego statusu, zastosowanie ma stawka podstawowa. Odpowiedzialność za prawidłową klasyfikację podatkową spoczywa na Wykonawcy.

Prosimy o informację, w którym miejscu formularza ofertowego Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić kwotę netto i brutto wartości zamówienia oraz wyszczególnić właściwe stawki podatku VAT dotyczące przedmiotu zamówienia.
Zawracamy uwagę, iż w formularzu ofertowym wygenerowanym z platformy prowadzonego postępowania możliwe jest wpisanie wyłącznie całkowitej wartości brutto zamówienia.

Odpowiedź:
Wykonawca stosuje stawkę VAT właściwą dla oferowanego urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli formularz na platformie pozwala wpisać tylko cenę brutto, przyjmuje się że cena uwzględnia prawidłową stawkę VAT. Wykonawca może dodatkowo załączyć kalkulację z wartością netto, stawką VAT i wartością brutto.

Pytanie nr 7
Dotyczy: Część 1, Załącznik nr 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, par. 5 ust. 1 zdanie drugie:

Gwarancja obejmuje wszystkie elementy systemu oraz oprogramowanie.

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancją objęty jest system i oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę w ramach niniejszego postępowania.

Odpowiedź:
Tak. Gwarancja obejmuje urządzenie i oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę w ramach niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 8
Dotyczy: Część 1, Załącznik nr 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, par. 5 ust. 1 zdanie trzecie:

Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także nie spełnianie funkcji użytkowych przez dostarczone urządzenia, deklarowanych przez Wykonawcę. Wszystkie koszty związane z realizacją gwarancji pokrywa Wykonawca.

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancją objęte są usterki powstałe z przyczyn objętych gwarancją.

Odpowiedź:
Tak. Gwarancja obejmuje usterki i wady wynikające z przyczyn leżących po stronie urządzenia – wady materiałowe, konstrukcyjne i produkcyjne. Nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi.

Pytanie nr 9
Dotyczy: Część 1, Załącznik nr 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, par. 5 ust. 1 zdanie czwarte:

Warunki serwisu gwarancyjnego: reakcja na zgłoszenie w ciągu maksymalnie 48 godzin roboczych.

Prosimy o ujednolicenie zapisów umowy zgodnie z załącznikiem nr 2A do SWZ, pkt 12 tabeli „9. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu" tiret trzecie i zmianę zapisu na:

Warunki serwisu gwarancyjnego: reakcja na zgłoszenie w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od zgłoszenia.

Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia wniosek. Maksymalny czas reakcji serwisu wynosi 5 dni roboczych od zgłoszenia. Zapis § 5 ust. 1 umowy przy zawarciu umowy zostanie odpowiednio zmieniony.

Pytanie nr 10
Dotyczy: Część 1, Załącznik nr 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, par. 5 ust. 5 zdanie drugie:

W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych elementów stałych ekspozycji bądź opróżnienia gablot z eksponatów, termin zostanie uzgodniony przez Strony w oparciu o stosowny protokół konieczności.

Prosimy o usunięcie zapisu (nie ma zastosowania w zakresie przedmiotu postępowania).

Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia wniosek. Zapis dotyczący elementów ekspozycji i opróżniania gablot nie dotyczy tego zamówienia i zostanie usunięty z umowy.

Pytanie nr 11
Dotyczy: Część 1, Załącznik nr 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, par. 5 ust. 7:

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy lub spisaniu protokołu z przeprowadzonej naprawy.

Prosimy o modyfikację istniejącego zapisu w taki sposób, aby wskazać, że w przypadku wymiany lub naprawy wadliwego elementu (podzespołu) przedmiotu umowy, gwarancja biegnie na nowo na wymieniony lub naprawiony wadliwy podzespół, a nie kompletny przedmiot umowy. Proponujemy poniższy zapis:
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po odbiorze końcowym przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (lub jego elementu) na nowy albo dokonania usunięcia istotnej wady (usterki) termin gwarancji dla wymienionego lub naprawionego elementu biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy lub spisaniu protokołu z przeprowadzonej naprawy.

Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia wniosek. Zapis § 5 ust. 7 umowy zostanie zmieniony – gwarancja biegnie na nowo wyłącznie dla wymienionego lub naprawionego elementu, nie dla całego urządzenia.

Pytanie nr 12
Dotyczy: Część 1, Załącznik nr 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, par. 5 ust. 8:

Okres napraw gwarancyjnych przedłuża odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany całości lub części materiałów/ urządzeń lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji biegnie na nowo od dokonania wymiany/naprawy.

Prosimy o modyfikację istniejącego zapisu w taki sposób, aby wskazać, że w przypadku wymiany lub istotnej naprawy części materiałów/ urządzeń (podzespołu), gwarancja biegnie na nowo na wymieniony lub naprawiony podzespół, a nie kompletny przedmiot umowy. Proponujemy poniższy zapis:

Okres napraw gwarancyjnych przedłuża odpowiednio okres udzielonej gwarancji. W przypadku wymiany całości lub części materiałów/ urządzeń lub dokonania istotnych napraw termin gwarancji na wymieniony element/ podzespół biegnie na nowo od dokonania wymiany/naprawy.

Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia wniosek. Zapis § 5 ust. 8 umowy zostanie zmieniony – termin gwarancji biegnie na nowo wyłącznie dla wymienionego lub naprawionego elementu/podzespołu.

Pytanie nr 13
Dotyczy: Część 1, Załącznik nr 3 PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY, par. 2 ust. 4 ppkt 2):

4. Wykonawca zobowiązuje się do: (…)
2) montaż urządzenia w siedzibie Zamawiającego, jego uruchomienie oraz wykonanie niezbędnych testów:
a) akceptacyjnych,
b) bezpieczeństwa,
c) jakości obrazowania

Prosimy o usunięcie wymogu przeprowadzenia testów akceptacyjnych i jakości obrazowania, z uwagi, iż wymagane przez Zamawiającego *urządzenie musi być trwale pozbawione możliwości emisji promieniowania jonizującego* (vide załącznik 2A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Symulator mammografii do celów dydaktycznych, pkt 6. tabeli „3. Wymagania konstrukcyjne").

Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia wniosek. Symulator jest trwale pozbawiony lampy RTG i nie emituje promieniowania, dlatego testy właściwe dla aparatów RTG nie mają tu zastosowania. Wymagane będzie jedynie sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego i prawidłowego działania funkcji dydaktycznych.

Zestaw – pytanie nr 3

Działając w związku z przygotowaniem oferty w postępowaniu dotyczącym dostawy systemu ultrasonograficznego (USG) do celów dydaktycznych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rozwiązania równoważnego w zakresie wymogu językowego interfejsu użytkownika.

W **pkt 6 OPZ** Zamawiający wskazał, że:

„Interfejs użytkownika oraz oprogramowanie aparatu muszą być dostępne w języku polskim lub posiadać polską wersję językową."

Prosimy o potwierdzenie, że zainstalowana w aparacie instrukcja obsługi w języku polskim oraz możliwość opisywania badań i tworzenia raportów w języku polskim spełni wymagania z punku.

Oferowane urządzenie w pełni spełnia wszystkie pozostałe wymagania funkcjonalne, dydaktyczne i techniczne określone w OPZ, a jego obsługa – ze względu na standardowe, powszechnie stosowane nazewnictwo w aparatach USG – nie wpływa negatywnie na realizację celów dydaktycznych. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie dopuszczalności takiego rozwiązania, co umożliwi nam złożenie oferty zgodnej z Państwa wymaganiami.

Odpowiedź.

Nie. Zamawiający podtrzymuje wymóg interfejsu użytkownika wyświetlanego na ekranie w języku polskim. Sama instrukcja obsługi w języku polskim zainstalowana w aparacie oraz możliwość opisywania badań w języku polskim nie spełniają tego wymagania. Dopuszczalne są natomiast oznaczenia przycisków i elementów panelu sterowania w języku angielskim.

MODYFIKACJA SWZ

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych zwaną dalej „ustawą pzp", z uwagi na opracowanie odpowiedzi na zadane pytania do dokumentów zamówienia, informuje, że dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie podanym poniżej.

1. Dokonuje się przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert na dzień: **15.05.2026 r**. godziny pozostają bez zmian. W konsekwencji dokonuje się zmiany terminu związania ofertą. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ"):

- pkt 6.1 SWZ, otrzymuje brzmienie: *„Termin, w którym wykonawca będzie związany ofertą wynosi: 30 dni tj. do dnia **13.06.2026** r.."*

- w pkt 14.1 SWZ zmianie ulega treść dotycząca terminu składania ofert na następującą: *„Termin składania ofert: **15.05.2026r.** godz. **12:00**"*

Pozostała treść pkt 14. 1 SWZ pozostaje bez zmian.

- pkt 14.2 ppkt 1 SWZ przyjmuje brzmienie: *„1.Otwarcie złożonych ofert nastąpi przez platformę eZamówienia, w dniu **15.05.2026 r. o godz. 12:30**"*

Niniejsze wyjaśnienia oraz modyfikacja SWZ stanowią integralną część dokumentacji postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Załączniki:

załącznik nr 2 A - OPZ_Symulator_Mammografii aktualizacja

załącznik nr 2 B - OPZ_System_USG_zmiana