SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, tel.: 91 43 29 503 lub 500, fax 91 43 29 501
www.spzozmswia.szczecin.pl biuro@spzozmswia.szczecin.pl
BGK 32 1130 1176 0022 2137 2520 0006, NIP 852-21-98-181,
REGON 810733454, KRS 0000001757

Znak sprawy: WZAM.2354.13.935.2026 Szczecin, dnia 13.08.2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych pn.: *„Dostawa aparatury medycznej na potrzeby AOS SP ZOZ MSWIA w Szczecinie w ośmiu pakietach w ramach programu FENX.06.01 Podniesienie jakości i dostępności świadczeń poprzez rozbudowę, modernizację i doposażenie pomieszczeń dla AOS i leczenia jednego dnia w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie – FENX.”.*

Nr postępowania: 13/2026.

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie informuje, że od Wykonawców wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ o następującej treści:

Pytanie nr 1
Pakiet nr 8 – Aparat do elektrokoagulacji
Poz. 7 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia o wymiarach 330 x 285 x 105 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2
Pakiet nr 8 – Aparat do elektrokoagulacji
Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 3,5kg?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3
Pakiet nr 8 – Aparat do elektrokoagulacji
Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z maksymalną mocą cięcia czystego regulowaną do 120W?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4
Pakiet nr 8 – Aparat do elektrokoagulacji
Poz. 11 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z maksymalną mocą koagulacji forsownej regulowaną do 120W?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5
Pakiet nr 8 – Aparat do elektrokoagulacji
Poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia z maksymalną mocą koagulacji miękkiej regulowaną do 120W?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6
Pakiet nr 8 – Aparat do elektrokoagulacji
Poz. 13 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie o maksymalnej mocy regulowanej dla koagulacji bipolarnej 99W?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7
Pakiet nr 8 – Aparat do elektrokoagulacji
Poz. 14 - Czy Zamawiający dopuści generator elektrochirurgiczny pracujący z częstotliwością 333 kHz zamiast wymaganej od 500 do 600 kHz? Wskazana częstotliwość nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy ani efekt kliniczny, ponieważ generatory elektrochirurgiczne standardowo pracują w zakresie ok. 300–500 kHz, a skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu zależą przede wszystkim od kontroli mocy oraz algorytmów regulacji energii, a nie od wartości częstotliwości pracy generatora.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8
Czy Zamawiający dopuści w module YAG maksymalną energię w potrójnym pulsie do 30 mJ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający dopuści w module YAG sposób emisji pulsu 1/2/3 pulsy na strzał z odstępem 15 mikrosekund?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści w module YAG wartość do 3.0 Hz w pojedynczym pulsie w trybie powtarzania?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11
Czy Zamawiający dopuści w module YAG przesunięcie ogniskowania (defokalizacji) w wartościach od -500 µm / +25 µm / +500 µm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 12
Czy Zamawiający dopuści w module SLT regulację energii od 0,3 mJ - 3 mJ, regulowaną co 0,1 mJ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13
Czy Zamawiający dopuści w module SLT maksymalną częstotliwość powtarzania wynoszącą 3 Hz?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuści w module SLT rozbieżność wiązki 5,5 stopnia (+/- 1º) ?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15
Czy Zamawiający dopuści w lampie szczelinowej soczewkę okularu 12,5x z regulacją dioptrii ± 8D?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 16
Czy Zamawiający dopuści w lampie szczelinowej poziomy powiększenia: 5x, 8x; 12.5x; 20x; 32x?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17
Czy Zamawiający dopuści w lampie szczelinowej regulację dystansu między źrenicami 50-78 mm?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18
Czy Zamawiający dopuści w lampie szczelinowej podświetlone pole widzenia o wartościach: 0,2 mm, 1 mm, 3 mm, 5 mm, 9 mm, 14 mm?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 19
Czy Zamawiający dopuści ruchomy panel kontrolny umożliwiający przestawienie po lewej/prawej stronie urządzenia?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20
Czy Zamawiający dopuści przycisk na ekranie do przełączania modułów urządzenia oraz przycisk na panelu sterowania do wł/wył?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21
Czy Zamawiający dopuści rozbudowę o laser 532 nm do laserowania siatkówki oka tylko w trybie monospot?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 22
dot. pkt. 5 (videolaryngoskop)
Czy Zamawiający dopuści wygięcie końcówki w zakresie 180 stopni w górę i 130 stopni w dół?
Uzasadnienie: Parametr lepszy od wymaganego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 23
dot. pkt. 6 (videolaryngoskop)
Czy Zamawiający dopuści długość roboczą 365 mm?
Uzasadnienie: Parametr lepszy od wymaganego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 24
dot. pkt. 7 (videolaryngoskop)
Czy Zamawiający dopuści laryngoskop o polu widzenia 120 stopni?
Uzasadnienie: Parametr lepszy od wymaganego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 25
dot. pkt. 9 (videolaryngoskop)
Czy Zamawiający dopuści głębię pola od 3 mm do 200 mm?
Uzasadnienie: Parametr lepszy od wymaganego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 26
dot. pkt. 12 (videolaryngoskop)
Czy Zamawiający dopuści tablet/procesor tylko z wyjściem cyfrowym w standardzie HDMI do podłączenia np. dużego monitora?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 27
dot. pkt. 15 (videolaryngoskop)
Czy Zamawiający dopuści kąt widzenia 180 stopni

Uzasadnienie: Parametr lepszy od wymaganego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 28
dot. pkt. 17 (videolaryngoskop)
Czy Zamawiający dopuści wbudowaną wbudowaną kartę SD o pojemności 8 GB z możliwości zgrania danych z badania (zdjęcia, pliki wideo) na klasyczną pamięć PenDrive?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 29
dot. Pkt. 2 (wyposażenie dodatkowe)
Czy Zamawiający dopuści zintegrowane ze statywem kuwety do mycia i dezynfekcji w formie tuby do zanurzania tuby wziernikowej laryngoskopu?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 30
Czy Zamawiający wymaga, aby laryngoskop był dopuszczony do sterylizacji zarówno w tlenku etylenu i plazmie?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 31
Czy Zamawiający wymaga, aby menu procesora/tabletu było w języku polskim?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 32
Czy Zamawiający wymaga, aby procesor/tablet był wyposażony w moduł Wi-Fi w celu bezprzewodowej obsługi laryngoskopu?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 33
Czy Zamawiający wymaga, aby tablet miał możliwość obsługi wideobronchoskopów zarówno wielorazowych jak i jednorazowych?
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 34
dotyczy Pakietu nr 6, poz. 96
Zamawiający wymaga dostarczenia elektrody opisanej jako:
„Jednorazowa żelowana elektroda powierzchniowa, powierzchnia czynna 9 – 1 op.”
Przedstawiony opis nie pozwala jednoznacznie określić wymaganych wymiarów ani rodzaju elektrody, która ma zostać dostarczona wraz z aparatem.
Czy Zamawiający wymaga dostarczenia jednorazowych żelowanych elektrod powierzchniowych o powierzchni czynnej 9 × 6 mm, z kablem o długości 8 cm oraz wtykiem TP 0,7 mm, pakowanych po 12 szt. w 1 opakowaniu?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie załącznika nr 1.1 do SWZ (szczegółowa oferta cenowa) dla Pakietu nr 6 poprzez zmianę w poz. 96 (kolumna nr 2 „Opis parametru” oraz kolumna nr 3 „Wymogi graniczne”), która otrzymuje następujące brzmienie:

Lp.	Opis parametru	Wymogi graniczne
1	*2*	*3*
96	~~Jednorazowa żelowana elektroda powierzchniowa powierzchnia czynna 9~~ *Jednorazowa żelowana elektroda powierzchniowa powierzchnia czynna 9 x 6 mm, z kablem 8 cm, wtyk TP 0,7 mm,*	~~1 op~~ *12 sztuk*

Pytanie nr 35
dotyczy Pakietu nr 5, poz. 7

Zamawiający określił część parametrów głowicy EEG, które mają bezpośredni wpływ na jakość rejestrowanego sygnału. Jednym z kluczowych parametrów wpływających na jakość sygnału EEG jest rozdzielczość przetworników analogowo-cyfrowych (A/D).
Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana głowica była wyposażona w przetworniki A/D o rozdzielczości 24 bitów dla każdego kanału?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 36
dotyczy Pakietu nr 5, poz. 9
Zamawiający wskazał, że głowica ma być przeznaczona do wykonywania rutynowych oraz zaawansowanych badań EEG/PSG. W przypadku długotrwałych badań wideo EEG oraz zaawansowanych badań PSG jednostka centralna rejestrująca przebieg badania jest zazwyczaj zlokalizowana w znacznej odległości od pacjenta lub w innym pomieszczeniu. Badania długotrwałe wymagają bieżącej kontroli impedancji elektrod oraz możliwości szybkiej weryfikacji poprawności ich podłączenia. Wbudowany wyświetlacz w głowicy znacząco usprawnia pracę personelu medycznego oraz zwiększa komfort pacjenta, umożliwiając kontrolę parametrów bez konieczności każdorazowego dostępu do jednostki centralnej. Ogranicza to liczbę wizyt personelu w pomieszczeniu pacjenta oraz zmniejsza ryzyko jego wybudzania, co ma szczególne znaczenie podczas długotrwałych badań EEG/PSG.
W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga, aby oferowana głowica posiadała wbudowany wyświetlacz LCD umożliwiający sprawdzenie impedancji elektrod bez konieczności korzystania z jednostki rejestrującej?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 37
dotyczy Pakietu nr 5, poz. 15
Zamawiający wymaga dostarczenia fotostymulatora LED, jednak nie określił jego parametrów technicznych ani funkcjonalnych. Jedną z istotnych cech fotostymulatora jest możliwość regulacji intensywności błysku, która pozwala dostosować jasność światła do warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu oraz indywidualnych potrzeb pacjenta (np. wieku lub wrażliwości na światło).
Kolejnym istotnym elementem jest przycisk testowy wyzwalający pojedynczy błysk, umieszczony bezpośrednio na ramieniu fotostymulatora. Umożliwia on precyzyjne ustawienie źródła światła względem oczu pacjenta przed rozpoczęciem procedury fotostymulacji, bez konieczności uruchamiania całego protokołu badania.
W związku z powyższym, czy Zamawiający wymaga, aby oferowany fotostymulator LED posiadał:
- maksymalną częstotliwość błysków wynoszącą co najmniej 60 Hz,
- regulację siły błysków wbudowaną w ramię fotostymulatora,
- przycisk testowy wyzwalający błyski wbudowany w ramię fotostymulatora.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38
(pakiet 4)
Czy Zamawiający dopuści laser okulistyczny o poniższych parametrach:

YAG
Typ głowicy: Q-switch, Nd:YAG 1064 nm
Tryb pracy: 1,2, 3 pulsy na impakt
Długość impulsu: 4 ns
Energia wiązki: pojedynczy impuls 0.3-12 mJ podwójny impuls 0.6-22 mJ potrójny impuls 0.9-32 mJ
Maksymalna energia: 32 mJ
Maksymalna wielkość repetycji: 3 Hz
Średnica plamki: 10 µm
Kąt: 16°
Defocusing: Anterior & Posterior (0 +/-300 µm)
Wiązka celująca: dioda laserowa 635 nm
SLT
Typ głowicy: Q-Swtich, Nd:YAG 532 nm
Tryb pracy: pojedynczy impuls
Długość impulsu: 3 ns

Energia wiązki: zmiana w sposób ciągły
Energia maksymalna: 2 mJ
Maksymalna wielkość repetycji: 3 Hz
Średnica plamki: 400 µm
Kąt: < 3 °
Wiązka celująca: dioda laserowa 635 nm
Lampa szczelinowa
Oświetlenie: LED
Powiększenia: pięciostopniowa zmiana powiększenia (6x, 10x, 16x, 25x, 40x)
Typ: Zeiss
Szerokość szczeliny: 0-14 mm, zmiana ciągła
Maksymalna długość szczeliny: 14 mm
Parametry dodatkowe
Wyświetlacz: panel LCD 7” z możliwością umieszczenia po obu stronach stołu
Ergonomiczne pokrętła umieszczone po obu stronach urządzenia pozwalające na zmianę mocy lasera oraz jasności wiązki celowniczej
Bezpieczeństwo realizowane poprzez: - cyfrowy offset umożliwiający wizualizację miejsca skupiania wiązki laserowej, - panel sterowania wymagający podwójnego potwierdzenia w celu przełączenia się między trybami pracy lasera, - elektronicznie kontrolowany offset resetuje się do wartości poniżej 100 µm po przejściu lasera w stan gotowości
Chłodzenie: konwekcyjne, powietrzem
Zasilanie: 100-240 V; 50/60 Hz
Wyposażenie: okulary bezpieczeństwa, pokrowiec na laser, dedykowane soczewki
Możliwość rozbudowy o dodatkowe źródło wiązki laserowej o długości fali 577
Port USB do zdalnego serwisu i kalibracji
Dedykowany stolik do lasera

Odpowiedź: Zamawiający, zgodnie z treścią art. 135 ustawy Pzp, jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w zakresie treści SWZ wskazanym przez wykonawcę, ale nie jest to równoznaczne z analizowaniem grup parametrów przesłanych przez potencjalnego Wykonawcę. Wykonawca powinien wskazać konkretnie, które części SWZ są dla niego niejasne, natomiast z treści wniosku o wyjaśnienie treści SWZ nie wynika, iż jakaś kwestia SWZ jest dla Wykonawcy niezrozumiała, tylko że oczekuje on od Zamawiającego porównania SWZ z proponowanym przez Wykonawcę sprzętem. Nie jest to rolą Zamawiającego, dlatego z uwagi na powyższe Zamawiający podtrzymuje treść opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ wskazując jednocześnie, iż każdy wskazany przez wykonawcę parametr wyższy lub lepszy od wymaganego przez Zamawiającego w treści SWZ jest zawsze dopuszczalny do zaoferowania.

Pytanie nr 39

dotyczy Załącznik nr 1.1 do SWZ, PAKIET NR 7 - Videolaryngoskop, pkt 5

Czy Zamawiający dopuści videolaryngoskop o kącie zagięcia końcówki 160° w górę / 130° w dół, tj. o parametrze korzystniejszym od wymaganego w zakresie odgięcia górnego, przy zachowaniu wymaganych 130° w dół?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 40

dotyczy Załącznik nr 1.1 do SWZ, PAKIET NR 7 - Videolaryngoskop, pkt 6

Czy Zamawiający dopuści wziernik o długości roboczej 350 mm, co przy zachowaniu pozostałych parametrów zwiększa zakres dostępu diagnostycznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 41

dotyczy Załącznik nr 1.1 do SWZ, PAKIET NR 7 - Videolaryngoskop, pkt 7
Czy Zamawiający dopuści wziernik o polu widzenia 120°, tj. istotnie szerszym niż wymagane 85–90°, co zapewnia lepszą wizualizację struktur nosogardła?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 42
dotyczy Załącznik nr 1.1 do SWZ, PAKIET NR 7 - Videolaryngoskop, pkt 10
Czy Zamawiający dopuści procesor obrazu z ekranem dotykowym o przekątnej 15,6” (Full HD 1920×1080, TFT-LCD, z wbudowaną baterią), tj. o parametrze korzystniejszym od wymaganego zakresu 9-11”? Większa przekątna przy tej samej lub wyższej rozdzielczości poprawia komfort i dokładność oceny obrazu, nie ograniczając mobilności zestawu.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 43
dotyczy Załącznik nr 1.1 do SWZ, PAKIET NR 7 - Videolaryngoskop, pkt 12
Czy Zamawiający uzna wymóg „wyjścia BNC" za spełniony przez wyjście SDI realizowane fizycznie na złączu typu BNC? Prosimy o potwierdzenie, czy istotny jest typ złącza, czy standard sygnału.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry bez zmian. Istotniejszy jest standard sygnału.

Pytanie nr 44
dotyczy Załącznik nr 1.1 do SWZ, PAKIET NR 7 - Videolaryngoskop, pkt 15
Prosimy o potwierdzenie, że parametr „szeroki kąt widzenia 165-170°" dotyczy kąta obserwacji ekranu procesora (a nie pola widzenia wziernika, opisanego odrębnie) oraz czy Zamawiający dopuści ekran o kącie widzenia większym niż 170°?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametr „szeroki kąt widzenia 165-170°" dotyczy procesora obrazu. Równocześnie Zamawiający informuje, iż dopuszcza ekran o kącie widzenia większym niż 170°. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 45
dotyczy Załącznik nr 1.1 do SWZ, PAKIET NR 7 - Videolaryngoskop, pkt 17
Czy Zamawiający dopuści procesor obrazu z wbudowaną pamięcią na karcie SD, umożliwiający zapis zdjęć i wideo z badania oraz ich eksport na zewnętrzny nośnik USB, co zapewnia realizację wymaganej funkcjonalności archiwizacji danych w stopniu nie mniejszym niż wymagany?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe pozostają bez zmian.

Pytanie nr 46
dotyczy Załącznik nr 1.1 do SWZ, PAKIET NR 8 - Aparat do elektrokoagulacji, pkt 7
Czy Zamawiający dopuści aparat o wymiarach 370 × 305 × 145 mm? Wskazany w SIWZ zakres 250 × 270 × 100 mm - 254 × 288 × 104 mm obejmuje rozpiętość ok. 4 mm, co ogranicza krąg oferentów do bardzo wąskiej grupy urządzeń.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 47
dotyczy Załącznik nr 1.1 do SWZ, PAKIET NR 8 - Aparat do elektrokoagulacji, pkt 8
Czy Zamawiający dopuści aparat o masie 7,4 kg, przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie nr 48
dotyczy Załącznik nr 1.1 do SWZ, PAKIET NR 8 - Aparat do elektrokoagulacji, pkt 9 - 13
Czy podane wartości mocy (cięcie czyste 160 W, cięcie koagulujące 120 W, koagulacja forsowna 100 W, koagulacja miękka 80 W, koagulacja bipolarna 60 W) należy rozumieć jako wartości minimalne? Oferowany przez nas aparat osiąga odpowiednio 200 W, 200 W, 140 W, 140 W i 100 W, z regulacją mocy w każdym trybie i automatyczną kontrolą mocy wyjściowej, co pozwala pracować również w zakresach niższych niż wymagane.
Odpowiedź: Zamawiający podał maksymalne wartości mocy dla wskazanych rodzajów cięcia i koagulacji.

Pytanie nr 49

dotyczy SWZ, Rozdział X, Dział I, pkt 1 ppkt 3) - kryterium „Termin dostawy urządzeń"; SWZ, Rozdział XIII, Dział II, pkt 2; SWZ, Rozdział XIV - Wzór umowy, § 7
Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie maksymalnego terminu dostawy z 30 do 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy? Oferowana aparatura jest sprzętem importowanym, produkowanym pod zamówienie, a 30-dniowy termin obejmujący dostawę, montaż i uruchomienie faktycznie ogranicza krąg wykonawców do posiadających urządzenie na magazynie w RP.
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 50
dotyczy SWZ, Rozdział XIV - Wzór umowy, § 3 oraz § 5 ust. 2 pkt 3
Wnosimy o uzupełnienie § 3 o określenie czasu reakcji serwisu i terminu usunięcia wady, np.: reakcja do 48 godzin roboczych od zgłoszenia, usunięcie wady do 5 dni roboczych, a w razie konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza terytorium RP - do 21 dni roboczych. Obecnie § 5 ust. 2 pkt 3) przewiduje karę 250,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wady, mimo że umowa nie określa terminu, od którego zwłokę należałoby liczyć.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51
dotyczy SWZ, Rozdział XIV - Wzór umowy, § 3
Czy Zamawiający zgodzi się uzupełnić § 3 wzoru umowy o ustęp o treści:
„3. Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania przedmiotu umowy niezgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi lub zaleceniami producenta, uszkodzenia powstałe wskutek napraw lub ingerencji podmiotów nieautoryzowanych przez producenta, a także materiały zużywalne i elementy eksploatacyjne podlegające naturalnemu zużyciu."?

Wzór umowy w obecnym brzmieniu nie zawiera żadnych wyłączeń odpowiedzialności gwarancyjnej, co oznacza, że Wykonawca odpowiada również za następstwa zdarzeń pozostających całkowicie poza jego kontrolą.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52
dotyczy SWZ, Rozdział XIV - Wzór umowy, § 3
Czy Zamawiający zgodzi się zmienić zapis o treści:
„Potwierdzenie udzielonej gwarancji w postaci karty gwarancyjnej w języku polskim wystawionej przez producenta lub oddział producenta na terenie UE."
na:
„Potwierdzenie udzielonej gwarancji w postaci karty gwarancyjnej w języku polskim wystawionej przez producenta, oddział producenta na terenie UE albo autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora producenta na terenie RP"?
Część producentów aparatury medycznej nie posiada oddziału na terenie UE i prowadzi sprzedaż wyłącznie poprzez sieć autoryzowanych dystrybutorów. Utrzymanie zapisu w obecnym brzmieniu wyklucza z postępowania wykonawców realnie zdolnych do należytego wykonania zamówienia, przy braku jakiejkolwiek korzyści dla Zamawiającego - odpowiedzialność z tytułu gwarancji i tak ponosi wobec niego Wykonawca na podstawie § 3 wzoru umowy.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie Rozdziału XIII (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I INNE ISTOTNE POSTANOWIENIA) Dział I (PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ OGÓLNA) pkt 9, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Potwierdzenie udzielonej gwarancji w postaci karty gwarancyjnej w języku polskim wystawionej przez producenta lub oddział producenta na terenie UE *albo autoryzowanego przedstawiciela lub dystrybutora producenta na terenie UE."*

Pytanie nr 53
Dotyczy projektu umowy
Dot. 5 ust. 2 pkt. 2) – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,5% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54
Dotyczy szczegółowej oferty cenowej

Dot. pakietu nr 1 – duodenoskopu – pozostałe warunki – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zagwarantował dostępność części zamiennych przez okres 8 lat, licząc od dnia złożenia oferty?"
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pozostałe warunki bez zmian.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje modyfikacji SWZ w zakresie załącznika nr 1.1 do SWZ (szczegółowa oferta cenowa) ***dla Pakietu nr 1*** *poprzez zmianę w części pn. „Pozostałe warunki" poz. 2 (kolumna nr 2 „Opis parametru"), która otrzymuje następujące brzmienie:*

Lp.	Opis parametru
1	*2*
2	*Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres ~~min. 10 lat od momentu złożenia oferty~~ min. 8 lat od momentu złożenia oferty*

Ponadto SP ZOZ MSWiA w Szczecinie działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje modyfikacji SWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert, który zostaje wyznaczony na dzień ***24.08.2026 r.:***
1) Termin składania ofert na dzień ***24.08.2026 r.*** *godz. 09:00*
2) Termin otwarcia ofert na dzień ***24.08.2026 r.*** *godz. 09:05.*

Ilekroć w SWZ występuje data 19.08.2026 r, zastępuje się ją datą ***24.08.2026 r.***
Ponadto w związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert zmianie ulega także data określająca dzień, w którym upływa termin związania ofertą w Rozdziale IX pkt 3 SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: „3. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres ***90 dni****, tj.* ***do dnia 21.11.2026 r.*** *Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert"*

Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje treści SWZ i załącznika nr 1.1 do SWZ (szczegółowa oferta cenowa) mają moc wiążącą dla wszystkich uczestników postępowania i stanowią uzupełnienie dokumentacji istotnych warunków zamówienia.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Z upoważnienia Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie
Zastępca Dyrektora
Ds. Finansowo-Ekonomicznych
Ilona Wanagiel