Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Miejski Ośrodek Zdrowia w Świebodzicach

Aleje Lipowe 15, 58-160 Świebodzice

DOSTAWA CYFROWEGO APARATU RTG Z KOLUMNĄ PIONOWĄ DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA W ŚWIEBODZICACH

Oznaczenie postępowania: ZP.MOZ.01.2026

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2026 r. poz. 793), Zamawiający udziela odpowiedzi:

I. DOTYCZY: Załącznika nr 1 do SWZ – PARAMETRY TECHNICZNE

Pytanie nr 1
DOTYCZY: Pkt. VIII Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w statywie – 1 szt. ppkt. 74 oraz pkt. IX Detektor cyfrowy dedykowany do pracy w stole – 1 szt. ppkt. 90

Zamawiający wymaga: **Waga z baterią ≤ 4 kg**

Czy Zamawiający dopuści detektor 10 gram cięższy niż maksymalna wartość dopuszczona w pkt. 74 i pkt. 90 OPZ?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza detektor 10 gram cięższy niż maksymalna wartość dopuszczona, dotyczy ppkt 74 w Pkt. VIII oraz ppkt 90 w Pkt. IX

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Adrian Szewczyk
Data: 2026.09.01 10:01:14 CEST