Toruń, 11.09.2026 r.

Specjalistyczny Szpital Miejski
im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Batorego 17/19
87-100 Toruń,

SSM.DZP.200.153.2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informuję, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest **„Dostawa sprzętu jednorazowego użytku do zabiegów neuroradiologicznych”** wpłynęły pytania, których treść wraz z odpowiedziami zamieszczam poniżej:

Pytanie 1
Czy Zamawiający w Części 2 poz.12 wyrazi zgodę na zaoferowanie *Wewnątrzczaszkowego stentu naczyniowego* o następujących parametrach:
- **stent pleciony z nitinolu z platynowym rdzeniem - technologia DFT® wire (drawn filled tubing),**
- **stent pleciony z 16 drutów,**
- **długość flarów 0,5mm,**
- **po 4 markery w części dystalnej i proksymalnej,**
- **średnice: 2-4 mm,**
- **kompatybilny z mikrocewnikiem 0,017.**

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą nie ulegają zmianie.

Dominika Kilińska
Elektronicznie podpisany przez Dominika Kilińska
Data: 2026.09.11 13:48:50 +02'00'