Gołdap, dnia 2.11.2026 r.

Zamawiający:
GoldMedica Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 7
19-500 Gołdap

Informacja o pytaniach wykonawców o treść SWZ

Dotyczy: **ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA GOLDMEDICA - DOPOSAŻENIE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH I LABORATORIUM**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z*:*

- Art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2026 poz. 793 t.j.) –,wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w dniu 30.10.2026 r.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:
Treść zapytania
Załącznik nr 2b do SWZ, pkt 4

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny, w którym objętość aspirowanej próbki w trybie CBC + 5 DIFF wynosi 80 µl, spełniający pozostałe wymagania określone w Załączniku nr 2b do SWZ?

Odpowiedź na treść zapytania:
Zamawiający nie dopuszcza.

PREZES ZARZĄDU
GoldMedica sp. z o.o.
mgr Emilia Urbanowicz

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu

GoldMedica sp. z o.o.
19-500 Gołdap, ul.Słoneczna 7
NIP 8471612824 REGON 790243995
tel./fax (87) 615-13-76