Nr sprawy: SE.EA.61.272.1.2026 Kwidzyn, dnia 08.10.2026 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. **„Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na 4 części do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie".**

Działając na podstawie przepisu art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 793.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie 1:

Część 4, Załącznik nr 2d, Zwracam się z prośbą o dopuszczenie do postępowania autoklawu: pkt.5 o wymiarach 1000 mm x700 mm x730 mm (wysokość/głębokość/szerokość), komora autoklawu o pojemności 85 litrów. pkt.8 system sterowania oparty na multifunkcyjnym przycisku odseparowany od wyświetlacza LCD zapewniający większą ochronę przed uszkodzeniem panelu dotykowego. pkt.21 bardzo wydajny system szybkiego chłodzenia komory oparty na płaszczu wodnym, który wspólnie z systemem podtrzymania ciśnienia wewnątrz komory uniemożliwia kipienie płynów szczególnie w szczelnie zamkniętych butelkach. Całkowity czas cyklu sterylizacji płynów w zamkniętych butelkach z wykorzystanie funkcji szybkiego chłodzenia zajmuje około 1,5h Wszystkie pozostałe parametry zgodnie z OPZ. Na potwierdzenie przesyłam kartę katalogową autoklawu

Odp.: Zamawiający dokonał analizy przedstawionej propozycji dotyczącej dopuszczenia autoklawu o parametrach wskazanych w pytaniu.

Po przeprowadzonej analizie Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Załączniku nr 2d do SWZ. Zamawiający określił parametry urządzenia z uwzględnieniem swoich rzeczywistych potrzeb oraz wymaganej funkcjonalności, parametrów użytkowych i warunków eksploatacji.

Zatwierdzam:
z. up. Dyrektora
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kwidzynie
Katarzyna Halik