Nr sprawy: SE.EA.61.272.1.2026 Kwidzyn, dnia 12.10.2026 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. **„Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na 4 części do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie".**

Działając na podstawie przepisu art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 793.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

- Pytania dotyczące **spektrofotometru UV-VIS – część I zamówienia:**

Pytanie 1:
Powtarzalność fotometryczna
W OPZ wymagana jest powtarzalność fotometryczna ≤ 0,001 Abs w zakresie 0–0,5 A.
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o powtarzalności ≤ 0,0015 Abs w tym zakresie?
Odp.: Zamawiający dokonał analizy przedstawionej propozycji dotyczącej dopuszczenia urządzenia o powtarzalności wskazanej w pytaniu.
Po przeprowadzonej analizie Zamawiający dopuszcza urządzenie o powtarzalności fotometrycznej ≤ 0,0015 Abs w zakresie 0–0,5 A.

Pytanie 2:
Szum fotometryczny
W OPZ wymagany jest szum fotometryczny ≤ 0,0002 Abs. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o szumie ≤ 0,0005 Abs?
Odp.: Zamawiający dokonał analizy przedstawionej propozycji dotyczącej dopuszczenia urządzenia o szumie fotometrycznym wskazanym w pytaniu.
Po przeprowadzonej analizie Zamawiający dopuszcza urządzenie o szumie fotometrycznym ≤ 0,0005 Abs.

Pytanie 3:
Masa urządzenia
W OPZ określono maksymalną masę 26 kg. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o masie 27 kg?
Odp.: Zamawiający dokonał analizy przedstawionej propozycji dotyczącej dopuszczenia urządzenia o masie wskazanej w pytaniu.
Po przeprowadzonej analizie Zamawiający dopuszcza urządzenie o masie 27 kg.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie
ul. Chopina 40 | 82-500 Kwidzyn
+48 55 279 38 15
adres e-mail: psse.kwidzyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25004-48195-BEJFF-22

Pytanie 4:

Menu w języku polskim

W OPZ wymagane jest menu w języku polskim. Czy Zamawiający dopuści urządzenie z menu w języku angielskim, jeżeli instrukcja obsługi oraz szkolenie personelu będą zapewnione w języku polskim?

Odp.: Zamawiający dokonał analizy przedstawionej propozycji dotyczącej dopuszczenia urządzenia z menu w języku angielskim, jeżeli instrukcja obsługi oraz szkolenie personelu będą zapewnione w języku polskim

Po przeprowadzonej analizie Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Załączniku nr 2a do SWZ dotyczące menu w języku polskim. Zamawiający określił parametry urządzenia z uwzględnieniem swoich rzeczywistych potrzeb oraz wymaganej funkcjonalności, parametrów użytkowych i warunków eksploatacji.

Pytanie 5:

Wymiary urządzenia

W OPZ określono maksymalne wymiary urządzenia: 550 × 450 × 210 mm. Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o wymiarach 800 × 645 × 365 mm (długość × szerokość × wysokość)?

Odp.: Zamawiający dokonał analizy przedstawionej propozycji dotyczącej dopuszczenia urządzenia o wymiarach wskazanych w pytaniu.

Po przeprowadzonej analizie Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Załączniku nr 2a do SWZ dotyczące wymiarów urządzenia. Zamawiający określił parametry urządzenia z uwzględnieniem swoich rzeczywistych potrzeb oraz wymaganej funkcjonalności, parametrów użytkowych i warunków eksploatacji.

- Pytania dotyczące **autoklawu pionowego laboratoryjnego – część IV zamówienia:**

Pytanie 1:

Dot. OPZ, Cz. 4, pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wadze ok 165 kg?

Wymóg ten nie stanowi parametru funkcjonalnego.

Odp.: Zamawiający dokonał analizy przedstawionej propozycji dotyczącej dopuszczenia urządzenia o wadze wskazanej w pytaniu.

Po przeprowadzonej analizie Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Załączniku nr 2d do SWZ pkt. 13 dotyczące wagi. Zamawiający określił parametry urządzenia biorąc pod uwagę warunki techniczne umiejscowienia urządzenia.

Pytanie 2:

Dot. OPZ, Cz. 4, pkt. 20

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dwóch elastycznych sondy temperatury w komorze i dopuszczenie autoklawu wyposażonego w jedną wbudowaną sondę do pomiaru

temperatury w komorze i jedną wewnętrzną elastyczną sondę do pomiaru temperatury sterylizowanych materiałów.
Wymóg dwóch elastycznych czujników temperatury nie ma znaczenia funkcjonalnego, gdyż istotny jest czujnik umieszczony w naczyniu o największej pojemności i to on determinuje długość czasu sterylizacji. Autoklaw z jednym wbudowanym i jednym elastycznym czujnikiem ma tę samą funkcjonalność.
Odp.: Zamawiający dokonał analizy przedstawionej propozycji dotyczącej dopuszczenia autoklawu wyposażonego w jedną wbudowaną sondę do pomiaru temperatury w komorze i jedną wewnętrzną elastyczną sondę do pomiaru temperatury sterylizowanych materiałów.
Po przeprowadzonej analizie Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w jedną wbudowaną sondę do pomiaru temperatury w komorze i jedną wewnętrzną elastyczną sondę do pomiaru temperatury sterylizowanych materiałów.

Pytanie 3:
Dot. OPZ, Cz. 4, pkt. 29
Prosimy Zamawiającego o rezygnację z konieczności dostarczenia wraz z autoklawem zmiękczacza wody.
Oferowane przez nas demineralizator przepływowy usuwa z wody zanieczyszczenia jonowe, zmiękczając ją bez konieczności stosowania dodatkowych zmiękczaczy.
Odp.: Zamawiający dokonał analizy przedstawionej propozycji dotyczącej dopuszczenia urządzenia, ale bez konieczności dostarczenia zmiękczacza wody.

Po przeprowadzonej analizie Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Załączniku nr 2d do SWZ pkt. 29 dotyczący zmiękczacza wody. Zamawiający określił parametry urządzenia z uwzględnieniem swoich rzeczywistych potrzeb oraz wymaganej funkcjonalności, parametrów użytkowych i warunków eksploatacji.

Pytanie 4:
Dot. OPZ, Cz. 4
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie drogi transportowej do miejsca docelowego dla autoklawu? Czy konieczne będzie wnoszenie urządzenia po schodach do budynku bądź wewnątrz budynku na wyższe kondygnacje?
Odp.: Miejsce instalacji autoklawu – I piętro, budynek bez windy
Wejście do budynku:
- Krawężnik o wymiarach: szerokość 52 cm, wysokość 8 cm
- Schody do wejścia:
    - 1 stopień o wymiarach: szerokość 42 cm, wysokość 10 cm
    - 2 stopień o wymiarach: szerokość 54 cm, wysokość 14,5 cm

- 3 stopień o wymiarach: szerokość 46 cm, wysokość 15 cm

- Drzwi wejściowe o wymiarach: szerokość 129 cm, wysokość 203 cm

Korytarz o wymiarach (do spocznika): szerokość 230 cm, wysokość 259 cm

Spocznik o wymiarach: szerokość 115 cm, wysokość do sufitu 350 cm, wysokość schodka 19 cm

Schody prowadzące na piętro: typ schodów - zabiegowe

- Szerokość klatki schodowej 100 cm
- 1 stopień o wymiarach: szerokość 30 cm, wysokość 18 cm
- 2 stopnie o wymiarach: szerokość 40 cm, wysokość 18 cm
- 1 stopień o wymiarach: szerokość 30 cm, wysokość 18 cm
- 10 stopni o wymiarach: szerokość 28 cm, wysokość 18 cm
- spocznik o wymiarach: szerokość 128 cm, długość 230 cm
- 6 stopni o wymiarach: szerokość 32 cm, wysokość 17 cm

Korytarz prowadzący do drzwi laboratorium o wymiarach: szerokość 100 cm, wysokość w najniższym punkcie 200 cm, długość 221 cm

Drzwi do laboratorium o wymiarach: szerokość 87 cm, wysokość 208 cm

Korytarz wejściowy do laboratorium o wymiarach: szerokość 240 cm, wysokość 341 cm

Korytarz nr 1 o wymiarach: szerokość 104 cm, wysokość 250 cm

Ościeżnica o wymiarach: szerokość 82 cm, wysokość 200 cm

Korytarz nr 2 o wymiarach: szerokość 129 cm, wysokość 340 cm

Drzwi przesuwne o wymiarach: szerokość 100 cm, wysokość 200 cm

Wejście do pomieszczenia instalacji autoklawu – drzwi przesuwne o wymiarach: szerokość 86 cm, wysokość 200 cm

Wymiary pomieszczenia, w którym ma się znajdować autoklaw: szerokość 197 cm, długość 170 cm, wysokość 340 cm

z up. Dyrektora

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Kwidzynie

Katarzyna Halik