Nr sprawy: SE.EA.61.272.1.2026 Kwidzyn, dnia 12.10.2026 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. **„Dostawa sprzętu laboratoryjnego w podziale na 4 części do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kwidzynie".**

Działając na podstawie przepisu art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 793.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

- Pytania dotyczące **autoklawu pionowego laboratoryjnego – część IV zamówienia:**

Pytanie 1:
Dot. OPZ, Cz. 4, pkt. 13
Czy Zamawiający dopuści autoklaw o wadze ok 155 kg?
Jest to niewielka różnica w stosunku do wymaganej wartości granicznej.
Ponadto na wagę autoklawu ma wpływ jego wyposażenie. Zamawiający wymaga urządzenia z wbudowanym generatorem pary, pompą próżniową, wentylatorem. Tego typu jednostka będzie cięższa niż autoklaw w wersji podstawowej.
Odp.: Zamawiający dokonał analizy przedstawionej propozycji dotyczącej dopuszczenia urządzenia o wadze wskazanej w pytaniu.
Po przeprowadzonej analizie Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Załączniku nr 2d do SWZ pkt. 13 dotyczące wagi. Zamawiający określił parametry urządzenia biorąc pod uwagę warunki techniczne umiejscowienia urządzenia.

Pytanie 2:
Dot. OPZ, Cz. 4, pkt. 14
Czy Zamawiający dopuści autoklaw o pojemności użytkowej komory 60 l, spełniający wszystkie pozostałe wymagane parametry techniczne?
Odp.: Zamawiający dokonał analizy przedstawionej propozycji dotyczącej dopuszczenia autoklawu o pojemności wskazanej w pytaniu.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie
ul. Chopina 40 | 82-500 Kwidzyn
+48 55 279 38 15
adres e-mail: psse.kwidzyn@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-25004-48195-BEJFF-22

Po przeprowadzonej analizie Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w Załączniku nr 2d do SWZ pkt. 14 dotyczące pojemności użytkowej komory. Zamawiający określił parametry urządzenia z uwzględnieniem swoich rzeczywistych potrzeb oraz wymaganej funkcjonalności.

z up. Dyrektora
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Kwidzynie
Katarzyna Halik