



Znak: PSPR-OR-271-5/26

Tarnów, 21.10.2026r.

**POWIATOWA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
W TARNOWIE**

ul. M. B. Fatimskiej 2 33-100 Tarnów
tel. 14-621-77-91 fax 14-621-47-90
NIP 873-13-98-530 REGON 851763213
12-00040/01

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych (poniżej 216.000 EURO) na dostawę ambulansu sanitarnego typu C dla Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. rok 2026 poz. 793), zwaną dalej „ustawą” Zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

1) Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzeselko kardiologiczne o poniższych parametrach technicznych przy spełnieniu pozostałych zapisów SWZ:

- Średnica tylnych kół 120 mm
- Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję
- Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w 2 pozycjach
- Waga 14,9kg
- Z regulacją tylnej ramy od 95,25cm do wysokości 140 cm blokową w trzech zakresach
- Fabrycznie nowe krzeselko transportowe z płozami wyprodukowane w 2025 roku? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona od daty dostawy/instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

2) Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw (nosze + transporter) o poniższych parametrach technicznych przy spełnieniu pozostałych zapisów SWZ:

- Dopuszczalne obciążenie systemu transportowego (nosze + transporter) 227 kg
- Kółka transportera noszy głównych o średnicy 150mm.
- Transporter o wadze 35.05 kg, który posiada deklarację zgodności CE EU MDR oraz deklarację zgodności z normami PN EN 1789:2020 i PN EN 1865-1 wydane przez niezależny ośrodek notyfikowany Unii Europejskiej
- Wyposażony w podgłówek anatomiczny posiadający uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak oraz do tzw. pozycji węższej, która jest wskazana przy wykonywaniu zabiegu intubacji z funkcją wydłużenia leża dla pacjentów o znacznym wzroście.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

DYREKTOR
Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego
w Tarnowie

mgr Krzysztof Krzemień

