Dostępna przestrzeń publiczna

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Malbork, 3.08.2026r.

PCZ.ZP.12/1/2026

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dostawa sprzętu na potrzeby pacjentek Oddziału położniczo-ginekologicznego, w tym pacjentek z niepełnosprawnościami, nr postępowania: PCZ.ZP.12/2026

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pakiet nr 1: Stół operacyjny wraz z akcesoriami

Ad7 Czy Zamawiający dopuści stół operacyjny który posiada obudowę kolumny wykonaną ze stali nierdzewnej, która jest odporna na korozje, uderzenia i środki dezynfekujące. Rozwiązanie równoważne do wymaganego.
ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad9 Czy Zamawiający dopuści stół, który posiada koła o średnicy 80mm?
ODP. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Ad19 Czy Zamawiający dopuści stół, gdzie z pilota realizowane są następujące funkcje wymienione w opublikowanych parametrach przez Zamawiającego poza funkcja: sekcja nóg góra/dół
ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad36 Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości blatu 520 mm, a włączając reling 580mm?
ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

Ad44 Czy Zamawiający dopuści stół w , którym materace poszczególnych segmentów odejmowane, mocowane są do stołu za pomocą rzepu? Nie jest to rozwiązanie trudne w utrzymaniu czystość.
ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska

Dostępna przestrzeń publiczna

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Malbork, 3.08.2026r.

PCZ.ZP.12/2/2026

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dostawa sprzętu na potrzeby pacjentek Oddziału położniczo-ginekologicznego, w tym pacjentek z niepełnosprawnościami, nr postępowania: PCZ.ZP.12/2026

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pytania dotyczą załącznika nr 5 do SWZ OPZ pakiet 1

1. Punkt 50 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH:

Zakres bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji obejmuje: wady materiałowe, konstrukcyjne w wykonawstwie, uszkodzenia mechaniczne, inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji poza aktami wandalizmu

Pytanie:

Czy zamawiający zmodyfikuje zapis na taki o brzmieniu:

Zakres bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji obejmuje: wady materiałowe, konstrukcyjne w wykonawstwie pojawiające się w czasie eksploatacji. Bezpłatna obsługa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, aktów wandalizmu lub wynikających z obsługi niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

ODP. Zapis pozostaje bez mian.

2. Punkt 57 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH:

W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu

Pytanie:

Czy zamawiający zgadza się na zmianę zapisu na:

W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu.

ODP. Zapis pozostaje bez mian.

3. Punkt 58 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH:

Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego

Pytanie:

Czy zamawiający zmodyfikuje zapis na:

Wszystkie czynności serwisowe, związane z przeglądami konserwacyjnymi, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego, odbędą się w miejscu wskazanym przez Zmawiającego.

ODP. Zapis pozostaje bez mian.

4. Punkt 59 ZESTAWIENIA PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH:

Wymiana każdego podzespołu na nowy po drugiej nieskutecznej próbie jego naprawy
Pytanie:
Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:
Wymiana każdego podzespołu na nowy po trzeciej nieskutecznej próbie jego naprawy
ODP. Zapis pozostaje bez mian.

Pytania dotyczą złącznika nr 6 Wzór umowy (Pakiet 1)

1. § 4, ust. 7:

Czy zamawiający zgodzi się wydłużyć termin do 48h?
ODP. Zamawiający wyraża zgodę. Zapis § 4, ust. 7 otrzymuje brzmienie:
Potwierdzenie zgłoszenia wady w okresie gwarancji obliguje Wykonawcę do wskazania terminu jej usunięcia, które to wskazanie następuje nie później niż w ciągu 48 godzin

2. § 4 ust.8

Czy zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminów do odpowiednio: 5 oraz 20 dni roboczych?
ODP. Zapis pozostaje bez mian.

3. § 4. Ust. 10:

Czy zamawiający zgadza się na zmianę zapisu na:
W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu
ODP. Zapis pozostaje bez mian.

4. § 4, ust. 12:

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na:
W przypadku przekroczenia limitu 3-krotnej naprawy Sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego elementu / modułu sprzętu na wolny od wad – fabrycznie nowy.
ODP. Zapis pozostaje bez mian.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska

Dostępna przestrzeń publiczna

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Malbork, 3.08.2026r.

PCZ.ZP.12/3/2026

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dostawa sprzętu na potrzeby pacjentek Oddziału położniczo-ginekologicznego, w tym pacjentek z niepełnosprawnościami, nr postępowania: PCZ.ZP.12/2026

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Pakiet 2: Wózek transportowy z napędem elektrycznym

Ad 38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez usunięcie z zakresu bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji „uszkodzeń mechanicznych" jako zdarzeń niezależnych od wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych sprzętu?
Uszkodzenia mechaniczne powstające w trakcie eksploatacji mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania, przypadkowego uderzenia, przeciążenia, upuszczenia sprzętu lub innych zdarzeń zewnętrznych, na które producent ani wykonawca nie mają wpływu. Tego rodzaju uszkodzenia standardowo nie są traktowane jako wada produktu i nie powinny podlegać bezpłatnej wymianie sprzętu lub jego części w ramach gwarancji, chyba że wynikają bezpośrednio z udokumentowanej wady materiałowej, konstrukcyjnej lub wykonawczej.
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

Ad 45. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego biegu gwarancji w przypadku wymiany istotnych części lub podzespołów sprzętu w taki sposób, aby termin gwarancji biegł na nowo wyłącznie dla wymienionego elementu, części lub podzespołu, a nie dla całego sprzętu/wózka?
Proponowana zmiana zachowuje pełną ochronę interesu Zamawiającego w odniesieniu do wymienionych lub naprawionych części, jednocześnie doprecyzowując zakres odnowienia gwarancji i ograniczając go do elementu, którego faktycznie dotyczyła naprawa lub wymiana.
ODP. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska