Dostępna przestrzeń publiczna

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Malbork, 3.08.2026r.

PCZ.ZP.12/4/2026

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: dostawa sprzętu na potrzeby pacjentek Oddziału położniczo-ginekologicznego, w tym pacjentek z niepełnosprawnościami, nr postępowania: PCZ.ZP.12/2026

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku informuje, że w toku prowadzonego postępowania wpłynęły poniższe pytania:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający będzie wymagał osłoniętych siłowników w kolumnie stołu? Uzasadnienie: Rozwiązanie to zabezpiecza stół przed przypadkowym zalaniem płynami ustrojowymi co zwiększa żywotność i wytrzymałość sprzętu, a nadto na stół z zabezpieczonymi siłownikami, schowanymi w kolumnie stołu Zamawiający otrzyma dłuższą gwarancję tj. 48 miesięcy na cały zestaw, co jest korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia ekonomicznego i funkcjonalnego stołu operacyjnego.
ODP. Tak.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania stołu o poniższych parametrach:

Lp.	**Stół operacyjny z wycięciem ginekologicznym wraz z wyposażeniem**
1.	Stół operacyjny mobilny na podstawie jezdnej z min. 4 podwójnymi kołami
2.	Koła o średnicy min. 140 mm +/- 15 mm pozwalającej na łatwe manewrowanie stołem oraz transport pacjenta
3.	Stół z dodatkowym piątym kołem kierunkowym aktywowanym w celu łatwiejszego manewrowania stołem lub z napędem własnym
4.	Wymiary stołu: długość min. 195 cm, szerokość z szynami bocznymi: min. 60 cm
5.	Kolumna stołu teleskopowa pokryta panelami ze stali nierdzewnej z częściowym fartuchem gumowy. Wszystkie elementy kolumny osłonięte panelami lub fartuchem.
6.	Kolumna umiejscowiona na podstawie stołu niecentralnie umożliwiająca wysunięcie blatu stołu poza kolumnę o min. 1450 mm od strony głowy oraz min. 1000 mm od strony nóg.
7.	Konstrukcja blatu modułowa pozwalająca na dobór odpowiedniej konfiguracji i długości blatu w zależności od rodzaju zabiegu
8.	Stół blokowany za pomocą centralnego hamulca kół znajdującego się po obu stronach stołu osi długiej .
9.	Możliwość zamiany miejscami segmentu przedłużenia plecowego z nożnym
10.	Poszczególne elementy blatów łączone na zasadzie gniazda wpustowego (np. szybkozłączka, zatrzask, gniazdo-czop), bez dodatkowych manipulacji w innych płaszczyznach oraz bez użycia narzędzi i pokręteł (jedno kliknięcie/osadzenie powinno stanowić bezpieczne połączenie elementów)
11.	Gniazda wpustowe czytelnie oznaczone: blokada/zwolnienie blokady, bez konieczności przytrzymywania blokady do zdjęcia poszczególnych elementów.

12.	Autokompensacja podstawy stołu niwelująca nierówności podłoża do 10 mm
13.	Pilot bezprzewodowy bluetooth ze wskaźnikiem słupkowym naładowania baterii stołu i pilota.
14.	Pilot z wyświetlaczem wyposażony w przyciski oznaczone czytelnymi, podświetlanymi piktogramami ułatwiającymi pracę w zacienionej sali operacyjnej
15.	Ładowanie pilota bezprzewodowego poza obrębem stołu (bez konieczności podłączania pilota do stołu)
16.	Pilot aktywowany ze stanu czuwania do stanu gotowości za pomocą wbudowanego czujnika ruchu (podniesienie pilota powoduje jego aktywację)
17.	Ostrzeżenie o możliwości wystąpienia kolizji: wizualne (na ekranie pilota sterującego), akustyczne - za pomocą sygnału ostrzegawczego i dotykowe - poprzez alarm wibracyjny pilota sterującego
18.	Przesuw wzdłużny blatu min. 300 mm wykonywany z pilota
19.	Blat stołu przezierny dla promieniowania RTG – Przystosowany do monitorowania ramieniem C. Brak umiejscowienia poprzeczek wzmacniających mogących przesłaniać obraz RTG.
20.	Blat stołu dzielony na min. 4 segmentów: - podgłówek – odłączony, z możliwością podwójnej regulacji kąta ustawienia głowy - segment plecowy - siedzisko z wycięciem ginekologicznym - segment nożny z podpórkami typu goeple
21.	Zakres elektrohydraulicznej regulacji segmentów nóg w zakresie min. -90°/+70°
22.	Zakres regulacji segmentów nóg wspomaganej sprężyną gazową min. -90°/+10°
23.	Podgłówek regulowany manualnie w dwóch płaszczyznach za pomocą dźwigni odpowiadających za poszczególne osie/płaszczyzny. Zakres regulacji podgłówka w zakresie min. -45°/+25°
24.	Sterowana za pomocą pilota regulacja elektrohydrauliczna następujących ruchów (wg zakresów podanych w poniżej wyspecyfikowanych punktach): - wysokość blatu - regulacja pozycji Trendelenburga/anty-Trenedelenburga - regulacja przechyłów bocznych - regulacja płyty plecowej - regulacje podnóżków - pozycja „0" za pomocą jednego przycisku - pozycja flex/reflex - przesuw wzdłużny
25.	Powrót blatu do pozycji wyjściowej (pozycja „0") po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego przycisku na pilocie
26.	Stół z możliwością zapamiętywania i łatwego wywoływania min. 6 często używanych przez Użytkownika pozycji (oprócz pozycji na stałe zaprogramowanych przez producenta, np. pozycja „0" oraz „flex" i „reflex")
27.	Funkcje ustawienia blatu stołu do pozycji „flex" i „reflex" realizowane za pomocą jednego przycisku lub po wybraniu tej funkcji na pilocie
28.	Regulacja wysokości w zakresie min. od 680 do 1180 cm
29.	Regulacja nachylenia wzdłużnego (pozycja Trendelenburga, anty-Trendelenburga) w zakresie min. -30° do +30°
30.	Regulacje nachyleń bocznych w zakresie min. 20° w obie strony.
31.	Regulacja nachylenia płyty plecowej w zakresie min. -40°, +70°

32.	Sygnalizacja braku blokady kół przed próbą zmiany ustawień stołu, który nie został wcześniej unieruchomiony
33.	System antykolizyjny, zabezpieczający przed kolizja elementów blatu oraz niepozwalający na uderzenie elementem blatu o podłoże (system zatrzymujący ruch w przypadku możliwego wystąpienia kolizji i informujący o zaistniałej sytuacji)
34.	Czujnik antykolizyjny w kolumnie stołu zabezpieczający przed uszkodzeniem obudowy kolumny w przypadku kolizji z przedmiotami lub elementami wyposażenia znajdującymi się na pokrywie podstawy stołu podczas opuszczania blatu stołu. Czujnik powinien powodować zatrzymanie ruchu stołu w dół w przypadku napotkania przeszkody.
35.	Materace przeciwodleżynowe, demontowalne, odporne na środki dezynfekcyjne, zespalane bezszwową metodą, o grubości min. 60 mm
36.	Materac z funkcja pamięci kształtu
37.	Mocowanie materacy do stołu przy pomocy samoprzylepnych pasków żelowych
38.	Możliwość awaryjnej regulacji przechyłów bocznych i wzdłużnych blatu, sekcji pleców oraz wysokości stołu w przypadku awarii głównej pompy elektrycznej lub rozładowania głównego akumulatora za pomocą nożnej pompy hydraulicznej z jednoczesnym wyborem funkcji na awaryjnym panelu na kolumnie stołu
39.	Dodatkowy panel sterujący umieszczony na kolumnie stołu od strony nóg lub głowy pacjenta, odejmowalny umożliwiający sterowanie stołem poza obrębem stołu. Przewód panelu niewidoczny, ukryty w kolumnie lub inne rozwiązanie w którym przewód nie będzie widoczny.
40.	Zasilanie stołu akumulatorowe wbudowane w stół- wskaźnik stanu naładowania baterii na pilocie
41.	Szyny sprzętowe ze stali nierdzewnej o przekroju 10 x 25 mm wzdłuż wszystkich segmentów blatu, po obu stronach stołu.
42.	Możliwość pracy z sieci 230V w trybie awaryjnym
43.	Dopuszczalne obciążenie stołu – min. 450 kg
44.	Max. obciążenie robocze umożliwiająca użycie stołu w dowolnym położeniu – min. 350 kg
45.	Możliwość włączenia funkcji powolnego startu ruchów stołu do wykorzystania w sytuacjach wymagających bardzo precyzyjnej zmiany ustawień
46.	**WYPOSAŻENIE DODATKOWE**
47.	Stacja ładująca pilota bezprzewodowego, wersja wolnostojąca – 1 szt.
48.	Anestezjologiczna podpórka ręki wraz z dwoma pasami mocującymi, długa min. 60 cm, na przegubie kulowym, ustawiana przy pomocy jednej dźwigni z zaciskiem uniwersalnym zintegrowanym do mocowania na szynie bocznej stołu - 1 szt.
49.	Wieszak na kroplówkę wraz z klamrą mocującą - 1 szt
50.	Ginekologiczne podpory pod nogi typu goeple wraz pasem mocującym i klamrami mocowanymi do szyny– 1 kpl
51.	Ramka anestezjologiczna typu L wraz z klamrą mocującą – 1 szt.
52.	Pierścień żelowy pod głowę, zamknięty, dla dorosłych - 2 szt.
53.	Przeciwbryzgowa osłona podstawy stołu operacyjnego – 1 szt.
54.	Pas pacjenta (do nóg oraz do ciała) z poduszką zwiększającą komfort pacjenta – 1 kpl
55.	Oferowane wyposażenie dodatkowe w pełni kompatybilne ze stołem będącym na wyposażeniu Zamawiającego

ODP. Zamawiający dopuszcza stół o ww. parametrach.

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
i Zaopatrzenia
mgr Aleksandra Sulikowska