Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna
57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2
Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102
www.scm.pl
NIP: 8831788549; REGON: 020493961, BDO: 000077148
KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN
Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia 16.07.2026r.

L.dz. EZP.3820.214.2026
Znak sprawy: **ZP/TP/2026/39-rękawice**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zakup wraz z dostawą i rozładunkiem rękawic sterylnych oraz diagnostycznych do bieżącej działalności oddziałów oraz poradni **Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju.**

Zamawiający. Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczonego **ZP/TP/2026/39-rękawice** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1
Do umowy:
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 2
Pakiet 1, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców?
Odpowiedź 2:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Pakiet 1, Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice z dodatkową teksturą na końcach palców?
Odpowiedź 3:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
Pakiet 1, Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców?
Odpowiedź 4:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
Pakiet 1, Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice odporne na min 10 związków dezynfekcyjnych, w tym min 3 do 480min?
Odpowiedź 5:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6
Pakiet 1, Pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,18mm+/-0,02, na dłoni 0,16mm+/-0,02, na mankiecie 0,14mm+/-0,02?
Odpowiedź 6:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 7
Pakiet 1, Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17mm+/-0,02, na dłoni 0,15mm+/-0,02?
Odpowiedź 7:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 8
Pakiet 1, Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na dłoni 0,12mm+/-0,01?
Odpowiedź 8:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 9
Pakiet 1, Pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min. 290mm?
Odpowiedź 9:
Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 10
Pakiet 1, Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice syntetyczne w kolorze beżowym, z warstwą antypoślizgową na całej powierzchni zewnętrznej rękawicy, o grubości na palcu 0,20mm+/-0,02, na dłoni 0,18mm+/-0,02, na mankiecie 0,16mm+/-0,02?
Odpowiedź 10:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11
Pakiet 1, Pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści rękawice z AQL 0,65 potwierdzone raportem z badań producenta wg EN 455?
Odpowiedź 11:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 12
Pakiet 1, Pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści rękawice mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców o długość min. 245mm, grubości pojedynczej ścianki na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm?
Odpowiedź 12:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13
Zapisy SWZ
Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych?
Odpowiedź 13:
Zgodnie z punktem 10.2. SWZ, Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie 14
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 rękawic teksturowanych na końcach palców, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź 14:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 rękawic diagnostycznych nitrylowych, bezpudrowych, niejałowych, kształt uniwersalny, teksturowane na końcach palców, mankiet rolowany. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium zgodnie z ASTM F739 brak przebicia dla min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min (w tym 4% chlorheksydyny) oraz brak przebicia dla min. 70% izopropanolu przez min. 24 min. Oznaczone na opakowaniu jako wyrób medyczny kl. I oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. AQL 1.0 w rozm. XS, S, M, L, XL opakowanie 100 sztuk.
Odpowiedź 15:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pozycji 4 rękawic o powierzchni wewnętrznej powlekanej poliuretanem (polimer) i silikonowanej, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź 16:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pozycji 5 rękawic o grubości na palcu 0,19±0,02 mm, na dłoni 0.19±0.03 mm, poziom AQL 0.65, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź 17:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 rękawic o zewnętrznej powierzchni teksturowanej na końcach palców, poziomie AQL 0.65, długość min. 280 mm, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź 18:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pozycji 6 rękawic o poziomie AQL 1.5, oznaczone jako ŚOI kategorii III stawka VAT 23%, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź 19:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 20
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 rękawic o grubości na palcu 0,22±0,02 mm, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź 20:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21
Proszę o zgodę na zaoferowanie w pozycji 9 rękawic o długości min. 245 mm, grubość na palcu min. 0.11 mm, na dłoni min. 0.06 mm, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź 21:
Zamawiający dopuszcza długość 245 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 22
Dotyczy zapisów SWZ Rozdz. 10 pkt. 10.1.
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na dopuszczenie kart katalogowych wystawionych przez producenta bądź importera/dystrybutora na potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów oferowanego asortymentu.
Odpowiedź 22:
Zgodnie z punktem 10 SWZ.

Pytanie 23
Pakiet 1 poz. 1
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź 23:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24
Pakiet 1 poz. 2
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź 24:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25
Pakiet 1 poz. 3
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic winylowych o poziomie AQL ≤ 1.5. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych o następującym czasie przebicia: 40% wodorotlenek sodu >480 min, 37% formaldehyd min. 61 min, 30% nadtlenek wodoru min. 32 min – potwierdzone badaniami (w miejsce wymogu braku przebicia dla min. 5 związków dezynfekcyjnych przez 400 minut). Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź 25:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 26
Pakiet 1 poz. 4
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. 281 mm, grubość na mankiecie 0,15 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź 26:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 27
Pakiet 1 poz. 5
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,18 mm, na dłoni 0,17 mm. Rękawice o poziomie AQL 0.65, który jest zgodny z wymaganiami normy EN 455-1 dla rękawic chirurgicznych.
Wymagany przez Państwa AQL 0,10 znacząco odbiega od wymaganego w normie, oraz na rynku zdecydowana większość rękawic posiada AQL 0,65. Wymaganie AQL 0,10 zdecydowanie ograniczy możliwość startowania i złożenia konkurencyjnej cenowo oferty.
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź 27:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 28
Pakiet 1 poz. 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców, grubość na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,08 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ**.**
Odpowiedź 28:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 29
Pakiet 1 poz. 6
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, iż Zamawiający wymaga rękawic będących środkiem ochrony indywidualnej kat. III typ B oraz zgodnych z normą ASTM D6978 (przebadane na przenikanie cytostatyków).
Odpowiedź 29:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 30
Pakiet 1 poz. 7
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o długości min. 280 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź 30:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31
Pakiet 1 poz. 8
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic poliizoprenowych, w kolorze naturalnym, o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, polimeryzowanej. Grubość na palcu min. 0,20 mm, na mankiecie min. 0,14 mm. Rękawice o poziomie AQL 0.65 (potwierdzone badaniami producenta), który jest zgodny z wymaganiami normy EN 455-1 dla rękawic chirurgicznych.
Wymagany przez Państwa AQL 0,10 znacząco odbiega od wymaganego w normie, oraz na rynku zdecydowana większość rękawic posiada AQL 0,65. Wymaganie AQL 0,10 zdecydowanie ograniczy możliwość startowania i złożenia konkurencyjnej cenowo oferty.
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź 31:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32
Pakiet 1 poz. 8
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic poliizoprenowych, w kolorze naturalnym (jasnożółtym), o powierzchni zewnętrznej teksturowanej, polimeryzowanej. Grubość na mankiecie min. 0,16 mm. Rękawice o poziomie AQL 0.65 (potwierdzone badaniami producenta), który jest zgodny z wymaganiami normy EN 455-1 dla rękawic chirurgicznych.
Wymagany przez Państwa AQL 0,10 znacząco odbiega od wymaganego w normie, oraz na rynku zdecydowana większość rękawic posiada AQL 0,65. Wymaganie AQL 0,10 zdecydowanie ograniczy możliwość startowania i złożenia konkurencyjnej cenowo oferty.
Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź 32:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 33
Pakiet 1 poz. 9
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej teksturowanej na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana i polimeryzowana, długość rękawicy 265mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odpowiedź 33:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34
Pytania do wzoru umowy
1. Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: „Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450 zł netto”.
Odpowiedź 34:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35
Prosimy o dodanie do umowy zapisu: „Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.”
Odpowiedź 35:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36
W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklaracje Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.
Odpowiedź 36:
Zgodnie z projektowanymi postanowieniami umownymi w § 3 ust. 3.7 lit. c.

Pytanie 37
Pytanie dotyczące treści zapisów umowy
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zapisu dotyczącego terminu dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy na zapis: „Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego **Wykonawcy**"? Doktryna oraz judykatura przyjmują stanowisko, zgodnie z którym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się dzień uznania rachunku bankowego wierzyciela (Wykonawcy). Powyższe wynika również z brzmienia art. 454 § 2 k.c. zgodnie z którym miejscem spełnienia świadczenia, jest miejsce siedziby przedsiębiorstwa wierzyciela. W związku z tym dopiero uzyskanie środków na rachunku wierzyciela może być uznane za spełnienie świadczenia, jako realne rozliczenie zobowiązania. Przyjęcie dnia obciążenia rachunku Zamawiającego jako dnia zapłaty prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie otrzymawszy środków w terminie, znajduje się jednocześnie w sytuacji, w której świadczenie uznane jest za spełnione.
Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4 stycznia 1995 r., sygn. akt III CZP 164/94, przepis art. 454 k.c. wprawdzie wprost reguluje problematykę miejsca wykonania zobowiązania, jednakże - co nie budzi wątpliwości - dotyczy także chwili spełnienia świadczenia. Skutkiem rozliczenia przeprowadzonego w formie bezgotówkowej jest obciążenie rachunku dłużnika oznaczoną w jego dyspozycji kwotą, a następnie uznanie - tą samą kwotą - rachunku wierzyciela. Ze względu na fakt, że uznanie polega na uczynieniu na rachunku wierzyciela stosownego wpisu po stronie credit ("ma"), wierzyciel z tą samą chwilą uzyskuje uprawnienie do swobodnego rozporządzania objętymi wpisem środkami pieniężnymi. W efekcie uznanie rachunku wierzyciela realizuje klasyczną konstrukcję zapłaty. Z tą chwilą następuje umorzenie (wygaśnięcie) zobowiązania - stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały.
Tym samym wnosimy o dokonanie zmiany w treści wzoru umowy, zgodnie z powyższym pytaniem oraz zasadami regulowania zobowiązań wynikającymi z przepisów kodeksu cywilnego.
Odpowiedź 37:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38
Pytanie dotyczące treści zapisów umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień na produkty z ewentualnej umowy w ilości będącej najmniejszym lub wielokrotnością najmniejszego opakowania handlowego?
Odpowiedź 38:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 39
Pakiet 1, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic niesterylnych diagnostycznych i ochronnych wykonanych z polichlorku winylu (PVC), powierzchnia gładka, AQL ≤ 1,0. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Średnia grubość na palcach i dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,04 min. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Wszystkie substancje użyte do oznakowania typu na opakowaniu na poziomie ochrony min. 5. Rękawice przebadane na działanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5 oraz ASTM F1671. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Rozmiary S-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane 100 sztuk.
Odpowiedź 39:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 40
Pakiet 1, poz. 3
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic niesterylnych jednorazowych diagnostyczno-ochronnych, nitrylowych bezpudrowych, kolor niebieski, AQL 1,0. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń, mankiet rolowany. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Grubość na palcu 0,10 +/- 0,02 mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02 mm, na mankiecie 0,06 +/- 0,02 mm, długość min. 240 mm. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III, Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów, bakterii i grzybów zgodnie EN 374-5 oraz ASTM F1671. Przebadane na przenikalność substancji chemicznych wg. EN 16523-1 oraz penetrację cytostatyków wg ASTM D 6978. Rękawice odporne na min. 12 substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523-1. Instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic umieszona bezpośrednio na opakowaniu. Producent stosuje systemy zarządzania jakością zgodnie z ISO 13485, potwierdzone informacją na opakowaniu. Zgodne z REG. 1935/2004 w sprawie kontaktu z żywności, z odpowiednim oznakowaniem na opakowaniu. Temperatura przechowywania 5-38 stopni. Fabrycznie naniesiona na opakowaniu informacja o akceleratorach użytych w procesie produkcji oraz piktogram dotyczący ryzyka alergii typu IV. Rozmiary XS-XXL, oznaczone kolorystycznie na ściankach dyspensera, pakowane po 100 sztuk.
Odpowiedź 40:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41
Pakiet 1, poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych rękawic do zabiegów mikrochirurgicznych o grubości na palcu 0,20 mm +/- 0,01 mm, na dłoni 0,18 mm +/- 0,02 mm. Pozostałość zgodnie z SWZ**.**
Odpowiedź 41:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42
Pakiet 1, poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o grubości na palcu 0,14 +/- 0,01 mm, na dłoni 0,10 mm +/- 0,01 mm. Opakowanie 100 sztuk dla rozmiaru XS-L, 90 sztuk dla rozmiaru XL.
Odpowiedź 42:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 43
Pakiet 1, poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o długości min. 290 mm. Opakowanie 100 sztuk dla rozmiaru XS-L, 90 sztuk dla rozmiaru XL.
Odpowiedź 43:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Pytanie 44
Pakiet 1, poz. 8
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnych rękawic neoprenowych, kolor jasnobrązowy, powierzchnia zewnętrzna gładka, chwytna. Grubość na palcu min. 0,19 mm, na dłoni min. 0,16 mm, na mankiecie min. 0,14 mm. AQL 0,65. Pozostałość zgodnie z SWZ.
Odpowiedź 44:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 45
Pakiet 1, poz. 9
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o długości min. 240 mm. Grubość na palcu 0,10 +/- 0,02 mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02 mm. Pozostałość zgodnie z SWZ
Odpowiedź 45:
Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2026 poz. 793), zamieszczone zostały w dniu 16.07.2026r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Maciej Cycuła

Dyrektor ds. Administracyjno-Technicznych
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:
- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów

Sporządziła: E.S.