...um Opieki Medycznej w Jarosławiu
Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
37-500 Ja...w, ul. 3 Maja 70
tel. /fax ...215421 w. 217, 226
NIP ... Regon 000304496

ZAP-84-85/26

Jarosław, 05.08.2026 r.

ezamowienia.gov.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. **Dostawa materiałów opatrunkowych oraz innych wyrobów medycznych do pielęgnacji skóry, Nr postępowania: ZAP-84/26.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1, Pakiet Nr 3, poz. 16
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania asortymentu w opakowaniu a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2, Pakiet Nr 3, poz. 18
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski w rozmiarze 5m x 6cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3, Pakiet Nr 3, poz. 19
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski w rozmiarze 5m x 12cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4, Pakiet Nr 3, poz. 20
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opaski w rozmiarze 5m x 10cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5, SWZ, Rozdział 10, pkt 10.1.8
„W przypadku wątpliwości co do zaoferowanego przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania próbek."
Zapis ten jest niezgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – art. 107 ust. 1 ustawy wprost wskazuje, że jeżeli Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa je wraz z ofertą.
Zamawiający nie może wybrać innego momentu na złożenie dokumentów przedmiotowych w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Niedopuszczalnym jest wskazanie na złożenie przedmiotowych środków dowodowych dopiero na wezwanie Zamawiającego. Żądanie przedmiotowych środków dowodowych nie może ograniczać uczciwej konkurencji
i równego traktowania wykonawców. (zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 20 sierpnia 2021r. KIO 1936/21).
W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie tego zapisu z SWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy i dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) poprzez wykreślenie zapisu dotyczącego możliwości żądania próbek w trakcie procedury badania i oceny ofert.

Pytanie 6, Pakiet Nr 1, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z wycięciem?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 7, Pakiet Nr 1, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opatrunku włókninowego w klasie Is, reguła IV?
Opatrunek przeznaczony do zabezpieczania wkłuć obwodowych nie jest wyrobem stosowanym w polu operacyjnym ani wyrobem chirurgicznym, wobec czego wymaganie dotyczące określonej klasy wyrobu medycznego nie znajduje uzasadnienia w jego rzeczywistym przeznaczeniu i sposobie użytkowania. W konsekwencji tak sformułowany wymóg może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców, naruszając tym samym zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 8, Pakiet Nr 1, poz. 11
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie równoważnego wyrobu?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 9, Pakiet Nr 3, poz. 1-9, 11-16
Czy Zamawiający dopuści wyroby w klasie I, reguła IV?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 10, Pakiet Nr 3, poz. 1-9, 11-16
Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia również produktów sterylizowanych metodą tlenku etylenu (EO) jako równoważnych wobec produktów sterylizowanych wyłącznie parą wodną.
Nasze stanowisko opieramy na raporcie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Instytutu Badawczego pt. „Metody sterylizacji niskotemperaturowej" z dnia 19.10.2023 r., w którym wskazano nie tylko naukową zasadność, ale wręcz konieczność stosowania tej metody w określonych przypadkach.
1. Wyroby bawełniane – jak gaza, kompresy, chusty – wymagają sterylizacji EO. Zgodnie z dokumentem NIZP-PZH (s. 34–36, 42), produkty wykonane z materiałów silnie absorbujących parę wodną – takich jak bawełna czy włóknina celulozowa – nie powinny być poddawane sterylizacji parą wodną z uwagi na ryzyko ich uszkodzenia, zanieczyszczenia kondensatem oraz utraty właściwości fizycznych i użytkowych.
Metoda sterylizacji EO jest w takich przypadkach rekomendowana jako bardziej bezpieczna, skuteczna i zgodna materiałowo: „Tlenek etylenu wykazuje wysoki stopień zgodności materiałowej i nie uszkadza materiałów, takich jak bawełna, włóknina, tworzywa sztuczne czy guma (...)" (s. 35–36 dokumentu NIZP-PZH).
2. EO zapewnia pełną skuteczność mikrobiologiczną (SAL $\leq 10^{-6}$), co jest istotne w przypadku wyrobów medycznych jednorazowych, takich jak opatrunki, chusty i kompresy.
3. Proces EO podlega pełnej kontroli biologicznej, chemicznej i fizycznej – każdorazowo, przy każdym cyklu sterylizacji (s. 39–40 dokumentu).
4. Metoda EO jako bardziej ekologiczna alternatywa: Sterylizacja parą wodną w nadciśnieniu wymaga wysokiej temperatury (121–134°C) i znacznych nakładów energetycznych na każdy cykl. Natomiast sterylizacja EO odbywa się w temperaturze 40–63°C (s. 37), co przekłada się na niższe zużycie energii elektrycznej i mniejsze obciążenie środowiskowe. Dodatkowo, nowoczesne systemy EO przewidują pełną kontrolę emisji i bezpieczną aerację, co znacząco ogranicza wpływ na środowisko.
5. Zgodność z PZP: Ograniczenie metody sterylizacji wyłącznie do pary wodnej, bez uzasadnienia technicznego, może prowadzić do naruszenia art. 99 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – poprzez nieuzasadnione ograniczenie konkurencji i wykluczenie wyrobów, które technicznie spełniają te same lub wyższe wymagania sterylności i bezpieczeństwa.
Wnosimy o dopuszczenie w postępowaniu przetargowym produktów sterylizowanych tlenkiem etylenu (EO) – jako równoważnych lub właściwszych dla wyrobów medycznych zawierających materiały bawełniane i celulozowe.
Dodatkowo załączamy opinię Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11, Pakiet Nr , poz. 12-13
Czy Zamawiający dopuści kompresy z możliwością sterylizacji?

Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 12, Pakiet Nr 3, poz. 14-15
Czy Zamawiający dopuści opakowanie transportowe w formie kartonu?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13, Pakiet Nr 3, poz. 18-20
Czy Zamawiający dopuści opaski wykonane z wysokiej jakości poliestru?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 14, Pakiet Nr 3, poz. 30
Czy Zamawiający dopuści opatrunek o długości 1m z przeliczeniem ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15, Pakiet Nr 4, poz. 7
Czy Zamawiający dopuści sterylny medyczny miód Manuka w tubce 30g w ilości 15szt?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16, Pakiet Nr 3, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 1m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 17, Pakiet Nr 3, poz. 1
Czy Zamawiający dopuści gazę o powierzchni 0,5m2?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 18, Pakiet Nr 3, poz. 5, 7, 9
Czy Zamawiający dopuści kompres 10x10cm o wykroju minimalnym 30cm x 38cm?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 19, Pakiet Nr 3, poz. 5, 7, 9
Czy Zamawiający dopuści kompresy 10x10cm o wykroju minimalnym 32cm x 40cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 20, Pakiet Nr 3, poz. 4, 6, 8
Czy Zamawiający dopuści kompresy 7,5cm x 7,5cm o wykroju minimalnym 24cm x 30cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 21, Pakiet Nr 3, poz. 14
Czy Zamawiający dopuści kompresy 10x10cm o wykroju minimalnym 32cm x 40cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 22, Pakiet Nr 3, poz. 15, 16
Czy Zamawiający dopuści kompresy 7,5x7,5cm o wykroju minimalnym 24,5cm x 28cm?
Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 23, Pakiet Nr 3, poz. 15, 16
Czy Zamawiający dopuści kompresy 7,5x7,5cm o wykroju minimalnym 23,7cm x 28,9cm?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 24, Pakiet Nr 3, poz. 21-23
Czy Zamawiający dopuści opaski o składzie: Nylon 30%, Wiskoza 35%, Bawełna 35%, klej izopren?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 25, Pakiet Nr 3, poz. 21-23
Czy Zamawiający dopuści opaski o rozciągliwości 60%?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 26, Pakiet Nr 3, poz. 21-23
Czy Zamawiający dopuści opaski o składzie: 47,8 % Poliamid, 52,2 % Poliester i rozciągliwości ok 80%?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 27, Pakiet Nr 3, poz. 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'12szt. wraz z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28, Pakiet Nr 3, poz. 32
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'6szt. wraz z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 29, Pakiet Nr 3, poz. 33
Pakiet 3 pozycja 33 – Czy Zamawiający dopuści setony wykonane z gazy 17N?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 30, Pakiet Nr 3, poz. 36, 37
Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny, wysokochłonny opatrunek z alginianu wapnia, karboksymetylocelulozy oraz kompleksem srebra jonowego; możliwość docięcia nożyczkami; działanie hemostatyczne - zdolność do zatrzymywania niewielkich krwawień; wskazany w zakresie ran o różnej wielkości, kształcie i głębokości ze średnim lub dużym wysiękiem?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SWZ.

Pytanie 31, Pakiet Nr 3, poz. 36, 37
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a'10szt. wraz z przeliczeniem podanych ilości?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32, Pakiet Nr 3, poz. 36, 37
Czy Zamawiający dopuści opatrunek z alginianem wapnia nie zawierające sodu?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 33, Pakiet Nr 3, poz. 37

Czy Zamawiający dopuści opatrunek o wymiarach 15x15cm?
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 34, Wzór Umowy
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto.
Odpowiedź:
Zamawiający pozostawia zapisy wzoru Umowy bez zmian.

Pytanie 35, Wzór Umowy
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień na produkty z ewentualnej umowy w ilości będącej najmniejszym lub wielokrotnością najmniejszego opakowania handlowego?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 36, Pakiet Nr 2
Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertą powinien posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Termin składnia ofert zostaje zmieniony na dzień 10.08.2026 r. godz. 09:00

DYREKTOR
Centrum Opieki Medycznej
w Jarosławiu
Piotr Pochopień