Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek

Warszawa, dn.03.11.2026r.

Znak sprawy: 3/2026/KCBTiK

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Realizacja zakupu inwestycyjnego pn. „Myjnia Dezynfektor" dla Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek**

WYJAŚNIENIA WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SWZ

Zamawiający - Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 793 ze zm.) dalej cyt. jako „ustawa Pzp" udziela odpowiedzi na złożone we wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ zapytania oraz na podstawie art. 284 ust. 6 Pzp dokonuje zmiany treści SWZ.
Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie nr 1

Treść pytania:
Dot. SWZ, Rozdział VI Termin i miejsce wykonania zamówienia, Załącznik nr 8 - wzór umowy, par. 2, ust. 1:
Prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 26.12.2026 r. pod warunkiem wystawienia faktury z datą nie późniejszą niż w dniu 27.12.2026 r.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający częściowo przychyla się do wniosku Wykonawcy.
Termin dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia, przeprowadzenia testów funkcjonalnych, szkolenia personelu oraz wykonania kwalifikacji IQ, OQ i PQ pozostaje nieprzekraczalny i wynosi 17.12.2026 r.
Zamawiający dopuszcza natomiast przekazanie kompletnej dokumentacji kwalifikacyjnej IQ/OQ/PQ, końcowego raportu walidacji oraz dokonanie odbioru końcowego, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru, w terminie do 28.12.2026 r.
W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany dokumentacji postępowania.
Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, a realizacja przedmiotowego zamówienia finansowana jest ze środków przyznanych Zamawiającemu do wykorzystania w 2026 r. **Z uwagi na obowiązujące Zamawiającego procedury uruchomienia i rozliczenia środków finansowych, odbiór końcowy, podpisanie protokołu odbioru oraz wystawienie i przekazanie Zamawiającemu prawidłowej faktury muszą nastąpić najpóźniej do dnia 28 grudnia 2026 r. Termin 28 grudnia 2026 r. jest terminem nieprzekraczalnym. Po jego upływie Zamawiający nie będzie miał możliwości uruchomienia i rozliczenia, w ramach środków finansowych przyznanych na 2026 r., płatności za przedmiot zamówienia.**
Niedotrzymanie powyższego terminu będzie skutkowało zastosowaniem konsekwencji przewidzianych w dokumentacji postępowania i umowie dla niewykonania zobowiązania w

wymaganym terminie.
Termin 28 grudnia 2026 r. został przyjęty z uwzględnieniem faktu, że wskazany w zapytaniu termin 27 grudnia 2026 r. przypada w niedzielę, co uniemożliwia Zamawiającemu przeprowadzenie w tym dniu czynności związanych z odbiorem końcowym i podpisaniem protokołu odbioru.

Pytanie nr 2

Treść pytania:
Dot. SWZ, Rozdział VI Termin i miejsce wykonania zamówienia, pkt.2; Załącznik nr 8 - wzór umowy, par. 3, ust. 5, 6: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przeprowadzenia odbioru końcowego myjni laboratoryjnej po zakończeniu instalacji urządzenia i pozytywnym wyniku kwalifikacji IQ, potwierdzającej prawidłowość instalacji oraz zgodność dostarczonego urządzenia z wymaganiami SWZ. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie przeprowadzania kwalifikacji OQ i PQ oraz corocznych rekwalifikacji urządzenia w trakcie całego zaoferowanego okresu gwarancyjnego udzielonego na Myjnię, przy czym pierwsza kwalifikacja OQ, PQ odbyłaby się w terminie maksymalnie 30 dni od daty odbioru końcowego, jednak przed rozpoczęciem rutynowej eksploatacji urządzenia. Kolejne roczne re-kwalifikacje odbyłyby się odpowiednio w 12 miesięcznych interwałach czasowych. Ostatnia re-kwalifikacja odbyłaby się w terminie maksymalnie 30-dni od daty zakończenia gwarancji.
Uzasadnienie: Kwalifikacje OQ, PQ oraz re-kwalifikacje wymagają odpowiedniego przygotowania środowiska laboratoryjnego, dostępności personelu oraz materiałów testowych, dlatego ich realizacja nie musi być bezpośrednio powiązana z terminem zakończenia instalacji i odbioru urządzenia.
Zostaną one wykonane w ramach udzielonej gwarancji. Proponowana zmiana nie ogranicza zakresu wymaganej kwalifikacji, a jedynie pozwala na racjonalne rozdzielenie odbioru technicznego urządzenia od procesu potwierdzania jego funkcjonalności i skuteczności działania.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Kwalifikacje instalacyjna (IQ), operacyjna (OQ) i procesowa (PQ) muszą zostać wykonane najpóźniej do dnia 17.12.2026 r.
Zamawiający dopuszcza przekazanie kompletnej dokumentacji kwalifikacyjnej IQ/OQ/PQ, końcowego raportu walidacji oraz dokonanie odbioru końcowego, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru, w terminie do dnia 28.12.2026 r.
Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia kwalifikacji OQ i PQ po odbiorze końcowym urządzenia.

Pytanie nr 3

Treść pytania:
Dot. Załącznik nr 6 do SWZ – Wykaz dostaw. Prosimy o potwierdzenie, że w oświadczeniu tym nastąpiła omyłka pisarska dot. liczby zamówień i zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zawartą tabelą, wymagane jest potwierdzenie: „że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonałem co najmniej 2 zamówienia, z których każde obejmowało dostawę, montaż i uruchomienie myjni-dezynfektora w pomieszczeniu czystym klasy D lub wyższej, zgodnie z warunkiem opisanym w Rozdziale XIII SWZ".

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający potwierdza, że w Załączniku nr 6 do SWZ – Wykaz dostaw nastąpiła omyłka pisarska w zakresie liczby wymaganych zamówień.
Wiążący pozostaje warunek określony w Rozdziale XIII SWZ, zgodnie z którym wymagane jest wykazanie należytego wykonania co najmniej 2 zamówień, z których każde obejmowało dostawę, montaż i uruchomienie myjni-dezynfektora w pomieszczeniu czystym klasy D lub wyższej.
Zamawiający dokona odpowiedniej korekty Załącznika nr 6 do SWZ.

Pytanie nr 4

Treść pytania:
Załącznik nr 8 - wzór umowy, par. 6, ust. 3 Prosimy o obniżenie łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić Strony do 15% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Zamawiający podtrzymuje postanowienia umowy dotyczące łącznej maksymalnej wysokości kar umownych.

Pytanie nr 5

Treść pytania:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię , która ma wysokość 1950 mm , umożliwiając przy tym podłączenie do otworu wentylacyjnego na wysokości 202 cm – zgodnie z wymiarami wskazanymi w siwz

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjni o wysokości do 1950 mm, pod warunkiem że jej montaż nie będzie wymagał ingerencji w sufit ani w istniejącą zabudowę znajdującą się nad myjnią.
Oferowane urządzenie musi umożliwiać prawidłowe podłączenie instalacji odprowadzania oparów do istniejącego przyłącza wyciągu wentylacyjnego, zlokalizowanego na wysokości około 202 cm od poziomu posadzki, bez konieczności zmiany jego lokalizacji.
Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w sufit ani istniejącą zabudowę znajdującą się nad myjnią.
W przypadku naruszenia przez Wykonawcę sufitu lub istniejącej zabudowy znajdującej się nad myjnią, Wykonawca zobowiązany będzie, na własny koszt, do przywrócenia ich do stanu pierwotnego oraz pokrycia kosztów ponownej kwalifikacji pomieszczenia, jeżeli kwalifikacja taka będzie konieczna w związku z dokonaną ingerencją.
Wszystkie niezbędne prace montażowe i przyłączeniowe Wykonawca wykona w ramach

wynagrodzenia określonego w ofercie.
W związku z powyższym Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany OPZ.

Pytanie nr 6

Treść pytania:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię nową , nie powystawową - rok produkcji 2025 , co umożliwi dostarczenie myjni do 17 grudnia ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania urządzenia wyprodukowanego w 2025 r. i podtrzymuje wymagania dotyczące roku produkcji urządzenia określone w dokumentacji zamówienia.

Pytanie nr 7

Treść pytania:
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię z kolorowym ekranem dotykowy TFT po obu stronach.

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie myjni wyposażonej w kolorowy ekran dotykowy TFT po obu stronach urządzenia, pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych wymagań określonych w dokumentacji zamówienia.

Pytanie nr 8

Treść pytania:
Prosimy , aby Zamawiający dopuścił wykazaniem się dostaw na urządzenia , które były montowane w Centralnych Sterylizatorach Szpitali (placówek medycznych) ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i podtrzymuje warunek udziału w postępowaniu określony w SWZ.
Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia w realizacji dostawy, montażu i uruchomienia myjni-dezynfektora w pomieszczeniu czystym klasy D lub wyższej.
Wymóg ten wynika ze specyfiki miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i konieczności wykonania montażu urządzenia w warunkach pomieszczenia czystego, w którym obowiązują określone parametry środowiskowe i wymagania związane z utrzymaniem jego klasy.
Sam fakt wykonania dostawy i montażu urządzenia w centralnej sterylizatorni szpitala lub innej placówce medycznej nie potwierdza, że montaż został wykonany w pomieszczeniu czystym klasy D lub wyższej.
W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje wymaganie określone w dokumentacji zamówienia.

Pytanie nr 9

Treść pytania:
Prosimy o informację jakie i ile programów będzie obejmowała kwalifikacja PQ ? Prosimy o informację czy będą to programy z termodezynfekcją czy bez ?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że kwalifikacja procesowa PQ powinna obejmować programy przeznaczone do:
1. mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych,
2. mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego,
3. mycia i dezynfekcji obuwia stosowanego w pomieszczeniach czystych klasy D.
Programy mycia i dezynfekcji objęte kwalifikacją PQ powinny spełniać wymagania OPZ dotyczące dezynfekcji termicznej.
Procesy płukania i suszenia, jeżeli stanowią etapy kwalifikowanego programu, podlegają weryfikacji w ramach tego programu i nie wymagają przeprowadzenia odrębnej kwalifikacji PQ.
Szczegółowy zakres badań, konfiguracje wsadu, kryteria akceptacji oraz metodyka kwalifikacji PQ powinny być dostosowane do oferowanego urządzenia, jego przeznaczenia oraz wymagań właściwych dla danego procesu.

Pytanie nr 10

Treść pytania:
Prosimy o dokładny opis drogi transportowej m.in. schody , winda (wymiary) , piętro , wąskie drzwi , korytarze itp.?

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przedstawia parametry drogi transportowej do miejsca montażu urządzenia:
• wejście techniczne do budynku: szerokość 135 cm × wysokość 188 cm;
• wejście do windy: szerokość 100 cm × wysokość 200 cm;
• wymiary wewnętrzne windy: szerokość 145 cm × głębokość 250 cm × wysokość 220 cm;
• nośność windy: 1000 kg;
• wyjście z windy: szerokość 112 cm × wysokość 200 cm;
• miejsce montażu urządzenia znajduje się na 1. piętrze;
• pierwsze drzwi prowadzące do pomieszczeń czystych: szerokość 114 cm × wysokość 203 cm;
• drugie drzwi prowadzące do pomieszczeń czystych: szerokość 123 cm × wysokość 203 cm;
• trzecie drzwi prowadzące do pomieszczeń czystych: szerokość 85 cm × wysokość 203 cm;
• w pomieszczeniu poprzedzającym miejsce montażu myjni znajduje się zakręt 90°, stanowiący wąskie gardło drogi transportowej, o dostępnej szerokości 90 cm i wysokości 250 cm;
• czwarte drzwi prowadzące do pomieszczeń czystych: szerokość 85 cm × wysokość 203 cm.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe parametry drogi transportowej przy doborze oferowanego urządzenia oraz organizacji jego wniesienia i montażu.

Ponadto Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi wyjaśnieniami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dokonuje zmiany dokumentacji postępowania nr 3/2026/KCBTiK pn. „Realizacja zakupu inwestycyjnego pn. Myjnia Dezynfektor” w następującym zakresie:

I. Zmiany w Załączniku nr 1 do SWZ – OPZ

1. Pkt 2.1

Pkt 2.1 otrzymuje brzmienie:

2.1. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe i nierekondycjonowane.

2. Pkt 2.4

Pkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

2.4. Urządzenie przeznaczone jest do montażu w istniejącym otworze technologicznym po zdemontowanej myjni. Dopuszcza się zwiększenie wysokości istniejącego otworu technologicznego o nie więcej niż 3 cm, tj. do maksymalnej wysokości 190 cm, oraz zwiększenie jego całkowitej szerokości o nie więcej niż 5 cm, bez naruszania elementów konstrukcyjnych budynku. Nie dopuszcza się ingerencji w sufit ani istniejącą zabudowę znajdującą się nad myjnią.

3. Pkt 2.12

Pkt 2.12 otrzymuje brzmienie:

2.12. Wymiary istniejącego otworu technologicznego wynoszą: szerokość 66 cm i wysokość 187 cm. Szerokość obecnie zamontowanej myjni wynosi 65 cm. Orientacyjna głębokość obecnie eksploatowanego urządzenia wynosi 70 cm. Maksymalna dopuszczalna wysokość oferowanego urządzenia wynosi 195 cm. Maksymalna wysokość otworu technologicznego po adaptacji wynosi 190 cm. Powyżej urządzenia należy zachować możliwość prawidłowego wykonania połączenia z istniejącym przyłączem instalacji odprowadzania oparów do wyciągu wentylacyjnego, zlokalizowanym na wysokości około 202 cm od poziomu posadzki. Oferowane urządzenie musi umożliwiać wykorzystanie istniejącego przyłącza bez konieczności zmiany jego lokalizacji. Nie dopuszcza się ingerencji w sufit ani istniejącą zabudowę znajdującą się nad myjnią. Wszystkie elementy urządzenia i instalacji niezbędne do wykonania połączenia muszą mieścić się w istniejącej przestrzeni nad urządzeniem. Dopuszcza się zaoferowanie urządzenia wymagającego powiększenia istniejącego otworu technologicznego w pionie lub w poziomie, w granicach określonych w pkt 2.4, na zasadach określonych w pkt 9.5.1.

4. Pkt 9.5.1 i nowy pkt 9.5.3

Na końcu pkt 9.5.1 dodaje się:

Adaptacja miejsca montażu nie może obejmować ingerencji w sufit ani istniejącą zabudowę znajdującą się nad myjnią. W szczególności niedopuszczalna jest zmiana albo demontaż istniejącej zabudowy w celu umożliwienia montażu urządzenia lub wykonania połączenia z instalacją odprowadzania oparów.

Po pkt 9.5.2 dodaje się pkt 9.5.3:

9.5.3. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, sufitu lub istniejącej zabudowy znajdującej się nad myjnią, Wykonawca zobowiązany

jest, na własny koszt, do przywrócenia naruszonych elementów do stanu pierwotnego oraz pokrycia kosztów ponownej kwalifikacji pomieszczenia, jeżeli konieczność jej przeprowadzenia będzie następstwem dokonanej ingerencji. Powyższy obowiązek nie oznacza zgody Zamawiającego na dokonanie takiej ingerencji.

5. Pkt 9.10

Pkt 9.10 otrzymuje brzmienie:
9.10. Wykonanie kwalifikacji IQ, OQ i PQ najpóźniej do dnia 17 grudnia 2026 r. oraz przekazanie kompletnej dokumentacji kwalifikacyjnej IQ/OQ/PQ i końcowego raportu walidacji najpóźniej do dnia 28 grudnia 2026 r.

6. Pkt 10 – nowy pkt 10.4

Po pkt 10.3 dodaje się pkt 10.4:
10.4. Kwalifikacja procesowa (PQ) powinna obejmować programy przeznaczone do:
1) mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych;
2) mycia i dezynfekcji szkła laboratoryjnego;
3) mycia i dezynfekcji obuwia stosowanego w pomieszczeniach czystych klasy D.
Programy mycia i dezynfekcji objęte kwalifikacją PQ powinny spełniać wymagania OPZ dotyczące dezynfekcji termicznej. Procesy płukania i suszenia, jeżeli stanowią etapy kwalifikowanego programu, podlegają weryfikacji w ramach tego programu i nie wymagają przeprowadzenia odrębnej kwalifikacji PQ. Szczegółowy zakres badań, konfiguracje wsadu, kryteria akceptacji oraz metodyka kwalifikacji PQ powinny być dostosowane do oferowanego urządzenia, jego przeznaczenia oraz wymagań właściwych dla danego procesu.

Na końcu pkt 10 dodaje się:
Kwalifikacje IQ, OQ i PQ muszą zostać wykonane najpóźniej do dnia 17 grudnia 2026 r. Kompletna dokumentacja kwalifikacyjna i końcowy raport walidacji muszą zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej do dnia 28 grudnia 2026 r. Przekazanie kompletnej dokumentacji kwalifikacyjnej i końcowego raportu walidacji pozostaje warunkiem odbioru końcowego.

7. Pkt 12

Na końcu pkt 12 dodaje się:
Czynności i dokumenty określone w pkt 12.1–12.4, 12.6 i 12.7 muszą zostać wykonane lub przekazane najpóźniej do dnia 17 grudnia 2026 r. Dokumenty określone w pkt 12.5 muszą zostać przekazane najpóźniej do dnia 28 grudnia 2026 r. Odbiór końcowy, podpisanie protokołu odbioru końcowego oraz wystawienie i przekazanie Zamawiającemu prawidłowej faktury muszą nastąpić najpóźniej do dnia 28 grudnia 2026 r. Nie dopuszcza się wykonania kwalifikacji OQ lub PQ po odbiorze końcowym urządzenia.

8. Pkt 13

Pkt 13 otrzymuje brzmienie:
13. Termin realizacji zamówienia
13.1. Dostawa, wniesienie, montaż i uruchomienie urządzenia, przeprowadzenie testów funkcjonalnych, szkolenia personelu oraz wykonanie kwalifikacji IQ, OQ i PQ muszą zostać

zakończone najpóźniej do dnia 17 grudnia 2026 r.
13.2. Kompletna dokumentacja kwalifikacyjna IQ/OQ/PQ i końcowy raport walidacji muszą zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej do dnia 28 grudnia 2026 r.
13.3. Odbiór końcowy, podpisanie protokołu odbioru końcowego oraz wystawienie i przekazanie Zamawiającemu prawidłowej faktury muszą nastąpić najpóźniej do dnia 28 grudnia 2026 r.
13.4. Terminy określone w pkt 13.1–13.3 są terminami nieprzekraczalnymi.

9. Nowy pkt 14 – droga transportowa

Po pkt 13 dodaje się pkt 14:
14. Droga transportowa do miejsca montażu
14.1. Parametry drogi transportowej:
1) wejście techniczne do budynku: szerokość 135 cm × wysokość 188 cm;
2) wejście do windy: szerokość 100 cm × wysokość 200 cm;
3) wymiary wewnętrzne windy: szerokość 145 cm × głębokość 250 cm × wysokość 220 cm;
4) nośność windy: 1000 kg;
5) wyjście z windy: szerokość 112 cm × wysokość 200 cm;
6) miejsce montażu urządzenia znajduje się na 1. piętrze;
7) pierwsze drzwi prowadzące do pomieszczeń czystych: szerokość 114 cm × wysokość 203 cm;
8) drugie drzwi prowadzące do pomieszczeń czystych: szerokość 123 cm × wysokość 203 cm;
9) trzecie drzwi prowadzące do pomieszczeń czystych: szerokość 85 cm × wysokość 203 cm;
10) w pomieszczeniu poprzedzającym miejsce montażu myjni znajduje się zakręt 90°, stanowiący wąskie gardło drogi transportowej, o dostępnej szerokości 90 cm i wysokości 250 cm;
11) czwarte drzwi prowadzące do pomieszczeń czystych: szerokość 85 cm × wysokość 203 cm.
14.2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe parametry drogi transportowej przy doborze oferowanego urządzenia oraz organizacji jego wniesienia i montażu.

II. Zmiana Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy

Zapis dotyczący wymiarów otrzymuje brzmienie:
Istniejący otwór technologiczny ma wymiary 66 cm szerokości i 187 cm wysokości. Wymagane powiększenie otworu nie może przekraczać łącznie 5 cm w poziomie i 3 cm w pionie. Maksymalna wysokość oferowanego urządzenia wynosi 195 cm, przy czym maksymalna wysokość otworu technologicznego po adaptacji wynosi 190 cm.

III. Zmiana Załącznika nr 6 do SWZ – Wykaz dostaw

Było:
należycie wykonałem co najmniej 3 zamówienia [...]

Jest:
należycie wykonałem co najmniej 2 zamówienia [...]

Pozostała część warunku, w tym wymóg realizacji w pomieszczeniu czystym klasy D lub wyższej, pozostaje bez zmian.

IV. Zmiany w Załączniku nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

1. § 1 ust. 4

§ 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe i nierekondycjonowane, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2026 r., kompletne, wolne od wad oraz zgodne z wymaganiami opisanymi w OPZ. Producent, model, rok produkcji i parametry gabarytowe urządzenia są określone w formularzu ofertowym Wykonawcy.

2. § 2

§ 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Termin i miejsce realizacji

1. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia 17 grudnia 2026 r. zakończyć dostawę, wniesienie, montaż i uruchomienie urządzenia, przeprowadzić testy funkcjonalne, szkolenie personelu oraz wykonać kwalifikacje IQ, OQ i PQ.
2. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia 28 grudnia 2026 r. przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację kwalifikacyjną IQ/OQ/PQ i końcowy raport walidacji. Odbiór końcowy, podpisanie protokołu odbioru końcowego oraz wystawienie i przekazanie Zamawiającemu prawidłowej faktury muszą nastąpić najpóźniej do dnia 28 grudnia 2026 r.
3. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania kwalifikacji OQ ani PQ po odbiorze końcowym urządzenia.
4. Terminy wskazane w ust. 1 i 2 są terminami nieprzekraczalnymi.

3. § 3 ust. 5–6 i nowe ust. 9–10

§ 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia 17 grudnia 2026 r. przeprowadzić testy funkcjonalne, przeszkolić maksymalnie pięciu pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie określonym w pkt 9.9 OPZ oraz wykonać kwalifikację instalacyjną (IQ), operacyjną (OQ) i procesową (PQ).

§ 3 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

6. Wykonawca, najpóźniej do dnia 28 grudnia 2026 r., przekaże dokumentację kwalifikacji IQ/OQ/PQ obejmującą co najmniej protokoły, raporty, zastosowane kryteria akceptacji, wyniki testów, informacje o niezgodnościach i działaniach korygujących oraz wynik każdego etapu kwalifikacji. W tym samym terminie Wykonawca przekaże końcowy raport walidacji z jednoznacznym wnioskiem dotyczącym możliwości użytkowania urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.

Po dotychczasowym § 3 ust. 8 dodaje się ust. 9–10:

9. Wykonawca nie jest uprawniony do ingerencji w sufit ani istniejącą zabudowę znajdującą się nad myjnią. Oferowane urządzenie musi umożliwiać podłączenie instalacji odprowadzania oparów do istniejącego przyłącza wyciągu wentylacyjnego bez konieczności zmiany jego lokalizacji.
10. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę sufitu lub istniejącej zabudowy znajdującej się nad myjnią, Wykonawca zobowiązany jest, na własny koszt, do przywrócenia naruszonych elementów do stanu pierwotnego oraz pokrycia kosztów ponownej kwalifikacji pomieszczenia, jeżeli

konieczność jej przeprowadzenia będzie następstwem dokonanej ingerencji. Powyższy obowiązek nie oznacza zgody Zamawiającego na dokonanie takiej ingerencji.

4. § 4 ust. 4

§ 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Rozliczenie wynagrodzenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi na podstawie jednej faktury, wystawionej po wykonaniu całości przedmiotu umowy i potwierdzeniu jego należytego wykonania protokołem odbioru. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i przekazać Zamawiającemu prawidłową fakturę niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, nie później jednak niż do dnia 28 grudnia 2026 r. Po upływie wskazanego terminu Zamawiający nie będzie miał możliwości uruchomienia i rozliczenia, w ramach środków finansowych przyznanych na 2026 r., płatności za przedmiot umowy.

5. § 6 ust. 1 pkt 1–2

§ 6 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 2 ust. 1 albo w przekazaniu dokumentacji, dokonaniu odbioru końcowego, podpisaniu protokołu odbioru końcowego lub przekazaniu prawidłowej faktury w terminie określonym w § 2 ust. 2; kary nie podlegają podwójnemu naliczeniu za ten sam okres i to samo naruszenie;

§ 6 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) 5% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania w całości albo w części przez Zamawiającego z powodu zwłoki w wykonaniu obowiązków określonych w § 2 ust. 1 lub 2, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli zwłoka przekroczy 14 dni kalendarzowych;

6. § 8 ust. 2 pkt 3

§ 8 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) jeżeli zwłoka w wykonaniu obowiązków określonych w § 2 ust. 1 lub 2 przekroczy 14 dni kalendarzowych;

7. § 9 ust. 2 pkt 1–3

W § 9 ust. 2 pkt 1–3 każde odwołanie do „terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 1” zastępuje się odwołaniem:

Nowe odwołanie:

„terminu albo terminów realizacji obowiązków określonych w § 2 ust. 1 lub 2”

Pozostałe postanowienia SWZ i załączników, które nie zostały wskazane w niniejszej informacji, pozostają bez zmian. Niniejsza informacja oraz zmienione dokumenty stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Wprowadzone zmiany nie zmieniają zasadniczego charakteru przedmiotu zamówienia. W zakresie parametrów technicznych część zmian rozszerza dopuszczalne rozwiązania, natomiast pozostałe doprecyzowują warunki realizacji zamówienia. Rozwiązania spełniające pierwotne wymagania SWZ

pozostają dopuszczalne, z uwzględnieniem obowiązku stosowania dokumentacji postępowania w brzmieniu po dokonanych zmianach.

Załaczniki:
1/ Załącznik_nr_2_Formularz_ofertowy po zmianach 03.11.2026
2/ Załącznik_nr_6_do_SWZ_Wykaz_dostaw po zmianach 03.11.2026