SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
27-300 Lipsko ul. J. Śniadeckiego 2
tel. (48) 378-36-00 fax. (48) 378-36-63
NIP: 811-15-21-798 REGON: 670997773
www.szpitallipsko.pl e-mail: sekretariat@szpitallipsko.pl

Znak sprawy: 26.ZP.37.2026 Lipsko, dnia 19.11.2026 r.

INFORMCJA Z WAKRESIE AKCEPTACJI WYJASNIEN POPRZEDNIEGO UNIEWAŻNIONEGO POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że wszystkie wyjaśnienia jakie zostały przekazane w ramach postępowania pod nazwą : ***Na sukcesywne dostawy materiałów szewnych,*** ogłoszonego pod numerem ***2026/BZP 00486152/01 z dnia 2026-10-14*** o numerze wewnętrznym ***26.ZP.33.2026*** będą przez Zamawiającego akceptowane**.** Część udzielonych wyjaśnień została wprowadzona do aktualnej dokumentacji postępowania. W pozostałym zakresie przedstawiamy poniżej wyjaśnienia które zamawiający będzie honorował w prowadzonym postępowaniu.

ZESTAW NR 1

Pytanie 1. Pakiet 8, poz. 1. Prosimy o dopuszczenie siatki o wymiarach 8 cm x 15 cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 2

Pytanie nr 1: Pakiet nr 8. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 8 w poz.1-3 siatki chirurgiczne, polipropylenowe, monofilamentowe, niewchłanialne , niebarwione, zawierająca etykiety samoprzylepne :

- gramatura siatki 50g/m^2
- grubość siatki 0,41 mm
- wielkość porów 1x1,25 mm
- grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm?

Rozmiary :
Poz. 1 – 7x15cm
Poz. 2 - 15x15cm
Poz. 3 – 30x30cm ?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2: Pakiet nr 9. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 9 w poz. 1 - 2 siatek przepuklinowych częściowo wchłanialnych zbudowanych w 50 % z włókien polipopylenowych (część niewchłanialna) oraz w 50% z kopolimeru kwasu poliglikolowego i polikaprolaktonu PGA-PCL (część wchłanialna), o czasie wchłaniania 90-120 dni , wielkości porów 2,5 mm i grubości włókna 0,5 mm , zawierająca etykiety samoprzylepne, rozmiary zgodnie z SWZ ?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3: Pakiet nr 15. Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 15 poz. 1 wchłanialnego jałowego hemostatyku z utlenowanej regenerowanej celulozy w 100% pochodzenia roślinnego , w postaci luźno tkanej siatki, pH 2,5-3, czas hemostazy 2 min , czas wchłaniania 7-14 dni, zawiera etykietę samoprzylepną, rozmiar 5x7,5cm ?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4: Pakiet nr 15. Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w pakiecie nr 15 poz. 2 wchłanialnego jałowego hemostatyku z utlenowanej regenerowanej celulozy w 100% pochodzenia roślinnego ,

o strukturze nietkanej waty z możliwością dzielenia na warstwy, pH 2,5-3, czas hemostazy 2 min , czas wchłaniania 7-14 dni , zawiera etykietę samoprzylepną , w rozmiarze 2,5x5,1cm ?
Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 3

Pytanie nr 1: Jednoznaczne określenie gwarantowanego minimum (§ 1 ust. 2 i 3 wzoru umowy).
§ 1 ust. 2 określa minimalną ilość zamówionego asortymentu na 40%, natomiast ust. 3 zastrzega możliwość ograniczenia zamówienia rzeczowo i ilościowo. Wnioskujemy o jednoznaczne potwierdzenie, że 40% jest bezwarunkowym minimalnym zakresem świadczenia należnym Wykonawcy w ramach każdego objętego umową pakietu, a uprawnienie do ograniczenia zamówienia nie obejmuje tego minimum. Prosimy także o wskazanie, czy minimum odnosi się do każdej pozycji, czy do łącznej wartości danego pakietu.
Podstawa prawna i orzecznicza
Art. 433 pkt 4 Pzp wymaga wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron w razie możliwości ograniczenia zakresu zamówienia. Art. 99 ust. 1 Pzp wymaga jednoznacznego opisu zakresu świadczenia.
Znaczenie prawne i skutek braku korekty
Nieokreślenie poziomu, na którym obowiązuje gwarancja 40%, uniemożliwia pewną kalkulację kosztów jednostkowych i może prowadzić do sporu, czy ograniczenie ilościowe narusza minimalny zakres umowy.
Odpowiedź nr 1:Zamawiajacy potwierdza, ze w trakcie realizacji umowy zamówi co najmniej 40 % wartości asortymentu w każdym z pakietów. Ograniczenie 40 % zamówienia odnosi się do wartości całego pakietu.

Pytanie nr 2: Przejrzystość oceny jakości próbek (rozdział XIX SWZ).
W pakietach 1 do 7, 13, 18 i 19 jakość ma wagę 30%, a personel medyczny przyznaje punkty od 1 do 10 za pięć cech. Wnioskujemy o wskazanie obiektywnych, powtarzalnych zasad przypisywania konkretnych ocen, sposobu agregowania ocen członków zespołu oraz zasad dokumentowania wyniku testów, tak aby wykonawca mógł odtworzyć sposób obliczenia punktacji.
Podstawa prawna i orzecznicza
Art. 16 pkt 1 i 2 oraz art. 240 ust. 1 i 2 Pzp wymagają przejrzystych, weryfikowalnych kryteriów oceny ofert, pozwalających porównać oferowane świadczenia.
Znaczenie prawne i skutek braku korekty
Bez opisanej skali ocena może zależeć od nieweryfikowalnej uznaniowości, co ogranicza możliwość kontroli punktacji i równego porównania ofert.
Odpowiedź nr 2: Zamawiający doprecyzowuje, że każda z próbek będzie oceniana przez komisję składającą się 3 osób składających się z personelu medycznego, który przetestuje asortyment przy wykonywanych codziennie czynnościach medycznych w trakcie zabiegów na bloku operacyjnym. Zespół powołany do badania próbek przyzna łącznie odpowiednią ilość punktów na piśmie. Zamawiający eliminuje subiektywność ocen poszczególnych próbek poprzez zaangażowanie możliwie szerokiego spektrum operatorów pracujących na ocenianym wyrobie medycznym.

Pytanie nr 3: Relacja zakupu zastępczego do kar i odszkodowania (§ 3 ust. 3 i § 5 ust. 1 do 4 wzoru umowy). § 3 ust. 3 dopuszcza obciążenie wykonawcy różnicą ceny zakupu u podmiotu trzeciego, a § 5 przewiduje kary, ich kumulowanie w określonych przypadkach oraz odszkodowanie uzupełniające. Wnioskujemy o wskazanie wymogu udokumentowania niezbędności i racjonalności zakupu zastępczego oraz o potwierdzenie, że ten sam uszczerbek nie będzie kompensowany wielokrotnie.
Podstawa prawna i orzecznicza
Art. 471 i art. 484 § 1 Kodeksu cywilnego regulują odpowiedzialność odszkodowawczą i karę umowną. Art. 16 Pzp wymaga proporcjonalności postanowień.
Znaczenie prawne i skutek braku korekty
Bez rozgraniczenia podstaw roszczeń powstaje ryzyko wielokrotnego ekonomicznego obciążenia za jedno zdarzenie, również gdy koszt zakupu zastępczego nie był racjonalny.
Odpowiedź nr 7: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian w powyższym zakresie.

Pytanie nr 4: Proporcjonalność przesłanek wypowiedzenia (§ 7 ust. 3 pkt 4 wzoru umowy).
§ 7 ust. 3 pkt 4 pozwala na natychmiastowe wypowiedzenie po dwóch kolejnych dostawach z brakami ilościowymi albo wadami jakościowymi, bez określenia ich wagi i możliwości skutecznego usunięcia. Wnioskujemy o ograniczenie tego uprawnienia do istotnych, zawinionych i nieusuniętych naruszeń po uprzednim wezwaniu oraz wyznaczeniu odpowiedniego terminu naprawczego.
Podstawa prawna i orzecznicza
Art. 433 pkt 1 Pzp ogranicza przerzucanie na wykonawcę odpowiedzialności za opóźnienia niezwiązane z jego działaniem, a art. 353¹ Kodeksu cywilnego i art. 16 Pzp wskazują na konieczność odpowiedniego wyważenia sankcji kontraktowych.
Znaczenie prawne i skutek braku korekty
Nawet drobne, niezwłocznie usunięte braki mogą prowadzić do utraty całego pakietu i kary z § 5 ust. 1 pkt 4, niewspółmiernej do wagi uchybienia.
Odpowiedź nr 8: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian w powyższym zakresie.

ZESTAW NR 4

Pytanie nr 1: Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony, barwiony, wykonany z kopolimeru Poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90/10), powlekany mieszanką poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) oraz stearynianem wapnia , o okresie podtrzymywania tkankowego ok.75% po 14 dniach, ok.50% po 21 dniach, ok.25% po 28 dniach i o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 60-70 dni?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2: Pakiet nr 1, poz.15. Czy Zamawiający wykreśli, wydzieli ww. pozycje z pakietu nr 1 lub umożliwi złożenie oferty z pominięciem tych pozycji?
Odpowiedź nr 2: Zamawiajacy nie wydziela i nie wykreśla pozycji wskazanych powyżej. Ofertę należy złożyć na wszystkie pozycje w pakiecie.

Pytanie nr 3: Pakiet nr 2. Czy Zamawiający dopuści szwy powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4: Pakiet nr 2. Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, syntetyczny, pleciony, wykonany z kopolimeru Poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90/10), powlekany mieszanką poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) oraz stearynianem wapnia , o okresie podtrzymywania tkankowego 50% po 5 dniach, 0% po 10-14 dniach , i o okresie całkowitego wchłonięcia szwu do 42 dni?
Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5: Pakiet nr 2, poz.6-7. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą z tnącym ostrzem (przyostrzoną)?
Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6: Pakiet nr 2, poz.6. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 36mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź nr 6: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7: Pakiet nr 2, poz.7. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 40mm lub 45mm, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8: Pakiet nr 3. Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny, syntetyczny jednowłóknowy wchłanialny szew wykonany z polidioksanonu, o okresie podtrzymywania tkankowego 75% po 14 dniach, 65-70% po 28 dniach, 55-60%, po 43 dniach, 40% po 57 dniach i o okresie wchłonięcia masy szwu 180-210 dni?
Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9: Pakiet nr 4, poz.9-14. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnąca, pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10: Pakiet nr 5, poz.2,4. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point (z dwiema powierzchniami zaostrzonego, wysmuklonego ostrza), pozostałe parametry bez zmian?
Odpowiedź nr 10: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11: Pakiet nr 7, poz.1-8. Czy Zamawiający dopuści szew chirurgiczny monofilament kopolimer kwasu glikolowego i kaprolaktonu, syntetyczny, wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego 70% po 7 dniach, 40% po 14 dniach, 15% po 21 dniach, 5% po 28 dniach i o okresie całkowitego wchłonięcia szwu 90-120 dni?
Odpowiedź nr 11: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12: Pakiet nr 7, poz.9. Czy Zamawiający dopuści szwy wchłanialne, syntetyczne, mieszanka kwasu poliglikolowego i polimlekowego, plecione, powlekane, o podtrzymywaniu tkankowym po 2 tygodniach 75% , po 3 tygodniach 50% i o okresie całkowitej absorbcji do 70dni?
Odpowiedź nr 12: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 13: Pakiet nr 7, poz.9. Czy Zamawiający omyłkowo wpisał rozmiar igły „180mm"?
Odpowiedź nr 13: Zamawiający omyłkowo wpisał rozmiar igły „180mm". Prawidłowy rozmiar to „32 mm" . Zamawiający ujednolicił formularz asortymentowo – cenowy i opublikował jego treść.

Pytanie nr 14: Pakiet nr 18, poz.1 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą haczykowatą typu „J" mocną 30mm?
Odpowiedź nr 14: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 5

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 pozycja 3 nić w rozmiarze 4-0; reszta parametrów bez zmian?
Odpowiedź nr 1: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 6 pozycja 5 igłę w rozmiarze 27mm zamiast 26 ?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 8 pozycja 1 siatkę w rozmiarze 11x6?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuści Wchłanialne samofiksujące narzędzie do zamykania ran wykonane z wchłanialnej nici z haczykami wytworzonej z syntetycznego poliestru złożonego z glikolu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, z dołączoną igłą na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim. Wytrzymałość na rozciąganie: około 90% wstępnej wytrzymałości na rozciąganie po 1 tygodniu, 75% po dwóch tygodniach od zastosowania, całkowite wchłonięcie następuje po 90-110 dniach.
Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Czy Zamawiający w pakiecie 19 dopuści Wchłanialne samofiksujące narzędzie do zamykania ran wykonane z wchłanialnej nici z haczykami wytworzonej z syntetycznego poliestru złożonego z glikolu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, z dołączoną igłą na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim. Wytrzymałość na rozciąganie: około 90% wstępnej wytrzymałości na rozciąganie po 1 tygodniu, 75% po dwóch tygodniach od zastosowania, całkowite wchłonięcie następuje po 180 dniach.
Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 6

Pytanie nr 1. Pakiet nr 11: Czy Zamawiający w pozycji 1 i 4 dopuści zaoferowanie staplerów liniowych poprzecznych o wysokości otwartej zszywki 4,5 mm (2 mm po zamknięciu).
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2.Pakiet nr 11: Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie staplerów liniowych poprzecznych o wysokości otwartej zszywki 3,8 mm (1,5 mm po zamknięciu).
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3. Pakiet nr 11: Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie staplera okrężnego z łamanym kowadełkiem o średnicy 29 mm i wysokości zszywki 4,8mm oraz średnicy 32 mm i wysokości zszywki 5 mm (do wyboru).
Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4. Pakiet nr 14: Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie worków laparoskopowych do trokara 12 mm.
Odpowiedź nr 4: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 5. Pakiet nr 14: Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści zaoferowanie worków laparoskopowych o pojemności 1600 ml, do trokara 12mm.
Odpowiedź nr 5: Zgodnie z SWZ.

ZESTAW NR 7

Pytanie nr 1: Pakiet 11. Poz. 5. Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler z zakrzywionym trzonem, jednorazowy o średnicy 29 mm (wysokość otwartych zszywek 4,8 mm) bądź 32 mm (wysokość otwartych zszywek 5,0 mm) długość trzonu 18 cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2: Pakiet 17.Poz. 1. Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, rozmiar 60 długość linii zszywek ok.. 65,1 mm, długość linii cięcia 62,9 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu o wysokości 3,8 mm. Stapler pakowany pojedynczo, z metryczką produktu z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej pacjenta?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 8

Pytanie nr 1: Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian w powyższym zakresie.

Pytanie nr 2: Pakiet nr 5, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły odwrotnie tnącej kosmetycznej ?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3: Pakiet nr 5, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm ?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4: Pakiet nr 5, pozycja 2 i 4. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły odwrotnie tnącej ?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5: Pakiet nr 5, pozycja 11. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici o długości 75cm ?
Odpowiedź nr 5: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6: Pakiet 6, pozycja 2 i 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 20mm?
Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7: Pakiet nr 16, pozycja 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplera skórnego ze zszywkami o wymiarach: grubość 0,6mm, wysokość 4,9mm, szerokość 7,2mm niepowleczonymi teflonem?
Odpowiedź nr 7: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW NR 9

Pytanie nr 1: Pakiet 10. Wnosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w Pakiecie nr 10 [Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010 nr 215, poz. 1416) oraz z pkt. 5.4. regułą 8 załącznika VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych zwane „MDR", zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2022 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG zwaną „MDD"] wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne wyroby inwazyjne do długotrwałego użytku powinny posiadać klasę IIb), wymagać będzie zaoferowania wyrobów medycznych – klipsów naczyniowych zaklasyfikowanych do klasy IIb.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 2: Pakiet 11, pozycja 1. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie staplera o wysokości zszywki 4,5mm.
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3: Pakiet 11, pozycja 4. Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie staplera o wysokości zszywki 4,5mm
Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza.

ZESTAW NR 10

Pytanie nr 1. Pakiet nr 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści do postępowania równoważny produkt o wyższym - **zapewniającym większe bezpieczeństwo zespolenia** - p**odtrzymywaniu tkankowym min. 49% po 21 dniach z zachowaniem pozostałych parametrów.**

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2. Pakiet nr 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie **w poz. 15** podwiązki z aplikatorem o długości nici 50 cm.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3. Pakiet nr 1: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie **poz. 16 - 18** szwu konfekcjonowanego bez rolki lub dopuszczenie długości nici 250 cm na rolce.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza nici 250 cm na rolce.

Pytanie nr 4: Pakiet 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą odpuszczenie do postępowania równoważnego produkt- szwu sterylnego, nowszej generacji, dwuskładnikowe z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu z

tzw. poliglaktyny 910 plecione, syntetyczne, powlekane dwoma składnikami (poliglaktyną 370 oraz stearynianem wapnia) o przyśpieszonym czasie wchłaniania w zależności od grubości szwu **po około 28-42 dniach**. Pragniemy zauważyć, że nie jest możliwe dokładne określenie czasu wchłaniania i podtrzymywania tkankowego szwów wchłanianych, ponieważ na te parametry ma wpływ zastosowana grubość szwu przy zespoleniu, ale również wiele czynników osobniczych pacjentów związanych z ich stanem zdrowia, np. cukrzyca, wiekiem, odżywieniem czy leczeniem np. onkologicznym. Dlatego też producenci w instrukcjach używania podają przybliżony okres wchłaniania czy podtrzymywania tkankowego. Oferowane nici spełniają wymagania Farmakopei Europejskiej (EP) dotyczące sterylnych, syntetycznych, wchłanialnych, plecionych nici oraz Farmakopei Stanów Zjednoczonych (USP) dotyczące wchłanialnych nici chirurgicznych.

Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5: Pakiet 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą dopuszczenie szwu **w poz. 6 i 7** na igle okrągło-tnącej lub okrągłej wzmocnionej.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6: Pakiet 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą dopuszczenie szwu **w poz. 7** na igle 40 mm lub 45mm.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7: Pakiet 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą dopuszczenie szwu **w poz. 8 i 9** na igle okrągłej wzmocnionej.

Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8: Pakiet 2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą dopuszczenie szwu **w poz. 10** na igle 48 mm.

Odpowiedź nr 8: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9: Pakiet 4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą dopuszczenie szwu wykonanego z polyestru, powleczonego woskiem pszczelim i silikonem.

Odpowiedź nr 9: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10: Pakiet 4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą dopuszczenie szwu **w poz. 1** na podwójnej igle o długości nici 90cm.

Odpowiedź nr 10: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11: Pakiet 4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą dopuszczenie szwu **w poz. 2** na igle wzmocnionej.

Odpowiedź nr 11: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12: Pakiet 4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą dopuszczenie szwu **w poz. 11** o długości 45cm.

Odpowiedź nr 12: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13: Pakiet 4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą dopuszczenie szwu **w poz12** o długości 90cm.

Odpowiedź nr 13: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14: Pakiet 4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą dopuszczenie szwu **w poz. 14** na podwójnej igle.

Odpowiedź nr 14: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15: Pakiet 4. Zwracamy się z uprzejmą prośbą dopuszczenie szwu **w poz. 15-19** ze szwem o długości 180 cm.

Odpowiedź nr 15: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16: Pakiet 5. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w poz. 2 i 4 produktu równoważnego nowej generacji o wysokich parametrach użytkowych - szwu z igłą odwrotnie-tnącą kosmetyczną dwuwklęsłą typu Prime tj. o przekroju trójkątnym obustronnie wklęsłym, która minimalizuje traumatyzację tkanek i daje lepszy efekt końcowy, kosmetyczny – minimalizuje powstawanie blizny pooperacyjnej.

Odpowiedź nr 16: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17: Pakiet nr 6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwu z syntetycznej liniowej poliolefiny, polipropylenu.

Odpowiedź nr 17: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18: Pakiet nr 6. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie **w poz. 6** ze szwem o długości 100cm.

Odpowiedź nr 18: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 19: Pakiet 7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania w **poz. 1-8** równoważnego produktu – szwu chirurgicznego, wchłanialnego, monofilamentowego o p**odtrzymywaniu tkankowym około 68-79 % po 7 dniach, 39-41% po 14 dniach**. **Całkowite wchłonięcie w przeciągu 90 dni od zaimplantowania**. Nić zapewniająca łatwe sprowadzanie węzła, zabezpieczająca przed efektem cięcia tkanek, dobra widoczność w polu operacyjnym, opakowanie zbiorcze zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią i banderolą, saszetki umożliwiające sprawne, szybkie otwarcie i podanie. Igły wykonane z wysokiej jakości stali 302 odporne na wygięcia i złamania w trudnych warunkach operacyjnych, połączone ze szwem w sposób atraumatyczny. Opis rodzaju szwu w języku polskim na opakowaniu zbiorczym i saszetce oraz kod QR. Szew nawinięty na plastikową tackę, zmniejszającą pamięć szwu i ułatwiającą jednoetapowe uzbrajanie imadła.

Odpowiedź nr 19: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 20: Pakiet 7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania w **poz. 9** równoważnego produktu szwu wchłanialnego, syntetycznego złożonego glikolidu i laktydu (poliglaktyna 910), plecionego, powlekane mieszanką kopolimeru glikolidu i laktydu (poliglaktyną 370) oraz stearynianem wapnia z igłą o zwiększonej stabilności w imadle poprzez jej spłaszczenie i zastosowanie do jej produkcji wysokiej jakości stali serii 302. Całkowite wchłanianie po około 60-70 dniach po zaimplantowaniu, o g**warantowanej wytrzymałości na rozciąganie** wg norm USP i EP o średniej wartości około 140 % bezpośrednio o wszczepieniu dla szwów o grubości 2USP -5/0 USP, **minimum 49% w ciągu 21 dniu i min. 27% po 28 dniach od zaimplantowania.** Zaproponowane szwy posiadają opis rodzaju szwu w języku polskim oraz kod matrycowy na opakowaniu zbiorczym i saszetce oraz samoprzylepne etykiety do wklejenia do dokumentacji medycznej zawierające min. nazwę, kod, nr serii i ref i datę ważności i są zgodne z MDR.

Odpowiedź nr 20: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 21: Pakiet 7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w **poz. 1, 2, 3, 5, 9** szwu o długości nici 75 cm.

Odpowiedź nr 21: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22: Pakiet 7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w **poz. 1** szwu z igła 17 mm .

Odpowiedź nr 22: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 23: Pakiet 7. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w **poz. 8 i 9 szwu** igły wzmocnioną wykonaną ze stali 302, odporną na złamania i wygięcia w trudnych warunkach operacyjnych.

Odpowiedź nr 23: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 24: Pakiet 8. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. nr 1 siatki o rozmiarze 7,5cm x 15 cm.

Odpowiedź nr 24: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25: Pakiet 11. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie w poz. 5 staplera trzyrzędowego bez łamanego kowadełka.

Odpowiedź nr 25: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26: Pakiet 13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuści do postępowania równoważny produkt o lepszych parametrach użytkowych- szwy sterylne, nowszej generacji, dwuskładnikowe z kopolimeru 90% glikolidu i 10% L-laktydu z tzw. poliglaktyny 910 plecione, syntetyczne, powlekane dwoma składnikami (poliglaktyną 370 oraz stearynianem wapnia), wchłaniające się w zależności od grubości szwu **po około 60-70 dniach**. **Podtrzymywanie tkankowe wynosi około 75% po 14 dniach, 49% po 21 dniach, 27% po 28 dniach.** Nić zapewniająca łatwe sprowadzanie węzła, zabezpieczająca przed efektem cięcia tkanek, dobra widoczność w polu operacyjnym, opakowanie zbiorcze zabezpieczone łatwo zdejmującą się folią i banderolą, saszetki umożliwiające sprawne, szybkie otwarcie i podanie. Igły wykonane z wysokiej jakości stali 302 odporne na wygięcia i złamania w trudnych warunkach operacyjnych, połączone ze szwem w sposób atraumatyczny. Opis rodzaju szwu w języku polskim na opakowaniu zbiorczym i saszetce

oraz kod QR. Szew nawinięty na plastikową tackę, zmniejszającą pamięć szwu i ułatwiającą jednoetapowe uzbrajanie imadła.

Odpowiedź nr 26: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 27: Pakiet 13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą szwu **w poz. 2** na igle 22mm.

Odpowiedź nr 27: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28: Pakiet 13. Zwracamy się z uprzejmą prośbą szwu **w poz. 11** na igle 40mm wzmocnionej.

Odpowiedź nr 28: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29: Pakiet 18. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie szwu na igle okrągłej 31mm typu J powleczonego woskiem pszczelim i silikonem.

Odpowiedź nr 29: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW NR 11

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 17 dopuści nić o długości 250 cm.
Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w pakiecie 1 poz 18 dopuści nić o długości 250 cm.
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 3 dopuści rozmiar 4-0?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający w pakiecie 6 pozycja 5 dopuści rozmiar 2-0?
Odpowiedź nr 4: Zamawiający nie dopuszcza.

ZESTAW NR 12

Pytanie nr 1: Pakiet nr 7, poz.7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie próbek do pakietu nr 7 poz. 7 z terminem ważności 14 miesięcy od momentu dostarczenia ich do Zamawiającego ?
Odpowiedź nr 1: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2: Pakiet nr 7, poz.9 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą haczykowatą (podwójnie wzmocnioną) o długości 30mm lub 36mm?
Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza szew z igłą okrągłą haczykowatą (podwójnie wzmocnioną) o długości 36mm.

Pytanie nr 3: Pakiet nr 7, poz.9. Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą haczykowatą wzmocnioną o długości 35mm?
Odpowiedź nr 3: Zamawiający nie dopuszcza.

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych
mgr Marcin Skoczylas

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Lipsku
dr Jolanta Borek-Roczniak

....

/sporządził/ /zatwierdził/