



Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

## SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*na realizację zadania pn.*

„Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

Projekt grantowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZATWIERDZIŁ:

DYREKTOR  
SP ZOZ PRO FAMILIA  
/-/  
dr n. med. Jerzy Skwira

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

## Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa i adres Zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Familia”

97-500 Radomsko ul. Armii Krajowej 34

NIP: 7722216428 REGON 592280386

nr tel. 44 683 15 51;

adres e-mail: [biuro@spzozprofamilia.pl](mailto:biuro@spzozprofamilia.pl)

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której będą udostępniane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7ab64b7f-bba3-42f1-93de-5a7c137754ea>

**Identyfikator postępowania: ocds-148610-7ab64b7f-bba3-42f1-93de-5a7c137754ea**

## Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia

**2.1.** Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do ustawy.

**2.2.** W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez prowadzenia negocjacji.

## Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia

**3.1.** Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu i wyposażenia medycznego.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionego sprzętu i wyposażenia medycznego:

- 1) Bilirubinometr – 1 szt
- 2) Kozetka lekarska – 6 szt
- 3) Lampa UV bakterio- i wirusobójcza- 5 szt
- 4) Fotel zabiegowy – 1 szt
- 5) Szafa lekarska – 3 szt
- 6) Stolik medyczny z misami – 3 szt
- 7) Taboret lekarski – 2 szt
- 8) Nebulizator – 1 szt

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

- 9) Otoskop – 2 szt
- 10) Pulsoksymetr – 3 szt
- 11) Stół do badania niemowląt – 5 szt
- 12) Termometr elektroniczny – 4 szt
- 13) Waga medyczna ze wzrostomierzem dla dorosłych – 1 szt
- 14) Waga medyczna ze wzrostomierzem dla dzieci – 1 szt
- 15) Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej – 1 szt
- 16) Rejestrator holterowski RR – 1 szt
- 17) Rejestrator holterowski EKG – 2 szt

Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 4 do SWZ. Wskazane tam parametry są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego.

#### 3.2. Wymagania dotyczące zamówienia:

- 1) Sprzęt (urządzenia i wyposażenie) stanowiący przedmiot zamówienia musi być oryginalny, profesjonalny i fabrycznie nowy, wysokiej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy, nie regenerowany. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu. Dostarczony sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp.
- 2) Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupiony, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.
- 3) Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Familia” 97-500 Radomsko ul. Armii Krajowej 34. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje również koszty załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach producenta, które powinny posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki go identyfikujące, a w szczególności znak towarowy, markę producenta lub inne. Wykonawca, przy dostawie zamówienia dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi, deklarację zgodności lub certyfikat CE.
- 4) Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

5) Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one spełniały określone w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. Zamawiający wskazuje dla tych rozwiązań jako kryteria równoważności dopuszczenie tolerancji +/- 5% dla wszelkich wymaganych dla nich parametrów. Zamawiający wskazuje, że obowiązek zgłoszenia w ofercie poprzez złożenie wykazu rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w opisie przedmiotu zamówienia i wykazania równoważności leży po stronie wykonawcy.

W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający wymaga, aby wykonawca w przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych, przedstawił już w jego ofercie dowód równoważności potwierdzający spełnienie kryteriów określonych w opisie przedmiotu zamówienia, które Zamawiający stosuje w celu oceny równoważności (Wyrok TSUE C-14/17 z dnia 2018-07-12) np. karty katalogowe produktów. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamówienia odnoszą się do europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedstawił już w jego ofercie dowody równoważności w sposób określony w art. 101 ust. 5 i 6 Pzp.

3.3. Nazwa i kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne

#### **Rozdział 4. Termin wykonania zamówienia**

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

#### **Rozdział 5. Podstawy Wykluczenia z postępowania**

5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 Pzp Zamawiający wykluczy wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

- b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
  - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166 ) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
  - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
  - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
  - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
  - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
  - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
  - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
  - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Okresy wykluczenia określono w art. 111 ustawy Pzp.

5.3. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025r poz. 514) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie wykonawcy następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

5.4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w pkt. 5.3. SWZ, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną,

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

o której mowa w zdaniu poprzednim nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.

5.5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.6. Wykonawca nie podlega wykluczaniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
- 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
- 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności :
  - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
  - b) zreorganizował personel,
  - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
  - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
  - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

5.7. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5.6. SWZ, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 5.6. SWZ nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

#### **Rozdział 6. Warunki udziału w postępowaniu**

**O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:**

6.1. Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

6.1.1) **Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

#### 6.1.2) **Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

#### 6.1.3) **Sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

#### 6.1.4) **Zdolności technicznej lub zawodowej**

Zamawiający nie stawia warunków w powyższym zakresie.

### **Rozdział 7. Oświadczenia wstępne**

7.1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w **załączniku nr 2 do SWZ**.

7.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1., stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

7.3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie aktualne na dzień ich złożenia niżej wskazane podmiotowe środki dowodowe.

- 1) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia - nie wymagane.
- 2) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu - nie wymagane.

7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)

- 1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt. 7.1. SWZ składa każdy z wykonawców.
- 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 3) W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą winno być złożone pełnomocnictwo dla tej osoby określające jego zakres. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
- 4) Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być sporządzone i przekazane Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

### Rozdział 8. Sposób komunikacji, w tym składania ofert oraz wyjaśnienia treści SWZ

8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia (zwanej dalej również Platformą przetargową), która jest dostępna pod adresem <https://ezamowienia.gov.pl>.

8.2. Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

8.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

8.4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

8.5. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż

wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

- a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
- b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

8.6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

8.7. Przyjmuje się, że dokument wysłany przy użyciu Platformy przetargowej został doręczony Wykonawcy w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, w dniu jego przekazania na Platformę przetargową.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

8.8. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.

W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

8.9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

8.10. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

8.11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

8.12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

8.13. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

8.14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [biuro@spzozprofamilia.pl](mailto:biuro@spzozprofamilia.pl) (nie dotyczy składania ofert).

8.15. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

8.16. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

#### Składanie ofert

8.17. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego **załącznik nr 1 do SWZ**. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

8.18. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona za pośrednictwem Platformy przetargowej. Zamawiający zaleca, aby oferta została utworzona w formacie .pdf oraz podpisana wewnętrznym podpisem elektronicznym – zgodnie z pkt 8.8 SWZ. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego należy pamiętać o obowiązku dołączenia do pliku stanowiącego ofertę także pliku podpisującego, który generuje się automatycznie podczas złożenia podpisu.

8.19. W przypadku gdy w opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym ofercie lub oświadczeniu wykonawcy, zostały naniesione zmiany, oferta/oświadczenie wykonawcy muszą być ponownie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez wykonawcę lub osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy/ów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

8.20. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Sposób zmiany lub wycofania oferty został opisany w instrukcjach użytkownika, dostępnych na stronie <https://ezamowienia.gov.pl> zakładka „Centrum pomocy”.

8.21. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania i informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

8.22. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze zm.), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Pliki zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być odrębnie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.23. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

8.24. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

8.25. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

#### Wyjaśnienia treści SWZ

8.26. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

8.27. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje treści SWZ oraz inne informacje związane z niniejszym postępowaniem, Zamawiający będzie zamieszczał wyłącznie na Platformie przetargowej, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.

8.28. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

8.29. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 8.28 SWZ, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 8.28. SWZ, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

8.30. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 8.29. SWZ nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

8.31. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawnienia źródła zapytania, na Platformie przetargowej.

8.32. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.

8.33. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na Platformie przetargowej.

8.34. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie.

8.35. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na Platformie przetargowej, na której została odpowiednio udostępniona SWZ.

8.36. Informację o przedłużonym terminie składania ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

8.37. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na Platformie przetargowej.

#### Rozdział 9. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

### Rozdział 10. Termin związania ofertą

10.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **20.05.2026r.**

10.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 10.1., Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

10.4. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

10.5. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w pkt. 10.1.

10.6. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

10.7. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 10.6. Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

10.8. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie wyrazi pisemnej zgody na:

- przedłużenie terminu związania ofertą;
- wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą

### Rozdział 11. Opis sposobu przygotowywania ofert

11.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację zamówienia.

11.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

11.3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – stanowiącym **załącznik nr 1 do SWZ**. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

- 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ;
- 2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty;
- 3) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, (jeżeli dotyczy). W sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierać tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane oraz wskazuje, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu Ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust 5 ustawy Pzp;

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

4) dowody równoważności (jeżeli Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne).

11.4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

11.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa pkt. 11.4. jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, **o ile wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.**

11.6. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 11.4. SWZ Zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.

11.7. Wymagania określone w pkt 11.4.- 11.6. SWZ stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

11.8. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

11.9. Ofertę składa się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale 8 SWZ.

#### Rozdział 12. Sposób i termin składania i otwarcia ofert

12.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia **22.04.2026r. do godziny 10:00.**

#### Uwaga

**Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.**

12.2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 12.1 niniejszego rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.

12.3. Zamawiający zapewni, aby z zawartością ofert nie można było zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.

12.4. Otwarcie ofert rozpocznie się w dniu **22.04.2026r. o godzinie 10:10** na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

12.5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie wskazanym w pkt. 12.3., otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

12.6. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

12.7. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępni na Platformie przetargowej informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

### Rozdział 13. Opis sposobu obliczenia ceny

13.1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją warunków zamówienia.

13.2. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonywaniem zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności:

- 1) koszty dostaw, podatków, opłaty celne i itp.;
- 2) koszty wyżej nie wymienione, a wynikające z wymagań projektowanych postanowień umowy;
- 3) zysk wykonawcy, zysk kalkulowany przez wykonawcę nie może być przeznaczony na pokrycie nakładów związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia lecz stanowi założoną w cenie nadwyżkę przychodów pieniężnych nad kosztami.

13.3. W formularzu ofertowym Wykonawca poda cenę brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia.

13.4. Cena powinna być wyrażona cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę w następujący sposób:

- w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5,
- w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.

13.5. W przypadku gdy cena wyrażona cyfrowo i słownie będzie różna, Zamawiający dokona jej poprawy na podstawie art. 223 ust. 2 pkt 1) Pzp przyjmując jako prawidłową cenę wyrażoną cyfrowo.

13.6. Jeżeli złożona zostanie Oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku oraz wskazując stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

### Rozdział 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

1) cena oferty ( C ) – waga kryterium 100%

14.2. Sposób oceny ofert - w kryterium „cena oferty” w którym zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił jak najniższą wartość (cenę), zostanie zastosowany następujący wzór:

$$\text{Liczba punktów} = \frac{\text{Cn}}{\text{Cb}} \times 100 \times \text{waga kryterium 100\%}$$

Gdzie:

Cn – cena najniższa wśród ofert nie odrzuconych

Cb – cena oferty badanej

100 – wskaźnik stały

100 – procentowe znaczenie kryterium ceny

Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach kryterium „cena oferty” obliczona zostanie przez podzielenie ceny najniższej z ofert przez cenę ocenianej oferty i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 punktów i wagę kryterium, którą ustalono na 100%.

14.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę wykonawcy, który spełni warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą łączną liczbę punktów.

14.4. Zamawiający stosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

### Rozdział 15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

15.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

15.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 15.1., jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę.

15.3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

15.4. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

15.5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

15.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

#### **Rozdział 16. Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany**

16.1 Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach Umowy, stanowiących **Załącznik nr 3 SWZ**.

16.2 Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

16.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych postanowieniach Umowy.

16.4 Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

16.5 Wszystkie istotne postanowienia umowy, wraz z wysokością kary w przypadku rozwiązania umowy oraz ze szczegółowym zakresem obowiązków wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawarte zostały w Projektowanych postanowieniach umowy.

#### **Rozdział 17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

#### **Rozdział 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

18.1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

18.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

18.3. Odwołanie przysługuje na:

- 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

- 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
  - 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
- 18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
- 18.5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 18.6. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 18.7. Odwołanie wnosi się w terminie:
- 1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  - 2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
- 18.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
- 18.9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 18.7 i 18.8. SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
- 18.10. Jeżeli Zamawiający nie przestał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
- 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania;
  - 2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania.
- 18.11. Odwołanie winno zawierać elementy zgodnie z art. 516 ustawy Pzp.
- 18.12. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 18.13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

18.14. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie- sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

18.15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

18.16. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

#### **Rozdział 19. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych**

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.

W poprzednim postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1 zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Części 2 zamówienia zostało unieważnione.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest kolejnym postępowaniem mającym na celu wybór oferty w zakresie Części 2 zamówienia

#### **Rozdział 20. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej**

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

#### **Rozdział 21. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień**

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

#### **Rozdział 22. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

#### **Rozdział 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych**

Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

#### **Rozdział 24. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej**

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

#### **Rozdział 25. Wizja lokalna**

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

### Rozdział 26. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

### Rozdział 27. Podwykonawcy

27.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

27.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. W/w informacje wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, kiedy wykonawca nie wskaże w Formularzu ofertowym części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, wówczas Zamawiający przyjmie, że wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

27.3. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących integralną część SWZ.

27.4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zamówienia o którym mowa w art. 60 i 121 ustawy Pzp.

27.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

### Rozdział 28. Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) zwany dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający – SPZOZ PROFAMILIA w RADOMSKU z siedzibą w 97-500 Radomsko ul. Armii Krajowej 34. Z administratorem można skontaktować się za pośrednictwem IODO.

2) Administrator powołał IODO z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Armii Krajowej 34, 97-500 Radomsko lub drogą e-mailową pod adresem: [iod@spzozprofamilia.pl](mailto:iod@spzozprofamilia.pl)

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jego rozstrzygnięcia, zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania i jego archiwizacji.

4) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

5) Dane osobowe będą przechowywane:

- zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania lub dłużej, przez cały czas trwania umowy;

- zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, do czasu zakończenia okresu archiwizacji danych związanych z postępowaniem;

6) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Posiada Pani/Pan prawo:

– dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO

– sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie art. 16 RODO (skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania);

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu prawo:

– usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

– prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO

#### Rozdział 29. Wykaz załączników

załącznik nr 1- formularz ofertowy,

załącznik nr 2- wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

załącznik nr 3 - projektowane postanowienia umowy,

załącznik nr 4a – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Radomsko, dnia 14.04.2026 r.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

Załącznik Nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

SPZOZ PROFAMILIA w RADOMSKU

ul. Armii Krajowej 34

97-500 Radomsko

Ofertę przetargową składa:

Nazwa Wykonawcy: .....

Adres: .....

Województwo: .....

Powiat: .....

Tel./Fax. ....

REGON: ..... NIP: .....

Adres e-mail .....

Osoba upoważniona do kontaktów: .....

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku” przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ).

1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SWZ za wynagrodzenie w kwocie:

brutto (z Vat ) .....

słownie:.....

2. Oświadczam(-y), że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załączonymi do niej dokumentami oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty, uwzględniliśmy wszystkie warunki tam zawarte oraz inne koszty niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania zamówienia. Przyjmujemy przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami w nich zawartymi.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

4. Oświadczam/my, że do wykonania przedmiotu zamówienia zastosujemy rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w opisie przedmiotu zamówienia

TAK  NIE  (zaznacz właściwe)

(w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK tj. zastosowania w ofercie rozwiązań równoważnych do oferty należy załączyć wykaz rozwiązań równoważnych oraz dowody równoważności, o których mowa w Rozdziale 3 pkt 3.2 SWZ)

Jeżeli wykonawca nie zaznaczy żadnej z opcji (TAK/NIE), oznacza to, iż na etapie realizacji zamówienia wykonawca zastosuje rozwiązania wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

5. Oświadczamy, że Projektowane postanowienia umowy (załącznik nr 3 do SWZ) zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nich warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Informujemy, że wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.).

Uwaga: jeżeli wybór oferty będzie prowadzić na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego należy przedłożyć wykaz zawierający nazwę (rodzaj) towaru, usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

7. Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązku informacyjnego

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w rt.. 13 lrt.art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). (zwanym dalej RODO) **wobec osób fizycznych**, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**Uwaga:** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (wówczas Wykonawca dokona wykreślenia treści oświadczenia w formularzu ofertowym).

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

8. Następujące części zamówienia powierzymy podwykonawcom (*jeżeli dotyczy*).

Lp.	Zakres zamówienia, jaki Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy	Nazwa (firma) podwykonawcy o ile jest znany	Wartość części jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy w % (procentach)
1.			
2.			

W przypadku, kiedy Wykonawca nie dokona opisu powierzonej części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.

9. Oświadczam/my, iż dołączona do oferty w odrębnym pliku część oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233). Zastrzegam/my, że informacje te nie mogą być udostępniane oraz wykazuję, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. (uzasadnienie należy złożyć wraz z ofertą).

**UWAGA:**

W przypadku, gdy wykonawca nie zastrzega części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa i w związku z tym nie załącza dodatkowego pliku – oświadczenia nie składa, wówczas może dokonać wykreślenia treści oświadczenia wskazanego w pkt 9 formularza ofertowego.

10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (*jeżeli dotyczy*):

Nazwisko, imię .....

Stanowisko .....

Telefon ..... e-mail .....

11. Oświadczamy, iż Wykonawca jest:

mikroprzedsiębiorcą

jestem małym przedsiębiorcą

średnim przedsiębiorcą

dużym przedsiębiorcą

prowadzę jednoosobową działalność

jestem osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej

inny rodzaj działalności .....

\*(zaznaczyć właściwe)

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

12. Dane umożliwiające dostęp do dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli wykonawca z nich korzysta (takie jak np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru):

<https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/>

<https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx>

inny rejestr .....

\*(zaznaczyć właściwe)

**(w przypadku nie podania tych danych, wykonawca dołącza w/w dokumenty do oferty).**

13. Niniejsza oferta zawiera następujące dokumenty i załączniki:

1) .....

2) .....

3) .....

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

Załącznik nr 2 do SWZ

Zamawiający:

SPZOZ PROFAMILIA w RADOMSKU

ul. Armii Krajowej 34

97-500 Radomsko

Wykonawca:

.....  
.....

(pełna nazwa/firma, adres,  
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako „Pzp”),

DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH  
ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ  
SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

składa wykonawca, każdy z wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku” przez SPZOZ PROFAMILIA w RADOMSKU z siedzibą w 97-500 Radomsko ul. Armii Krajowej 34, oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA OKREŚLONYCH W USTAWIE PZP:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust.1 ustawy Pzp.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. .... Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 ustawy Pzp ).

.....  
..... (opisać stan faktyczny)

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust.2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

.....  
.....  
.....

(opisać wyczerpująco i udowodnić podjęte czynności w celu odzyskania rzetelności)

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA OKREŚLONYCH W USTAWIE Z DNIA 13 KWIETNIA 2022r. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025r. poz. 514).

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

Załącznik nr 3 do SWZ

UMOWA Nr .....

Zawarta w dniu ..... 2026r. w Radomsku / w formie elektronicznej w dniu wskazanym w § 14 Umowy\* (\* *skreślić niepotrzebne*) pomiędzy:

SPZOZ PROFAMILIA w RADOMSKU z siedzibą w 97-500 Radomsko ul. Armii Krajowej 34

NIP 7722216428 REGON 592280386 reprezentowaną przez

Kierownika SPZOZ – Pana Jerzego Romana Skwira,

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Pani Iwony Krawczyk

zwanym dalej „Zamawiającym”

a .....

NIP ..... REGON .....

reprezentowaną przez:

1. ....

zwaną dalej „Wykonawcą”

**Projekt grantowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**

Mając na uwadze wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1320 ze zm.), dalej jako „Pzp” na wybór wykonawcy do wykonania zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku” Zamawiający oraz Wykonawca, w dalszej części Umowy łącznie zwani Stronami, zgodnie postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści.

**§ 1**

1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot umowy, na który składa się zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego sprzętu i wyposażenia medycznego .

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionego sprzętu i wyposażenia medycznego:

- 1) Bilirubinometr – 1 szt
- 2) Kozetka lekarska – 6 szt
- 3) Lampa UV bakterio- i wirusobójcza- 5 szt
- 4) Fotel zabiegowy – 1 szt

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

- 5) Szafa lekarska – 3 szt
- 6) Stolik medyczny z misami – 3 szt
- 7) Taboret lekarski – 2 szt
- 8) Nebulizator – 1 szt
- 9) Otoskop – 2 szt
- 10) Pulsoksymetr – 3 szt
- 11) Stół do badania niemowląt – 5 szt
- 12) Termometr elektroniczny – 4 szt
- 13) Waga medyczna ze wzrostomierzem dla dorosłych – 1 szt
- 14) Waga medyczna ze wzrostomierzem dla dzieci – 1 szt
- 15) Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej – 1 szt
- 16) Rejestrator holterowski RR – 1 szt
- 17) Rejestrator holterowski EKG – 2 szt

Szczegóły opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 4 do SWZ. Wskazane tam parametry są parametrami minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego.

2. Sprzęt (urządzenia i wyposażenie) stanowiący przedmiot zamówienia musi być oryginalny, profesjonalny i fabrycznie nowy, wysokiej jakości, sprawny, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używany, nie powystawowy, nie regenerowany. Pod pojęciem fabrycznie nowy Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladu uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, z widocznym logo, symbolem produktu. Dostarczony sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne, deklaracje zgodności, świadectwa bezpieczeństwa, homologacje, licencje itp.
3. Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu, dla którego przedmiot zamówienia jest zakupiony, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt i ryzyko na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Familia” 97-500 Radomsko ul. Armii Krajowej 34. Dostawa przedmiotu zamówienia obejmuje również koszty załadunku oraz rozładunku i wniesienia do pomieszczeń w siedzibie Zamawiającego w miejsce przez niego wskazane. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony w nienaruszonych, oryginalnych opakowaniach producenta, które powinny posiadać zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz znaki go identyfikujące, a w szczególności znak towarowy, markę producenta

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

lub inne. Wykonawca, przy dostawie zamówienia dostarczy Zamawiającemu kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi, deklarację zgodności lub certyfikat CE.

5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu (osoba kontaktowa) gotowość dostarczenia sprzętu z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, podając proponowaną datę jego dostarczenia i montażu.
6. Wykonawca oświadczeniem złożonym w treści Formularza oferty potwierdził, iż oferowany przez niego Przedmiot umowy spełnia wymagania jakościowe opisane przez Zamawiającego, jak również zobowiązał się do przedstawiania dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów na każde żądanie Zamawiającego.
7. Przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że Przedmiot umowy spełnia wymagania jakościowe stawiane przez Zamawiającego. Na podstawie przedłożonych dokumentów, przedstawiciele Zamawiającego dokonają sprawdzenia czy dostarczony Przedmiot umowy spełnia wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego w SWZ. Dopiero po zatwierdzeniu przez przedstawicieli Zamawiającego Przedmiotu umowy, Wykonawca może przystąpić do realizacji zamówienia.
8. Jeżeli w trakcie weryfikacji, o której mowa w ust. 7 zostanie stwierdzone, iż Przedmiot umowy nie spełnia wymagań jakościowych stawianych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do przedłożenia dokumentów dla nowego Przedmiotu umowy. Postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio
9. W przypadku dwukrotnego przedłożenia dokumentów niepotwierdzających spełniania przez oferowany Przedmiot umowy wymagań jakościowych określonych przez Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
10. **W dniu dostawy przedstawiciele Zamawiającego dokonają sprawdzenia czy dostarczony Przedmiot umowy jest zgodny z ofertą Wykonawcy. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiający zastosuje postanowienia § 5 ust. 3 niniejszej umowy.**
11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, powstałe podczas realizacji umowy, jak również roszczenia cywilnoprawne osób trzecich, spowodowane działalnością Wykonawcy w trakcie realizacji umowy.
12. Wykonawca oświadcza, że jest mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą umowę, polegając na umiejętnościach i wiedzy Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy znana jest okoliczność, że w związku z zawarciem niniejszej umowy, Zamawiający zainteresowany jest osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego zrealizowania Przedmiotu umowy i jego wydania Zamawiającemu w terminach określonych w umowie.

#### § 2

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować Przedmiot umowy w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

2. W terminie 2 dni od zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu szczegółowy wykaz oferowanego asortymentu wraz z cenami jednostkowymi.

### § 3

1. Za wykonanie Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Wykonawca otrzyma zgodnie z ofertą wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:  
brutto: .....  
słownie: .....
2. Kwota brutto zawiera należny podatek od towarów i usług VAT.
3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej procentowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), kwota brutto wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 za wykonanie Przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
5. Podstawą uprawniającą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru Przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 oraz ust. 12 niniejszego paragrafu.
7. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji dostaw Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom. Złożone dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem wskazanych wyżej dokumentów. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane dostawy do czasu przedstawienia w/w dowodów zapłaty.
9. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

10. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem dostawy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całości Przedmiotu umowy, w szczególności wszystkie koszty określone w specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 .
11. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego na fakturze numer rachunku bankowego jest rachunkiem ujawnionym w wykazie podatników VAT.
12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę na fakturze rachunku bankowego nieujawnionego w wykazie podatników VAT, Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w wykazie podatników VAT, a w razie braku rachunku Wykonawcy ujawnionego w wykazie, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z zapłatą do czasu wskazania przez Wykonawcę, dla potrzeb płatności, rachunku bankowego ujawnionego w wykazie podatników VAT. Wstrzymanie płatności nie stanowi opóźnienia upoważnionego do naliczenia przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w płatności.

#### § 4

1. Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawcy następujący zakres dostaw:....., natomiast pozostały zakres dostaw będzie wykonywać osobiście.
2. Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

#### § 5

1. Odbiór Przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego.
2. Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół odbioru Przedmiotu umowy.
3. W przypadku, gdy podczas czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi:
  - a) wady w Przedmiocie umowy nie uniemożliwiające jego prawidłowego użytkowania, wówczas Zamawiający może dokonać odbioru Przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin do ich usunięcia,
  - b) niezgodność Przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający odmówi odbioru Przedmiotu umowy i wezwie Wykonawcę do dostarczenia Przedmiotu umowy zgodnego z wymaganiami Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

4. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego wad stwierdzonych przy odbiorze Zamawiający (lub działająca na jego zlecenie osoba trzecia) jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy bez odrębnego zezwolenia sądu na wykonanie zastępcze. Do czasu usunięcia wad w ramach wykonania zastępczego Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 lit c).

#### § 6

1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot umowy jest nowy, nieużywany, kompletny i wolny od wad.
2. Wykonawca udziela **2 letniej gwarancji na dostarczone urządzenia i wyposażenie (cały asortyment)** zgodnie z zasadami określonymi w umowie, licząc od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu umowy.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się:
  - a) dokonać bezpłatnej naprawy wady zgłoszonej przez Zamawiającego,
  - b) przystąpić do usunięcia wady w terminie do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia i dokonać usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 7 dni od przystąpienia do usunięcia wady.
4. Podpisanie protokołu odbioru Przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z udzielenia gwarancji i rękojmi w przypadku wykrycia wad ukrytych i trwałych.
5. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu Przedmiotu umowy w okresie objętym gwarancją, Zamawiający ma prawo żądać wymiany elementu na nowy.
6. Okres gwarancji ulega każdorazowo przedłużeniu o czas trwania każdej naprawy. Okres ten Wykonawca zobowiązuje się odnotować w dokumencie gwarancyjnym lub innym dokumencie stwierdzającym wykonanie naprawy.
7. Wszelkie koszty związane z naprawami objętymi gwarancją w okresie gwarancji ponosi Wykonawca.
8. Termin rękojmi wynosi 2 lata, licząc od dnia odbioru końcowego.
9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń przysługujących z tytułu rękojmi za wady fizyczne.
10. Wszelkie sprawy awaryjne i reklamacyjne Zamawiający lub Użytkownik będzie zgłaszał Wykonawcy pisemnie, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres wskazany w ofercie.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

## § 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
  - a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1,
  - b) za zwłokę w dostawie Przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 2 – w wysokości 3% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,
  - c) za zwłokę w usunięciu wad Przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
  - d) za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wady przedmiotu umowy stwierdzoną w okresie rękojmi lub gwarancji w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 3 lit. b) w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
  - e) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust.1 za każdy dzień zwłoki,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w § 8 niniejszej umowy.
3. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.
4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony niniejszej umowy wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy z wyłączeniem kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy.
5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie kar umownych przez Wykonawcę dokona potrącenia wysokości kar z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
6. W przypadku wątpliwości co do zasadności naliczenia kar umownych lub ustalenia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, Zamawiający oświadcza, iż niniejsza umowa nie przewiduje naliczania kar umownych za zachowanie Wykonawcy niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z jej przedmiotem lub jej prawidłowym wykonaniem oraz odpowiedzialności Wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji dostawy Przedmiotu umowy oraz wykonania innych obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
8. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody.

### § 8

Zamawiający może odstąpić od umowy:

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach;
2. W przypadku gdy zwłoka w spełnieniu świadczenia wynosi co najmniej 14 dni (w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy) - Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu świadczenia, zachowując roszczenie o zapłatę kar umownych należnych mu za okres od dnia powstania zwłoki do dnia odstąpienia od niniejszej umowy,
3. W przypadku wystąpienia wad uniemożliwiających użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od wykrycia wady.
4. Jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  - a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp, w takim przypadku Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy,
  - b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,
  - c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w [art. 258](#) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążyą na niej na mocy Traktatów, [dyrektywy 2014/24/UE](#), [dyrektywy 2014/25/UE](#) i [dyrektywy 2009/81/WE](#), z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takich okolicznościach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Wykonawca realizuje dostawy przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową - w takim przypadku oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

#### SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

#### § 9

1. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
2. Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Pzp przewiduje zmianę umowy w zakresie terminu, przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
  - a) z powodu okoliczności siły wyższej, której strony nie były w stanie przewidzieć w chwili podpisania umowy,
  - b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających dostawę.

#### § 10

1. Strony niniejszej umowy oświadczają, iż wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, tak aby by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej "Rozporządzeniem") i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
2. Dane osobowe wskazane w umowie (oraz w załącznikach do niej) będą przetwarzane w celu jej zawarcia i wykonania.
3. Strony zobowiązują się po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłosić je drugiej Stronie, jak również mają prawo do kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przez drugą Stronę.
4. W przypadku, gdy, w celu realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający przekaze Wykonawcy dodatkowe dane osobowe lub Wykonawca w imieniu Zamawiającego pozyska dane osobowe,
5. Strony podpiszą wówczas umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

#### § 11

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

#### § 12

1. Spory w sprawie majątkowej powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie.
2. W przypadku niemożności ich rozstrzygnięcia w drodze polubownej, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Integralną część umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy.

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

---

**§ 13**

Strony zgodnie postanawiają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być zbywane w drodze cesji.

**§ 14**

*Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy / Umowę zawarto w formie elektronicznej w dniu złożenia ostatecznego podpisu\*.*

*\* skreślić niepotrzebne*

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KONTRASYGANTA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

Załącznik nr 4 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Bilirubinometr (1 sztuka)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Zasilanie akumulatorowe (stacja ładowania w zestawie)
2.	Zakres pomiarowy 0.0 mg/dL - 25.0 mg/Dl
3.	Dokładność max. $\pm 1.5$ mg/Dl
4.	Jednostki mg/dL lub $\mu\text{mol/L}$
5.	Czas gotowości do 2s
6.	Czas pomiaru do 2 sekund
7.	Duży wyświetlacz kolorowy LCD o wielkości min. 3"
8.	Powtarzalność nie więcej niż 3%
9.	Funkcja uśredniania wyniku 1-5 (pomiarów)
10.	Źródło światła: lampa ksenonowa
11.	Żywotność źródła światła nie mniej niż: 150.000 błysków
14.	Certyfikaty: CE medyczne, wpis do rejestru wyrobów medycznych

**Kozetka lekarska (6 sztuk)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Szerokość: 55 cm +/- 5 %
2.	Długość: 195 cm +/- 5 %
3.	Wysokość leża: 55 cm +/- 5 %
4.	Dopuszczalne obciążenie: 200 kg +/- 5 %
5.	Uchwyt na prześcieradło jednorazowe
6.	Wykonana z kształtowników stalowych, malowanych proszkowo
7.	Leże i wezłowie pokryte płytą wiórową, obitą pianką poliuretanową i skóropodobnym materiałem zmywalnym
8.	Regulacja kąta pochylecia wezłowia
9.	Konstrukcja: rama stołu, leże, wezłowie, regulacja kąta pochylecia, wieszak na rolkę prześcieradła
10.	Kolor tapicerki: niebieski

**Lampa UV bakterio- i wirusobójcza (5 sztuk)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Waga: 15 kg +/- 5 %
2.	Wymiary: 600 x 1350 x 600 (mm) +/- 5 %
3.	Pobór mocy: 85W +/- 5 %
4.	Zasilanie: 230V, 50Hz
5.	Klasa zabezpieczeń przed porażeniem elektrycznym: I
6.	Promienniki UV: UV-C: 2x30W +/- 5 %
7.	Trwałość promiennika: 9000 h +/- 5 %
8.	Dezynfekowana kubatura: 25-50 m <sup>3</sup> /h +/- 5 %
9.	Zasięg działania lampy: 10-20 m <sup>2</sup> +/- 5 %

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

10.	Wydajność wentylatora: 132 m <sup>3</sup> /h +/- 5 %
11.	Stopień ochrony: IP20
12.	Wersja lampy: bakteriobójcza, przepływową, statywową z podstawą jezdną

**Fotel zabiegowy (1 sztuka)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	2 regulowane podłokietniki w zakresie 180°
2.	Oparcie regulowane w zakresie 90°
3.	Całkowita szerokość – 80 cm +/- 5 %
4.	Całkowita długość – 80 cm +/- 5 %
5.	Szerokość podstawy – 70 cm +/- 5 %
6.	Długość podstawy – 70 cm +/- 5 %
7.	Całkowita wysokość – 82 cm +/- 5 %
8.	Masa stanowiska – 16 kg +/- 5 %
9.	Dopuszczalne obciążenie – 120 kg +/- 5 %
10.	Kolor tapicerki – niebieski
11.	Łatwo zmywalna tapicerka

**Szafa lekarska (3 sztuki)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Wymiary (długość × szerokość × wysokość) – 180 × 60 × 45 cm +/- 5 %
2.	2 drzwi przeszklonych
3.	Półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm +/- 5 %
4.	Półki szklane o grubości 5 mm +/- 5 %
5.	Korpus szafy wykonany z blachy o grubości 0,8 mm +/- 5 %
6.	Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach
7.	Szafa bez kótek
8.	Kolor szafy: szary

**Stolik medyczny z misami (3 sztuki)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Stabilna konstrukcja na stalowym stelażu lakierowanym proszkowo na biało
2.	Wysokość całkowita stolika – 850 mm +/- 5 %
3.	Szerokość całkowita stolika – 450 mm +/- 5 %
4.	Głębokość całkowita stolika – 750 mm +/- 5 %
5.	Ilość półek/blatów zabiegowych – 2
6.	Półki/blaty wykonane ze szkła hartowanego
7.	Misy zabiegowe/pojemniki na odpady – 2 sztuki
8.	Pojemnik na odpady z tworzywa sztucznego
9.	Stolik posiada uchwyt do przetaczania
10.	Stolik wyposażony w 4 skrętne kółka (co najmniej 2 kółka z blokadą)

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

**Taboret lekarski (2 sztuki)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Stabilna aluminiowa podstawa
2.	Wygodne, tapicerowane siedzisko
3.	Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej
4.	Taboret na kółkach jezdnych
5.	Taboret pokryty skóropodobnym materiałem powlekanym PWC o podwyższonej odporności na oleje, olejki do masażu, płyny fizjologiczne, alkohol i środki dezynfekcyjne z aktywnym chlorem
6.	Wysokość na kółkach - 45-60 cm +/- 5 %
7.	Podstawa (maks.): Ø 65 cm +/- 5 %
8.	Siedzisko (maks.): Ø 35 cm +/- 5 %
9.	Łatwo zmywalna tapicerka
10.	Kolor tapicerki - niebieski

**Nebulizator (1 sztuka)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Nebulizator/Inhalator pneumatyczny
2.	Bezawaryjna praca urządzenia przez min. 2000 godzin +/- 5 %
3.	Wydajność do 0,75 ml/min +/- 5 %
4.	Inhalator przeznaczony jest do leczenia zarówno górnych i środkowych jak i dolnych partii dróg oddechowych.
5.	Z systemem zaworów wdechowo-wydechowych, który zapewnia skuteczną inhalację wszystkich obszarów płuc - od zatok przez tchawicę do oskrzeli i pęcherzyków płucnych.
6.	Wygodne i przyjazne w dotyku maski z zaworkami wdechowo-wydechowymi gwarantujące efektywną i komfortową terapię dzieci i dorosłych
7.	Obudowa wykonana z ABS zmieszanego z dodatkiem antybakteryjnym, który sprawia, że powierzchnie są chronione 24 godziny na dobę i mają właściwości antybakteryjne, antygrzybicze i antywirusowe.
8.	Trwała sprężarka inhalatora umożliwia częste użytkowanie przez długi okres czasu i dlatego świetnie nadaje się do intensywnej pracy.
9.	Możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków wziewnych
10.	Oszczędne podawanie leku, dzięki specjalnemu zaworowi
11.	Możliwość rozpylania substancji oleistych

**Otoskop (2 sztuki)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Światło generowane przez 6 źródeł światła
2.	Temperatura koloru: 4000 K +/- 5 %
3.	Natężenie światła: 10 000 LUX +/- 5 %
4.	Powiększenie: 3-krotne
5.	Napięcie: 3,7 WOLT +/- 5 %

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

6.	Ładowanie przez USB
7.	W zestawie: ładowarka i opakowanie 20 wzierników jednorazowych (10 sztuk – 2,5 mm, 10 sztuk – 4,0 mm)

**Pulsoksymetr (3 sztuki)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Czytelny, kolorowy, wielokierunkowy min. 3.5" wyświetlacz LCD TFT
2.	Alarmy pulsu i saturacji
3.	Detekcja podstawowych arytmii: częstoskurczu i wolnego rytmu pracy serca
4.	Możliwość ustawienia dolnej granicy alarmu saturacji oraz dolnej i górnej granicy alarmu pulsu
5.	Przycisk szybkiego wyciszenia dźwięku alarmu
6.	Zakres: - SpO2: 35%-100%, - rozdzielczość 1% +/- 5 % - dokładność w przedziale 70-100% +/-3%, dla wartości <70% niezdefiniowane
7.	Zakres PR: 30-240 uderzeń/minutę +/- 5 %, rozdzielczość 1bpm +/- 5 %, dokładność ±2bpm +/- 5 %
8.	Możliwość doposażenia w neonatologiczne i pediatryczne sensory SpO2
9.	Zapis zmierzonych wartości pulsu i saturacji. Ekran trendów

**Stół do badania niemowląt (5 sztuk)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Stół wyposażony w szafkę
2.	Bezszwowe leże i boki
3.	Całkowita wysokość – 99 cm +/- 5 %
4.	Całkowita głębokość – 75 cm +/- 5 %
5.	Całkowita szerokość – 96 cm +/- 5 %
6.	Dopuszczalne obciążenie – 75 kg +/- 5 %
7.	Wymiary szafki – głębokość 55 cm +/- 5 %, szerokość 69 cm +/- 5 %
8.	Rama stołu wykonana ze stali, pokryta farbą ochronną
9.	Kolor tapicerki – niebieski
10.	Łatwo zmywalna tapicerka

**Termometr elektroniczny (4 sztuki)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Pomiar temperatury: ucho i czoło.
2.	Wymiary (maks.): 35×180×75mm +/- 5 %
3.	Zakres pomiaru: 34,0°C - 43,0°C +/- 5 %
4.	Temperatura badanego: 0°C - 93,2°C +/- 5 %
6.	Wodoodporny: NIE WYMAGANE

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

**Waga medyczna ze wzrostomierzem dla dorosłych (1 sztuka)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Elektroniczna waga kolumnowa
2.	Wymiary: 29,4 × 83,1 × 41,7 cm +/- 5 %
3.	Waga urządzenia: 7 kg +/- 5 %
4.	Klasa dokładności: III Klasa
5.	Nośność wagi: 200 kg +/- 5 %
6.	Podziałka (g): 100 g < 150 g > 200 g
7.	Funkcje: automatyczne wyłączanie, rolki transportowe, TARA, HOLD, przełączanie zakresów ważenia, Body Mass Index
8.	Waga mobilna, na rolkach transportowych
9.	Funkcja BMI do podstawowej oceny stanu odżywienia pacjenta
10.	Funkcja HOLD – zatrzymanie wyniku ważenia pacjenta na wyświetlaczu po odciążeniu wagi
11.	Wyświetlacz z możliwością obracania od strony pacjenta lub lekarza/pielęgniarki
12.	Bezpieczna platforma wagi zintegrowana z pomostem wagi, co przeciwdziała wywrócenia pacjenta
13.	10 000 cykli ważenia na jednym zestawie baterii +/- 5 %
14.	4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi
15.	Wzrostomierz o zakresie pomiaru: 60-200 cm +/- 5 % i podziałce 1 mm
16.	Zasilanie: baterie (w zestawie)

**Waga medyczna ze wzrostomierzem dla dzieci (1 sztuka)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Przenośna elektroniczna waga niemowlęca ze wzrostomiarką analogową
2.	Nośność wagi: 20 kg +/- 5 %
3.	Wymiary: 65 × 11 × 30,8 cm +/- 5 %
4.	Waga urządzenia: 3,4 kg/ 4,1 kg ze wzrostomierzem +/- 5 %
5.	Klasa dokładności: III Klasa
6.	Podziałka (g): 10 g
7.	Zakres pomiaru w cm: 38-80 cm +/- 5 %
8.	Podziałka (mm): 1 mm
9.	Zasilanie: baterie (w zestawie)
10.	Dokładność odczytu: 5 g < 10 kg > 10 g
11.	Funkcje: automatyczne wyłączanie, amortyzacja, TARA, Breast Milk Intake Function, HOLD, Auto-HOLD, automatyczne przełączanie zakresów ważenia
12.	Wyświetlacz wbudowany w obudowę wagi
13.	Waga posiada wzrostomierz cyfrowy z ogranicznikiem
14.	4 regulowane podgumowane punkty podparcia wagi
15.	Łatwe czyszczenie powierzchni wagi (materiał ABS)

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

**Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej (1 sztuka)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Długość całkowita z podnóżkiem (maks.): 115 cm +/- 5 %
2.	Szerokość siedziska: 46 cm +/- 5 %
3.	Szerokość całkowita: 63 +/- 5 % zamówieniu
4.	Długość po złożeniu (maks.): 85 cm +/- 5 %
5.	Szerokość po złożeniu (maks.): 30 cm +/- 5 %
6.	Średnica obręczy: 55 cm +/- 5 %
7.	Maksymalna wytrzymałość (min.): 130 kg +/- 5 %

**Rejestrator holterowski RR (1 sztuka)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Pomiar metodą oscylometryczną ze stopniową deflacją
2.	Pomiar ciśnienia skurczowego (SYS), rozkurczowego (DIA), HR
3.	Przewodowa transmisja danych (USB-C)
4.	Wbudowany wyświetlacz
5.	Przycisk ręcznej obsługi rejestratora: włączanie/wyłączanie urządzenie, rozpoczęcie/przerwanie pomiaru na żądanie
6.	Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem AccuWinPro
7.	Programowanie rejestratora przed badaniem z poziomu komputera
8.	Wprowadzane dane pacjenta: imię, nazwisko, ID
9.	Okresy pomiarowe: dzień, noc, specjalne (maks. 24) z programowalnymi odstępami pomiędzy pomiarami: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 min.
10.	Wielorazowy mankiet z możliwością prania pokrowca
11.	Walidacje: BHS (A/A), ESH, ANSI/AAMI SP10:2002
12.	Zakres pomiaru ciśnienia: 25÷260 mmHg (maksymalne graniczne ciśnienie w układzie: 300 mmHg) +/- 5 %
13.	Dokładność pomiaru: +/- 2% lub +/- 3 ud./min. (zależnie, która większa)
14.	Zakres pomiaru tętna: 40÷200 bpm +/- 5 %
15.	Ilość pomiarów: do 250 +/- 5 %
16.	Transmisja danych przewodowa (USB-C)
17.	Komunikacja z PC za pomocą USB typu C
18.	Waga rejestratora maks.: 233 g (z bateriami) +/- 5 %
19.	Wymiary rejestratora maks.: 100×70×30 (mm) +/- 5 %
20.	Zasilanie: 2 baterie AA lub akumulatory AA NiMH
21.	Zawartość podstawowego zestawu: etui z paskiem, 2 rozmiary wielorazowych mankietów (rozm.: M i L), kabel USB do komunikacji z komputerem, baterie alkaliczne AA (2 sztuki)

Znak sprawy: ZP.IV.2.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku”

**Rejestrator holterowski EKG (2 sztuki)**

L.p.	Opis/parametry wymagane
1.	Prosta obsługa
2.	Cyfrowa metoda zapisu sygnału
3.	Rejestracja 3 kanałów EKG
4.	Wysoka częstotliwość próbkowania sygnału EKG
5.	Dedykowany 7 odprowadzeniowy kabel pacjenta
6.	Ciągły zapis do 7 dni na jednej baterii AAA
7.	Automatyczne wykrywanie stymulatora
8.	Wbudowana pamięć
9.	Podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym na ekranie komputera
10.	Ekranowane kable pacjenta
11.	Zapis badania do stałej pamięci rejestratora
12.	Możliwość sformatowania rejestratora przed badaniem z podaniem m.in.: czasu i daty rozpoczęcia rejestracji, imienia, nazwiska, daty urodzenia, płci, nr ID pacjenta
13.	Diodowa sygnalizacja pracy
14.	Automatyczna kalibracja
15.	Automatyczna regulacja wzmocnienia
16.	Automatyczne wykrywanie impulsów stymulatora
17.	Instrukcja obsługi w języku polskim
18.	Wymiary: 87×55×22 (mm) +/- 5 %
19.	Waga: 80 g z baterią +/- 5 %
20.	Próbkowanie sygnału EKG: 4096 próbek/sekundę
21.	Zasilanie: 1 bateria alkaliczna AAA lub akumulator AAA
22.	Czas ciągłej rejestracji: do 7 dni
23.	CMRR >60dB +/- 5 %
24.	Zakres częstotliwości sygnał: 0,05 Hz-60 Hz(+0,4 dB, -3,0 dB)
25.	Poziom szumu sygnału: ≤15μVp-p +/- 5 %
26.	Impedancja wejściowa: ≥ 2MΩ +/- 5 %
27.	Akcesoria w komplecie: 7 odprowadzeniowy kabel pacjenta, futerał i smycz, bateria alkaliczna AAA (1 sztuka), 1 opakowanie elektrod samoprzylepnych (30 sztuk), pasta ścierna do przygotowania skóry pacjenta
28.	Rejestrator kompatybilny z systemem posiadanym przez Zamawiającego