Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
w restrukturyzacji
ul. Szpitalna 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna
TEL: 41-39-56-200 FAX: 41-25-32-944 E-MAIL: zoz@zoz.com.pl
NIP: 663-16-09-127 KRS: 0000014535 REGON: 000308318

Sygnatura sprawy: ZP.382.22.JT.2026 Skarżysko – Kamienna, dnia 07.07.2026 r.

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa gazów medycznych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku – Kamiennej"

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

ZESTAW I

Pytanie 1: Czy Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, podpisaną przez osobę/osoby upoważnione kwalifikowany podpisem elektronicznym, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę/osoby umocowane (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?

Odpowiedź: Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 2: (dot. Projektu umowy § 1 pkt. 2, 3 i 4)
Zgodnie z zapisami umowy § 1 pkt. 2 w ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przeglądu instalacji wewnętrznej gazów medycznych, w związku z tym zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie w formularzu cenowym oddzielnej pozycji **przeglądy instalacji do głównego źródła zasilania pakiet 1** oraz doprecyzowanie w §1 pkt 4 ilości punktów poboru dla poszczególnych systemów rurociągowych. Prosimy również o wskazanie częstotliwości wykonania czynności przeglądu instalacji, czy zgodnie z normami ma być to 1 raz w roku czyli 2 przeglądy w czasie trwania umowy?
Wykonawca, w ramach ceny ofertowej, zobowiązuje się do przeglądu instalacji wewnętrznej gazów medycznych Zamawiającego, wykonanego przez podmiot uprawniony, posiadający Certyfikat PN-EN ISO 13485:2012/AC:2012 wraz z Certyfikatem EC na Dyrektywę 93/42/EEC "o wyrobach medycznych" i zaświadcza, że Wykonawca jest uprawniony do serwisowania medycznych instalacji gazowych.
Zakres czynności serwisowych (przeglądów) obejmuje sprawdzenie:

- Inwentaryzacja elementów instalacji
- Kontrola mechanicznego działania punktów poboru
- Sprawdzenie szczelności punktów poboru do gazów medycznych
- Kontrola systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności
- Badanie rurociągów gazów sprężonych na obecność zanieczyszczeń stałych
- Sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych
- Kontrolę szczelności zaworów odcinających
- Wystawienie protokołu zawierającego szczegółowy spis wszystkich punktów poboru z podziałem na poszczególne pomieszczenia i opis wyników uzyskanych w zakresie wykonanych czynności kontrolnych

3. Wnioski pokontrolne powinny zawierać odniesienie do spełnienia obowiązujących wymagań zawartych w:
- PN-EN ISO 7396-1 "Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych - Część 1: Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych i próżni" - PN-EN ISO 7396-2 "Systemy rurociągowe do sprężonych gazów medycznych - Część 2: Systemy odprowadzające zużyte gazy anestetyczne"

4. Przedmiot przeglądu obejmuje:
a) system rurociągowy tlenu,
b) system rurociągowy sprężonego powietrza ,
c) system rurociągowy podtlenku azotu ,
d) system rurociągowy wyrzut gazów anestetycznych .
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza nowych pozycji asortymentowych do formularza cenowego. Wstępny przegląd instalacji gazowej należy wkalkulować w cenę ofertową i przeprowadzić po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem dostaw gazów.

ZESTAW II

Pytanie 1: Dotyczy: Rozdział V - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.1 - 1.1- b) oraz Załącznik na 1 do SWZ Pakiet 2, poz. 2 – zapis o treści „Tlen medyczny w butlach 50 l (8,0 m3)"
Wzorem poprzedniego postępowania o analogicznym zakresie, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli o pojemności 50l i ciśnieniu 200bar o pojemności 10,7m3 oraz wyraża zgodę na samodzielne przeliczenie oferowanych ilości butli w celu otrzymania oferty na równoważne ilości m3 tlenu medycznego w poz. 2, w pakiecie 2, w następujący sposób: 50 szt. 8,0 m3 = 400 m3
400 m3 / 10,7 m3 = 37,38 ≈ 38 szt. pełnych butli 50l 200 bar (10,7 m3)
Proponowane rozwiązanie jest korzystne ponieważ butle 200-barowe zawierają znacznie większą ilość gazu niż 150-barowe, przez co ich wymiana na pełne opakowania następuje rzadziej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie z odpowiednim przeliczeniem równoważnej ilości, co należy zaznaczyć w ofercie.
Pytanie 2: Rozdział V - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.1 - 1.1 - d) oraz Załącznik na 1 do SWZ Pakiet 2, poz. 3- zapis o treści „Tlen medyczny w butlach 10 l (1,6 m3)"
Wzorem poprzedniego postępowania o analogicznym zakresie, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie butli o pojemności 10l i ciśnieniu 200bar o większej pojemności 2,1m3 oraz wyraża zgodę na samodzielne przeliczenie oferowanych ilości butli w celu otrzymania oferty na równoważne ilości m3 tlenu medycznego w poz. 3, w pakiecie 2, w następujący sposób:
8 szt. 1,6 m3 = 12,8m3 12,8 m3 / 2,1 m3 = 10,7 ≈ 11 szt. pełnych butli 10l 200 bar (2,1 m3)
Proponowane rozwiązanie jest korzystne ponieważ butle 200-barowe zawierają znacznie większą ilość gazu niż 150-barowe, przez co ich wymiana na pełne opakowania następuje rzadziej.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie z odpowiednim przeliczeniem równoważnej ilości, co należy zaznaczyć w ofercie.
Pytanie 3: Dotyczy: Rozdział V - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.1 - 1.1 - e) oraz Załącznik na 1 do SWZ Pakiet 2, poz. 4 – zapis o treści „Tlen medyczny w butlach 2l 200 bar z zaworem zintegrowanym"
Czy Zamawiający potwierdza, że w pakiecie nr 2, w poz. 4 ma na myśli butle z zaworem zintegrowanym - lekkie butle aluminiowe z na stałe zintegrowanym z butlą modułem wyposażonym w reduktor ciśnienia, manometr wskazujący ciśnienie tlenu w butli, przepływomierz o zakresie pracy 0– 15l/min,(w tym zakres startowy – 0l/min), możliwość podłączenia maski tlenowej lub kaniuli donosowej oraz system szybkiego łączenia (typu Quick Connector) typu AGA do podłączenia urządzeń przenośnych wymagających dostarczenia tlenu medycznego np. respirator transportowy oraz z zaworem on-off?
Odpowiedź: Minimalne wymagania techniczne i użytkowe zostały określone w SWZ.
Pytanie 4: Dotyczy: Rozdział V - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.1 - 1.1 - i) oraz Załącznik na 1 do SWZ Pakiet 2, poz. 8 – zapis o treści „Mieszanina gazów do znieczulenia 50/50% tlen/ podtlenek azotu w butlach Wykonawcy o poj. 2,8 – 3,23 m3" Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że produkt będzie stosowany m.in. w położnictwie, tj. w bezpieczny sposób ma umożliwić osiągnięcie działania przeciwbólowego podczas porodu, a zatem że Zamawiający wymaga by zaoferowany produkt leczniczy posiadał opis stosowania w położnictwie, zawarty w sekcji dot. 4.2. Dawkowania i sposobu podawania w Charakterystyce Produktu Leczniczego, która zostanie dołączona do oferty. Szczegółowo określony sposób użycia produktu leczniczego w Charakterystyce Produktu Leczniczego, jest istotnym kryterium medycznym, rozstrzygającym o właściwym stosowaniu produktu leczniczego, które to dla świadczeniobiorców wydaje się być kluczowym aspektem. Ponadto nie niesie to ryzyka poza-rejestracyjnego zastosowania leku („off label") przez użytkownika. Produkt leczniczy o powyższych cechach

jest obecnie dostarczany do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający będzie wykorzystywał dostarczone produkty na potrzeby własnej działalności leczniczej.

Pytanie 5: Dotyczy: Rozdział V - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.1 - 1.1 - m) oraz Załącznik na 1 do SWZ Pakiet 2, poz. 12 – zapis o treści „Ustniki z filtrem jednorazowego użytku op. po 100 szt."

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu chodziło o jednorazowe ustniki z filtrem kierunkowym o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej co najmniej na poziomie >99,9% do podawania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu w stosunku 50/50? Same ustniki, bez filtrów, nie mają zastosowania w podaży w/w mieszaniny. Wyroby medyczne o powyższych cechach są obecnie dostarczane do Zamawiającego.

Odpowiedź: Minimalne wymagania techniczne i użytkowe zostały określone w SWZ i załącznikach.

Pytanie 6: dot .Rozdział V - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt.1 - 1.1 - m) i k) oraz Załącznik na 1 do SWZ Pakiet 2, poz. 11 i 12 Wykonawca zwraca się z wnioskiem o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zaworu dozującego do podaży mieszaniny innego producenta, niż filtrów i ustników. Zawory dozujące, ustniki i filtry są zarejestrowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem jako wyroby medyczne, a osprzęt powinien jest ze sobą w pełni kompatybilny, dzięki czemu umożliwia w sposób higieniczny podanie leku pacjentce. Z obiektywnych względów kwestia nazwy producenta, nie powinna być istotna. Wyroby medyczne o powyższych cechach są obecnie dostarczane do Zamawiającego.

Odpowiedź: Minimalne wymagania techniczne i użytkowe zostały określone w SWZ i załącznikach. Zgodnie z SWZ dopuszcza się użycie do realizacji zamówienia produktów równoważnych. W ofercie należy podać swoje odpowiedniki i zamieścić opis dotyczący właściwości odpowiedników.

Pytanie 7: dot. Załącznika nr 9 do SWZ § 4, dodanie ust. 6

Wykonawca wnosi o uwzględnienie w umowie zapisów dotyczących obowiązku wystawiania faktur VAT za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz informacji na jaki adres e-mail może przesyłać załączniki do faktur wystawianych w KSeF (np. listy dzierżawne). Jednocześnie zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie ww. informacji w umowie, w postaci dodania do § 4, punktu 6 o poniższej treści:

6.W przypadku wykonawców zobowiązanych do wystawiania faktur VAT za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa będą wystawiane w postaci faktur ustrukturyzowanych i udostępniane Zamawiającemu za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), w formacie określonym przez Ministerstwo Finansów i obowiązującym na dzień ich wystawienia.

Strony uznają udostępnienie faktury w KSeF za skuteczne doręczenie faktury Zamawiającemu w rozumieniu przepisów prawa oraz niniejszej umowy. Zamawiający oświadcza, iż akceptuje przesyłanie przez Wykonawcę załączników do określonych wyżej faktur VAT (takich jak: listy dzierżawne, lista nierozliczonych faktur) w formie elektronicznej na następujące adresy email: - adres e-mail: ....., imię i nazwisko osoby kontaktowej ....., tel. ..... O każdorazowej zmianie wyżej wymienionych danych Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie, pod rygorem uznania, iż adres e-mail wskazany w Umowie jest aktualny, a przesłanie na niego załączników faktur jest skuteczne.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności wprowadzenia zaproponowanych zmian.

Pytanie 8: Dotyczy: Załącznika nr 9 do SWZ § 1, ust. 2, 3, 4, 5 i 6; § 5, ust. 2, 3, 6, 7, 8, 9

Z uwagi, ze umowa zawiera zapisy zarówno dot. pakietu nr 1 dot. dostaw ciekłego tlenu wraz z dzierżawą zbiornika oraz pakietu nr 2 na dostawy gazów w butlach, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że docelowa umowa z danym Wykonawcą będzie podpisana wyłącznie w zakresie zapisów dot. pakietu, na który dany Wykonawca składał ofertę. Np. w przypadku Wykonawcy, który zostanie wybrany w zakresie pakietu na dostawy gazów w butlach, umowa nie będzie uwzględniała zapisów dot. dostaw ciekłego tlenu oraz dzierżawy zbiornika (zapisy te zostaną wykreślone w docelowej umowie). Jednocześnie wnosimy o jednoznaczne oznaczenie we wzorze umowy, zapisów, które dot. tylko konkretnego pakietu i które znajdą się w ostatecznej umowie fakultatywnie – tj. w zależności od zakresu pakietu, którego docelowo będzie dotyczyła umowa z danym wykonawcą – dot. m.in. treści § 1, ust. 2, 3, 4, 5 i 6; § 5, ust. 2, 3, 6, 7, 8, 9

Odpowiedź: Załącznik do SWZ jest projektem umowy. Ostateczne zapisy umowy będą uwzględniały postanowienia wynikające z SWZ, oferty wykonawcy oraz ewentualnie inne wzajemne uzgodnienia.

Pytanie 9: Dotyczy: Załącznika nr 9 do SWZ § 5, ust. 5 i § 8, ust. 7

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie i wydłużenie w umowie terminu na rozpatrzenie reklamacji jakościowej. Weryfikacja reklamacji jakościowej wymaga szczegółowej analizy, w tym przeprowadzenia badań technicznych, konsultacji z ekspertami oraz weryfikacji dokumentacji. Proces ten jest czasochłonny , w związku z tym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wyznaczenie terminu rozpatrzenia reklamacji do 10 dni roboczych oraz zmodyfikowanie wymagań dot. wymiany wadliwego towaru. W przypadku zgłoszenia reklamacji Zamawiający powinien złożyć zamówienie na tożsamą ilość reklamowanego produktu leczniczego. Wykonawca nie może wymienić towaru przed rozpatrzeniem reklamacji. Jednocześnie Wykonawca zwraca się również o imienne wskazanie osób uprawnionych do składania reklamacji, ponieważ Wykonawca nie ma możliwości weryfikacji czy osoba, która zgłosi reklamację jest osobą uprawnioną do zgłaszania reklamacji produktu leczniczego.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę i uzupełnienie zapisów wzorów umowy:
§ 5, ust. 5 Z: 5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 2-ch dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji dostarczyć Zamawiającemu w miejsce towaru wadliwego, towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz towar brakujący oraz w ciągu 7 dni ustosunkować się pisemnie do zgłoszonej reklamacji.
Na: 5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 10 dni roboczych ustosunkować się pisemnie do zgłoszonej reklamacji i w przypadku uznania reklamacji za zasadną w terminie do 3 dni roboczych wymienić reklamowany przedmiot umowy na nieposiadający wad lub poinformować Zamawiającego o powodach nieuznania reklamacji.
Zamawiający wyznacza następujące osoby uprawione do składania reklamacji: ..... .
W przypadku zgłoszenia reklamacji dot. wady jakościowej, Zamawiający powinien złożyć zamówienie na tożsamą ilość reklamowanego wyrobu medycznego, ponieważ Wykonawca nie może wymienić towaru przed rozpatrzeniem reklamacji. § 8, ust. 7
Z: 7. Wykonawca zobligowany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie 7 dni jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym dokonanie w terminie 7 dni wymiany wadliwego wyrobu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad.
Na: 7. Wykonawca zobligowany jest do pisemnego ustosunkowania się do wniesionej przez Zamawiającego reklamacji w terminie 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym dokonanie w terminie 3 dni roboczych wymiany wadliwego wyrobu na zgodny z zamówieniem i wolny od wad.
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza nowych zapisów i zmian w zakresie procesu reklamacyjnego.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Zmianie ulega **termin składania** i **otwarcia ofert** oraz **termin związania ofertą**, określone w rozdziale XII.2, XIII.1 oraz X.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj.:
- termin składania ofert: zamiast "do dnia 08.07.2026r. godz. 10:00" zmienia się "do dnia **10.07.2026** r. godz. 10:00";
- termin otwarcia ofert: z dnia "08.07.2026r. godz. 11:00" na dzień "**10.07.2026r.** godz. 11:00";
- termin związania ofertą: zamiast „do dnia 06.08.2026r." zmienia się „do dnia 08.**08.2026** r.".

Miejsce składania ofert nie ulega zmianie.
Zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści „Ogłoszenia o zamówieniu" odpowiednio w zakresie: sekcji VIII - Procedura - „Termin składania ofert: 2026-07-08 10:00" i „Termin otwarcia ofert: 2026-07-10 11:00".

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej
Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
w restrukturyzacji

mgr Małgorzata Nosowicz