Warszawa, dnia 02.11.2026 r.

Informacja
o treści zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),
wraz z wyjaśnieniami i zmianą SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa spektrometru FTIR z wyposażeniem” (nr ref. sprawy: ALZ.25.10.2026).

Zamawiający - Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Księcia Janusza 64 w Warszawie, na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że wpłynęło pytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia od potencjalnego Wykonawcy i Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień.

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI OPISU PRZEDMIOTU ZASMÓWIENIA.

Pytanie nr 1:
„Dotyczy: ALZ.25.10.2026 „Dostawa spektrometru FTIR z wyposażeniem” ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania dotyczące urządzenia, pkt 18).

Wymiary i masa urządzenia:
W specyfikacji wskazano maksymalne wymiary modułu głównego: 300 × 350 × 300 mm (wys. × gł. × szer.) oraz maksymalną masę wraz z przystawką ATR: 6 kg.
Czy Zamawiający dopuści spektrometr o konstrukcji kompaktowej, nablatowej, o wymiarach 204 × 365 × 315 mm oraz masie wraz z przystawką ATR 13,5 kg?
Uzasadnienie:
Prosimy o wskazanie, jakie obiektywne i merytoryczne potrzeby Zamawiającego uzasadniają tak precyzyjne ograniczenie wymiarów i masy urządzenia.
Oferowany spektrometr przekracza wymagane wymiary jedynie o 15 mm w zakresie głębokości i szerokości, będąc jednocześnie o 96 mm niższym od dopuszczonej wartości. Różnice te nie mają wpływu na funkcjonalność urządzenia, jego parametry analityczne ani możliwość prawidłowej eksploatacji.
Również ograniczenie masy do 6 kg wydaje się nieuzasadnione funkcjonalnie w przypadku urządzenia określonego przez Zamawiającego jako nablatowe. Masa oferowanego urządzenia wraz z przystawką ATR wynosi ok. 13,5 kg, co nie stanowi ograniczenia dla jego instalacji na standardowym stole laboratoryjnym, którego nośność wielokrotnie przekracza tę wartość, a nawet typowym biurku przeznaczonym do pracy biurowej, posiadają nośność rzędu 50–60 kg lub większą, a więc kilkukrotnie przekraczającą masę oferowanego urządzenia.
Parametry te nie odnoszą się do jakości, dokładności ani zakresu pomiarowego spektrometru, lecz do cech gabarytowych, które co do zasady nie mają samodzielnego znaczenia dla realizacji badań, o ile urządzenie może zostać prawidłowo zainstalowane i użytkowane w przewidzianym miejscu. Opis przedmiotu zamówienia przewiduje, że urządzenie ma być obsługiwane przy pomocy komputera wchodzącego w skład zamawianego zestawu co wskazuje na stacjonarny charakter stosowania spektrometru FTIR.
W naszej ocenie wskazanie limitów wymiarowych i wagowych na tak wysokim poziomie szczegółowości może prowadzić do nieuzasadnionego zawężenia kręgu potencjalnych wykonawców i nie znajduje bezpośredniego uzasadnienia w funkcjonalności urządzenia.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie urządzenia o wskazanych powyżej wymiarach i masie.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spektrometru FTIR o podanych wyżej w pytaniu wymiarach oraz masie przy jednoczesnym zachowaniu i spełnieniu pozostałych wymagań ujętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Tym samym Zamawiający modyfikuje parametry w zakresie wymiarów oraz masy urządzenia opisanych w pkt. 18 Załącznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

II. ZMIANA TREŚCI OPISU ZAMÓWIENIA

Odpowiednio do powyższych wyjaśnień Zamawiający dostosowuje zapisy Załącznika nr 1 do SWZ - Opisu Przedmiotu Zamówienia dot. pkt. 18 i nadaje mu brzmienie:

„18) Spektrometr o konstrukcji kompaktowej (nablatowej). Wymiary modułu głównego nie większe niż: wysokość 300 mm, głębokość 400 mm, szerokość 400 mm. Waga modułu głównego wraz z zamontowaną przystawką ATR nie większa niż 15 kg.”

III. INNE.

Dokonane wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W imieniu Zamawiającego:

Tadeusz Zbigniew Latała

Elektronicznie podpisany przez Tadeusz Zbigniew Latała
Data: 2026.11.02 12:23:05 +01'00'

Egz. poj.
Treść zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania.