Postepowanie w ramach zadania Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 pn. ***„Dofinansowanie zakupu wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej”***

Znak sprawy **ZP/15/2026** Mikołów, dnia 20.11.2026 r.

Wszyscy Uczestnicy Postępowania

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na zadanie pn. **„Zakup wyrobów medycznych na potrzeby ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii dziecięcej”,** Nr sprawy: **ZP/15/2026**

WYJAŚNIENIA

W związku z prowadzoną procedurą postępowania w trybie podstawowym w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionych zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 1 – pakiet nr 1, załącznik nr 1 do SWZ, pozycja „Cykloergometr 1”
Czy Zamawiający dopuści również cykloergometr w wersji pediatrycznej, przeznaczony dla pacjentów o wzroście ok. 100–160 cm i masie ciała do 100 kg, wyposażony w kierownicę z elektryczną regulacją wysokości oraz korby o regulowanej długości w zakresie obejmującym 170 mm? Prosimy o dopuszczenie w tej wersji siodełka z płynną mechaniczną regulacją wysokości, bez wymogu rozbudowy o regulację pneumatyczną lub elektryczną, oraz wysokości całkowitej urządzenia do 1515 mm (pkt 15–18, 20–23 i 30).
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania powyższego należy nanieść w załączniku nr 1 dla pakietu nr 1 stosowne zapisy tak, aby Zamawiający wiedział co zaoferował wykonawca.

Pytanie nr 2 – Czy Zamawiający zaakceptuje ręczną zmianę obciążenia przez operatora z poziomu systemu próby wysiłkowej (pkt 14)? Czy dopuści rejestrację EKG przez oferowany system próby wysiłkowej i odstąpi w wersji pediatrycznej od wymogu rozbudowy samego cykloergometru o moduł SpO_2, moduł EKG oraz czytnik kart chipowych (pkt 38–40)?
Proponowana konfiguracja umożliwia wykonywanie prób wysiłkowych u dzieci już od ok. 100 cm wzrostu, przy zachowaniu wymaganego zakresu obciążenia 6–999 W.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania powyższego należy nanieść w załączniku nr 1 dla pakietu nr 1 stosowne zapisy tak, aby Zamawiający wiedział co zaoferował wykonawca.

Pytanie nr 3 – pakiet nr 2, załącznik nr 1 do SWZ, pozycja „Monitor funkcji życiowych”, pkt 4, 5 i 17
Czy Zamawiający dopuści stacjonarno-przenośny monitor funkcji życiowych o masie 2,9 kg, wymiarach 330 × 260 × 70 mm (szerokość × wysokość × głębokość) i czasie pracy na wbudowanym akumulatorze wynoszącym 5 godzin?
Proponowany monitor jest wyposażony w 12-calowy kolorowy ekran dotykowy o rozdzielczości 800 × 600 pikseli, umożliwiający jednoczesną prezentację pięciu krzywych i odczyt parametrów życiowych pacjenta. W zestawie znajduje się stolik jezdny.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. W przypadku zaoferowania powyższego należy nanieść w załączniku nr 1 dla pakietu nr 2 stosowne zapisy tak, aby Zamawiający wiedział co zaoferował wykonawca.

Ponadto warunki pozostają bez zmian, jednak w związku z powyższymi odpowiedziami termin składania ofert zostaje przesunięty do dnia 25.11.2026 r. do godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 25.11.2026 r. godz. 10:30. Termin związania ofertą wynosi do dnia 24.12.2026 r.

Zatwierdzono w oryginale:

Prezes Zarządu

Katarzyna Muszak