Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41 378 24 01
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa: www.szpitalbusko.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **ZOZ/DO/OM/ZP/63/2026**

Busko – Zdrój, dnia 28.10.2026 r.

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowego sprzętu medycznego do apteki Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2026 r. poz.793). *Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2026 r., numer ogłoszenia 2026/BZP 00497802.*

Do wszystkich Wykonawców:
Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców do w/w przetargu.

Pytanie 1
Czy Zamawiający w **Zadaniu 1** w pozycjach 1-2-3 dopuści rurkę bez oznaczenia rodzaju mankietu na baloniku kontrolnym (zmiana wprowadzona przez producenta w produkcie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego). Rurka posiada na baloniku kontrolnym poniższe oznaczenia: producent, marka, rozmiar rurki i średnica mankietu, natomiast rodzaj mankietu został określony w instrukcji dla użytkownika; rurka spełniająca pozostałe wymagania SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2
Czy Zamawiający w **Zadaniu 1** w pozycjach 4-5 dopuści zestaw wyposażony w rurki tracheostomijne bez oznaczenia rodzaju mankietu na baloniku kontrolnym (zmiana wprowadzona przez producenta w produkcie dotychczas stosowanym przez Zamawiającego). Rurka posiada na baloniku kontrolnym poniższe oznaczenia: producent, marka, rozmiar rurki i średnica mankietu, natomiast rodzaj mankietu został określony w instrukcji dla użytkownika; rurka spełniająca pozostałe wymagania SWZ.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3
Czy Zamawiający w **Zadaniu 1** w pozycjach 4-5 dopuści zestaw w składzie którego jest m.in. opaska do rurki (bez tasiemki), szczoteczka do kaniul oraz dodatkowo podkładka pod rurkę tracheostomijną; zestaw spełniający pozostałe wymagania SWZ. Powyższy zestaw jest dotychczas stosowany przez Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4
Czy Zamawiający w **Zadaniu 1** w pozycjach 4-5 mógłby doprecyzować, czy oczekuje, aby w zestawie (tak, jak w dotychczas stosowanym przez Zamawiającego) były kaniule wewnętrzne do rurki do opcjonalnego użytku
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5
Czy Zamawiający dopuści w załączniku nr 5?
Endoretka (aspirator endometrialny) – do wykonywania przezszyjkowej biopsji endometrium bez znieczulenia i rozszerzania kanału szyjki macicy, sterylny, jednorazowego użytku. Aspirator o dużej sile ssącej dzięki podwójnemu wewnętrznemu tłokowi. Wykonany z polipropylenu, zawiera 4 boczne otwory na samym końcu, które umożliwiają precyzyjne pobieranie materiału z dna macicy.

Zespół Opieki Zdrowotnej
w Busku-Zdroju

Zespół Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
ul Bohaterów Warszawy 67
28-100 Busko- Zdrój
tel. centrala 41 378 24 01
NIP: 655-16-62-705 Regon: 000311467
e-mail: sekretariat@zoz.busko.com.pl
strona internetowa: www.szpitalbusko.pl

* średnica zewnętrzna 3,1 mm
* średnica wewnętrzna 2,6 mm
* długość robocza 235 mm
* długość całkowita 262 mm
* oznaczenie głębokości (miarka wzdłuż aspiratora) ułatwiające lokalizację umiejscowienia w macicy
* delikatna zaokrąglona końcówka minimalizująca ryzyko przebicia macicy i zranienia Pacjentki

Posiada skalę centymetrową, produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo.
Opakowanie zbiorcze po 20 szt.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju
Janina Dobaj

DYREKTOR
ZOZ w Busku-Zdroju
Janina Dobaj

DZIAŁ ORGANIZACYJNO PRAWNY
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju
Sekcja Zamówień Publicznych i Zakupów
Sporządził: .....
Zatwierdził: .....