Jedlińsk, 3.09.2026 r.

Zamawiający:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W JEDLIŃSKU

ul. Warecka 4

26-660 Jedlińsk

Wykonawcy w postępowaniu:

DOSTAWA NOWOCZESNEGO APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO

Nr sprawy: PN/03/2026

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

W odpowiedzi na wniosek wykonawcy Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §3 ust 1b, SWZ III Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.2:

Prosimy o wyjaśnienie treści zapisu „Umowa § 3 ust 1b udzielenie bezterminowej licencji na oprogramowanie oraz dokonanie integracji aparatu USG z systemem w KS-Somed użytkowanym u Zamawiającego;" w zakresie:

1.Zakresu integracji,

2.Szczegółów API,

3.Informacji co system KS-SOMED miałby z zapisami z takiej aparatury robić.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia i podaje zakres integracji:

* Lekarz POZ lub każdy inny robi skierowanie wewnętrzne dla pacjenta na określoną usługę medyczną zdefiniowaną w KS-SOMED.
* Rejestracja planuje pracę Pracowni USG i wpisuje pacjenta do grafiku na badanie; Decyzja

czy to będzie jeden grafik czy dla każdego lekarza opisującego (Kardiolog/ginekolog/radiolog) będzie przedmiotem ustaleń wdrożeniowych

* Pacjent w ustalonym dniu zgłasza się na wizytę, a lekarz w module Gabinet dokonuje opisu wykonanego badania - jako wynik badania.

* Po zakończeniu wizyty/badania, wynik badania jest dostępny w systemie i trafia na następną wizytę do lekarza Kierującego

* Dla każdego lekarza wykonującego badanie (Kardiolog/ginekolog/radiolog) - należy przygotować po 2 formularze opisu badania.

Szczegóły API
Integracja urządzeń diagnostycznych w systemie KS-Somed realizowana jest za pomocą standardowych protokołów medycznych (np. DICOM Store, DICOM Modality Worklist).

Zamawiający wyjaśnia i zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest do kompleksowego wykonania i sfinansowania całości prac wdrożeniowych i konfiguracyjnych po obu stronach interfejsu. W ramach ceny ofertowej Wykonawca musi pokryć wszelkie koszty zewnętrzne asysty technicznej i serwisu producenta oprogramowania KS-Somed (firmy Kamsoft S.A. lub jej autoryzowanego partnera) związane z dostosowaniem, uruchomieniem i konfiguracją systemu KS-Somed na potrzeby tej integracji u Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie skontaktować się z serwisem systemu KS-Somed w celu wyceny tych prac i uwzględnienia ich w ryczałtowej cenie oferty.

Informacje, co system KS-SOMED miałby z zapisami z takiej aparatury robić.:

Zapisy obejmujące wynik badania są dostępne w systemie i trafiają na następną wizytę do lekarza Kierującego.

Pytanie 2

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §3 ust 17b

Czy Zamawiający poprzez pojęcie dokumentacja opisana w §3 ust 17b uzna dostarczenie wypełnionego paszportu technicznego; harmonogramu przeglądów technicznych; wykazu materiałów zużywalnych rekomendowanych przez producenta oraz instrukcji obsługi?

Odpowiedź

Zamawiający poprzez pojęcie dokumentacja opisana w §3 ust 17b uzna dostarczenie wypełnionego paszportu technicznego; harmonogramu przeglądów technicznych; wykazu materiałów zużywalnych rekomendowanych przez producenta oraz instrukcji obsługi pod warunkiem, iż dokumenty te zawierają wszystkie elementy i informacje wymagane zgodnie z w §3 ust 17b Umowy.

Pytanie 3

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §3 ust 17c

Producent opracowuje na bieżąco listę środków dezynfekcyjnych i eksploatacyjnych, które są rekomendowane do używania w badaniach ultrasonograficznych z użyciem aparatu tejże firmy. Na liście znajdują się konkretne środki, które zostały przetestowane w laboratoriach. Tak więc firma rekomenduje do używania konkretne środki (konkretny typ, konkretny producent) nie podając ich składu chemicznego. Prosimy zatem o usunięcie zapisu dotyczącego przekazywania informacji o związkach chemicznych danego środka. Producent danego środka przedstawia skład na etykiecie opakowania.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje wymagania SWZ, w tym załącznika nr 7.

Pytanie 4

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §3 ust 17e

Czy Zamawiający poprzez pojęcie dokumentacja techniczna uzna dostarczenie wypełnionego paszportu technicznego; harmonogramu przeglądów technicznych; wykazu materiałów zużywalnych rekomendowanych przez producenta oraz instrukcji obsługi?

Odpowiedź

Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentacji technicznej spełniającej wymagania unijnego rozporządzenia MDR (Medical Device Regulation 2017/745) oraz ustawy o wyrobach medycznych.

Pytanie 5

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §3 ust 22

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu z „Zamawiający jest uprawniony, bez dodatkowej zgody Wykonawcy, do upoważnienia podmiotów trzecich, którym powierzył utrzymanie, serwis, konserwację lub wsparcie techniczne urządzenia medycznego, do wykonywania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności technicznych na Oprogramowaniu (w tym uruchamiania, konfiguracji, sporządzania kopii zapasowych oraz instalacji aktualizacji), w celu i w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług na rzecz Zamawiającego. Działania takie nie będą traktowane jako naruszenie warunków licencji ani praw autorskich licencjodawcy” na „Zamawiający jest uprawniony, bez dodatkowej zgody Wykonawcy, do upoważnienia autoryzowanych przez producenta podmiotów trzecich, którym powierzył utrzymanie, serwis, konserwację lub wsparcie techniczne urządzenia medycznego, do wykonywania w imieniu

Zamawiającego wszelkich czynności technicznych na Oprogramowaniu (w tym uruchamiania, konfiguracji, sporządzania kopii zapasowych oraz instalacji aktualizacji), w celu i w zakresie niezbędnym do świadczenia tych usług na rzecz Zamawiającego. Działania takie nie będą traktowane jako naruszenie warunków licencji ani praw autorskich licencjodawcy"?

Ingerencja podmiotu nieautoryzowanego w okresie gwarancji powoduje jej utratę.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ, w tym załącznika nr 7. Licencja obowiązuje również po okresie gwarancji – jest bezterminowa.

Pytanie 6

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §3 ust 26

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu z „Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł za każdy dzień zwłoki." Na „Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki."?

Kara umowna w wysokości 5000zł - w ocenie wykonawcy, a także w świetle orzecznictwa - jest niewspółmiernie wysoka i nie przystająca do wysokości obowiązujących kar umownych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ, w tym załącznika nr 7. Zmawiający oczekuje od Wykonawcy wywiązywania się z obowiązków umownych.

Pytanie 7

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §5 ust 4

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku kryterium „czas reakcji" kontakt telefoniczny z użytkownikiem wraz z diagnostyką zdalną? W wielu przypadkach doświadczony serwis jest w stanie zdiagnozować usterkę po konsultacji z użytkownikiem aparatu.

Odpowiedź

Zamawiający uzna za spełnienie warunku kryterium „czas reakcji" kontakt telefoniczny z użytkownikiem wraz z diagnostyką zdalną pod warunkiem dokonania w ten sposób skutecznej diagnostyki usterki/awarii/wady w umownym terminie. W przeciwnym wypadku Zamawiający oczekuje przybycia autoryzowanego serwisu do Zamawiającego, w terminie do 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

Pytanie 8

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §5 ust 4

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Czas reakcji serwisu oraz czas naprawy będzie liczony od momentu otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia awarii." Na „Czas reakcji serwisu oraz czas naprawy będzie liczony od momentu potwierdzenia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego zgłoszenia awarii."?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ, w tym załącznika nr 7.

Pytanie 9

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §5 ust 7

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Gwarancja na naprawione urządzenia zostanie przedłużona o czas naprawy." na „Gwarancja na naprawione urządzenia zostanie przedłużona o czas naprawy, **pomijając sytuację w której Wykonawca dostarczy aparat/ głowicę zastępczą, zapewniając ciągłość badań.**"?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ, w tym załącznika nr 7. Zamawiający oczekuje dostarczenia aparatu wysokiej jakości.

Pytanie 10

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §5 ust 11

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Dwukrotne uprzednie uszkodzenie tego samego podzespołu/elementu, w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę w przypadku trzeciego uszkodzenia tego samego podzespołu/elementu do jego wymiany na nowy, wolny od wad, spełniający te same parametry, w terminie określonym w ust. 5." na „Trzykrotne uprzednie uszkodzenie tego samego podzespołu/elementu, w okresie gwarancji, obliguje Wykonawcę w przypadku czwartego uszkodzenia tego samego podzespołu/elementu do jego wymiany na nowy, wolny od wad, spełniający te same parametry, w terminie określonym w ust. 5."?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ, w tym załącznika nr 7. Zamawiający oczekuje dostarczenia aparatu wysokiej jakości.

Pytanie 11

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §5 ust 13

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Wykonawca dokona każdorazowo stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej i paszporcie technicznym sprzętu,…" na „Wykonawca dokona każdorazowo stosownych zapisów paszporcie technicznym sprzętu,…"?

Nasza firma dokumentuje wykonanie usługi przez inżyniera serwisowego w paszporcie technicznym, a w nie w dokumencie gwarancyjnym. Standardowa karta gwarancyjna nie zawiera rubryk, gdzie można dokonać wpisów obsługi technicznej.

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę pod warunkiem dostarczenia każdorazowo dodatkowo protokołu wykonanej naprawy.

Pytanie 12

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §5 ust 16

Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu z „Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł za każdy dzień zwłoki." Na „Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki."?

Kara umowna w wysokości 5000zł - w ocenie wykonawcy, a także w świetle orzecznictwa - jest niewspółmiernie wysoka i nie przystająca do wysokości obowiązujących kar umownych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ, w tym załącznika nr 7. Zmawiający oczekuje od Wykonawcy wywiązywania się z obowiązków umownych.

Pytanie 13

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §5 ust 17

Czy Zamawiający zmieni zapis z „W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) następuje przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu." Na „W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) następuje przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu, **pomijając**

sytuację w której Wykonawca dostarczy aparat/ głowicę zastępczą, zapewniając ciągłość badań.”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ, w tym załącznika nr 7. Zamawiający oczekuje dostarczenia aparatu wysokiej jakości.

Pytanie 14

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §7 ust 1.1

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,5% na 0,25%?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ, w tym załącznika nr 7. Zmawiający oczekuje od Wykonawcy wywiązywania się z obowiązków umownych.

Pytanie 15

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §7 ust 1.2

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ, w tym załącznika nr 7. Zmawiający oczekuje od Wykonawcy wywiązywania się z obowiązków umownych.

Pytanie 16

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §7 ust 1.3

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ, w tym załącznika nr 7. Zmawiający oczekuje od Wykonawcy wywiązywania się z obowiązków umownych.

Pytanie 17

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §7 ust 1.4

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych z 0,2% na 0,1%?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ, w tym załącznika nr 7. Zmawiający oczekuje od Wykonawcy wywiązywania się z obowiązków umownych.

Pytanie 18

Ad. Załącznik nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy §7 ust 3 i 4

Czy Zamawiający obniży łączny maksymalny limit kar umownych z 30% a 20%?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje wymagania SWZ, w tym załącznika nr 7.

Zmawiający oczekuje od Wykonawcy wywiązywania się z obowiązków umownych.

Pytanie 19

Ad. Załącznik nr 3 do SWZ – Zestawienie wymaganych parametrów techniczno – użytkowych, **Wymagania ogólne pkt. 8**

Czy Zamawiający zmieni zapis z „Aparat pozbawiony haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy" na „ Aparat pozbawiony haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę sprzętu/ów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy. W przypadku braku możliwości technicznych wygenerowania bezterminowych kodów serwisowych do zaoferowanego sprzętu Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczać kody serwisowe na każde pisemne żądanie (lub regularnie aktualizować kody serwisowe) przez cały czas eksploatacji urządzenia u Zamawiającego i ponosić wszelkie związane z tym koszty – bez dodatkowego wynagrodzenia. (jeżeli dotyczy)."?

Uzasadnienie: W najnowocześniejszych aparatach ultrasonograficznych nie funkcjonują kody serwisowe stałe, jedynie kody dynamiczne/zmienne, do których dostęp w momencie serwisowania posiadają jedynie autoryzowani przedstawiciele producenta za pomocą specjalistycznej aplikacji. W związku z tym nie ma możliwości dostępu do platformy serwisowej przy pomocy kodów stałych. W razie potrzeby Wykonawca udostępni kody serwisowe na wezwanie.

Odpowiedź

Zamawiający uzupełnia pkt. 8 Wymagania ogólne Załącznika nr 8 do SWZ o treść:

„W przypadku braku możliwości technicznych wygenerowania bezterminowych kodów serwisowych do zaoferowanego sprzętu Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczać kody serwisowe na każde pisemne żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od wezwania (lub regularnie aktualizować kody serwisowe) przez cały czas eksploatacji urządzenia u Zamawiającego i ponosić wszelkie związane z tym koszty – bez dodatkowego wynagrodzenia. (jeżeli dotyczy). W przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający uprawniony będzie do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł za każdy dzień zwłoki."

Pytanie 20

Uprzejmie prosimy o udostępnienia załącznika stanowiącego Oświadczenie sankcyjne 9a oraz 9b.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż zapis „Oświadczenie sankcyjne 9a oraz 9b." znajdujący się w Wykazie załączników do SWZ jest omyłkowy. Niniejszym Zamawiający wykreśla pkt. 9. Oświadczenie sankcyjne (9a i 9b) z sekcji: Wykaz załączników do niniejszej SWZ.