Chodzież, dnia 18.06.2026r.

Szpital Powiatowy
im. prof. Romana Drewsa
ul. Żeromskiego 29
64-800 Chodzież

ZAWIADOMIENIE Nr 1

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl
Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa drobnego sprzętu medycznego

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia:

Część 10 poz. 1
Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje 75 opakowań papierów po 5 sztuk=375 sztuk papieru?
Odp. Tak

Część 10 poz. 3
Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje 8 opakowań papierów po 4 sztuki=32 sztuki papieru?
Odp. Tak

Część 10 poz. 6
Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrod o średnicy 36mm z języczkiem
Odp. Dopuszczamy

CZĘŚĆ NR 6
1. Poz. nr 23,24,25,26 - czy Zamawiający dopuści, aby dwuświatłowy dren wchodzący w skład zestawów opatrunkowych, jak i połączony z jałowymi zbiornikami, wykonany był z miękkiego poliwinylu. Posiada on cechy i właściwości takie same jak dren z silikonu.
Odp. Dopuszczamy

2. Poz. nr 24 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania Zestawu opatrunkowego średniego zawierającego w swoim składzie nie 3, a 2szt. samoprzylepnej transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30cm?
Odp. Dopuszczamy

1. Dotyczy Część nr 8, pozycja nr 1: Czy w miejsce rękaw 100mmx40mmx100m Zamawiający dopuści rękaw 100mmx50mmx100m?
Odp. Wymagamy produktów zgodnie z SWZ

2. Dotyczy Część nr 8, pozycja nr 3: Czy w miejsce rękaw 250mmx60mmx100m Zamawiający dopuści rękaw 250mmx65mmx100m?
Odp. Wymagamy produktów zgodnie z SWZ

3. Dotyczy Część nr 8, pozycja nr 3: Czy w miejsce rękaw 380mmx80mmx100m Zamawiający dopuści rękaw 400mmx80mmx100m?
Odp. Wymagamy produktów zgodnie z SWZ

4. Dotyczy Część nr 8, pozycja nr 6 i 8: Czy Zamawiający dopuści papier zielony i biały pakowane osobno?
Odp. Wymagamy produktów zgodnie z SWZ

5. Dotyczy Część nr 8, pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści papier w opakowaniach po 125 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odp. Wymagamy produktów zgodnie z SWZ

6. Dotyczy Część nr 8, pozycja nr 8: Czy Zamawiający dopuści włókninę SMS w opakowaniach po 70 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odp. Wymagamy produktów zgodnie z SWZ

7. Dotyczy Część nr 8, pozycja nr 8: Czy Zamawiający dopuści włókninę SMS o gramaturze 47g/m2?
Odp. Wymagamy produktów zgodnie z SWZ

8. Dotyczy Część nr 8, pozycja nr 9: Czy Zamawiający dopuści włókninę zieloną o gramaturze 66g/m2?
Odp. Wymagamy produktów zgodnie z SWZ

9. Dotyczy Część nr 8, pozycja nr 9 i 10: Czy Zamawiający dopuści włókninę w opakowaniach po 70 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
Odp. Wymagamy produktów zgodnie z SWZ

1. Część 8, poz. 6-8: Zamawiający pod formularzem cenowym wymaga:
- poz. 6 i 8: papier krepowany o gramaturze 60g/m2
- poz. 7: włóknina SMS do sterylizacji o gramaturze 40g/m2
Czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający oczekuje:
- poz. 6 i 7: papier krepowany o gramaturze 60g/m2
- poz. 8: włóknina SMS do sterylizacji o gramaturze 40g/m2?
Odp. Dopuszczamy

2. Część 8, poz. 9,10: Czy Zamawiający dopuści włókninę o gramaturze minimum 57 g/m2?
Odp. Dopuszczamy

3. Część 8, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści włókninę pakowaną a'80 z przeliczeniem zamawianych ilości z zaokrągleniem opakowań do pełnych jednostek w górę?
Odp. Dopuszczamy

Dotyczy zapisów SWZ:
1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odp. Dopuszczamy

2. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PNEN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.
Odp. Dopuszczamy

Dotyczy Parametry Techniczne:
3. Pakiet 8. Pozycja 1-5.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o gramaturze 60 g? Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868 ? Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?
Odp. Dopuszczamy

4. Pakiet 8. Pozycja 4.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa o wymiarach 400mmx80mmx100m, zamiast 380mmx80mmx100m jak jest w opisie?
Odp. Dopuszczamy

5. Pakiet 8. Pozycja 6.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru pakowanego po 252 szt. Zamiast po 250szt. Jak jest w opisie?
Odp. Dopuszczamy

6. Pakiet 8. Pozycja 7.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru pakowanego po 126 szt. Zamiast po 100szt. Jak jest w opisie?
Odp. Dopuszczamy

7. Pakiet 8. Pozycja 8-10.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny o gramaturze 55g?
Odp. Dopuszczamy

8. Pakiet 8. Pozycja 8.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny pakowanej po 250 szt., zamiast 100szt. Jak jest w opisie?
Odp. Dopuszczamy

9. Pakiet 8. Pozycja 9-10.
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie włókniny pakowanej po 200 szt., zamiast po 75szt. Jak jest w opisie?
Odp. Dopuszczamy

Dotyczy formularza asortymentowo- cenowego dla części nr 5
1. Czy w zapisie wymogów granicznych dla systemu zamkniętego: pkt1: „Pobieranie krwi metodą aspiracyjną” nie doszło do omyłki i Zamawiający dopuści zapis: „Pobieranie krwi metodą aspiracyjno-próżniową” ?
Odp. Tak, dopuszczamy

2. Dotyczy formularza asortymentowo- cenowego dla części nr 5:
W związku z wymogiem zawartym pod pakietem: „W każdą pozycję Pakietu należy wpisać nazwę producenta, nazwę produktu i EAN produktu.” Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do formularza asortymentowo‑cenowego dodatkowych kolumn na powyższe wymagane informacje ?
Odp. Tak

3. Dotyczy formularza asortymentowo- cenowego dla części nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w tabeli asortymentowo-cenowej kolumn z numerem katalogowym oferowanego produktu ? Powyższe rozwiązanie usprawni proces badania ofert przez Zamawiającego oraz zapobiegnie ewentualnym nieścisłościom podczas realizacji umowy
Odp. Tak

4. Dotyczy formularza asortymentowo- cenowego dla części nr 5: W związku z wymogiem zawartym pod pakietem dot. posiadania dla każdej pozycji dokumentów dopuszczających produkty do obrotu (tj. deklaracja zgodności, certyfikat jednostki notyfikowanej), czy Zamawiający wyrazi zgodę aby tylko te produkty, które są wyrobami medycznymi i wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro spełniały ten wymóg ‑ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a co za tym idzie posiadały odpowiednie dokumenty?
Uzasadnienie: Produkty z części nr 5 poz. 25 i 26 nie zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne, zatem nie podlegają one ustawie z dnia 07.04.2022r. o wyrobach medycznych, (Dz. U. 2022 poz. 974) oraz rozporządzeniom unijnym MDR IVDR
Odp. Tak, wyrażamy zgodę

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesuniecie terminu składania ofert o co najmniej jeden dzień roboczy?
Odp. Zgoda

Pakiet 2 pozycja 95 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładanego metodą „push” jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu PEG, GastroTube lub Button), wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. Port do napełniania balonu z zastawką antyrefluksową. Wolne od lateksu i DEHP. Rozmiar 15 CH, długość 13 cm, pojemność balonika 5-7,5 cm3?
Odp. Tak, dopuszczamy

Do umowy:
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Odp. Zapisy bez zmian

Część 1 poz. 2
Czy Zmawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PVC o długości 55 mm (w części przezroczystej) całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta czteropłaszczyznowo, wykonana z ABS, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu , nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie , opakowanie kolorystyczne folia ‑ papier , sterylny. x 1 szt.?
Odp. Dopuszczamy

Część 1 poz. 3
Czy Zmawiający dopuści Przyrząd jednorazowego użytku do transfuzji, komora kroplowa z PVC, całość wolna od ftalanów, logo producenta bezpośrednio na przyrządzie?
Odp. Dopuszczamy

Część 1 poz. 9, 12
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’ 25 oraz wycenę za opakowanie a’ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem w górę do pełnego opakowania?
Odp. Dopuszczamy

Część 1 poz. 10-11
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’ 25 oraz wycenę za opakowanie a’ 25 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?
Odp. Dopuszczamy

Część 3 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach

palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/-0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I Reguły 5 i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część 3 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/-0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I Reguły 5 i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część 3 poz. 3
Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, o podwyższonej grubości, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 300mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16mm +/-0,01mm, na dłoni 0,12+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 13N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 8 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi) na poziomie 6. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I Reguły 5 i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część 3 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana ułatwiająca zakładanie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu 0,18±0,02, na dłoni 0,16±0,02, mankiecie 0,14±0,02, długość min 280 mm. Rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu ≤30 μ g/g, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zgodne z EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń , z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, co minimalizuje straty i podnosi efektywność pracy. Objętość dyspensera nie większa niż 5 000 cm3 co powoduje oszczędność miejsca na półce nawet o 80% i mniejszą ilość odpadów do utylizacji. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika , zewnętrzne foliowe z kodem UDI. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 i certyfikowanym systemem zarządzania z EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część 3 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane mączką kukurydzianą, gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor naturalnego lateksu, sterylizowane radiacyjnie, AQL 0.65, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą,

dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu 0,18±0,02, na dłoni 0,16±0,02, mankiecie 0,14±0,02, długość min 280 mm. Poziom pudru <7 mg/dm2, potwierdzony raportem zgodnie z ASTM D6124. Rękawice o niskim kontrolowanym poziomie endotoksyn <1 EU/parę, potwierdzone raportem badania w jednostce niezależnej. Poziom protein białek lateksu ≤30 μ g/g, siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 18N (badania wg EN 455 z jednostki niezależnej). Zgodne z EN 455-2:2024 oraz EN 455-3:2023. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na działanie leków cytostatycznych, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz mikroorganizmów w tym również bakterii i grzybów zgodnie z EN ISO 374-5. Dyspenser ze znacznikiem sterylizacji w kolorze czerwonym oraz możliwością otwierania w pionie i poziomie, co pozwala zredukować przestrzeń , z dodatkowym otworem zwrotnym, umożliwiającym zwrot nadmiernie pobranej, nieotwartej pary rękawic, co minimalizuje straty i podnosi efektywność pracy. Objętość dyspensera nie większa niż 5 000 cm3 co powoduje oszczędność miejsca na półce nawet o 80% i mniejszą ilość odpadów do utylizacji. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0, podwójna bariera pakowania: opakowanie wewnętrzne papier z kodem EAN13 oraz informacjami ostrzegawczymi dla użytkownika , zewnętrzne foliowe z kodem UDI. Wyprodukowane zgodnie z rygorystycznymi standardami EN ISO 13485 i certyfikowanym systemem zarządzania z EN ISO 9001 oraz EN ISO 14001 minimalizując negatywny wpływ na środowisko?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część 3 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, lateksowe, w systemie podwójnego rękawiczkowania, bezpudrowe, polimerowane. Dwie pary rękawic w opakowaniu: rękawica spodnia w kolorze zielonym z wewnętrzną warstwą nawilżającą - aloesową i rękawica wierzchnia w kolorze naturalnego lateksu, mankiet rolowany, zewnętrzna powierzchnia rękawicy wierzchniej antypoślizgowa, rękawicy spodniej - gładka. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III - potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Grubość ścianki rękawic: palec - rękawica spodnia 0,18± 0,03mm, rękawica wierzchnia 0,21 ±0,02mm, dłoń - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,17 ± 0,02mm, mankiet - rękawica spodnia min 0,10mm, rękawica wierzchnia 0,16 ±0,02mm, długość min 280 mm. Siła zrywu przed starzeniem min 11N, po starzeniu min 10N - dla obu rękawic, AQL: 0,65, niski poziom białek lateksowych: max 30 μ g/g dla obu par rękawic - potwierdzone badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Odporne na przenikanie: min 3 substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Zgodne z wymaganiami EN 455, ASTM F1671. Zgodne z EN 374-1,2,3, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z EN 374-3 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie; rękawice spodnie pół rozmiaru większe od rękawicy zewnętrznej; opakowania wewnętrzne papierowe dla każdej pary oddzielne, z oznaczeniem rozmiaru rękawicy, rozróżnieniem lewej i prawej dłoni oraz oznaczeniem kolejności nakładania rękawic, opakowanie zewnętrzne folia. Sterylizowane radiacyjnie. Roz. 6.0-9.0?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część 3 poz. 6
Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania 2500 kompletów po 2 pary rękawic czy należy zaoferować 1250 kompletów po 2 pary (łącznie 2500 par)?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część 3 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, neoprenowe, bezpudrowe, warstwa antypoślizgowa, obustronnie polimerowane, pokryte od wewnątrz warstwą ułatwiającego zakładanie na mokre dłonie, mankiet rolowany zapobiegający się zsuwaniu, kolor beżowy, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczny kształt dłoni, profilowane z przeciwstawnym kciukiem na dłoń lewą i prawą, dzięki lepszemu dopasowaniu redukcja obciążenia dłoni, grubość na palcu 0,20±0,02, na dłoni 0,18±0,02, mankiecie 0,16±0,02, mediana długości min 290 mm. Optymalne do procedur podwójnego rękawiczkowania. Siła zrywu (mediana) przed starzeniem min. 13N. AQL: 0,65. Zgodność z EN 455-1, EN 455-2 oraz EN 455-3 (biokompatybilność i zawartość substancji chemicznych), EN 455-4. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7, oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ A. Produkt wolny od tiuramów, tiomoczników, ditiokarbaminianów (ZBED,ZDBC,ZDEC,ZDMC,ZPMC), beznotiazoli (ZMBT/MBT). Odporne na działanie min.10 leków cytostatycznych powyżej 4h oraz Carmustine 3.3mg/ml i Thiotepa 10.0mg/ml powyżej 30min, zgodnie z ASTM D6978, potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Odporność chemiczna zgodnie z EN 16523, EN ISO 374-1, 2,4,5. Skuteczna ochrona biologiczna przed patogenami krwiopochodnymi - spełnianie wymagań ASTM F1671 oraz osiąganie najwyższej klasy odporności (klasa 6) zgodnie z ISO 16604, potwierdzone raportem z badania w jednostce niezależnej. 5 lat ważności od daty produkcji. Dostępne w rozmiarach 5.5-9.0?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część 10 poz. 2
Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego, zapewniającego pełność kompatybilność i najlepsza jakość wydruku?
Odp. Dopuszczamy

Część 10 poz. 3
Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego, zapewniającego pełność kompatybilność i najlepsza jakość wydruku?
Odp. Dopuszczamy

Część 10 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’ 5 sztuk oraz wycenę za opakowanie a’ 5 sztuk wraz z przeliczeniem wymaganej ilości?
Odp. Tak

Część 10 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o średnicy 43 mm, reszta zgodna z SWZ?
Odp. Tak

Część 10 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o średnicy 48 mm, reszta zgodna z SWZ?
Odp. Tak

Część 10 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o średnicy 36 mm, reszta zgodna z SWZ?
Odp. Tak

Część 10 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o średnicy 40 mm, reszta zgodna z SWZ?
Odp. Tak

Dot. Części 7, poz. 9 Czy Zamawiający dopuści szew z igłą okrągłą z tnącym końcem (przyostrzona)?
Odp. Dopuszczamy

1. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 2 dopuści rozmiar 26 GAx88mm?
Odp. Dopuszczamy

2. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 4 dopuści rozmiar 25 GAx88mm?
Odp. Dopuszczamy

3. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 2 dopuści igłę biorczą ściętą czteropłaszczyznowo?
Odp. Dopuszczamy

4. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 5-8 dopuści kontrastujący mleczny tłok?
Odp. Dopuszczamy

5. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 5-8 dopuści pojedynczą skalę?
Odp. Dopuszczamy

6. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 5-8 dopuści strzykawkę dwuczęściową?
Odp. Zgodnie z SWZ

7. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 5-8 odstąpi od kolorystycznego oznakowania rozmiaru strzykawki na poj. opakowaniu?
Odp. Dopuszczamy

8. Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz. 10 i 12 wymaga końcówki Luer lock?
Odp. Tak

Część 3 poz. 7
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na zaoferowanie rękawic o nieznacznie różniącej się grubości na mankiecie min. 0,13 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
Odp. Dopuszczamy

W rozdziale XII SWZ zapisy otrzymują brzmienie:

1. 3) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia **23.06.2026r**. do godziny 10:00 za pośrednictwem Platformy na adres: https://ezamowienia.gov.pl
2. 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.06.2026r.** o godzinie 10:15.
   5) Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **22.07.2026r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Dyrektor Szpitala
Aleksandra Ćwikła