Chodzież, dnia 19.06.2026r.

Szpital Powiatowy
im. prof. Romana Drewsa
ul. Żeromskiego 29
64-800 Chodzież

ZAWIADOMIENIE Nr 2

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl
Dotyczy:
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

dostawa drobnego sprzętu medycznego

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia:

Część II, pozycja 11
Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehra w rozmiarach CH12-CH18?
Odp. Dopuszczamy

Część II, pozycja 19
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ortopedycznych posiadający końcówki o podanych długościach:
- końcówka ssąca długa zakrzywiona długości ok. 23cm
- końcówka ssąca krótka zakrzywiona długości ok. 15cm
- końcówka ssąca prosta długości ok. 28cm?

Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 22
Zamawiający dopuści jednorazowy, jałowy przedłużacz infuzyjny z kranikiem trójdrożnym, o długości 10 cm, wyposażony w kranik odcinający, łączniki typu luer lock, wszystkie porty zabezpieczone koreczkami, wykonany z transparentnych materiałów, niepirogenny i nietoksyczny, sterylizowany tlenkiem etylenu, z drenem z PVC niezawierającym DEHP, o średnicy wewnętrznej drenu 3,0 mm, przeznaczony do przedłużania linii infuzyjnych, podawania dodatkowych leków i płynów oraz kierowania i odcinania przepływu podczas terapii infuzyjnej i transfuzyjnej?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 23
Czy Zamawiający dopuści kranik 3-drożny z dwoma bezigłowymi złączami typu bionector o całkowitej objętości wypełnienia 0,28 ml, charakteryzujący się zerowym wypływem wstecznym płynu po odłączeniu linii infuzyjnej lub strzykawki, co eliminuje ryzyko cofania się krwi oraz niekontrolowanego bolusa płynu. Posiada bardzo małą objętość wypełnienia złącza bezigłowego wynoszącą 0,02 ml, prosty tor przepływu ułatwiający skuteczne przepłukiwanie systemu, gładką i łatwą do dezynfekcji membranę oraz potwierdzoną skuteczną ochronę przed przenikaniem drobnoustrojów. Dodatkowo złącza są kompatybilne z badaniami MRI do 3 Tesli, odporne na wysokie ciśnienia stosowane podczas badań TK (maks. 350 psi, przepływ powyżej 10 ml/s) oraz wykorzystują technologię podzielnej membrany, która według badań przyczynia się do zmniejszenia ryzyka odcewnikowych zakażeń krwi. Produkt przeznaczony jest do stosowania ze wszystkimi urządzeniami wykorzystywanymi w terapii dożylnej i dotętniczej?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 23
Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny przeznaczony do prowadzenia terapii dożylnej oraz monitorowania ciśnienia, wykonany z poliwęglanu, polietylenu i polipropylenu, o zwiększonej odporności na pękanie wynikającej z zastosowania wysokiej jakości materiału i technologii produkcji, posiadający płaską i łatwą do utrzymania w czystości powierzchnię, o małej objętości wypełnienia (małej przestrzeni martwej), z prostym torem przepływu w obu kierunkach, umożliwiający podawanie tłuszczy oraz chemioterapeutyków, wyposażony w wyczuwalny wskaźnik pozycji otwartej i zamkniętej, sterylizowany promieniowaniem Beta, o okresie ważności wynoszącym 3 lata, oznaczony znakiem CE oraz niezawierający lateksu?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 30
Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu rurkę krtaniową LTS-D jednorazową, sterylną, do wentylacji nadgłośniowej, przeznaczoną do stosowania u pacjentów dorosłych oraz pediatrycznych, wyposażoną w cienkościenny mankiet zapewniający skuteczne uszczelnienie dróg oddechowych przy niskim ciśnieniu (<60 cm H_2O), z kanałem

drenażowym umożliwiającym odprowadzanie treści żołądkowej i zmniejszającym ryzyko aspiracji, z systemem oznaczeń ułatwiającym prawidłowe pozycjonowanie oraz kontrolę głębokości wprowadzenia, z kodowaniem kolorystycznym elementów zestawu, a także z możliwością użycia w warunkach przedszpitalnych, szpitalnych i ratunkowych, w rozmiarach obejmujących pełny zakres pacjentów: noworodki (<5 kg), niemowlęta (5‑12 kg), dzieci (12‑25 kg i 25‑40 kg) oraz dorosłych (od <155 cm do >180 cm wzrostu)
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 35
Czy Zamawiający dopuści opaskę z 3 białymi/kremowymi paskami do mocowania rurki?
Odp. Dopuszczamy

Część II, pozycja 36
Czy Zamawiający dopuści opaskę w kolorze białym/kremowym?
Odp. Dopuszczamy

Część II, pozycja 36
Czy Zamawiający dopuści opaskę czystą mikrobiologicznie, niesterylną?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 37
Czy Zamawiający dopuści równoważną automatyczną opaskę uciskową?
Odp. Dopuszczamy

Część II, pozycja 45
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 10l opisany poniżej:
· Wymiary:
o Średnica górna: 240 mm
o Średnica dolna: 200 mm
o Wysokość całkowita: 300 mm
o Otwór wrzutowy: 100 mm
· Opakowanie:
o Worek PE zawierający 10 szt. pojemników
· Materiał:
o Polipropylen barwiony.
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 46
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 1l opisany poniżej:
· Wymiary:
o Średnica górna: 140 mm
o Średnica dolna: 102 mm
o Wysokość całkowita: 125 mm
o Otwór wrzutowy: 60 mm
· Opakowanie:
o Worek PE zawierający 50 szt. pojemników
· Materiał:
o Polipropylen barwiony.
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 47
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 20l opisany poniżej:
· Wymiary:
o Średnica górna: 320 mm
o Średnica dolna: 300 mm
o Wysokość całkowita: 280 mm
o Otwór wrzutowy: 115 mm
· Materiał:
o Polipropylen barwiony.
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 48
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 2l opisany poniżej:
· Wymiary:
o Średnica górna: 165 mm
o Średnica dolna: 120 mm
o Wysokość całkowita: 160 mm

o Otwór wrzutowy: 70 mm
· Opakowanie:
o Worek PE zawierający 50 szt. pojemników
· Materiał:
o Polipropylen barwiony.
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 49
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 3,5l opisany poniżej:
· Wymiary:
o wysokość pojemnika: 130 mm,
o średnica górna pojemnika: 230 mm,
o dolna średnica: 200 mm,
· Materiał:
o Polipropylen barwiony.
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 51
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 0,7l opisany poniżej:
· Wymiary:
o Średnica górna: 140 mm
o Średnica dolna: 102 mm
o Wysokość całkowita: 115 mm
o Otwór wrzutowy: 60 mm
· Opakowanie:
o Worek PE zawierający 50 szt. pojemników
· Materiał:
o Polipropylen barwiony.
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 52
Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 0,7l opisany poniżej:
· Wymiary:
o Wymiary DxS: Owal 100x55 mm
o Wysokość całkowita: 120 mm
o Otwór wrzutowy: 37 mm
· Opakowanie:
o Worek PE zawierający 25 szt. pojemników
· Materiał:
o Polipropylen barwiony
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 56
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę w kolorze niebieskim?
Odp. Dopuszczamy

Część II, pozycja 60
Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania leków z opakowań wielodawkowych minispike opisany poniżej:
· Bezigłowy przyrząd do pobierania leków z fiolek z gumowym korkiem oraz butelek
· Dwuświatłowy
· Przeznaczone do wielokrotnych aspiracji
· Wyposażone w hydrofobowy i lipofobowy filtr odpowietrzający (bakteryjny) 0,2 μ m
· Możliwość aktywacji 300 razy przez 96 godzin
· Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających
· Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock
· W pełni szczelne i bezpieczne połączenie
· Możliwość stosowania z lekami cytostatycznymi
· Specjalne zakończenie kolca biorczego umożliwiającego całkowite opróżnienie butelki/fiolki
· Płaska powierzchnia membrany
· Dezynfekcja membrany poprzez przetarcie gazikiem z alkoholem
· Bez lateksu, PCV oraz DEHP
· Sterylizowane tlenkiem etylenu
· Opakowanie papier-folia
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 66
Czy Zamawiający dopuści odstąpi od „z prowadnicą wewnątrz rurki” ?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 66
Czy Zamawiający dopuści prowadnicę dołączona osobno?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 68
Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową w rozmiarach:

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ (mm)
000	40
00	50
0	60
1	70
2	80
3	90
4	100
5	110
6	120?

Odp. Dopuszczamy

Część II, pozycja 73
Czy Zamawiający odstąpi od „etykieta do wpisywania danych pacjenta?
Odp. Dopuszczamy

Część II, pozycja 76
Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o parametrach:
· Wykonany z medycznego PCV
· Worek o pojemność 2000 ml z zastawką antyzwrotną
· Dren o długości 120 cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką
· Bezigłowy port do pobierania próbek moczu
· Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia
· Komora pomiarowa o pojemności 500 ml
· Filtr hydrofobowy w worku i komorze
· Worek zbiorczy skalowany co 50 ml od 100 ml do 2000 ml
· Komora kroplowa skalowana co 1 ml do 50 ml oraz co 5 ml od 50 ml do 500 ml
· Uniwersalny, zintegrowany wieszak
· Bezlateksowy
· Jednorazowego użytku
· Sterylizowany tlenkiem etylenu
· Opakowanie: folia/papier?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 79
Czy zamawiający dopuści bezpieczny, sterylny, jednorazowy łącznik do dostępu dożylnego przeznaczony do systemu zabezpieczającego przed kontaktem z lekami cytotoksycznymi, umożliwiający szczelne i higieniczne połączenie z dostępem dożylnym. Konektor do zamontowania na dostępie dożylnym u pacjenta. Do bezigłowych systemów łączących z wewnętrznymi tłokami?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 80-81
Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania o parametrach:
· Posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
· Posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
· Posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
· Posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
· Posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
· Regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „UP”
· Blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

· Posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
· System wyposażony w klin pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
· Cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
· Cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
· Oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
· W zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim oraz łącznik karbowany
· System stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
· Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
· Jednorazowego użytku, z możliwością stosowania do 72h
· Pakowana folia/ papier?

ROZMIAR	DŁUGOŚĆ	PRZEZNACZENIE
10Fr 3,35mm	600mm	intubacja
12Fr 4,05mm	600mm	intubacja
14Fr 4,75mm	600mm	intubacja
16Fr 5,45mm	600mm	intubacja
10Fr 3,35mm	330mm	tracheostomia
12Fr 4,05mm	330mm	tracheostomia
14Fr 4,75mm	330mm	tracheostomia
16Fr 5,45mm	330mm	tracheostomia

Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 82
Czy Zamawiający dopuści sterylne, jednorazowe urządzenie do przenoszenia leków onkologicznych, mocowane pomiędzy adapterem zabezpieczającym a łącznikiem systemu, kompatybilne z adapterami w różnych rozmiarach, przeznaczone do podłączenia do strzykawki jednorazowej lub linii infuzyjnej ze złączem Luer-Lock, w wariancie bez zatyczki ochronnej?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 83
Czy Zamawiający dopuści przepływ > 1000 ml/10 minut przy 0,9% roztworze NaCl?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 85
Czy Zamawiający dopuści cewnik tętniczy wprowadzany techniką Seldingera, wykonany z przezroczystego materiału z liniami RTG, wyposażony w igłę do nakłuwania z komorą wizualizacyjną umożliwiającą potwierdzenie nakłucia tętnicy poprzez obserwację pulsacyjnego wypływu krwi bez jej rozlania po wprowadzeniu igły oraz w silikonowy zawór BLS zapobiegający utracie krwi podczas kaniulacji naczynia, o parametrach: rozmiar cewnika 18 G (4 Fr), średnica zewnętrzna cewnika 1,2 mm, długość cewnika 18 cm, przepływ 34 ml/min, z igłą do nakłuwania 19 G o długości 68 mm, średnicy wewnętrznej 0,8 mm i średnicy zewnętrznej 1,1 mm?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 88
Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów ortopedycznych o składzie:
1. uchwyt rozbudowany z filtrem; średnica wejścia ok. 9/11mm; długość ok. 21cm; filtr perforowany o średnicy ok. 16,5/19mm i długości ok. 12,3cm
2. dodatkowy filtr perforowany
3. końcówka ssąca długa zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 23cm
4. końcówka ssąca krótka zakrzywiona o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 15cm
5. końcówka ssąca prosta o średnicy ok. 5/7mm i długości ok. 28cm
6. dren z końcówką lejek ‑ cut-to-fit o średnicy 5/8mm i długości 200cm?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 92
Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania motylka? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 93
Czy Zamawiający zestaw do kaniulacji dużych naczyń (czterokanałowy) opisany poniżej:
8,5F, długość 15 cm, igła 15G 70 cm, prowadnik 0,035” 50 cm, prowadnik „J”, rozszerzacz 9F 12 cm, skalpel, strzykawka, motylek z zaciskiem?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część II, pozycja 98-99
Czy Zamawiający dopuści żel bezbarwny?
Odp. Zgodnie z SWZ

Część nr 1 poz. 2 poz. 3
Proszę o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych przyrządu jednorazowego użytku do transfuzji z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC w związku z tym , iż każdy wyposażony jest w dren, który wykonany jest z PVC co stanowi logiczne zaprzeczenie sformułowanego wymogu dla komory kroplowej, w związku z tym, że cały proces podaży płynu przebiega przez cały przyrząd od komory kroplowej przez dren. W przypadku odmowy prosimy o medyczne uzasadnienie.
Odp. Dopuszczamy

Część nr 1 poz. 2
Prosimy o dopuszczenie przyrządu z igłą biorczą ściętą trójpłaszczyznowo wykonaną z ABS.
Odp. Dopuszczamy

Część nr 1 poz. 5-8
Prosimy o dopuszczenie strzykawki 3 cz z pojedynczą skala pomiarową, w przypadku odmowy prosimy o medyczne uzasadnienie.
Odp. Dopuszczamy

Część nr 1 poz.. 13
Prosimy o dopuszczenie strzykawki 50-60 ml ENFIT innego procenta niż Nutrice, taki opis jest sprzeczny z zasadą uczciwiej konkurencyjności dla firm.
Odp. Dopuszczamy

Pytanie nr 1 Do umowy:
Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Odp. Zapisy bez zmian

Dyrektor Szpitala
Aleksandra Ćwikła