Rzeszów, 12.10.2026 r.

znak sprawy: **1/2026/PROFAMILIA**
telefon: (17) 773 57 40
e-mail: magdalena.pyka@pro-familia.pl
Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a1237ebd-8b84-4e4f-8685-2433b45d328b

Na stronę internetową
prowadzonego postępowania

Zamawiający: **Szpital Specjalistyczny Pro-Familia Tomasz Łoziński Sp. k.**
Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. 2026, poz. 793 [dalej: ustawa Pzp] na realizację zadania pn. **Zakup i dostawa sprzętu dla wyposażenia banku mleka (3 części).**

Wyjaśnienia nr 1 treści SWZ nr 1/2026/PROFAMILIA
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań i wyjaśnienia do SWZ:
Pytanie 1.
Zapytania dotyczą zestawienia PARAMETRÓW – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ.
Zapytanie nr 1 Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści analizator z dokładnością analityczną 0,1 wyrażaną w procentach? (0,1% to to samo co 0,1g/ml)
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że Załącznik nr 5 do SWZ jest ściśle powiązany z Załącznikiem nr 1 do SWZ – Opisem przedmiotu zamówienia. Zestawienie parametrów (załącznik nr 5 do SWZ) będzie wymagane wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawcy zobligowani są posługiwać się parametrami technicznymi wskazanymi w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla cz. 1-3.

Pytanie 2.
Zapytania dotyczą zestawienia PARAMETRÓW – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ.
Zapytanie nr 2 Pkt. 12. Czy Zamawiający dopuści wyniki podawane w % (g/100ml =%)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że Załącznik nr 5 do SWZ jest ściśle powiązany z Załącznikiem nr 1 do SWZ – Opisem przedmiotu zamówienia. Zestawienie parametrów (załącznik nr 5

do SWZ) będzie wymagane wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawcy zobligowani są posługiwać się parametrami technicznymi wskazanymi w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla cz. 1-3.

Pytanie 3.
Zapytania dotyczą zestawienia PARAMETRÓW – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ.
Sonifikator - Czy Zamawiający wydzieli sonikator do oddzielnego pakietu, lub dopuści analizator składu mleka nie wymagający stosowania sonikatora? Tak skonstruowany pakiet uniemożliwia złożenie oferty firmie oferującej wysokiej jakości analizator stosowany na terenie całego kraju. Natomiast wydzielenie sonikatora do oddzielnego pakietu umożliwia złożenie oferty wielu firmom, także tym nie oferującym analizatora składu mleka.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na tego typu rozwiązanie. Przedmiot zamówienia – zgodnie z treścią projektu, z którego jest dofinansowany, stanowi formę nierozdzielnego zestawu.

Pytanie 4.
Zapytania dotyczą zestawienia PARAMETRÓW – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ.
Zapytanie nr 4 Pkt 14 – 15. Czy Zamawiający dopuści automatyczny, precyzyjny analizator składu mleka będący urządzeniem laboratoryjnym, posiadający oznaczenie CE oraz deklarację zgodności zgodną z normami: BDS EN 61010-1:2004, BS EN 61326-1:2006, BS EN 61010-2-081:2003+A1:2004, cz. 2-081 i spełnia wymagania SOHO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2024/1938 (SOHO). W związku z tym, że analizator składu mleka nie jest wyrobem medycznym (vat 23%), a jest urządzeniem laboratoryjnym (wysoce precyzyjnym, w pełni automatycznym, analizuje mleko ludzkie) zgodnie z normą BDS EN 61010-1:2004, BS EN 61326-1:2006, BS EN 61010-2-081:2003+A1:2004, cz. 2-081 oraz spełnia wymagania SOHO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 2024/1938 (SOHO) to w związku z tym, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie urządzenia laboratoryjnego oznaczonego znakiem CE.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że Załącznik nr 5 do SWZ jest ściśle powiązany z Załącznikiem nr 1 do SWZ – Opisem przedmiotu zamówienia. Zestawienie parametrów (załącznik nr 5 do SWZ) będzie wymagane wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Wykonawcy zobligowani są posługiwać się parametrami technicznymi wskazanymi w Załączniku nr 1 do SWZ – Opisie przedmiotu zamówienia dla cz. 1-3.

Pytanie 5.
Czy zamawiający zgodzi się aby, w punkcie 5 „Mechaniczna separacja mediów umiejscowiona pomiędzy akcesoriami wchodzącymi w kontakt z pokarmem, a drenem umożliwiająca prowadzenie dezynfekcji termicznej po każdorazowym użyciu” dotyczyła tylko wspomnianych w punkcie 13 przez zamawiającego „Wielorazowych zestawów osobisty przeznaczony do użytkowania na terenie szpitala (lejek oraz butelka) min. 100 szt.”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6.
Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie laktatora szpitalnego z poniższymi parametrami: Parametry w trybie stymulacji regulowane w zakresie: -podciśnienie 50-200 mmHg Oraz Parametry w trybie odciągania zasadniczego regulowane w zakresie: - podciśnienie 50-250 mmHg - rytm pracy 34-78 cykli (zassań) na minutę.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7.
Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w ramach oferty: - 100 szt. butelek 35 ml -100 szt. butelek 80 ml oraz - 150 szt. butelek 150 ml
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8.
Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie laktatora z wyświetlaczem LCD bez opcji przyciemniania?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 9.
Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie laktatora bez zegara umożliwiającego pomiar czasu odciągania pokarmu ale za to z automatycznym ustawieniem czasowym po którym laktator sam się wyłącza.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10.
Czy zamawiający wymaga aby obsługa laktator oraz komunikaty pracy i trybu odciągania była w języku polskim?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga, aby obsługa laktatora oraz komunikaty pracy i trybu odciągania, były w języku polskim.