SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Radzyniu Podlaskim
ul. Wisznicka 111
21-300 Radzyń Podlaski

BGK 88 1130 1206 0028 9005 3320 0004

System zarządzania ISO 9001:2015
TÜVRheinland CERTYFIKOWANO
www.tuv.com ID 9105044531

NIP 538-15-94-311 Sekretariat tel.: (83) 413-22-67 Fax: (83) 413-22-00 e-mail: sekretariat@spzozrp.pl www.spzozrp.pl
Zamówienia Publiczne tel. (83) 413-23-87 e-mail: przetargi@spzozrp.pl

NASZ ZNAK: 8/2026/ZP **Data : 22.07.2026r.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 na dostawę obłożeń i wyrobów medycznych na potrzeby SPZOZ w Radzyniu Podlaskim

Informacja nr 3

SPZOZ w Radzyniu Podlaskim jako Zamawiający, informuje na podst. art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp), i wyjaśnia zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

W dniach 09-13.07.2026 r. - wpłynęły pytania, przedstawione poniżej:

1. **Pytanie do SWZ.** Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie z Zadania nr 7 pozycji nr 4 do odrębnej części (pakietu) postępowania. Pozycje 1–3 obejmują wyroby o odmiennym przeznaczeniu i funkcjonalności, tj. podkład na stół operacyjny, matę podłogową oraz jednorazowy koc ogrzewający. Są to produkty przeznaczone do zabezpieczenia pola operacyjnego oraz utrzymania komfortu termicznego pacjenta.

Natomiast pozycja nr 4 dotyczy jednorazowych ściereczek do osuszania ciała – suchych, niestrzępiących się wyrobów wykonanych z włókniny, stanowiących odrębną grupę asortymentową, oferowaną przez wyspecjalizowanych producentów. Produkty te nie stanowią gotowych wyrobów do dezynfekcji ani nie są funkcjonalnie powiązane z pozostałym asortymentem objętym Zadaniem nr 7. Połączenie w jednym pakiecie wyrobów o tak różnym przeznaczeniu i funkcjonalności ogranicza możliwość udziału w postępowaniu wykonawców specjalizujących się w produkcji i dostawie wyrobów objętych pozycją nr 4, mimo że są oni w stanie zapewnić ich dostawę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. W konsekwencji ogranicza to konkurencję oraz zmniejsza liczbę potencjalnych ofert. Wydzielenie pozycji nr 4 do odrębnej części postępowania umożliwi udział większej liczbie wyspecjalizowanych wykonawców, zwiększy konkurencyjność postępowania oraz może przełożyć się na uzyskanie korzystniejszych warunków cenowych dla Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymaganych parametrów jakościowych. Rozwiązanie takie pozostaje zgodne z zasadami zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz proporcjonalności, określonymi w art. 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydzielenie pozycji nr 4 do odrębnego pakietu (części) postępowania.

Odp.: Nie.

2. Pytanie do pakietu: - 7, poz. 2- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do oceny maty w rozmiarze 70x 102 cm.

Odp.: Nie.

3. Pytanie do pakietu: - 7, poz. 3- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do oceny koc w rozmiarze 110 x 220 cm. Warstwa zewnętrzna o gramaturze 30g/m2

Odp.:Tak.

4. Pytanie do pakietu: - 7, poz. 4- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do oceny ściereczki pakowane po 30 szt.

Odp.: Tak z odpowiednim przeliczeniem ilości.

5. Pytanie do pakietu: - 8, poz. 1- Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do oceny matę w rozmiarze 71 x 183 cm.

Odp.: Nie.

6. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR, art. 14, pkt 3 Zamawiający wymaga aby dostawy do jego jednostki były realizowane zgodnie z warunkami określonymi przez producenta?

Odp.: Zgodnie z SWZ.

7. Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, § 13.1 pkt. g, Zamawiający kontroluje warunki, w jakich odbywał się transport wyrobów medycznych, tj. sprawdza m.in. temperaturę przestrzeni ładunkowej pojazdu, którym wykonano dostawę? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa.

Odp.: Zgodnie z SWZ.

8. Prosimy o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów prawa, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych (Medical Devices Regulation) MDR oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, Zamawiający wymaga realizacji dostaw wyłącznie środkami transportu posiadającymi możliwość dokumentacji temperatury z przestrzeni ładunkowej?
Odp.: Zgodnie z SWZ.

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu 9 poz. 1 sterylną wodę do inhalacji przeznaczoną do nawilżania gazów oddechowych podczas tlenoterapii, w zamkniętym systemie nawilżania, kompatybilna z reduktorami tlenowymi, w zestawie sterylny adapter będący jednocześnie łącznikiem, wbudowany port do podłączenia drenu tlenowego, alarm dźwiękowy oraz rozpylacz, możliwość stosowania do 35 dni. Produkt sterylny, wolny od pirogenów, z instrukcją obsługi w języku polskim, pojemnik wypełniony 340ml sterylne wody do inhalacji?

Odp.: Tak.

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu 9 poz. 2 sterylną wodę do inhalacji przeznaczoną do nawilżania gazów oddechowych podczas tlenoterapii, w zamkniętym systemie nawilżania, kompatybilna z reduktorami tlenowymi, w zestawie sterylny adapter będący jednocześnie łącznikiem, wbudowany port do podłączenia drenu tlenowego, alarm dźwiękowy oraz rozpylacz, możliwość stosowania do 35 dni. Produkt sterylny, wolny od pirogenów, z instrukcją obsługi w języku polskim, pojemnik wypełniony 650 ml sterylnej wody do inhalacji?

Odp.: Tak.

11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu 9 poz. 1 sterylną wodę do inhalacji przeznaczoną do nawilżania gazów oddechowych podczas tlenoterapii, w zamkniętym systemie nawilżania, kompatybilna z reduktorami tlenowymi, w zestawie sterylny adapter będący jednocześnie łącznikiem, wbudowany port do podłączenia drenu tlenowego, alarm dźwiękowy oraz rozpylacz, możliwość stosowania do 70 dni. Produkt sterylny, wolny od pirogenów, z instrukcją obsługi w języku polskim, pojemnik wypełniony 350ml sterylne wody do inhalacji z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odp.: Tak.

12. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Zadaniu 9 poz. 2 sterylną wodę do inhalacji przeznaczoną do nawilżania gazów oddechowych podczas tlenoterapii, w zamkniętym systemie nawilżania, kompatybilna z reduktorami tlenowymi, w zestawie sterylny adapter będący

jednocześnie łącznikiem, wbudowany port do podłączenia drenu tlenowego, alarm dźwiękowy oraz rozpylacz, możliwość stosowania do 70 dni. Produkt sterylny, wolny od pirogenów, z instrukcją obsługi w języku polskim, pojemnik wypełniony 500 ml sterylnej wody do inhalacji z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań i zaokrągleniem do pełnego opakowania?

Odp.: Tak.

13. Zadanie nr 8
    Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie podłogowej 3 warstwowej maty chłonnej w rolkach o wym. 90 cm x 50 m z możliwością cięcia na dowolny rozmiar, chłonność 4,1 l/m². Górna warstwa z przepuszczalnej wiskozy, gramatura 30g m², środkowa warstwa absorpcyjna o gramaturze 190g/m², dolna warstwa, mikrowytłoczona, antypoślizgowa wykonana z polietylenu o gramaturze 20g/m², kolor niebieski ze stosowanym przeliczeniem ilości.

Odp.: Nie.

14. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
    Zadanie nr 3:
    Poz. nr 1 - 4 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktów zgodnych z przepisami Ustawy z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie wyrobów medycznych (MDR – Medical Device Regulation), spełniających definicję zestawów zabiegowych, które nie zostały sklasyfikowane jako wyroby medyczne?

Odp.: Tak.

15. Zadanie nr 3: Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cesarskiego cięcia zgodnego z opisem, ale różniącego się nieznacznie następującymi parametrami:
    serweta na stół narzędziowy ma rozmiar 150cm x 190cm,
    serweta główna do cięcia cesarskiego ma rozmiar 250/200 x 320cm,
    serweta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm, 6 warstw 20 nitek, biała
    2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony z przodu i na rękawach rozmiar XL
    chłonność materiału z którego wykonany jest zestaw wynosi ok. 315%, a jego gramatura min. 55g/m2, materiał obłożenia spełnia wymagania aktualnej normy EN 13795 - 1?

Odp.: Tak.

16. Zadanie nr 3: Poz. nr 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu ginekologicznego z workiem na płyny zgodnego z opisem, ale różniącego się nieznacznie następującymi parametrami:
    serweta na stół narzędziowy ma rozmiar 150cm x 190cm,
    serweta główna ginekologiczna ma rozmiar 250/280 x 280cm,
    taśma przylepna minimum 9 x 50 cm
    chłonność materiału z którego wykonany jest zestaw wynosi ok. 315%, a jego gramatura min. 55g/m2, materiał obłożenia spełnia wymagania aktualnej normy EN 13795 - 1?

Odp.: Tak.

17. Zadanie nr 6:
    Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania okularów ochronnych zakwalifikowanych jako sprzęt ochrony indywidualnej i związku z tym opodatkowanych stawką podatku VAT 23?

Odp.: Tak.

18. PAKIET 9 Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zestaw do nawilżania z adapterem stanowiący system zamknięty zawierający sterylizowaną wodę do inhalacji (produkt niepirogenny) spełniającą normę sterylności USP 71 , pojemność 350ml. Czysty łącznik między pojemnikiem a reduktorem wyposażony w bolec, który automatycznie podczas nakręcania przekłuwa pojemnik . Sposób przepływu tlenu zapewniający właściwe nawilżenie – tlen zintegrowanym z pojemnikiem kanałem jest kierowany do mikrodyfuzorów w podstawie. Mikrodyfuzor wytwarza mniejsze pęcherzyki tlenu przechodzące przez wodę i większe poruszenie powierzchni, co zapewnia cichą pracę . Łącznik posiada zintegrowaną zastawkę bezpieczeństwa która wytwarza alarm dźwiękowy ostrzegający personel o ograniczeniu przepływu lub zatkaniu przewodu tlenowego.

Zestaw kompatybilny z dozownikami dostosowanymi do sytemu typu Respiflo m.in. Farum , Awamed . Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów ?

Odp.: Tak.

19. PAKIET 9 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zestaw do nawilżania z adapterem stanowiący system zamknięty zawierający sterylizowaną wodę do inhalacji (produkt niepirogenny) spełniającą normę sterylności USP 71 , pojemność 550ml. Czysty łącznik między pojemnikiem a reduktorem wyposażony w bolec, który automatycznie podczas nakręcania przekłuwa pojemnik . Sposób przepływu tlenu zapewniający właściwe nawilżenie – tlen zintegrowanym z pojemnikiem kanałem jest kierowany do mikrodyfuzorów w podstawie. Mikrodyfuzor wytwarza mniejsze pęcherzyki tlenu przechodzące przez wodę i większe poruszenie powierzchni, co zapewnia cichą pracę . Łącznik posiada zintegrowaną zastawkę bezpieczeństwa która wytwarza alarm dźwiękowy ostrzegający personel o ograniczeniu przepływu lub zatkaniu przewodu tlenowego. Zestaw kompatybilny z dozownikami dostosowanymi do sytemu typu Respiflo m.in. Farum , Awamed . Produkt wolny od DEHP, PVC, lateksu, konserwantów ?

Odp.: Tak.

20. PAKIET 9 Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści „Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone oświadczeniem Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica -adapter z gwintem 9/16 , łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno) . Zatyczka umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych zintegrowana fabrycznie z pojemnikiem. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku. Jakość wody spełniająca normę USP43 . Woda oczyszczona, sterylna, bez środka drobnoustrojowego, brak substancji czynnej, bez innych dodanych substancji. Wydajność nawilżania 5.7ml/h przy przepływie 5L/min i czasie zużycia 78.5h . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu ≥ 0,2 mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody . Wykonany z polietylenu wolny od Latex i DEHP . Sygnalizacja dźwiękowa wystąpienia okluzji.
    Do oferty zostaną dołączone badania potwierdzające że pojemniki do nawilżania można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia.

Odp.: Tak.

21. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści „Zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni (poświadczone oświadczenie Producenta) sterylizowany radiacyjnie. W zestawie głowica-adapter z gwintem 9/16, łącząca reduktor (przepływomierz) z pojemnikiem (pakowana osobno). Zatyczka umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych zintegrowana fabrycznie z pojemnikiem . Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku. Jakość wody spełniająca normę USP 43 . Pojemnik wyposażony w dyfuzory znajdujące się w podstawie pojemnika : Ilość otworów dyfuzora ≥ 14 , średnica otworu ≥ 0,2 mm . Dyfuzory umożliwiają przepływ tlenu przez całą objętość wody . Wykonany z polietylenu wolny od Latex i DEHP . Sygnalizacja dźwiękowa wystąpienia okluzji.
    Do oferty zostaną dołączone badania potwierdzające że pojemniki do nawilżania można stosować u wielu Pacjentów bez ryzyka zakażenia.

Odp.: Tak.

22. Zadanie nr 7, poz. 1
    Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 cm x 225 cm z wkładem chłonnym 50 cm x 190 cm, wykonany z 5 warstw: włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2, warstwy celulozowej o gramaturze 13g/m2, pulpy celulozowej 84g z superabsorbenetem SAP30g, warstwy celulozowej o gramaturze 13g/m2, niebieskiej folii PE 37g/m2, waga całkowita 265g, chłonność min. 3500 ml, udźwig do 150kg, opakowanie 10 sztuk?

Odp.: Tak.

23. Zadanie nr 7, poz. 2
    Czy Zamawiający dopuści matę podłogową wysokochłonną składającą się z następujących warstw: biały hydrofilowy PP (15g/m²) + niebieski hydrofilowy meltblown włóknina PP (230 g/m²) + jasnoniebieska antypoślizgowa folia PE (40 g/m²), kolor: podkład PE – niebieski, włóknina PP – niebieska i biała, chłonność min. 1l/m2, rozmiar 81 cm x 122 cm, jednorazowego użytku, pakowana w arkuszach po 10 sztuk?

Odp.: Tak.

24. Zadanie nr 7, poz. 3
    Czy Zamawiający dopuści warstwę zewnętrzną o gramaturze 30 g/m2?

Odp.: Tak.

25. Zadanie nr 7, poz. 3
    Czy Zamawiający dopuści możliwość podgrzania w temperaturze 40 oC?

Odp.: Tak.

26. Zadanie nr 7, poz. 3
    Czy Zamawiający dopuści koc pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 30 sztuk?

Odp.: Tak.

27. Zadanie nr 7, poz. 4
    Czy Zamawiający dopuści rozmiar 30cm x 33cm?

Odp.: Tak.

28. Zadanie nr 7, poz. 4
    Czy Zamawiający dopuści rozmiar 40cm x 70cm?

Odp.: Nie..

29. Zadanie nr 7, poz. 4
    Czy Zamawiający dopuści pakowany po 50 sztuk?

Odp.: Tak.

30. Zadanie nr 8, poz. 1
    Czy Zamawiający dopuści matę podłogową wysokochłonną składającą się z następujących warstw: biały hydrofilowy PP (15g/m²) + niebieski hydrofilowy meltblown włóknina PP (230 g/m²) + jasnoniebieska antypoślizgowa folia PE (40 g/m²), kolor: podkład PE – niebieski, włóknina PP – niebieska i biała, chłonność min. 1l/m2, rozmiar 81 cm x 122 cm, jednorazowego użytku, pakowana w arkuszach po 10 sztuk?

Odp.: Nie.

31. Zadanie nr 10, poz. 1
    Czy Zamawiający dopuści wkład workowy jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu o grubości 0.15 mm, o pojemności 1000 ml, okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu). Pokrywa zintegrowana z workiem, wyposażona w otwór do pobierania próbek oraz port pacjenta. Jeden łącznik obrotowy, kątowy stożkowy (pacjenta). Źródło ssania w kanistrze wielorazowym. Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty oraz uchwyt do wyjmowania worka. Pakowany indywidualnie w folię. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) poliwęglanowymi, nadającymi się do sterylizacji w autoklawie?

Odp.: Nie.

32. Zadanie nr 10, poz. 2
    Czy Zamawiający dopuści wkład workowy jednorazowego użytku, wykonany z polietylenu o grubości 0.15 mm, o pojemności 2000 ml, okrągły kształt pokrywy, biologicznie czysty, wyposażony w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem (automatyczne odcięcie ssania po napełnieniu wkładu). Pokrywa zintegrowana z workiem, wyposażona w otwór do pobierania próbek oraz port pacjenta. Jeden łącznik obrotowy, kątowy stożkowy (pacjenta). Źródło ssania w kanistrze wielorazowym. Każdy wkład wyposażony w zatyczki na porty oraz uchwyt do wyjmowania worka. Pakowany indywidualnie w folię. Wkłady kompatybilne z kanistrami (pojemnikami sztywnymi) poliwęglanowymi, nadającymi się do sterylizacji w autoklawie?

Odp.: Nie.

33. Do umowy:
    Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odp.: Wzór umowy bez zmian.

34. Zadanie 2, pozycja 2, 3, 4 Czy Zamawiający dopuści zestawy z nogawicą wykonaną z kratonu 88µm?

Odp.: Tak.

35. Zadanie 2, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem U o wymiarach 8 x 85 cm?

Odp.: Tak.

36. Zadanie 2, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2?

Odp.: Tak.

37. Zadanie 2, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 170cm x 180cm z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne SM?

Odp.: Tak.

38. Zadanie 2, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą główną o wzmocnieniu 75 x 100 cm?

Odp.: Tak.

39. Zadanie 2, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą o wymiarach 160 x 180 cm zamiast 170cm x 180cm?

Odp.: Tak.

40. Zadanie 2, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą na stolik Mayo wykonana z folii PE niepiaskowanej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania?

Odp.: Tak.

41. Zadanie 2, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zestaw z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z organizatorami przewodów. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H2O?

Odp.: Tak.

42. Zadanie 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuszcza serwetę do cesarskiego cięcia o wymiarach 200/260 cm x 310 cm dwuwarstwową wzmocnioną, z otworem wypełnionym folią 30 cm x 30 cm oraz wycięciem w kształcie gruszki o wymiarach 16 cm x 18 cm wraz z zintegrowaną torbą na płyny?

Odp.: Tak.

43. Zadanie 3, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo o wym. wzmocnienia 60x145cm?

Odp.: Tak.

44. Zadanie 3, pozycja 1 Prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego jaki rozmiar fartucha oczekuje.

Odp.: Zamawiający oczekuje 1 fartucha wzmocnionego rozm. L i 2 fartuchów wzmocnionych w rozm. XL

45. Zadanie 3, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie?
    - •1x Pojemnik okrągły poj. 250ml, przezroczysty, z podziałką
    - 1x Kubek-dzbanek poj. 500ml, przezroczysty, z podziałką, bez uchwytu
    - 1x Serweta chirurgiczna 75cm x 75cm 2-warstwowa (owinięcie zestawu)

Odp.: Tak.

46. Zadanie 3, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści miskę plastikową ze szpatułką do cementu 250ml?

Odp.: Nie.

47. Zadanie 3, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści zawartość zestawu zapakowaną tylko w serwetę służącą do owinięcia, bez blistra?

Odp.: Tak.

48. Zadanie 4, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową o wymiarach 150 x 80 cm?

Odp.: Tak.

49. Zadanie 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 150 x 80 cm?

Odp.: Tak.

50. Zadanie 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o wymiarach 120 x 35 cm?

Odp.: Tak.

51. Zadanie 4, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 37 g/m2, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 87 g/m2?

Odp.: Tak.

52. Zadanie 7 pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 80 x 210 cm z wkładem chłonnym 60 x 200cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 26,88 g, dwóch watrstw celulozy 32,76 g, pulpy celulozowej 113,76 g z superabsorbentem SAP 30,24 g , warstwa zewnętrzna (spodnia) 87,36 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 190 kg. Waga całkowita podkładu 295 g ±5g, chłonność 4372,1 g; opakowanie 5 szt.
Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

Odp.: Tak.

53. Zadanie 9: Poz.1 i 2:
Czy oferowana woda do nawilżania tlenu powinna być zgodna ze standardami USP (US Pharmacopeia) – z odpowiednią informacją na oryginalnej etykiecie opakowania jednostkowego - zatem m. in. wolna od endotoksyn bakteryjnych, które wykazują silne prozapalne działanie przy potencjalnej inhalacji do płuc?

Odp.: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

54. Zadanie 9:Poz.1:

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o następujących parametrach: Jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą (A) 340 ml ze sterylnym adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana, zgodna ze standardem farmaceutycznym USP (m. in. apirogenna i wolna od endotoksyn) z odpowiednią (oryginalnie nadrukowaną) informacją na opakowaniu jednostkowym. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN.

Odp.: Tak.

55. Zadanie 9:Poz.1:

2.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o następujących parametrach:
Jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą (A) 350 ml z adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie, żaden z elementów nie jest poddawany sterylizacji tlenkiem etylenu. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości, zgodna ze standardem USP (m. in. apirogenna i wolna od endotoksyn) z odpowiednią (oryginalnie nadrukowaną) informacją na opakowaniu jednostkowym. Możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni, potwierdzona w instrukcji użycia lub oficjalnym oświadczeniu producenta. Na pojemniku etykieta z nadrukowanym kodem UDI w formie dwuwymiarowej (DataMatrix) kodującym m. in. numer partii, datę ważności oraz numer GTIN.

Odp.: Tak.

56. Zadanie 9: Poz.2:

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o następujących parametrach:
Jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą (A) 650ml ze sterylnym adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Adapter w rozmiarze 9/16 cala. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości: destylowana, dejonizowana, odchlorowana, minimum 2 razy filtrowana, zgodna ze standardem farmaceutycznym USP (m. in. apirogenna i wolna od endotoksyn) z odpowiednią (oryginalnie nadrukowaną) informacją na opakowaniu jednostkowym. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN.

Odp.: Tak.

57. Zadanie 9: Poz.2:

2. Prosimy o dopuszczenie zaoferowania produktu o następujących parametrach:

Jednorazowy pojemnik ze sterylną wodą (A) 550 ml z adapterem fabrycznie zapakowane w jedno opakowanie, żaden z elementów nie jest poddawany sterylizacji tlenkiem etylenu. Zestaw do nawilżania tlenu do włączenia w linię gazową, który utrzymuje system zamknięty podczas procedury. Sterylna woda o wysokim stopniu czystości, zgodna ze standardem USP (m. in. apirogenna i wolna od endotoksyn) z odpowiednią (oryginalnie nadrukowaną) informacją na opakowaniu jednostkowym. Możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni, potwierdzona w instrukcji użycia lub oficjalnym oświadczeniu producenta. Na pojemniku etykieta z nadrukowanym kodem UDI w formie dwuwymiarowej (DataMatrix) kodującym m. in. numer partii, datę ważności oraz numer GTIN.

Odp.: Tak.

58. Pytanie dotyczy Zadania 1 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Zestaw serwet uniwersalnych o następującym składzie:

- 1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;
- 1 x taśma mocująca 9x50cm;
- 2 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;
- 2 x przylepna serweta boczna 75x90cm;
- 1 x przylepna serweta dolna 180x180cm;
- 1 x przylepna serweta górna 150x240cm;
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)
- klasa I

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2. Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 118,4cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 184,6/177,69kPa.

Odp.: Nie.

59. Pytanie dotyczy Zadania 1 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wzmocniony zestaw serwet uniwesalnych z padem chłonnym o następującym składzie:

- 1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;
- 1 x taśma mocująca 9x50cm;
- 4 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;
- 2 x przylepna serweta boczna 75x90cm, wzmocnienie 25x60cm, 2 podwójne organizatory przewodów;
- 1 x przylepna serweta dolna 180x180cm, wzmocnienie 25x60cm, 2 podwójne organizatory przewodów;
- 1 x przylepna serweta górna 150x240cm, wzmocnienie 25x60cm, 2 podwójne organizatory przewodów;
- 1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)

Serwety główne na całej powierzchni wykonane z laminatu trzywarstwowego (biała włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 19µm + niebieska chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 65g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 120g/m2). Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 140cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 160,3/157,2kPa.

Odp.: Nie.

60. Pytanie dotyczy Zadania 1 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do wyceny Jałowa serweta operacyjna 150x240cm z taśmą przylepną 4,5cm

Wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego (biała włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 19µm + niebieska chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 65g/m2. Materiał serwety spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 151,6cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 172,8/178,7kPa. Klasa I.

Odp.: Tak.

61. Pytanie dotyczy Zadania 1 pozycja 4
    Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Zestaw serwet z wycięciem U i padem chłonnym o następującym składzie:
    - 1 x osłona na stolik Mayo 79x145cm, wzmocnienie 66x85cm;
    - 1 x taśma mocująca 9x50cm;
    - 4 x ręcznik do rąk 30,5x34cm;
    - 1 x przylepna serweta boczna 75x90cm;
    - 1 x serweta główna 225x260cm z wycięciem U 20x100cm otoczonym taśmą lepną, wzmocnienie 75x140cm, 4 podwójne organizatory przewodów;
    - 1 x przylepna serweta górna 150x240cm, wzmocnienie 25x60cm, 2 podwójne organizatory przewodów;
    - 1 x serweta na stół do instrumentarium 150x190cm, wzmocnienie 75x190cm (owinięcie zestawu)
    Serweta główna na całej powierzchni wykonana z laminatu trzywarstwowego (biała włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 19µm + niebieska chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 65g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 120g/m2). Odporność na penetrację płynów 140cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 160,3/157,2kPa; Serwety górna i boczna na całej powierzchni wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP (nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 29µm + chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 55g/m2; serweta górna z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 55g/m2 (łączna gramatura 110g/m2). Odporność na penetrację płynów 125cm H2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 148,4/145,2kPa. Materiał serwet spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019.

Odp.: Nie. SWZ bez zmian.

62. Pytanie nr 5 – dotyczy Zadania 1 pozycja 5
    Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu jałowa serweta operacyjna 150x240cm z taśmą przylepną w rozmiarze 4,5cm. Wykonana na całej powierzchni z laminatu trzywarstwowego (biała włóknina polipropylenowa + nieprzemakalna folia polietylenowa o grubości 19µm + niebieska chłonna włóknina polipropylenowa) o gramaturze 65g/m2. Materiał serwety spełnia wymagania wysokie normy EN 13795-1:2019. Odporność na penetrację płynów 151,6cmH2O, odporność na rozerwanie na sucho/mokro 172,8/178,7kPa.

Odp.: Nie.

SPZOZ w Radzyniu Podlaskim jako Zamawiający, informuje na podst. art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (pzp), że wprowadził zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu.

Załącznik nr 3.1-3.10 SWZ otrzymuje nowe brzmienie Załącznik nr 3.1-3.10 do SWZ po zmianie. Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania Załącznik nr 3.1-3.10 po zmianie do SWZ.

Zamawiający informuje, iż udzielone odpowiedzi na pytania stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla Wykonawców.

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych w wyniku odpowiedzi na pytania Wykonawca zobowiązany jest dostosować formularz asortymentowo-cenowy w zakresie zaoferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z odpowiedziami na pytania.

Zatwierdzam

Zastępca Dyrektora

ds. Administracyjno-Technicznych

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Radzyniu Podlaskim

mgr inż. Jarosław Sosnowski

/podpis na oryginale/