ul. Wincentego Lipa 2, 41-703 Ruda Śląska
www.szpitalruda.pl

SZPITAL MIEJSKI
w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.

Ruda Śląska, dnia 28.09.2026 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NR 25/SMRS/26

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.:
Zakup analizatora składu mleka kobiecego na potrzeby Banku Mleka Kobiecego Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00445800

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019 r. (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793) zwanej dalej „ustawą", Zamawiający – Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. w związku z zapytaniami do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ.

Termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 01.10.2026 r. godz. 09:00,00 na dzień 05.10.2026 r. godz. 09:00,00 (otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10.2026 r. o godz. 10:00).

Pytanie nr 1
Prosimy o dopuszczenie analizatora składu mleka kobiecego, w którym wymagana temperatura próbki wynosi od +35°C do +40°C.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wskazany zakres temperatury mieści się w przedziale wskazanym przez Zamawiającego w pkt 5 zestawienia parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia (stanowiący załącznik nr 2 do SWZ/UMOWY). Zatem zaproponowany zakres jest zgodny z wymogami Zamawiającego.

Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w załączniku nr 2 do SWZ/UMOWY – „Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia", poprzez zmianę pkt 5 w parametrach wymaganych

Było:

L.p.	Wymagania techniczne (wszystkie elementy fabrycznie nowe)	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie/dokładnie podać, gdy to wymagane
5	Akceptowalność temperaturowa próbki tolerowana przez urządzenie w przedziale od $+20^0$ C do $+40^0$ C	TAK	

Zamawiający zmienia na:

L.p.	Wymagania techniczne (wszystkie elementy fabrycznie nowe)	Parametry wymagane	Parametry oferowane Tak/Nie/dokładnie podać, gdy to wymagane
5	Akceptowalność temperaturowa próbki tolerowana przez urządzenie w przedziale od $+20^0$ C do $+40^0$ C	TAK, należy wskazać dokładny przedział temperatury próbki	

W załączeniu prawidłowy załącznik nr 2 do SWZ/UMOWY.

Pytanie nr 2
Prosimy o dopuszczenie analizatora składu mleka kobiecego o wymiarach (wys. x głęb. x szer.) 11 x 26 x 31 cm.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ww. wymiar analizatora.

Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1) **w rozdziale XVI – Sposób oraz termin składania ofert, poprzez zmianę pkt 2**
   Jest:
   Termin składania ofert **01.10.2026 r., godzina 09:00,00.**
   Zamawiający zmienia na:
   Termin składania ofert: **05.10.2026 r., godzina 09:00,00.**

2) **w rozdziale XVII – Termin związania ofertą, poprzez zmianę pkt 1**
   Jest:
   Termin związania ofertą upływa w dniu **30.10.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.
   Zamawiający zmienia na:
   Termin związania ofertą upływa w dniu **03.11.2026 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XVI SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą.

3) **w rozdziale XVIII – Termin otwarcia ofert czynności związane z otwarciem ofert, poprzez zmianę pkt 1**
   Jest:
   Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 01.10.2026 r., o godz. 10:00.**
   Zamawiający zmienia na:
   Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 05.10.2026 r., o godz. 10:00.**

dokument zatwierdzony przez:
Kierownika Zamawiającego
mgr Ewę Krych - Prezesa Zarządu

Załączniki:
Prawidłowy załącznik nr 2 do SWZ/UMOWY

Rozdzielnik:
1. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a455e7ec-7df5-441f-b9cd-2b1149f3c8a9
2. a/a