Warszawa, 07 września 2026 r.

LPR.DZP.2602.28.2026

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ),

Dotyczy: postępowania pn. „Zakup wraz z dostawą fantoma do drenażu klatki piersiowej dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego" (Nr postępowania: ZP/7/VIII/2026)

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 793 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp", udziela odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie nr 1 – Dotyczy terminu realizacji zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu dostawy do 60 dni. Prośbę swoją motywujemy tym, iż producent produktów spełniających opisane przez Zamawiającego parametry posiada magazyn poza granicami kraju, co znacznie wydłuża czas potrzebny na realizacje dostawy

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą o zmianę treści zapisu poprzez wyłączenie obowiązku posiadania oznaczenia CE produktu.

Oferowany fantom jest wyrobem edukacyjnym przeznaczonym wyłącznie do celów szkoleniowych i nie stanowi wyrobu medycznego w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach medycznych oraz rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). W związku z tym nie posiada dokumentów wymaganych dla wyrobów medycznych, takich jak deklaracja zgodności, certyfikat CE czy zgłoszenie do Prezesa URPL. Produkty te są sprzedawane jako wyroby edukacyjne z zastosowaniem stawki VAT 23%.

Jednocześnie informujemy, że oferowany fantom nie posiada żadnych elementów elektronicznych ani elektrycznych. Obowiązek oznakowania CE wynika z zastosowania odpowiednich przepisów unijnych i dotyczy m.in. urządzeń zawierających elektronikę lub podlegających innym dyrektywom nowego podejścia. W przypadku prostych fantomów szkoleniowych, nieposiadających elektroniki i niebędących wyrobami medycznymi, obowiązek oznakowania CE nie znajduje zastosowania.

Odpowiedź:

Zamawiający w dniu 3.09.2026 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieścił informację o zmianie treści SWZ w zakresie obowiązku posiadania oznaczenia CE produktu.

Zamawiający informuje, że odpowiedzi są integralną częścią SWZ dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Z poważaniem

dr n. o zdr. Marcin Podgórski

Dyrektor

/dokument podpisany elektronicznie/

Sporządził: Michał Będziak (DZP)