Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Skarszewy, dnia 10.09.2026 r.

Numer postępowania: GOZ/P/01/2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego z trzema głowicami"**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy przygotowaniu ofert.

PYTANIE 1:

Dotyczy pozycji 5 SOPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf z dotykowym, programowalnym panelem sterującym o przekątnej 10,1 cala umożliwiającym personalizację rozmieszczenia i przypisania najczęściej używanych funkcji?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymaganie dotyczące dotykowego, programowalnego panelu sterującego o przekątnej co najmniej 14 cali pozostaje bez zmian. Większa powierzchnia panelu ma znaczenie dla ergonomii i sprawnej obsługi aparatu podczas badań.

PYTANIE 2:

Dotyczy pozycji 7 SOPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf o masie około 85 kg bez głowic i zewnętrznych urządzeń peryferyjnych?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Maksymalna dopuszczalna masa aparatu w konfiguracji podstawowej, bez głowic i zewnętrznych urządzeń peryferyjnych, wynosi 82 kg. Wymaganie pozostaje bez zmian ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniej mobilności aparatu.

PYTANIE 3:

Dotyczy pozycji 10 SOPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf o dynamice obrazu w trybie B wynoszącej 290 dB?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Minimalny wymagany zakres regulacji dynamiki obrazu w trybie B wynosi 370 dB. Parametr ten podlega również ocenie w kryterium oceny ofert, dlatego wymaganie pozostaje bez zmian.

PYTANIE 4:

Dotyczy pozycji 11 SOPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf z wbudowanym dyskiem SSD o pojemności 128 GB przeznaczonym do obsługi systemu oraz wbudowanym dyskiem SSD o pojemności 500 GB przeznaczonym do archiwizacji danych pacjentów, obrazów i sekwencji?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza zaoferowanie aparatu wyposażonego w jeden lub więcej wbudowanych dysków SSD o łącznej pojemności co najmniej 512 GB, przeznaczonych do obsługi systemu oraz archiwizacji danych pacjentów, obrazów i sekwencji.

PYTANIE 5:

Dotyczy pozycji 12 SOPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf z systemem operacyjnym Windows 10?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymaganie dotyczące systemu operacyjnego Windows 11 Professional 64 bit lub systemu równoważnego spełniającego wszystkie wymagania równoważności określone w SOPZ pozostaje bez zmian.

PYTANIE 6:

Dotyczy pozycji 13 SOPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf posiadający menu w języku angielskim oraz wyświetlający komunikaty w tym języku?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Menu aparatu i komunikaty przeznaczone dla użytkownika muszą być dostępne w języku polskim. Aparat musi dodatkowo umożliwiać obsługę interfejsu w języku angielskim. Wymaganie pozostaje bez zmian.

PYTANIE 7:

Dotyczy pozycji 26 SOPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf bez funkcji przestrzennej, trójwymiarowo wyglądającej prezentacji przepływu w obrazie kolorowego Dopplera lub Power Dopplera?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wymagana funkcja poprawia ocenę przebiegu i wzajemnego położenia naczyń. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne zapewniające porównywalny efekt kliniczny i użytkowy. Wymaganie pozostaje bez zmian.

PYTANIE 8:

Dotyczy pozycji 42 SOPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf z głowicą convex szerokopasmową wykonaną w technologii wielowarstwowej Multi Layer Technology, przeznaczoną do badań jamy brzusznej, ginekologicznych i położniczych, o zakresie częstotliwości pracy od 1,0 do 5,0 MHz, kącie skanowania 70 stopni oraz posiadającą 15 pasm obrazowania harmonicznego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zaproponowana głowica nie obejmuje wymaganego zakresu częstotliwości do 7 MHz i nie zapewnia wymaganego kąta skanowania wynoszącego co najmniej 80 stopni. Wymaganie pozostaje bez zmian.

PYTANIE 9:

Dotyczy pozycji 43 SOPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf z głowicą liniową szerokopasmową przeznaczoną do badań tkanek miękkich, małych narządów, piersi, naczyń i układu mięśniowo szkieletowego, o zakresie częstotliwości pracy od 2,0 do 12,0 MHz, szerokości aktywnego pola skanowania 38 mm, z możliwością obrazowania trapezowego oraz posiadającą 10 pasm obrazowania harmonicznego?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zaproponowana głowica nie obejmuje wymaganego zakresu częstotliwości do 14 MHz i posiada aktywne pole skanowania mniejsze niż wymagane 44 mm. Wymaganie pozostaje bez zmian.

PYTANIE 10:

Dotyczy pozycji 50 SOPZ

Czy Zamawiający dopuści do postępowania ultrasonograf z pięcioma portami USB 2.0 oraz wbudowaną kartą sieciową Ethernet 10/100 Mbps?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie wyraża zgody. Aparat musi posiadać co najmniej jeden port USB w standardzie USB 3.0 lub nowszym oraz interfejs sieciowy Ethernet RJ 45 o przepustowości co najmniej 1 Gb/s. Wymaganie pozostaje bez zmian.

PYTANIE 11:

Dotyczy pozycji 61 SOPZ

Czy Zamawiający dopuści możliwość podjęcia naprawy w miejscu instalacji nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia bez zdalnej diagnostyki awarii?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyjaśnia, że pozycja 61 SOPZ nie nakłada obowiązku przeprowadzenia diagnostyki zdalnej. Wykonawca może bezpośrednio przystąpić do naprawy w miejscu instalacji, pod warunkiem zachowania terminu nie dłuższego niż 2 dni robocze od zgłoszenia awarii. Opisany w pytaniu sposób realizacji spełnia wymaganie Zamawiającego. Treść pozycji 61 SOPZ pozostaje bez zmian.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Aleksandra Dzwonkowska