Skarszewy, dnia 14.09.2026 r.

Numer postępowania: GOZ/P/01/2026

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 2

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na „Dostawę stacjonarnego aparatu ultrasonograficznego z trzema głowicami"**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Udzielone odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy przygotowaniu ofert.

PYTANIE 12:

Dotyczy pozycji 52 SOPZ

Zamawiający wymaga funkcji DICOM 3.0, który umożliwia i zapewnia komunikację z systemem PACS/RIS w związku z powyższym prosimy o wykreślenie punktu 52. Jednocześnie podczas ewentualnej instalacji aparatu zapewniamy Inżyniera Serwisu, który po stronie aparatu USG wprowadzi podane przez Zamawiającego dane potrzebne do integracji z systemem PACS/RIS?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający częściowo uwzględnia wniosek. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie pozycji 52, natomiast dopuszcza zaproponowany przez Wykonawcę sposób realizacji wymagania i zmienia pozycję 52 Załącznika nr 1 do SWZ oraz Załącznika nr 2A do SWZ w następujący sposób:

„W ramach instalacji Wykonawca skonfiguruje komunikację po stronie oferowanego aparatu USG z systemem PACS/RIS poprzez wprowadzenie danych przekazanych przez Zamawiającego oraz przeprowadzi test poprawności komunikacji. Zamawiający zapewni dostęp, dane konfiguracyjne oraz konfigurację systemu PACS/RIS po swojej stronie."

Dodatkowo na podstawie art. 286 ust. 1 oraz art. 271 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ Jak poniżej. Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron i należy je uwzględnić przy opracowywaniu ofert.

I. **Modyfikacja Rozdziału XVI SWZ (Sposób i termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert) poprzez zmianę zapisów ust. 3 i 9 w następujący sposób:**

PRZED ZMIANĄ:

3. Termin składania ofert upływa w dniu **14.09.2026 r. o godz. 11:00.**
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.09.2026 r. o godz. 11:30**, niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

PO ZMIANIE:

3. Termin składania ofert upływa w dniu **17.09.2026 r. o godz. 11:00.**
9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.09.2026 r. o godz. 11:30**, niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

II. Modyfikacja Rozdziału XIV SWZ (Termin związania ofertą) poprzez zmianę zapisów ust. 1 w następujący sposób:

PRZED ZMIANĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **13.10.2026r.**

PO ZMIANIE:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **16.10.2026r.**

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Aleksandra Dzwonkowska