Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny
im. dr. Jana Jonstona w Lesznie
ul. Kiepury 45
64-100 Leszno

Leszno, dn. 23.07.2026 r.

INFORMACJA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn: Sukcesywne dostawy serwet i materiałów włókninowych

Znak sprawy: DZ-751-65/26

W nawiązaniu do art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Dotyczy Pakiet nr 4, poz. 1
   Czy Zamawiający dopuści podkład pod pacjenta w kolorze białym w rozmiarze 100 cm x 220 cm, strefa absorpcyjna min. 50 cm x 180 cm, absorpcja 4500 ml? Skład: 5 warstwowy z pulpą celulozową i superabsorbentem (SAP), Bibułka 13,5 g/m2, włóknina 20 g/m2, włóknina na spodzie 45 g/m2, PE 18 g/m2, 34 g SAP. Podkład przepuszczający powietrze, jednorazowy, do ochrony łóżek i kozetek. Nadaje się do użycia w ambulansach, oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii i salach operacyjnych. Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała. Podkład mocny, nośność do 150 kg. Zawiera zarówno pulpę celulozową, jak i polimer SAP, który zatrzymuje ciecz jeszcze szybciej i utrzymuje powierzchnię w suchości, zapewniając wygodę. Zastosowane rozwiązania minimalizują nieprzyjemne zapachy. Ponadto podkład ma uszczelnione krawędzie (margines uszczelniający min. 5 cm), aby zapewnić optymalną ochronę przed przeciekaniem, a pokryta miękką włókniną powierzchnia zwiększa komfort użytkownika. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z MDR.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Dotyczy Pakiet nr 4, poz. 2
   Czy Zamawiający dopuści podkład pod pacjenta w kolorze białym w rozmiarze 100 cm x 220 cm, strefa absorpcyjna min. 50 cm x 180 cm, absorpcja 4500 ml? Skład: 5 warstwowy z pulpą celulozową i superabsorbentem (SAP), Bibułka 13,5 g/m2, włóknina 20 g/m2, włóknina na spodzie 45 g/m2, PE 18 g/m2, 34 g SAP. Podkład przepuszczający powietrze, jednorazowy, do ochrony łóżek i kozetek. Nadaje się do użycia w ambulansach, oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii i salach operacyjnych. Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała. Podkład mocny, nośność do 150 kg. Zawiera zarówno pulpę celulozową, jak i polimer SAP, który zatrzymuje ciecz jeszcze szybciej i utrzymuje powierzchnię w suchości, zapewniając wygodę. Zastosowane rozwiązania minimalizują nieprzyjemne zapachy. Ponadto podkład ma uszczelnione krawędzie (margines uszczelniający min. 5 cm), aby zapewnić optymalną ochronę przed przeciekaniem, a pokryta miękką włókniną powierzchnia zwiększa komfort użytkownika. Wyrób medyczny klasy I, zgodny z MDR.

Odp. Należy zaoferować asortyment wg wymagań SWZ.

3. Dotyczy Pakiet nr 4, poz. 1
   Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny jednorazowego użytku, pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP, złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m2), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m2), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m2), kolor: wkład chłonny - biały, laminat – niebieski, rozmiar 100 cm x 225 cm (wkład chłonny 50 x 190cm), chłonność 4130ml?

Odp. Należy zaoferować asortyment wg wymagań SWZ.

4. Dotyczy Pakiet nr 4, poz. 2
   Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny jednorazowego użytku, pikowany z dodatkiem superabsorbentu SAP, złożony z 5 warstw: biała włóknina (18g/m2), dwuwarstwowa, oddychająca, 100% celuloza (13g/m2), pulpa celulozowa (84g/szt.), superabsorbent SAP (30g/szt.), antypoślizgowa folia PE w kolorze niebieskim (37g/m2), kolor: wkład chłonny - biały, laminat – niebieski, rozmiar 100 cm x 225 cm (wkład chłonny 50 x 190cm), chłonność 4130ml?

Odp. Należy zaoferować asortyment wg wymagań SWZ.

5. Do umowy:
   Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowana zmianę.

6. Pakiet 1 poz. 1
   Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety pod pacjenta z torbą do zbiórki płynów sklasyfikowanej jako wyrób medyczny klasy Is zgodnie z regułą 4 Załącznika VIII rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR), zamiast wymaganej klasy IIa zgodnie z regułą 7.
   Wymóg klasyfikacji wyrobu do klasy IIa zgodnie z regułą 7 nie znajduje zastosowania dla serwety pod pacjenta z torbą do zbiórki płynów. Reguła 7 odnosi się do chirurgicznych wyrobów inwazyjnych przeznaczonych do krótkotrwałego stosowania, tj. wyrobów wprowadzanych do wnętrza ciała podczas zabiegu operacyjnego. Serweta pod pacjenta z torbą do zbiórki płynów jest wyrobem nieinwazyjnym, którego przeznaczeniem jest utrzymanie pola operacyjnego, odprowadzanie i gromadzenie płynów oraz ochrona pacjenta i wyposażenia sali operacyjnej. Wyrób ten nie penetruje ciała pacjenta i nie spełnia przesłanek określonych w regule 7 MDR.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

7. Pakiet 4 poz. 1
   Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt?

Odp. Należy zaoferować asortyment wg wymagań SWZ.

8. Pakiet 4 poz. 1
   Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'10szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

9. Pakiet 4 poz. 2
   Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36 g, dwóch watrstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g , warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g ±5g, chłonność 5267,5 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie.?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

10. Pakiet 4 poz. 3
    Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 80 x 210 cm z wkładem chłonnym 60 x 200cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 26,88 g, dwóch watrstw celulozy 32,76 g, pulpy celulozowej 113,76 g z superabsorbentem SAP 30,24 g , warstwa zewnętrzna (spodnia) 87,36 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 190 kg. Waga całkowita podkładu 295 g ±5g, chłonność 4372,1 g; opakowanie 5 szt. Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie?

Odp. Należy zaoferować asortyment wg wymagań SWZ.

11. Pakiet 4 poz. 2-3
    Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

12. Pakiet 6
    Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

13. Pakiet 6, poz. 1
    Czy zamawiający dopuszcza ochraniacze foliowe o grubość folii ok.24 mikrony?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

14. Pakiet 6, poz. 1
    Czy zamawiający dopuszcza ochraniacze z folii bez dodatkowego moletu antypoślizgowego?
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Pakiet 4 poz. 1: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do oceny: Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny w rozmiarze 101cm x 229cm. Powierzchnia chłonna pikowana w rozmiarze 50cm x 205cm. Chłonność min. 10L, potwierdzona badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium. W zestawie z dodatkową serwetą do przykrycia lub transportu pacjenta w rozmiarze 101cm x 152cm i udźwigu 200kg. Odporność na rozdzieranie (prześcieradła do transportu) potwierdzona badaniem z niezależnego akredytowanego laboratorium wg ISO 9073-4. Gramatura min. 120g/m2. Opakowanie a. 24szt (każdy zestaw zapakowany pojedynczo w worku foliowym, z możliwością identyfikacji po wyjęciu z opakowania zbiorczego- opatrzony etykietą).
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody

16. Pakiet 4 poz. 2: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do oceny: Jednorazowy, niesterylny transportowy podkład chłonny z 8 uchwytami, służący do przenoszenia, przemieszczania lub ustawiania pacjenta do 200kg. Nieprzepuszczający wilgoci podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej, polipropylenu oraz SAP. Gramatura produktu min. 250g/m2. Rozmiar podkładu 80cm x 210cm, rozmiar warstwy chłonnej 65cm x 190cm (+/-2cm). Chłonność do 4000ml bez pogorszenia właściwości nośnych po absorbcji oraz bez wpływu na obrazowanie RTG. Produkt zgodny z EN ISO 11948-1. Zapytanie Pakiet 7 poz.2: Czy Zamawiający dopuści do oceny osłonę, w rozmiarze 10x240cm spełniającą pozostałe zapisy SWZ.
Odp. Zamawiający dopuszcza

17. Pakiet 2
    Pozycje 1-2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety posiadające jedną etykietę do wklejenia do dokumentacji medycznej – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza

18. Pakiet 2
    Pozycje 1-2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety posiadające podwójne opakowanie na każdym z nich jedna etykieta do wklejenia do dokumentacji medycznej – pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Odp. Zamawiający dopuszcza

Z poważaniem

DYREKTOR
WSW w Lesznie