Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach

Tychy, dnia 03.11.2026 r.

Znak sprawy OK.272.3.3.2026

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tychach.

Pytanie nr 1- AUTOKLAW
Czy zamawiający akceptuje kompresor o głośności 53 dB?
Tak, Zamawiający akceptuje kompresor o głośności 53 dB.

Pytanie nr 2- AUTOKLAW
W wymaganiach brakuje kosza pełnego, który stosuje się do sterylizacji odpadów w celu ochrony dna komory przed przypadkowym wyciekiem. Czy z autoklawem należy dostarczyć taki kosz oprócz wymaganych dwóch koszy siatkowych/drucianych?
Tak, należy dostarczyć kosz z pełnym dnem (odpowiedni do sterylizacji odpadów), może być 1 + 1 koszt lub 2+1.

Pytanie nr 3- AUTOKLAW
Dotyczy projektowanych postanowień umowy, paragraf 3.
„Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (dotyczy kosztów robocizny usługi serwisowej zgodnej z zaleceniami producenta z nieodpłatnym wykorzystaniem części zamiennych, kosztów dojazdu pracowników serwisu w celu zdiagnozowania przyczyn usterki/awarii i dokonania naprawy urządzenia)"
Czy wg tego zapisu Wykonawca ma zapewnić tylko realizację napraw wynikających z usterek powstałych podczas okresu gwarancji, czy również zapewnić darmowe przeglądy serwisowe w okresie gwarancji wymagane przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi? Z reguły dla autoklawu producenci wymagają wykonywania okresowych, corocznych przeglądów z wymianą niezbędnych części eksploatacyjnych np. uszczelek. Zatem proszę o jasne doprecyzowanie, jakie czynności/usługi serwisowe należy ująć w cenie dostawy.
Wykonawca ma zapewnić tylko realizację napraw wynikających z usterek powstałych podczas okresu gwarancji.

Pytanie nr 4
Część 2 Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o wymiarach zewnętrznych: szerokość 61 cm, wysokość 150 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z OPZ?
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5
Część 4 Czy Zamawiający dopuści inkubator laboratoryjny z funkcją grzania i chłodzenia o wymiarach zewnętrznych 600 × 1020 × 640 mm, przy zachowaniu pozostałych parametrów zgodnych z OPZ?
Zamawiający dopuszcza ww inkubator.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach
ul. Budowlanych 131
43-100 Tychy
+48 32 227-62-15
psse.tychy@sanepid.gov.pl

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuści autoklaw z zakresem temperatury sterylizacji: 98°C – 136°C? Oprócz tego autoklaw będzie miał możliwość pracy we wskazanym zakresie temp. 60°C – 136°C?
Tak, Zamawiający dopuszcza autoklaw z zakresem temperatury sterylizacji: 98°C – 136°C z możliwością pracy we wskazanym zakresie temp. 60°C – 136°C

Pytanie nr 7
Czy Zamawiający wymaga, aby autoklaw posiadał system szybkiego chłodzenia z podtrzymaniem ciśnienia w komorze i wentylatorem?
Wentylator wraz z wymaganym systemem szybkiego chłodzenia i funkcją podtrzymania ciśnienia:
- przyspiesza proces chłodzenia płynów o ok 20%
- umożliwia sterylizacje szczelnie zamkniętych naczyń bez ryzyka ich pękania
- zapewnia wymuszoną konwekcję pary podczas sterylizacji i zapobiega nierównomiernemu rozkładowi temperatury w komorze?
Wymagamy systemu szybkiego chłodzenia z podtrzymaniem ciśnienia w komorze, wentylator nie jest konieczny.

Pytanie nr 8
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z autoklawem 2 koszy.
Czy Zamawiający wymaga, aby kosze były wykonane ze stali nierdzewnej i co najmniej jeden z nich posiadał pełne dno, w celu zabezpieczenia wnętrza autoklawu przed przypadkowym rozlaniem się cieczy?
Tak, należy dostarczyć kosz z pełnym dnem (odpowiedni do sterylizacji odpadów), może być 1 + 1 koszt lub 2+1.

Pytanie nr 9
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z autoklawem stacji uzdatniania wody, pozwalającej uzyskać parametry wody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego autoklawu.
Czy Zamawiający chce również, aby autoklaw posiadał własny pomiar przewodności wody zasilającej generator pary i informował o przekroczeniu dopuszczalnego przewodnictwa?
Funkcja ta dodatkowo zabezpiecza autoklaw przed zasilaniem wodą o niewłaściwej jakości i tym samym przedłuża żywotność urządzenia?
Autoklaw może być wyposażony w konduktometr, ale nie jest to warunek konieczny, woda dejonizowana powinna być podawana bezpośrednio do autoklawu, bez dodatkowego zbiornika na wodę dejonizowaną

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 526 × 579,5 × 910 mm (szer. × gł. × wys.)
Oferowane urządzenie posiada mniejszą szerokość i głębokość oraz wysokość większą o 10 mm.
Różnice te nie wpływają na podstawowe funkcjonalności urządzenia ani parametry jego pracy.
Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie o zaproponowanych wymiarach.

Pytanie nr 11
Co Zamawiający rozumie przez sygnalizacje otwartych drzwi?
Sygnalizacja otwartych drzwi oznacza sygnał dźwiękowy wydawany przez urządzenie w momencie, kiedy drzwi są otwarte przez zbyt długi czas.

DYREKTOR
POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W TYCHACH
lek. med. Grzegorz Gołdynia